

Koszalin, 01.08.2025 r.

Do:
Wykonawcy postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego

dotyczy: Tryb podstawowy nr TP.382.067.2025 OB – opatrunki specjalistyczne dla pacjentów z EB

WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2024.1320 t.j.) udzielam wyjaśnień na zadane pytania:

PYTANIE NR 1 dotyczy: część 3, poz. 2
„Prosimy o doprecyzowanie wymaganej wielkości opatrunku
Formularz ofertowy

2	Opatrunek lipidokolojdowy	10 cm * 10cm
---	---------------------------	--------------

Opis przedmiotu zamówienia:

2	Opatrunek impregnowany solami srebra. Wykonany w technologii lipidokolojdowej. Opatrunek zawierający matrycę gojącą ze srebrem (wykonaną z poliestrowej siateczki impregnowanej przy pomocy cząstek hydrokolojdu) oraz wazelinę, polimery kohezyjne czy sole srebra. Działanie bójcze (gram+, gram-). Opatrunek, który posiada obecność jonów Ag+, wskazujący działanie bójcze w stosunku do bakterii Gram+ oraz Gram-. Pakowany pojedynczo.	10 cm* 12 cm
---	--	--------------

Jednocześnie informujemy, iż opisany produkt występuje na rynku wyłącznie w rozmiarze 10 cm x 12 cm lub 15 cm x 20 cm.”

ODPOWIEDŹ:

Prawidłowy rozmiar to 10cm x 12cm. Zamawiający dokona stosownej zmiany w Formularzu ofertowym.

Z up. DYREKTORA
SZPITALA WOJEWÓDZKI
im. Mikołaja Kopernika w Koszalinie
mgr inż. Andrzej Podkościelny
Z-ca Dyrektora ds. Techniczno-Administracyjnych