

Koszalin, 18.09.2025 r.

Do:
Wykonawcy postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego

dotyczy: Postępowania w trybie podstawowym nr TP.382.078.2025 MB – Wyposażenie jednorazowego użytku do automatycznego wstrzykiwacza kontrastu

Na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2024.1320 t.j.), udzielam wyjaśnień na zadane pytania:

PYTANIE NR 1 dotyczy Załącznika nr 1 do SWZ – Formularz ofertowy, ust. nr 1:

„Prosimy Zamawiającego o informację, czy Wykonawca powinien uzupełnić wiersz „ID techniczne podmiotu (z Platformy E-zamówienia)”. Jeśli tak, prosimy o dokładne wskazanie, gdzie Wykonawca odszuka te dane.”

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający potwierdza, że Wykonawca powinien uzupełnić wiersz „ID techniczne podmiotu (z Platformy E-zamówienia). ID techniczne podmiotu Wykonawca uzyska po zalogowaniu się na platformę E-zamówienia, przy nazwie podmiotu, po naciśnięciu „trybika” (prawy górny róg strony głównej).

PYTANIE NR 2 dotyczy Załącznika nr 1 do SWZ – Formularz ofertowy, ust. nr 2, pkt 7:

„Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie możliwości przesłania umowy drogą korespondencyjną/elektronicznie.”

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający dopuszcza możliwość przesłania umowy drogą korespondencyjną, m.in. za pomocą poczty czy firm kurierskich.

PYTANIE NR 3 dotyczy części nr 1, poz. 1, 2:

„Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wężyków zatwierdzonych przez producenta o wytrzymałości ciśnieniowej max 22,4 bar?”

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający dopuszcza.

PYTANIE NR 4 dotyczy części nr 1, poz. 1, 2:

„Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, czy w przypadku zaoferowania przez Wykonawców zamiennika (produktu równoważnego) oryginalnych (zatwierdzonych przez producenta wstrzykiwacza) wężyków pompy i pacjenta Zamawiający będzie wymagał pisemnej zgody w formie oświadczenia producenta produktów lub autoryzowanego dystrybutora (wymaga się złożenia oświadczenia wraz z tłumaczeniem na język polski) na użytkowanie materiałów eksploatacyjnych bez utraty certyfikatu CE. Prosimy o potwierdzenie, czy Zamawiający będzie wymagał oświadczenia, w którym Wykonawca zagwarantuje użytkowanie wstrzykiwacza bez ingerencji osób trzecich w budowę i funkcjonowanie wstrzykiwacza, który Zamawiający posiada np. montaż dodatkowych uchwytów, dolepek itp. Zgodnie z art. 30 rozporządzenia (WE) nr 765/2008 oraz art. 20 rozporządzenia (WE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 oznakowanie CE wskazuje, że dane urządzenie medyczne zostało zbadane przez producenta i uznany za spełniający wymogi UE dotyczące zdrowia, bezpieczeństwa. Wszelka ingerencja i zmiana charakterystyki urządzenia medycznego bez zgody producenta urządzenia medycznego powoduje naruszenie CE i jednocześnie pozbawienie certyfikatu CE.”

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający nie wymaga.

PYTANIE NR 5 dotyczy części nr 1:

„Czy Zamawiający będzie wymagał, aby wężyk pompy posiadał filtr cząstek o wydajności 15 µm? Czy powyższa wielkość powinna być potwierdzona dodatkowym oświadczeniem producenta wężyków?”

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający nie wymaga.

PYTANIE NR 6 dotyczy części nr 1:

„Czy Zamawiający będzie wymagał, aby wężyk pompy zawierał czujnik ciśnienia ze zintegrowanym filtrem cząstek?”

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający wymaga.

PYTANIE NR 7 dotyczy części nr 1:

„Mając na uwadze dobro pacjentów oraz szpitala, a także komfort obsługi urządzenia, prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że wymaga, aby wężyk pompy pozostał zainstalowany w strzykawce 24 godziny na dowolną ilość iniekcji i było to potwierdzone przez producenta (nie dystrybutora) w oryginalnej instrukcji obsługi wężyków. Ponadto prosimy o wskazanie czy wymogiem jest, aby bezpieczeństwo i higiena wężyków była gwarantowana przez okres użytkowania wynoszący 24 godziny. Argumentem przemawiającym za wyrażeniem zgody jest fakt, iż z pewnością będzie miało to wpływ na korzystniejsze wydatkowanie środków publicznych przez Zamawiającego oraz ograniczenie ilości utylizowanych materiałów eksploatacyjnych.”

ODPOWIEDŹ:

Zgodnie z Działem V SWZ (Informacje o przedmiotowych środkach dowodowych) oraz z Działem XI SWZ (Sposób przygotowania oferty), na potwierdzenie zgodności zaoferowanych wyrobów, Zamawiający wymaga dokumentów producenta potwierdzających parametry przedmiotu zamówienia.

Dodatkowo w Załączniku nr 2 do SWZ (opis przedmiotu zamówienia) Wykonawca potwierdza wymogi graniczne przedmiotu zamówienia, m.in. czas pracy wężyka pompy – 24 godziny bez względu na ilość przebytych iniekcji i ilość podanych płynów.

PYTANIE NR 8 dotyczy części nr 1:

„Czy Zamawiający będzie wymagał kompatybilnego produktu z pompą automatyczną do podaży kontrastu posiadaną przez Zamawiającego - m.in. czy produkty muszą pasować do zacisków pompy bez możliwości ich rozłączania się w trakcie prowadzenia badania lub powstawania jakichkolwiek nieszczelności prowadzących do zaciągania powietrza oraz muszą zapewniać prawidłowy przepływ kontrastu, co jest bezpośrednio związane z bezpieczeństwem pacjenta i prawidłowym przebiegiem badania?”

ODPOWIEDŹ:

Zgodnie z Załącznikiem nr 2 do SWZ (Opis przedmiotu zamówienia), wymaga aby wężyki były zatwierdzone przez producenta wstrzykiwacza automatycznego będącego własnością Zamawiającego.

PYTANIE NR 9 dotyczy części nr 1, poz. 1, 2:

„Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że realizacja dostaw częściowych będzie w ilościach obejmujących pełne opakowania zbiorcze: wężyk pompy 10szt., wężyk pacjenta 100szt. i tym samym zamówienia będą składne tylko na całe opakowania zbiorcze (jeśli w formularzu asortymentowo-cenowym podano jednostkę miary sztuki). Ze względu na zachowanie sterylności jesteśmy zobowiązani, aby materiały dostarczać w oryginalnych opakowaniach od producenta, w związku z czym nie mamy możliwości przepakowania.”

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający potwierdza.

PYTANIE NR 10 dotyczy Załącznika nr 3 do SWZ - Projekt umowy, § 2 ust. 6 :

„Prosimy o wyrażenie zgody, aby faktura była wystawiona każdorazowo w dniu wysyłki towaru i dostarczona w wersji pisemnej wraz z towarem.”

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający wyraża zgodę.

PYTANIE NR 11 dotyczy Załącznika nr 3 do SWZ – Projekt umowy, § 5 ust. 5:

„Prosimy Zamawiającego o zwiększenie wartości minimalnego wykorzystania umowy z poziomu 50% do poziomu 60%.”

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający nie zwiększy wartości minimalnego wykorzystania umowy do poziomu 60%.

PYTANIE NR 12 dotyczy Załącznika nr 3 do SWZ – Projekt umowy, § 6 ust. 9:

„Prosimy Zamawiającego o modyfikację zapisu: „Czas na rozpatrzenie reklamacji nie może być dłuższy niż 5 dni” na „Czas na rozpatrzenie reklamacji nie może być dłuższy niż 5 dni roboczych.””

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający zmienia zapis na „Czas na rozpatrzenie reklamacji nie może być dłuższy niż 5 dni roboczych”.

PYTANIE NR 13 dotyczy Załącznika nr 3 do SWZ – Projekt umowy:

„Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o wprowadzenie poniższych zapisów do treści zawieranej umowy:

„Żadna ze Stron nie ponosi odpowiedzialności za nienależyte wykonanie lub niewykonanie Umowy w takim zakresie, w jakim zostało to spowodowane działaniem siły wyższej. Przez siłę wyższą rozumie się zdarzenia zewnętrzne, niezależne od Stron i niemożliwe do przewidzenia, takie jak w szczególności: kataklizmy lub analogiczne zdarzenia wywołane przez siły naturalne, wojnę, strajki, ataki terrorystyczne, zdarzenia medyczne i epidemiologiczne, inne zdarzenia losowe, akty władzy państwowej, akty organów unijnych, które uniemożliwiają prawidłowe wykonanie umowy.”

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający nie wprowadzi proponowanych zapisów do umowy.

KIEROWNIK
Działu Zamówień Publicznych
SZPITAL WĘSZTODZKI
im. Mikołaja Kopernika w Koszalinie
Piotr Gąska
mgr Piotr Gąska