

Koszalin, 19.09.2025 r.

Do:
Wykonawcy postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego

dotyczy: Tryb podstawowy nr TP.382.092.2025 OB – Sprzęt endoskopowy (II)

WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2024.1320 t.j.) udzielam wyjaśnień na zadane pytania:

PYTANIE NR 1 dotyczy: części nr 1

„Czy zamawiający dopuści spodenki do kolonoskopii w rozmiarze uniwersalnym, które są dedykowane dla pacjentów noszących rozmiar L-XXL? Pozostałe warunki pozostają bez zmian..”

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający dopuszcza.

PYTANIE NR 2 dotyczy: części nr 3

„Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie kleszczy o średnicy 2,4 mm, rozwarcie 7 mm, uchwyt trójpierścieniowy lub jednopierścieniowy.”

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający nie dopuszcza.

PYTANIE NR 3 dotyczy: części nr 1

„Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie spodenek w rozmiarze uniwersalnym o obwodzie 130cm pasującym na rozmiary L – XXL?”

ODPOWIEDŹ:


Zamawiający dopuszcza

PYTANIE NR 4 dotyczy: części nr 3, poz. 1

„Czy Zamawiający dopuści kleszcze do usuwania ciał obcych o następujących parametrach: Szczypczyki chwytające, jednokrotnego użytku, pokrywane, wykonane z PTFE, szczęki typu "zab szczura" służą do usuwania ciał obcych, średnica 2,3 mm, długość robocza 2300 mm, rozwarcie 15 mm. Dedykowane do kanału 2,8 mm?”

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający nie dopuszcza.


KIEROWNIK
Działu Zamówień Publicznych
SZPITAL WOJEWÓDZKI
im. Mikołaja Kopernika w Koszalinie
mgr Piotr Gaska