

Koszalin, 24.11.2025 r.

Do:
Wykonawcy postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego

dotyczy: Postępowania w trybie podstawowym nr TP.382.108.2025 MB – Preparaty okulistyczne

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2024.1320 t.j.), udzielam wyjaśnień na zadane pytania:

PYTANIE NR 1 dotyczy części nr 7:

„Czy Zamawiający w Części 7 dopuści perfluorodecalinę o wskaźniku refrakcji 1,313; gęstość 1,908 g/m przy zachowaniu pozostałych parametrów?”

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający dopuszcza.

PYTANIE NR 2 dotyczy części nr 7:

„Czy Zamawiający w Części 7 wymaga perfluorodecaliny o czystości co najmniej 99,99% o wartości $H \leq 10$ ppm, potwierdzonej badaniami zgodnie z ISO-10993-5?”

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający nie wymaga.

PYTANIE NR 3 dotyczy części nr 10:

„Czy Zamawiający w Części 10 wymaga roztworu błękitu trypanu o czystości co najmniej 97% potwierdzonej badaniami zgodnie z ISO-10993?”

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający nie wymaga.

PYTANIE NR 4 dotyczy DZIAŁU V SWZ, ust. 1:

„Czy Zamawiający wyrazi zgodę na złożenie przez Wykonawcę, na potwierdzenie parametrów przedmiotu zamówienia, dokumenty autoryzowanego przedstawiciela producenta (zamiast dokumentów producenta)?

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający wyraża zgodę.

PYTANIE NR 5 dotyczy części nr 3:

„Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w części nr 3 płynu wiskoelastycznego dyspersyjnego do fakoemulsyfikacji w sterylnym blistrze o masie cząsteczkowej NaHa >500 000 siarczan chondroityny ~ 22 500, przy zachowaniu pozostałych parametrów.”

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający dopuszcza.

PYTANIE NR 6 dotyczy wzoru umowy § 3:

„Czy Zamawiający zgodzi się zmienić §3 umowy w ten sposób, że:

- 1) Wynagrodzenie nie zostanie obniżone poniżej ceny ofertowej,
- 2) Waloryzacja nastąpi, gdy wskaźnik zmiany cen przekroczy 4%, a nie 15%,
- 3) Zmiana wynagrodzenia nie przekroczy 20% wartości umowy,

Uzasadnienie:

- Cena ofertowa obejmuje prognozy ewentualnych obniżek cen na rynku, dlatego obniżenie wynagrodzenia nie powinno następować poniżej ceny ofertowej;

- Waloryzacja wynagrodzenia powinna przysługiwać, gdy inflacja przekroczy 4%, a poziom zmiana wynagrodzenia powinien zostać podniesiony do 20%. W przeciwnym wypadku Wykonawca mógłby wcale nie otrzymać zwaloryzowanego wynagrodzenia pomimo wysokiego poziomu niekorzystnych wskaźników gospodarczych."

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający nie zmienia projektu umowy w zakresie wskazanym w pytaniu.

PYTANIE NR 7 dotyczy wzoru umowy § 5 ust. 5:

„Czy Zamawiający zgodzi się zmienić §5 ust. 5 umowy poprzez wskazanie, że minimalny poziom realizacji umowy 80%?

Uzasadnienie:

Zagwarantowanie Wykonawcy poziomu realizacji umowy na poziomie niższym niż 80% uniemożliwia mu rzetelną ocenę ryzyka i przedłożenie oferty jak najkorzystniejszej dla obu stron."

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę minimalnego poziomu realizacji umowy.

PYTANIE NR 8 dotyczy wzoru umowy § 5 ust. 8:

„Czy Zamawiający zgodzi się na dodanie w §5 ust. 8 umowy kolejnego zdania w następującym brzmieniu: „Zakup u innego dostawcy jest dopuszczalny tylko wówczas, gdy brak terminowej dostawy wynika z winy Wykonawcy.”

Uzasadnienie:

Zakup zastępczy powinien być możliwy tylko wówczas, gdy brak dostawy wynika z okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca."

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający nie zmienia projektu umowy w zakresie wskazanym w pytaniu.

PYTANIE NR 9 dotyczy wzoru umowy § 6 ust. 9:

„Czy Zamawiający zgodzi się na przyjęcie §6 ust. 9 umowy zdanie drugie w następującym brzmieniu: „Czas na rozpatrzenie reklamacji nie może być dłuższy niż 5 dni roboczych licząc od dnia powiadomienia o brakach ilościowych lub 5 dni roboczych licząc od dnia doręczenia Wykonawcy reklamowanego asortymentu – w przypadku reklamacji jakościowej.”?

Uzasadnienie:

Termin na rozpatrzenie reklamacji jakościowej powinien biec od dnia doręczenia reklamowanego towaru do Wykonawcy. W przeciwnym wypadku Wykonawca nie ma możliwości naocznego zbadania reklamowanego asortymentu."

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający wyraża zgodę.

PYTANIE NR 10 dotyczy wzoru umowy § 7 ust. 2:

„Czy Zamawiający zgodzi się przyjąć §7 ust. 2 umowy w następującym brzmieniu: „Suma kar umownych za daną zwłokę nie przekroczy 10% wartości netto danej dostawy, natomiast łączna wysokość kar umownych naliczonych zgodnie z ust. 1, ograniczona jest do 20% maksymalnego wynagrodzenia netto, o którym mowa w § 2 ust. 1.”?

Uzasadnienie:

W ocenie Wykonawcy zasadnym jest ustanowienie górnego limitu naliczania kar umownych dla każdej zwłoki, w przeciwnym wypadku suma kar umownych mogłaby przekroczyć wartość danego zamówienia."

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający nie zmienia projektu umowy w zakresie wskazanym w pytaniu.

PYTANIE NR 11 dotyczy wzoru umowy § 8 ust. 3:

„Czy Zamawiający zgodzi się na przyjęcie §8 ust. 3 umowy w następującym brzmieniu: „Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od niezrealizowanej części Umowy w przypadku trzykrotnego istotnie nienależytego jej wykonywania przez Wykonawcę z jego wyłącznej winy, po uprzednim pisemnym wezwaniu do zaprzestania naruszeń lub wykonania określonych działań pod rygorem odstąpienia od Umowy i wyznaczeniu dodatkowego, odpowiedniego terminu na usunięcie naruszeń lub podjęcie określonych działań.”?

Uzasadnienie:

- Przedmiotem umowy jest sukcesywna dostawa towarów. Odstąpienie powinno więc być dopuszczalne tylko w stosunku do jeszcze jej niezrealizowanej części;

- Odstąpienie od umowy powinno być ostatecznością dopuszczalną dopiero w przypadku powtarzających się uchybień, za które wyłączną odpowiedzialność ponosi Wykonawca."

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający nie zmienia projektu umowy w zakresie wskazanym w pytaniu.

PYTANIE NR 12 dotyczy części nr 7:

„Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie perfluorodecaliny o gęstości $1.91 \pm 0,02$. Pozostałe wymagania zgodne z SWZ.”

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający dopuszcza.

PYTANIE NR 13 dotyczy części nr 9:

„Prosimy o dopuszczenie błękitu trypanu w opakowaniach zbiorczych zawierających 10 szt. fiolek 1 ml, każda sterylna.”

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający dopuszcza.

PYTANIE NR 14 dotyczy części nr 11:

„Prosimy o dopuszczenie:

- oleju silikonowego 1000 o lepkości 950-1050 mPas i wskaźniku refrakcji 1.4013-1.4053,

- oleju silikonowego 5000 o lepkości 4500-5500 mPas i wskaźniku refrakcji 1.4000-1.4052.

Pozostałe wymagania zgodne z SWZ.”

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający nie dopuszcza.

PYTANIE NR 15 dotyczy części nr 13:

„Prosimy o dopuszczenie gąbek ocznych w opakowaniach zbiorczych zawierających 250 szt. gąbek (pakowanych w sterylne blistry po 5 szt.) (jednoczesna możliwość zamawiania pojedynczych blistrów).”

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający dopuszcza.

KIEROWNIK
Dziślu Zarządzeń Publicznych
SZPITAL REJONOWY W KOSZALINIE
im. Mikołaja Kopernika w Koszalinie
mgr Piotr Gasior