

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA PO ZMIANIE

DRUKARKA LASEROWA DO KASETEK HISTOPATOLOGICZNYCH			
L.p.	Wymagania dla przedmiotu zamówienia	Parametry wymagane	Potwierdzenie
Drukarka laserowa do kasetek histopatologicznych			
1	Urządzenie fabrycznie nowe, nieużywane, rok produkcji 2025, gotowe do pracy	tak	
2	Laserowa technologia druku	tak	
3	Możliwość nadruku znaków literowych, numerycznych, symboli i kodów (100 znaków)	tak	
4	Możliwość komunikacji z systemem LIS	tak	
5	Urządzenie zaopatrzone w wymienny wysokowydajny system oczyszczania powietrza (filtr węglowy), ważny na okres co najmniej 90 dni	tak	
6	Spód urządzenia zaopatrzone w gumowe zabezpieczenie redukujące hałas, wstrząsy i wibracje	tak	
7	Trwałość lasera: nie gorsza niż 24 miliony kasetek	tak	
8	Drukarka ze skanerem zewnętrznym podłączanym przez port USB	tak	
9	Rozdzielność druku minimum 2500 dpi	tak	
10	Wbudowane w urządzeniu oprogramowanie do graficznej edycji szablonów wydruku bezpośrednio w urządzeniu	tak	
11	Prędkość drukowania do 3 sek. na kasetkę	tak	
12	Karuzelowy pojemnik na 6 zasobników z kasetkami z możliwością obrotu w 2 kierunkach		
13	Każdy z zasobników może pomieścić 75 kasetek	tak	
14	Urządzenie umożliwia automatyczną detekcję koloru kasetki w podajniku	tak	
15	Możliwość automatycznego przełączania zasobnika z kasetkami w zależności od wybranego koloru (urządzenie automatycznie lokalizuje gniazdo w którym zainstalowany jest zasobnik z wybranym kolorem kasetek poprzez sprawdzanie koloru kasetki przed wydrukiem)	tak	
16	Wbudowane w urządzenie oprogramowanie do graficznej edycji szablonów wydruku bezpośrednio w urządzeniu	tak	
17	Możliwość zapisania wielu szablonów wydruków i przełączania się między nimi z poziomu głównego menu drukarki	tak	
18	Możliwość projektowania szablonu etykiety bezpośrednio w urządzeniu	tak	
19	Możliwość pomieszczenia w zasobnikach drukarki do 450 kasetek	tak	
20	Możliwość druku na kasetkach paroform	tak	
WYMAGANIA DODATKOWE			
1	Gwarancja obejmująca wszystkie elementy dostawy min. 24 miesiące	tak	
2	Instrukcja obsługi w języku polskim dostarczona wraz z urządzeniem	tak	
3	Szkolenie dla personelu laboratorium z zakresu obsługi drukarki w momencie jego instalacji i odbioru - 7 osób	tak	
4	Dostępność części zamiennych przez okres min. 8 lat od daty dostawy	tak	

5	W ramach ceny przeglądy w okresie gwarancji zgodnie z wymogami producenta)	tak	
6	Wykonawca przedstawi wykaz serwisów, które posiadają autoryzacje producenta do wykonywania przeglądów i napraw a wskazany serwis załączy oświadczenie o posiadaniu wymaganej autoryzacji (wraz z dostawą)	tak	
7	Ilość przeglądów okresowych koniecznych do wykonania po upływie okresu gwarancyjnego w celu zapewnienia poprawnej pracy aparatu (w okresie 1 roku)	proszę podać	
8	Przyjazd serwisu po zgłoszeniu awarii w okresie gwarancji do 2 dni (dotyczy dni roboczych rozumianych jako dni od poniedziałku do piątku, z wyjątkiem świąt i dni ustawowo wolnych od pracy, w godzinach od 8:00 do 15:00)	tak	
9	Czas na naprawę usterki – do 5 dni, a w przypadku potrzeby sprowadzenia części zamiennych do 10 dni (dotyczy dni roboczych)	tak	
10	Urządzenie zastępcze w przypadku niewykonania naprawy w ciągu 10 dni od zgłoszenia awarii	tak	
11	Liczba napraw gwarancyjnych tego samego podzespołu/elementu uprawniająca do wymiany podzespołu/elementu na nowy - maksymalnie 2.	tak	
12	Dokumentacja serwisowa i/lub oprogramowanie serwisowe oraz komplet materiałów dotyczących instalacji na potrzeby Zamawiającego (wraz z dostawą)	tak	
13	W cenie drukarki znajduje się komplet akcesoriów, okablowania itp. asortymentu niezbędnego do uruchomienia i funkcjonowania drukarki jako całości w wymaganej specyfikacją konfiguracji.	tak	