

Do:
Wykonawcy postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego

dotyczy: Trybu podstawowego nr TP.382.126.2025 JK – sprzęt do rehabilitacji leczniczej dla pacjentów onkologicznych (II)

WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2024.1320 t.j.) udzielam wyjaśnień na zadane pytania:

PYTANIE NR 1: dotyczy części nr 1

„Czy zamawiający dopuści urządzenie do multisensorycznego systemu terapeutycznego do kończyn, jako urządzenia równoważnego o poniższych parametrach:

1. Multisensoryczny system terapeutyczny do kończyn do oceny proprioceptywno-stabilometrycznej, który zawiera system mechaniczny oraz elektroniczną kontrolę stabilności, połączonych z oprogramowaniem w celu pełnej integracji i maksymalnej kontroli ruchów.
2. Ekran kolorowydotykowy, 21,5”
3. Platforma do balansowania dynamicznego/statycznego
4. Niestabilna dynamiczna platforma - 20 poziomów stabilności
5. Ruch jedno- lub dwu-osiowy
6. Maks. obciążenie 150 kg
7. Monitorowanie postawy za pomocą czujnika tułowia
8. Gotowe testy stabilometryczne
9. Ocena posturalna i proprioceptywna
10. Moduły treningowe na platformie statycznej lub dynamicznej
11. Rejestr pacjentów
12. Archiwum oceny/treningów
13. Gry ruchowe w wirtualnej rzeczywistości
14. Regulowana wysokość wyświetlacza
15. Feedback wizualno-akustyczny w czasie rzeczywistym
16. Średnica platformy 55 cm
17. Gotowe testy:
 - Test granic stabilności (LOS)
 - Ocena proprioceptywna (jedna kończyna)
 - Ocena zakresu ruchów tułowia/bioder
 - Ocena posturalna i proprioceptywna zakresu ruchów tułowia/ bioder
 - Test równowagi obu stóp

18. Kąt nachylenia platformy +/- 15°

19. Kąt nachylenia sensora tułowia +/- 30°

Pragnę podkreślić, że nawet w przypadku, gdy pojedyncze, maksymalne wartości parametrów podane w SWZ odbiegają nieznacznie od parametrów ww. urządzenia, różnice te są nieistotne z klinicznego punktu widzenia i nie wpływają na osiągnięcie zamierzonego celu terapeutycznego.

ODPOWIEDŹ

Zamawiający nie dopuszcza.

PYTANIE NR 2: dotyczy części nr 6

„Czy zamawiający dopuści aparat do drenażu limfatycznego, jako urządzenia równoważnego o poniższych parametrach:

1. Kolorowy ekran dotykowy 5.7” ułatwiający sterowanie aparatem
2. Liczba komór max. 12
3. Zakres ciśnienia 20 -160 mmHg

4. Gradient 0 -100% płynna regulacja
5. Encyklopedia z gotowymi protokołami zabiegowymi minimum 15
6. Gotowe sekwencje programów zabiegowych
7. Możliwość tworzenia i zapisywania do 100 własnych programów użytkownika
8. Niezależna regulacja ciśnienia dla każdej komory
9. Regulacja prędkości nadmuchiwanie aplikatora
10. Parametry aktywności komór aplikatora widoczne na ekranie
11. Czas trwania terapii do 99 minut
12. Złącze umożliwiające łatwą i szybką wymianę aplikatorów
13. Automatyczna identyfikacja aplikatora przez aparat
14. Możliwość wyłączenia poszczególnych komór w aplikatorze
15. Wyposażenie:
 - 8-komorowy mankiet na rękę (lewy lub prawy) x 2
 - Spodnie 24-komorowe
 - Mankiet 10-komorowy do kończyn dolnych x 2 szt.
16. Złącze do mankietów
17. Oryginalny stolik producenta aparatu wyposażony w kabel zasilający, uchwyt na zasilacz do aparatu oraz 4 kółka jezdne, 2 kółka wyposażone w hamulce.

Pragnę podkreślić, że nawet w przypadku, gdy pojedyncze, maksymalne wartości parametrów podane w SWZ odbiegają nieznacznie od parametrów ww. urządzenia, różnice te są nieistotne z klinicznego punktu widzenia i nie wpływają na osiągnięcie zamierzonego celu terapeutycznego."

ODPOWIEDŹ

Zamawiający nie dopuszcza.

PYTANIE NR 3: dotyczy części nr 7

„Czy zamawiający dopuści skupioną falę uderzeniową, jako urządzenia równoważnego o poniższych parametrach:

1. Fala uderzeniowa skupiona
2. Kolorowy ekran dotykowy 8,4"
3. Dodatnia gęstość strumienia energii 0,01 – 0,65mJ/mm²
4. Szczytowe dodatnie ciśnienie akustyczne w punkcie ogniskowym 65 MPa
5. Regulowana głębokość penetracji do 65 mm za pomocą 3 nakładek sprzęgających
6. Optymalny rozmiar strefy ogniskowej (5x35 mm)
7. Regulacja intensywności 5-100% (płynnie co 1%)
8. Częstotliwość 1-25 Hz
9. Tryb pracy pojedyncza, sekwencja
10. Programy Quick
11. Nawigacyjny atlas anatomiczny
12. Baza danych pacjentów
13. Gotowe programy i encyklopedia terapeutyczna
14. Możliwość modyfikacji poszczególnych sekcji w sekwencji terapii
15. Możliwość tworzenia i zapisywania własnych sekwencji terapeutycznych
16. Licznik uderzeń
17. Inteligentny aplikator z ciągłym monitorowaniem intensywności uderzeń i ekranem dotykowym
18. Regulacja parametrów bezpośrednio na ekranie aplikatora
19. Test jakości uderzeń
20. Waga urządzenia 30 kg
21. Wymiary 320x190x280 mm

Pragnę podkreślić, że nawet w przypadku, gdy pojedyncze, maksymalne wartości parametrów podane w SWZ odbiegają nieznacznie od parametrów ww. urządzenia, różnice te są nieistotne z klinicznego punktu widzenia i nie wpływają na osiągnięcie zamierzonego celu terapeutycznego."

ODPOWIEDŹ

Zamawiający nie dopuszcza.

KIEROWNIK
Działu Innowacji i Publiczności
mgr Piotr Gasior