

Koszalin, dn. 01.12.2025 r.

Do:
Wykonawcy postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego

dotyczy: Przetarg nieograniczony nr TP.382.095.2025 EK – Implanty do zabiegów neurochirurgicznych

Na podstawie art. 135 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2024.1320 t.j.), udzielam wyjaśnień na zadane pytania:

PYTANIE NR 1: dotyczy części nr 13,35

„Czy ze względu na niewielką liczbę zabiegów Zamawiający odstąpi od wymogu utworzenia komisji i wyrazi zgodę na dostarczanie przedmiotu zamówienia wraz z instrumentarium każdorazowo do zabiegów?”

ODPOWIEDŹ

Zamawiający nie odstąpi od wymogu utworzenia komisji.

PYTANIE NR 2: dotyczy części nr 32

„Czy zamawiający dopuszcza zestaw o następujących parametrach:

- *Elastyczna żelowa proteza jądra miażdżystego implantowana przezskórnie do leczenia wypuklin dysków w odcinku lędźwiowym i lędźwiowo-krzyżowym kręgosłupa*
- *Roztwór produktów pochodnych celulozy z alkoholem etylowym i znacznikiem radiologicznym (Wolfram)*
- *Skład zestawu: 1 ampułka 2,2 ml roztworu, 2 strzykawki typu LuerLock 1 ml, 1 igła 19G (1.1 mm x 40 mm), 2 igły do kręgosłupa 18G (1.2. mm x 152 mm)*
- *Wszystkie elementy zestawu pakowane osobno, dostarczane sterylne”*

ODPOWIEDŹ


Zamawiający dopuszcza.

PYTANIE NR 3: dotyczy części nr 32

„Czy Zamawiający wymaga, aby cząsteczki wolframu (znacznika radiologicznego) w roztworze elastycznej żelowej protezy jądra miażdżystego były w skali mikro (1.3 – 1.7 mikrometra)?”

ODPOWIEDŹ

Zamawiający dopuszcza.


Dział Zamówień Publicznych
Szpital Wojewódzki im. Mikołaja Kopernika
ul. Piłsudskiego 7
85-001 Koszalin