

Koszalin, 02.12.2025 r.

Do:
Wykonawcy postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego

dotyczy: Postępowania w trybie podstawowym nr TP.382.111.2025 MB – Zestawy zabiegowe

WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2024.1320 t.j.), udzielam wyjaśnień na zadane pytania:

PYTANIE NR 1 dotyczy projektu umowy:

„Zwracamy się z prośbą o umieszczenie w umowie zapisu dotyczącego minimum logistycznego tj. Zamawiający będzie składał zamówienie według bieżących potrzeb, przy czym wartość zamówienia jednostkowego nie powinna być niższa niż 500 zł netto.”

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający wprowadzi do projektu umowy zaproponowaną zmianę.

PYTANIE NR 2 dotyczy części nr 1, 2:

„Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie dostarczenia próbek niesterylnych do w/w pakietu. Są to wyroby przygotowane zgodnie z indywidualnymi wymaganiami Zamawiającego, a tym samym nie są aktualnie dostępne w naszej standardowej ofercie. Ich produkcja wymaga odpowiedniej ilości czasu (faza produkcyjna, faza sterylizacji, okres kwarantanny). Jest on zbyt krótki, aby złożyć próbki sterylne w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.”

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający wyraża zgodę.

PYTANIE NR 3 dotyczy części nr 1, poz. 1:

„Czy Zamawiający dopuści zestaw o poniższym składzie, zapakowany w opakowanie rękaw papierowo-foliowy z dodatkowo dołączoną do zestawu miską nerkową, która może służyć jako nerka?”

- 1x Serweta chirurgiczna 50cm x 75cm 2-warstwowa (owinięcie zestawu)
- 1x Serweta chirurgiczna 75cm x 90cm 2-warstwowa, z centralnym otworem 6cm x 8cm
- 5x Kompres z gazy 17N 8W 7,5cm x 7,5cm
- 4x Tupfer z gazy bez nitki RTG, 17N 20cm x 20cm
- 1x Igła iniekcyjna (1,2 x 40 / 18G x 1½”), różowa
- 1x Strzykawka 3-częściowa 20ml Luer
- 1x Chwytnik plastikowy (Kocher, Pean) 13cm niebieski
- 1x Pęseta plastikowa 13cm niebieska
- 1x Miska nerkowa PVC 12cm x 18cm
- 2x Rękawice diagnostyczne lateksowe bezpudrowe rozm. M
- 1x Żel do znieczulenia błon śluzowych 6ml (doklejone do zestawu)
- 2x Strzykawka z wodą jałową i 10% gliceryną 10ml (doklejone do zestawu)”

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający nie dopuszcza.

PYTANIE NR 4 dotyczy części nr 1, poz. 2:

„Czy Zamawiający dopuści zestaw o poniższym składzie, zapakowany w opakowanie rękaw papierowo-foliowy z dodatkowo dołączoną do zestawu miską nerkową, która może służyć jako nerka?”

- 3x Kompres z gazy 17N 8W 7,5cm x 7,5cm

- 1x Pęseta anatomiczna ADSON metalowa 12cm
- 1x Nożyczki IRIS proste metalowe 11,5cm
- 1x Pęseta plastikowa 13cm niebieska
- 1x Miska nerkowata PVC 12cm x 18cm"

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający nie dopuszcza.

PYTANIE NR 5 dotyczy części nr 2, poz. 1:

„Czy Zamawiający dopuści zestaw o poniższym składzie, zapakowany w opakowanie rękaw papierowo-foliowy z dodatkowo dołączonym pojemnikiem, który może służyć jako nerka?

- 1x Ostrze do ściągania szwów krótkie 6,5cm
- 3x Tupfer z gazy bez nitki RTG, 17N 20cm x 20cm
- 1x Pęseta anatomiczna ADSON metalowa 12cm
- 1x Pęseta plastikowa 13cm niebieska
- 1x Pojemnik okrągły poj. 250ml, niebieski, z podziałką"

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający nie dopuszcza.

PYTANIE NR 6 dotyczy części nr 2, poz. 2:

„Czy Zamawiający dopuści zestaw o poniższym składzie, zapakowany w opakowanie rękaw papierowo-foliowy z dodatkowo dołączonym pojemnikiem 3 komorowym, który może służyć jako nerka?

- 1x Chwytnik plastikowy (Kocher, Pean) 13cm niebieski
- 1x Pęseta plastikowa 13cm niebieska
- 8x Kompres z gazy 17N 8W 7,5cm x 7,5cm
- 5x Tupfer z gazy bez nitki RTG, 17N 20cm x 20cm
- 1x Serweta chirurgiczna 45cm x 45cm (niebieski SMS)(doklejone do zestawu)
- 1x Pojemnik PP 3-komorowy 19,5cm x 13cm x 3,5cm, przezroczysty

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający nie dopuszcza.

PYTANIE NR 7 dotyczy części nr 2, poz. 3:

„Czy Zamawiający dopuści zestaw o poniższym składzie?

- 1x Pojemnik PP 3-komorowy 19,5cm x 13cm x 3,5cm, przezroczysty
- 8x Kompres z gazy 13N 8W 7,5cm x 7,5cm
- 1x Nożyczki IRIS proste metalowe 11,5cm
- 1x Pęseta anatomiczna metalowa 14cm?"

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający nie dopuszcza.

PYTANIE NR 8 dotyczy części nr 2, poz. 4:

- „Czy Zamawiający dopuści zestaw o poniższym składzie?
- 2x Serweta chirurgiczna 75cm x 90cm 2-warstwowa /1 z serwet (owinięcie zestawu)
- 1x Fartuch chirurgiczny STANDARD rozm. XXL
- 10x Kompres z gazy 17N 12W 7,5cm x 7,5cm
- 1x Serwetka chłonna 30cm x 30cm
- 20x Kompres z gazy 17N 12W 10cm x 10cm
- 1x Strzykawka 3-częściowa 20ml Luer
- 1x Igła iniekcyjna (0,8 x 50 / 21G x 2"), ciemnozielona
- 1x Igła iniekcyjna (1,2 x 40 / 18G x 1½"), różowa"

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający nie dopuszcza.

PYTANIE NR 9 dotyczy części nr 2, poz. 5:

„Czy Zamawiający dopuści serwetę wykonaną z materiału typu SMS o wymiarach 200 cm x 320 cm z przyklepionym otworem wypełnionym folią 25 cm x 30 cm z torbą do zbiórki płynów w wymiarach 90 cm x 80 cm, wbudowany worek na płyny 360stopni, odporność na przenikanie płynów 202 cm H₂O; chłonność materiału laminatu w części niewzmocnionej 170 ml/m²?"

ODPOWIEDŹ:
Zamawiający dopuszcza.

PYTANIE NR 10 dotyczy części nr 2, poz. 5:
„Czy Zamawiający dopuści chłonną serwetę dla noworodka o wymiarach 80 cm x 120 cm?”

ODPOWIEDŹ:
Zamawiający dopuszcza.

PYTANIE NR 11 dotyczy części nr 2, poz. 5:
„Czy Zamawiający dopuści tolerancję w wymiarach taśmy lepnej +/- 1 cm?”

ODPOWIEDŹ:
Zamawiający dopuszcza.

PYTANIE NR 12 dotyczy części nr 2, poz. 5:
„Czy Zamawiający dopuści ręcznik celulozowy w rozmiarze 30cm x 30cm?”

ODPOWIEDŹ:
Zamawiający dopuszcza.

PYTANIE NR 13 dotyczy części nr 2, poz. 5:
„Czy Zamawiający dopuści uchwyt jednorazowy z elektrodą dł. kabla 3,2m z łączem ERBE doklejony do zestawu?”

ODPOWIEDŹ:
Zamawiający nie dopuszcza.

PYTANIE NR 14 dotyczy części nr 2, poz. 5:
„Czy Zamawiający dopuści zacisk do pępowiny o długości 50 mm?”

ODPOWIEDŹ:
Zamawiający nie dopuszcza.

PYTANIE NR 15 dotyczy części nr 2, poz. 5:
„Czy Zamawiający dopuści serwetę nieprzylepną o wymiarach 90 cm x 120cm?”

ODPOWIEDŹ:
Zamawiający dopuszcza.

PYTANIE NR 16 dotyczy części nr 2, poz. 5:
„Czy Zamawiający dopuści dren do ssaka z końcówką typu Yankauer 24 CH, dł. 300 cm?”

ODPOWIEDŹ:
Zamawiający nie dopuszcza.

PYTANIE NR 17 dotyczy części nr 2, poz. 6:
„Czy Zamawiający dopuści zestaw o poniższym składzie?”

- 1x Serweta na stół do instrumentarium 100cm x 150cm (owinięcie zestawu)
- 2x Zaciskacz do pępowiny biały
- 1x Fartuch chirurgiczny STANDARD PLUS rozm. L ze wstawkami nieprzemakalnymi
- 1x Serweta chłonna 80cm x 120cm
- 1x Serweta pod pośladki rożek 90cm x 113cm 2-warstwowa, sztywnik
- 30x Kompres z gazy 17N 12W 10cm x 10cm
- 2x Serwetka chłonna 30cm x 30cm
- 1x Strzykawka 2-częściowa 20ml Luer (zielony tłok)
- 1x Igła iniekcyjna (0,8 x 40 / 21G x 1½”), ciemnozielona
- 1x Igła iniekcyjna (1,2 x 40 / 18G x 1½”), różowa”

ODPOWIEDŹ:
Zamawiający nie dopuszcza.

PYTANIE NR 18 dotyczy części nr 2, poz. 7:
„Czy Zamawiający dopuści zestaw o poniższym składzie?”

- 1x Iglotrzymacz MAYO-HEGAR metalowy 15cm
- 1x Serweta chirurgiczna 75cm x 90cm 2-warstwowa, z centralnym otworem przyklepnym o śr. 7cm

- 15x Kompres z gazy 13N 8W 10cm x 10cm
- 1x Serweta chirurgiczna 45cm x 45cm 2-warstwowa (owinięcie zestawu)"

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający nie dopuszcza.

PYTANIE NR 19 dotyczy części nr 2, poz. 8:

„Czy Zamawiający dopuści zestaw o poniższym składzie?

- 1x Serweta chirurgiczna 75cm x 90cm 2-warstwowa, z centralnym otworem przylepnym o śr. 7cm
- 1x Serweta chirurgiczna 50cm x 75cm 2-warstwowa
- 15x Kompres z gazy 17N 12W 7,5cm x 7,5cm
- 1x Kleszczyki ROCHESTER PEAN proste metalowe 18cm
- 1x Serweta chirurgiczna 45cm x 45cm 2-warstwowa (owinięcie zestawu)"

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający nie dopuszcza.

PYTANIE NR 20 dotyczy części nr 2, poz. 9:

„Czy Zamawiający dopuści zestaw o poniższym składzie, zapakowany w opakowanie rękaw papierowo-foliowy z dodatkowo dołączonym pojemnikiem, który może służyć jako nerka?

- 1x Chwytnik plastikowy (Kocher, Pean) 13cm niebieski
- 1x Pęseta chirurgiczna 1x2 zębki metalowa 14cm
- 6x Tupfer z gazy bez nitki RTG, 17N 15cm x 15cm
- 1x Igłotrzymacz MAYO-HEGAR metalowy 15cm
- 1x Strzykawka 3-częściowa 10ml Luer
- 1x Igła iniekcyjna (1,2 x 40 / 18G x 1½"), różowa
- 1x Igła iniekcyjna (0,8 x 40 / 21G x 1½"), ciemnozielona
- 1x Serweta chirurgiczna 45cm x 75cm 2-warstwowa, z centralnym otworem przylepnym 6cm x 8cm
- 1x Serweta chirurgiczna 50cm x 75cm 2-warstwowa (owinięcie zestawu)
- 1x Nożyczki IRIS proste metalowe 11,5cm
- 1x Pojemnik PP 3-komorowy 19,5cm x 13cm x 3,5cm, przezroczysty

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający nie dopuszcza.

PYTANIE NR 21 dotyczy części nr 2, poz. 9:

„Czy Zamawiający dopuści strzykawkę oraz igły bez opakowania jednostkowego, co spowoduje redukcję odpadów powstałych podczas zabiegu?”

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający nie dopuszcza.

PYTANIE NR 22 dotyczy części nr 1:

„Zwracam się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w Części 1 zestawów zapakowanych dodatkowo w miskę/tackę pełniącą funkcję blistra.”

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający wymaga jak w SWZ.

PYTANIE NR 23 dotyczy części nr 1, poz. 1:

„Zwracam się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w Części 1 Zadaniu 1 saszetki z żelem lubrykacyjnym 5 ml lub saszetki z żelem lubrykacyjnym 20 ml.”

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający nie dopuszcza.

PYTANIE NR 24 dotyczy części nr 1, poz. 1:

„Czy zamawiający zgodzi się na zaoferowanie zestawu do cewnikowania o niewielkich różnicach:

SKŁAD SWZ	ILOŚĆ SWZ	PROP ONOW ANA ILOŚĆ	PROPONOWANY SKŁAD
serweta włókninowa 70 x 50 cm +/- 5 cm	1 szt.	1 szt.	serweta celulozowo- polietylenowa 60 x 50 cm
serweta dwuwarstwowa 90 x 75 cm z otworem centralnym 10 cm +/- 1 cm	1 szt.	1 szt.	serweta dwuwarstwowa 60 x 50 cm z otworem centralnym 5 cm i rozcięciem
kompres gazowy włókninowy 7,5 x 7,5 cm	5 szt.	8 szt.	kompres gazowy włókninowy 7,5 x 7,5 cm
pęseta plastikowa anatomiczna 13cm +/- 0,5 cm	1 szt.	1 szt.	pęseta plastikowa anatomiczna 13cm +/- 0,5 cm
kleszczyki plastikowe typu Pean 13 cm +/- 1 cm	1 szt.	1 szt.	kleszczyki plastikowe typu Pean 13 cm +/- 1 cm
tampony gazowe bawełniane, po rozwinięciu 20 x 20 cm	4 szt.	5 szt.	tampony gazowe bawełniane, po rozwinięciu 20 x 20 cm
rękawiczki diagnostyczne, nitylowe, rozm. M	1 para	1 para	rękawiczki diagnostyczne, nitylowe, rozm. M
strzykawka z wodą destylowaną i gliceryną (10%) 10 ml	1 szt.	1 szt.	strzykawka z wodą destylowaną i gliceryną (10%) 10 ml
strzykawka z żelem lubrykacyjnym i lidokainą 10 ml +/- 2 ml	1 szt.	1 szt.	strzykawka z żelem lubrykacyjnym i lidokainą 10 ml +/- 2 ml
		1 szt.	POJEMNIK PLASTIKOWY OKRĄG 125ML WYSOKOŚĆ 3CM ŚR.DENKA 7,5CM SKALA TRANSPARENTNY
Zestaw zapakowany w opakowanie typu blister, w kształcie tacki, która może służyć jako nerka.			Zestaw zapakowany w opakowanie typu blister, w kształcie tacki, która może służyć jako nerka. Dodatkowo zapakowane w worek (strzykawki).

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający wymaga jak w SWZ.

PYTANIE NR 25 dotyczy części nr 1, poz. 2:

„Czy zamawiający zgodzi się na zaoferowanie zestawu do usuwania szwów o niewielkich różnicach

SKŁAD SWZ	ILOŚĆ SWZ	PROP ONOW ANA ILOŚĆ	PROPONOWANY SKŁAD
kompres gazowy bawełniany 7,5 x 7,5 cm 17N8W	3 szt.	3 szt.	Tupfer kula 20 x 20 cm 17N
pęseta metalowa anatomiczna typu Adson 13cm +/- 1cm	1 szt.	1 szt.	pęseta metalowa anatomiczna typu Adson 13cm +/- 1cm
pęseta plastikowa anatomiczna 13cm +/- 0,5 cm	1 szt.	1 szt.	pęseta plastikowa anatomiczna 13cm +/- 0,5 cm
nożyczki metalowe ostro – ostre 12 cm +/- 0,5 cm	1 szt.	1 szt.	OSTRZE CHIRURGICZNE DO ŚCIAGANIA SZWÓW 6,5CM
Zestaw zapakowany w opakowanie typu blister, w kształcie tacki, która może służyć jako nerka.			Zestaw zapakowany w opakowanie typu blister, w kształcie tacki, która może służyć jako nerka.

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający wymaga jak w SWZ.

PYTANIE NR 26 dotyczy projektu umowy, § 3, ust. 1, ust. 5:

„W związku z art. 431. PZP [Obowiązek współdziałania zamawiającego i wykonawcy] wskazującym na fakt, iż Zamawiający i wykonawca wybrany w postępowaniu o udzielenie zamówienia obowiązani są współdziałać przy

wykonaniu umowy w sprawie zamówienia publicznego, zwanej dalej "umową", w celu należytej realizacji zamówienia przesyłamy następujące zapytania do wzoru umowy:

§ 3 pkt.1: Prosimy o wyrażenie zgody na zmianę z 15% wskaźnika cen towarów na 10% wskaźnika cen towarów?

§ 3 pkt.5: Prosimy o wyrażenie zgodny na zmianę z 5% pierwotnej wartość wynagrodzenia na 10% pierwotnej wartości wynagrodzenia?"

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający nie wyraża zgody.

PYTANIE NR 27 dotyczy części nr 1, 2, 4:

„Czy Zamawiający oczekuje zestawów spełniającego definicje MDR i ustawy o wyrobach medycznych w tym przepisów dotyczących systemów lub zestawów zabiegowych zgodne z artykułem 2 ust.10 oraz artykułem 22 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobów medycznych (MDR) z późniejszymi zmianami oraz ustawą z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych z późniejszymi zmianami w tym artykułem 2 ust. 37.”

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający dopuszcza.

PYTANIE NR 28 dotyczy części nr 2, poz. 5 i 7:

„Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o możliwość załączenia do oferty próbek niesterylnych. W ww. pozycjach oferujemy zestawy, które powstają na potrzeby obecnego postępowania i w związku z tym, że proces sterylizacji jest długi, nie jesteśmy w stanie w tak krótkim czasie dostarczyć próbki sterylnej.”

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający wyraża zgodę.

PYTANIE NR 29 dotyczy części nr 1, poz. 1:

„Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania Zestawu do cewnikowania pęcherza moczowego zgodnego z wymaganiami SWZ, jednakże w którym w zamian za kleszczyki plastikowe typu Pean, są kleszczyki plastikowe typu Kocher?”

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający dopuszcza.

PYTANIE NR 30 dotyczy części nr 2, poz. 1:

„Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania Zestawu do zdejmowania szwów, w którym tampony, po rozwinięciu 20 x 20cm, wykonane są z włókniny? Pozostałe parametry i skład zestawu bez zmian.”

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający dopuszcza.

PYTANIE NR 31 dotyczy części nr 2, poz. 2:

„Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania Zestawu do zmiany opatrunku zgodnego z wymaganiami SWZ, jednakże w którym w zamian za kleszczyki plastikowe typu Pean, są kleszczyki plastikowe typu Kocher?”

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający dopuszcza.

PYTANIE NR 32 dotyczy części nr 2, poz. 9:

„Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania Zestawu do zakładania szwów, w którego składzie w zamian za kleszczyki plastikowe typu Pean, są kleszczyki plastikowe typu Kocher oraz w zamian za strzykawkę typu Luer jest strzykawka typu Luer Lock? Pozostałe parametry i skład zestawu bez zmian.”

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający dopuszcza.

PYTANIE NR 33 dotyczy części nr 4, poz. 1:

„Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania Zestawu do drenażu opłucnej, w którym opatrunek sterylny, chłonny, ma rozmiar 8cm x 6cm oraz w zamian za pojemnik plastikowy 120 ml jest pojemnik 150ml? Pozostałe parametry i skład zestawu bez zmian.”

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający dopuszcza.

PYTANIE NR 34 dotyczy części nr 4, poz. 2:

„czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania Zestawu do zamykania małych ran, w którym w zamian za serwetę na stół narzędziowy 75 cm x 45 cm, jest serweta w rozmiarze 75 cm x 75 cm oraz w którego skład wchodzi tampony gazowe, po rozwinięciu 20cm x 20cm, wykonane z gazy 20 nitkowej. Pozostałe parametry i skład zestawu bez zmian.”

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający dopuszcza.

PYTANIE NR 35 dotyczy części nr 4, poz. 3:

„Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania Zestawu do usuwania klipsów skórnych, w którym brak jest 4 szt. kompresów gazowych 7,5 cm x 7,5 cm 17n 8w oraz brak jest rękawiczek nitylowych rozm. M. Zestaw opakowany jest w opakowanie papier folia z naklejką do wklejenia do karty pacjenta.”

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający dopuszcza.

PYTANIE NR 36 dotyczy części nr 4, poz. 4:

„Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania Zestawu do wklucia obwodowego, w którym staza bezlateksowa ma rozmiar 3,5 cm x 65 cm oraz w którym w zamian za opatrunek sterylony w rozmiarze 5,8 cm x 8 cm, jest opatrunek sterylony w rozmiarze 7 cm x 9 cm? Pozostałe parametry i skład zestawu bez zmian.”

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający dopuszcza.

KIEROWNIK
Działu Zamówień Publicznych
SZPITAL WOJEWÓDZKI
imi. Mikołaja Kopernika w Koszalinie
m. nr Piotr Gaska