

Koszalin, 19.01.2026 r.

Do:  
Wykonawcy postępowania  
o udzielenie zamówienia publicznego

dotyczy: Postępowania w trybie podstawowym nr TP.382.004.2026 MB – Materiały opatrunkowe

### WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2024.1320 t.j.), udzielam wyjaśnień na zadane pytania:

PYTANIE NR 1 dotyczy części nr 8:

*„Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie kompresów sterylizowanych tlenkiem etylenu. Proces sterylizacją EO jest równie skuteczny co para wodna i przeprowadzany jest zgodnie z obowiązującymi normami. Pozwoli to na przedstawienie ofert większemu gronu wykonawców.”*

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający dopuszcza.

PYTANIE NR 2 dotyczy części nr 9, poz. 3:

*„Czy Zamawiający dopuści kompresy o wymiarze 25mm x 50mm?”*

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający nie dopuszcza.

PYTANIE NR 3 dotyczy części nr 9, poz. 4:

*„Czy Zamawiający dopuści kompresy o wymiarze 20mm x 70mm?”*

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający nie dopuszcza.

PYTANIE NR 4 dotyczy części nr 9:

*„Czy Zamawiający dopuści kompresy pakowane po 10 szt., następnie pakowane dalej po 20 opakowań?”*

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający dopuszcza.

PYTANIE NR 5 dotyczy projektu umowy:

*„Zwracamy się z prośbą o umieszczenie w umowie zapisu dotyczącego minimum logistycznego tj. Zamawiający będzie składał zamówienie według bieżących potrzeb, przy czym wartość zamówienia jednostkowego nie powinna być niższa niż 500 zł netto.”*

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający wprowadzi do projektu umowy zaproponowaną zmianę.

PYTANIE NR 6 dotyczy części nr 1, poz. 1:

*„Czy Zamawiający dopuści gazę o powierzchni 1m2?”*

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający nie dopuszcza.

PYTANIE NR 7 dotyczy części nr 1, poz. 2:

*„Czy Zamawiający dopuści gazę o powierzchni 0,5m2?”*

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający nie dopuszcza.

PYTANIE NR 8 dotyczy części nr 1:

„Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie gazy w opakowaniu typu blister papier-folia?”

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający wyraża zgodę.

PYTANIE NR 9 dotyczy części nr 3, poz. 1:

„Czy Zamawiający dopuści siatkę o szerokości w stanie swobodnym max 15mm?”

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający nie dopuszcza.

PYTANIE NR 10 dotyczy części nr 3, poz. 2:

„Czy Zamawiający dopuści siatkę o szerokości w stanie swobodnym 10-25mm?”

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający nie dopuszcza.

PYTANIE NR 11 dotyczy części nr 3, poz.3:

„Czy Zamawiający dopuści siatkę o szerokości w stanie swobodnym 15-35mm?”

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający nie dopuszcza.

PYTANIE NR 12 dotyczy części nr 3, poz. 4:

„Czy Zamawiający dopuści siatkę o szerokości w stanie swobodnym 25-45mm?”

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający nie dopuszcza.

PYTANIE NR 13 dotyczy części nr 3, poz. 4:

„Czy Zamawiający dopuści siatkę o szerokości w stanie swobodnym 40-65mm?.”

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający nie dopuszcza.

PYTANIE NR 14 dotyczy części nr 3, poz.5:

„Czy Zamawiający dopuści siatkę o szerokości w stanie swobodnym 40-65mm?”

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający nie dopuszcza.

PYTANIE NR 15 dotyczy części nr 3, poz. 6:

„Czy Zamawiający dopuści siatkę o szerokości w stanie swobodnym 50-95mm?”

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający nie dopuszcza.

PYTANIE NR 16 dotyczy części nr 5:

„Czy Zamawiający dopuści watę o wilgotności nie większej niż 11%?”

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający nie dopuszcza.

PYTANIE NR 17 dotyczy części nr 5:

„Czy Zamawiający dopuści watę bawełnianą o pH 4,4-8,2?”

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający nie dopuszcza.

PYTANIE NR 18 dotyczy części nr 6, poz. 1-3:

„Czy Zamawiający wymaga zaoferowania opasek dzianych wykonanych ze 100% wiskozy?”

ODPOWIEDŹ:

Zgodnie z SWZ.

PYTANIE NR 19 dotyczy części nr 7, poz. 1, 2:

„Czy Zamawiający dopuści wklejki TAG zawierające datę ważności, nazwę producenta, numer LOT oraz numer REF?”

ODPOWIEDŹ:

Zgodnie z SWZ.

PYTANIE NR 20 dotyczy części nr 7, poz. 1, 2:

„Czy Zamawiający dopuści zastosowanie wklejek TAG, na których informacja o rozmiarze oraz ilości produktu jest zakodowana wyłącznie w numerze katalogowym?”

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający nie dopuszcza.

PYTANIE NR 21 dotyczy części nr 8:

„Czy Zamawiający dopuści margines otwarcia minimum 1 cm?”

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający nie dopuszcza.

PYTANIE NR 22 dotyczy części nr 11, poz. 5:

„Czy Zamawiający dopuści opatrunek oczy w rozmiarze 5x7,5cm?”

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający dopuszcza.

KIEROWNIK  
Dział Zamówień Publicznych  
SZPITAL WOJEWÓDZKI  
im. Mikołaja Kopernika w Koszalinie  
*Piotr Gaska*  
mgr Piotr Gaska