

Koszalin, 09.02.2026 r.

Do:
Wykonawcy postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego

dotyczy: Przetarg nieograniczony nr TP.382.075.2026 OB – Sprzęt do zabiegów wewnątrznaczyniowych

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

1. Na podstawie art. 253 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych zawiadamiam niniejszym, że w przedmiotowym postępowaniu, jako najkorzystniejsze wybrano oferty firm:

Nr części	Nazwa części	Wykonawca	Punkty oferty
1	Stentgraft aortalny łącznie z zestawem	Hammermed Medical Polska Sp. z o.o., S.K.A., ul. Kopcińskiego 69/71, 90-032 Łódź	100,00
2	Stentgraft biodrowy	Hammermed Medical Polska Sp. z o.o., S.K.A., ul. Kopcińskiego 69/71, 90-032 Łódź	100,00
3	Stent samorozprężalny do tętnic obwodowych	Hammermed Medical Polska Sp. z o.o., S.K.A., ul. Kopcińskiego 69/71, 90-032 Łódź	100,00
4	Stent samorozprężalny powlekany lekiem	Hammermed Medical Polska Sp. z o.o., S.K.A., ul. Kopcińskiego 69/71, 90-032 Łódź	100,00
5	Stent samorozprężalny kompatybilny z przewodnikiem 0,018"	Hammermed Medical Polska Sp. z o.o., S.K.A., ul. Kopcińskiego 69/71, 90-032 Łódź	100,00
6	Stentgraft obwodowy do tętnic nerkowych i biodrowych	Hammermed Medical Polska Sp. z o.o., S.K.A., ul. Kopcińskiego 69/71, 90-032 Łódź	100,00
7	Stentgraft aortalny rozprężalny na balonie	Hammermed Medical Polska Sp. z o.o., S.K.A., ul. Kopcińskiego 69/71, 90-032 Łódź	100,00
8	Koszulki naczyniowe wielozadaniowe	Hammermed Medical Polska Sp. z o.o., S.K.A., ul. Kopcińskiego 69/71, 90-032 Łódź	100,00
9	Zestaw diagnostyczny wprowadzający	Hammermed Medical Polska Sp. z o.o., S.K.A., ul. Kopcińskiego 69/71, 90-032 Łódź	100,00
10	Prowadniki wewnątrznaczyniowe	Hammermed Medical Polska Sp. z o.o., S.K.A., ul. Kopcińskiego 69/71, 90-032 Łódź	100,00
11	Spirale embolizacyjne obwodowe	Hammermed Medical Polska Sp. z o.o., S.K.A., ul. Kopcińskiego 69/71, 90-032 Łódź	100,00
12	Cewniki diagnostyczne	Hammermed Medical Polska Sp. z o.o., S.K.A., ul. Kopcińskiego 69/71, 90-032 Łódź	100,00
13	Cewnik hydrofilny, superselektywny, obwodowy	Terumo Poland Sp. z o.o., ul. 1 Sierpnia 6, 02-134 Warszawa	100,00
14	Cewnik przeznaczony do kalibracji	Cordis Medical Poland Sp. z o.o., ul. Mińska 3, 54-610 Wrocław	100,00
15	Pętle naczyniowe do odzyskiwania	Hammermed Medical Polska Sp. z o.o., S.K.A., ul. Kopcińskiego 69/71, 90-032 Łódź	100,00
16	Zestaw do mikronakłucia	Hammermed Medical Polska Sp. z o.o., S.K.A., ul. Kopcińskiego 69/71, 90-032 Łódź	100,00
17	Zestaw wprowadzający do zastosowań poniżej podkolanowych	Hammermed Medical Polska Sp. z o.o., S.K.A., ul. Kopcińskiego 69/71, 90-032 Łódź	100,00
18	Strzykawki wysokociśnieniowe	Rinores Sp. z o.o., ul. Dębicka 644, 35-213 Rzeszów	100,00
19	Cewniki zbrojone wspomagające do udrożnień cto	Hammermed Medical Polska Sp. z o.o., S.K.A., ul. Kopcińskiego 69/71, 90-032 Łódź	100,00
20	Stent rozprężalny na balonie -otw, kobaltowo-chromowy typu slotted tube	Abbott Medical Sp. z o.o., ul. Postępu 21B, 02-676 Warszawa	100,00

21	Stent na balonie do naczyń nerkowych - kobaltowo- chromowy, system rx	Abbott Medical Sp. z o.o., ul. Postępu 21B, 02-676 Warszawa	100,00
22	Stent samorozprężalny do tętnicy udowej z termiczną pamięcią kształtu	Abbott Medical Sp. z o.o., ul. Postępu 21B, 02-676 Warszawa	100,00
23	Samorozprężalny, elastyczny stent zamkniętokomórkowy	Abbott Medical Sp. z o.o., ul. Postępu 21B, 02-676 Warszawa	100,00
24	Cewnik balonowy wielozadaniowy	Abbott Medical Sp. z o.o., ul. Postępu 21B, 02-676 Warszawa	100,00
25	Cewnik balonowy uniwersalny	Abbott Medical Sp. z o.o., ul. Postępu 21B, 02-676 Warszawa	100,00
26	Specjalistyczny cewnik balonowy do interwencji poniżej kolana	Abbott Medical Sp. z o.o., ul. Postępu 21B, 02-676 Warszawa	100,00
27	Cewnik balonowy typu tx do pre- i post-dylatacji	Abbott Medical Sp. z o.o., ul. Postępu 21B, 02-676 Warszawa	100,00
28	Prowadniki zabiegowe sterowalne i hybrydowe	Abbott Medical Sp. z o.o., ul. Postępu 21B, 02-676 Warszawa	100,00
29	Szewne systemy do zamykania dostępów naczyniowych po introducerze do 24f	Abbott Medical Sp. z o.o., ul. Postępu 21B, 02-676 Warszawa	100,00
30	Korek naczyniowy do embolizacji	Abbott Medical Sp. z o.o., ul. Postępu 21B, 02-676 Warszawa	100,00
31	Zamykacz naczyniowy	Terumo Poland Sp. z o.o., ul. 1 Sierpnia 6, 02-134 Warszawa	100,00
32	Zestaw do chirurgii sercowo-naczyniowej	Postępowanie unieważnione	
33	Zestaw do podawania kontrastu	Postępowanie unieważnione	
34	Cewnik wspierający	Terumo Poland Sp. z o.o. ul. 1 Sierpnia 6, 02-134 Warszawa	100,00
35	Protezy naczyniowe dziane	Getinge Polska Sp. z o.o., ul. Żwirki i Wigury 18 02-092 Warszawa	100,00
36	Protezy naczyniowe antybakteryjne	Getinge Polska Sp. z o.o., ul. Żwirki i Wigury 18 02-092 Warszawa	100,00
37	Protezy z eptfe do dializ	Getinge Polska Sp. z o.o., ul. Żwirki i Wigury 18 02-092 Warszawa	100,00
38	Protezy z eptfe	Getinge Polska Sp. z o.o., ul. Żwirki i Wigury 18 02-092 Warszawa	100,00
39	Łaty naczyniowe	Getinge Polska Sp. z o.o., ul. Żwirki i Wigury 18 02-092 Warszawa	100,00
40	Zestaw tunelizujący do protez naczyniowych	Getinge Polska Sp. z o.o., ul. Żwirki i Wigury 18 02-092 Warszawa	100,00
41	Klipsownica naczyniowa automatyczna	Johnson & Johnson Poland Sp. z o.o., ul. Hłżecka 24, 02-135 Warszawa	100,00
42	Szant naczyniowy typu pruit-inahara	Agencja Naukowo-Techniczna SYMICO Sp z o.o., ul. Gwiaździsta 66, lok. 22.B.06, 53-413 Wrocław	100,00
43	Stentgraft dla specjalnych wymagań anatomicznych	Medtronic Poland Sp. z o. o., ul. Polna 11, 00-633 Warszawa	100,00
44	Cewniki permanentne do dializ	Becton Dickinson Polska Sp. z o.o., ul. Osmańska 1402-823 Warszawa	100,00
45	System rozwieracza brzuszego	Comef Sp. z o.o., ul. Gdańska 2, 40-719 Katowice	100,00
46	System do odzyskiwania krwi z pola operacyjnego	Postępowanie unieważnione	
47	Koszulka sterowalna	Medtronic Poland Sp. z o. o., ul. Polna 11, 00-633 Warszawa	100,00

Uzasadnienie wyboru: oferty przedstawiały najkorzystniejszy bilans punktów – maksymalna liczba przyznanych punktów w oparciu o ustalone kryteria (cena 100 pkt.).

2. POZOSTALI WYKONAWCY, KTÓRZY ZŁOŻYLI OFERTY:

Nr części	Nazwa części	Wykonawca	Punkty oferty
6	Stentgraft obwodowy do tętnic nerkowych i biodrowych	Support 4 Medicine Sp. z o.o. SKA, ul. Zwycięzców 28 lok 29, 03-938 Warszawa	Oferta odrzucona
8	Koszulki naczyniowe wielozadaniowe	Support 4 Medicine Sp. z o.o. SKA, ul. Zwycięzców 28 lok 29, 03-938 Warszawa	Oferta odrzucona

9	Zestaw diagnostyczny wprowadzający	Support 4 Medicine Sp. z o.o. SKA, ul. Zwycięzców 28 lok 29, 03-938 Warszawa	Oferta odrzucona
12	Cewniki diagnostyczne	Support 4 Medicine Sp. z o.o. SKA, ul. Zwycięzców 28 lok 29, 03-938 Warszawa	Oferta odrzucona
14	Cewnik przeznaczony do kalibracji	Support 4 Medicine Sp. z o.o. SKA, ul. Zwycięzców 28 lok 29, 03-938 Warszawa	Oferta odrzucona
15	Pętłe naczyniowe do odzyskiwania	Support 4 Medicine Sp. z o.o. SKA, ul. Zwycięzców 28 lok 29, 03-938 Warszawa	Oferta odrzucona
18	Strzykawki wysokociśnieniowe	ALTERIS Spółka Akcyjna, ul. Ceglana 35, 40-514 Katowice	87,50
		Hammermed Medical Polska Sp. z o.o., S.K.A., ul. Kopcińskiego 69/71, 90-032 Łódź	7,81
		NOWE TECHNOLOGIE MEDYCZNE J.K. J.T. M.K. SPÓŁKA CYWILNA MATEUSZ KRYSIAK WSPÓLNIK SPÓŁKI CYWILNEJ, ul. Wyszyńskiego 154B/1, 6-400 Gorzów Wielkopolski	Oferta odrzucona
		Support 4 Medicine Sp. z o.o. SKA, ul. Zwycięzców 28 lok 29, 03-938 Warszawa	84,94
		Agencja Naukowo-Techniczna SYMICO Sp z o.o., ul. Gwiaździsta 66, lok. 22.B.06, 53-413 Wrocław	97,69
20	Stent rozprężalny na balonie -otw, kobaltowo-chromowy typu slotted tube	Support 4 Medicine Sp. z o.o. SKA, ul. Zwycięzców 28 lok 29, 03-938 Warszawa	Oferta odrzucona
22	Stent samorozprężalny do tętnicy udowej z termiczną pamięcią kształtu	Support 4 Medicine Sp. z o.o. SKA, ul. Zwycięzców 28 lok 29, 03-938 Warszawa	Oferta odrzucona
24	Cewnik balonowy wielozadaniowy	Support 4 Medicine Sp. z o.o. SKA, ul. Zwycięzców 28 lok 29, 03-938 Warszawa	Oferta odrzucona
25	Cewnik balonowy uniwersalny	Support 4 Medicine Sp. z o.o. SKA, ul. Zwycięzców 28 lok 29, 03-938 Warszawa	Oferta odrzucona
34	Cewnik wspierający	Support 4 Medicine Sp. z o.o. SKA, ul. Zwycięzców 28 lok 29, 03-938 Warszawa	Oferta odrzucona
47	Koszulka sterowalna	Support 4 Medicine Sp. z o.o. SKA, ul. Zwycięzców 28 lok 29, 03-938 Warszawa	64,92

3. INFORMACJA O ODRZUCENIU OFERT

Część nr 6 (Stentgraft obwodowy do tętnic nerkowych i biodrowych).

Oferta złożona przez Support 4 Medicine Sp. z o.o. SKA, ul. Zwycięzców 28 lok 29, 03-938 Warszawa, została odrzucona na mocy art. 226, ust. 1, pkt 5 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Uzasadnienie:

Oferowany produkt nie jest stentgraftem zbudowanym z rozprężanego na balonie stentu kobaltowo-chromowego (L605) powleczonego wszczepialnym materiałem ePTFE.

Produkt nie spełnia wymogu dotyczącego długości shaftu – wymagane długości 75 cm oraz 120 cm nie są dostępne w oferowanym asortymencie.

Oferowany stentgraft nie spełnia wymagań w zakresie dostępnych średnic i długości.

Wymagana kompatybilność z koszulką 6F dla średnic 5–8 mm oraz z koszulką 7F dla średnic 9–10 mm.

Oferowany produkt nie spełnia powyższych parametrów technicznych.

Oferowany wyrób nie posiada wymaganych dwóch markerów platynowo-irydowych umieszczonych w balonie.

Część nr 8 (Koszulki naczyniowe wielozadaniowe)

Oferta złożona przez Support 4 Medicine Sp. z o.o. SKA, ul. Zwycięzców 28 lok 29, 03-938 Warszawa, została odrzucona na mocy art. 226, ust. 1, pkt 5 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Uzasadnienie:

Oferowany produkt nie spełnia wymagań, tj.: brak wykonania z PTFE ze spiralnym oplotem oraz cieniodajną opaską RB, brak dostępności dwóch rodzajów poszerzadeł w wersji standardowej lub elastycznej, a także brak dedykacji do zastosowania w tętnicach szyjnych.

Część nr 9 (Zestaw diagnostyczny wprowadzający)

Oferta złożona przez Support 4 Medicine Sp. z o.o. SKA, ul. Zwycięzców 28 lok 29, 03-938 Warszawa, została odrzucona na mocy art. 226, ust. 1, pkt 5 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Uzasadnienie:

Oferowany produkt nie spełnia wymogu dotyczącego minimalnej długości.

Oferowany wyrób nie spełnia wymogu wykonania z elastycznego polimeru FEP - zastosowany materiał nie odpowiada parametrom określonym w opisie przedmiotu zamówienia.

Część nr 12 (Cewniki diagnostyczne)

Oferata złożona przez Support 4 Medicine Sp. z o.o. SKA, ul. Zwycięzców 28 lok 29, 03-938 Warszawa, została odrzucona na mocy art. 226, ust. 1, pkt 5 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Uzasadnienie:

Oferowany produkt nie spełnia wymogu dotyczącego długości 40cm. Brak wymaganych końcówek dedykowanych dla nietypowych anatomii. Brak wykonania zbrojenia na całej długości ośmioma drutami z nierdzewnej stali.

Produkt nie spełnia wymogu posiadania miękkiej, atraumatycznej końcówki, z opcjonalną cieniodajną końcówką typu Beacon.

Część nr 14 (Cewnik przeznaczony do kalibracji)

Oferata złożona przez Support 4 Medicine Sp. z o.o. SKA, ul. Zwycięzców 28 lok 29, 03-938 Warszawa, została odrzucona na mocy art. 226, ust. 1, pkt 5 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Uzasadnienie:

Oferowany produkt nie spełnia wymogu posiadania końcówki typu pig tail wyposażonej w 6 bocznych otworów.

Oferowany wyrób nie spełnia wymogu zakończenia złączem (HUB) wykonanym z poliwęglanu.

Produkt nie spełnia wymogu kompatybilności z przewodnikiem o średnicy 0,038".

Oferowany cewnik nie spełnia wymogu wyposażenia w 10 lub 20 znaczników wykonanych ze stopu złota, umożliwiających kalibrację obrazu.

Oferowany wyrób nie spełnia wymogu posiadania korpusu plecionego, zapewniającego odpowiednią sztywność i kontrolę podczas wprowadzania.

Część nr 15 (Pętla naczyniowa do odzyskiwania)

Oferata złożona przez Support 4 Medicine Sp. z o.o. SKA, ul. Zwycięzców 28 lok 29, 03-938 Warszawa, została odrzucona na mocy art. 226, ust. 1, pkt 5 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Uzasadnienie:

Oferowany produkt nie spełnia wymogu dotyczącego zestawu do odzyskiwania z jednooczkową pętlą wykonaną z drutu nitinolowego owiniętego platyną, o dwupłaszczyznowej konstrukcji umożliwiającej chwytanie obiektów pod każdym kątem, zarówno poprzez główne oczko pętli, jak również z wykorzystaniem chwytu bocznego.

Oferowany wyrób nie spełnia wymogu dotyczącego długości koszulki wprowadzającej.

Część nr 18 (Strzykawki wysokociśnieniowe)

Oferata złożona przez Nowe Technologie Medyczne J.K. J.T. M.K. spółka cywilna Mateusz Krysiak wspólnik spółki cywilnej, ul. Wyszyńskiego 154b/1, 6-400 Gorzów Wielkopolski, została odrzucona na mocy art. 226, ust. 1, pkt 2 lit. c) ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Uzasadnienie:

Zamawiający w dniu 13.01.2026 r. wezwał Wykonawcę do uzupełnienia przedmiotowych środków dowodowych, tj.: oświadczenie o posiadaniu wszystkich wymaganych (zgodnie z Ustawą o wyrobach medycznych) dokumentów dopuszczających do obrotu i używania na terenie RP (deklaracja zgodności, potwierdzenie jednostki notyfikowanej) oraz oświadczenie o niezwłocznym przedłożeniu ww. dokumentów na każde wezwanie Zamawiającego zarówno w trakcie trwania postępowania jak i po jego zakończeniu. Wykonawca nie złożył przedmiotowych środków dowodowych w wyznaczonym terminie.

Część nr 20 (Stent rozprężalny na balonie -otw, kobaltowo-chromowy typu slotted tube)

Oferata złożona przez Support 4 Medicine Sp. z o.o. SKA, ul. Zwycięzców 28 lok 29, 03-938 Warszawa, została odrzucona na mocy art. 226, ust. 1, pkt 5 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Uzasadnienie:

Oferowany produkt nie spełnia wymogu dostępności średnic oraz długości stentu.

Oferowany stent nie spełnia wymogu dotyczącego wskazań klinicznych – stent powinien być zalecany w leczeniu nowo powstałych lub restenotycznych zwężeń miażdżycowych oraz w leczeniu paliatywnym zwężeń spowodowanych naciekiem nowotworowym w drogach żółciowych.

Część nr 22 (Stent samorozprężalny do tętnicy udowej z termiczną pamięcią kształtu)

Oferata złożona przez Support 4 Medicine Sp. z o.o. SKA, ul. Zwycięzców 28 lok 29, 03-938 Warszawa, została odrzucona na mocy art. 226, ust. 1, pkt 5 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Uzasadnienie:

Oferowany produkt nie spełnia wymogu dostępności długości stentu – wymagane zakresy: dla średnic 9 i 10 mm długość 100 mm, dla średnic 5–8 mm długości 120–150 mm, nie są w pełni zapewnione.

Oferowany wyrób nie spełnia wymogu posiadania po 6 markerów na każdym końcu stentu.

Produkt nie spełnia wymogu mechanizmu uwalniania stentu, który powinien umożliwiać obsługę jedną ręką.

Część nr 24 (Cewnik balonowy wielozadaniowy)

Oferata złożona przez Support 4 Medicine Sp. z o.o. SKA, ul. Zwycięzców 28 lok 29, 03-938 Warszawa, została odrzucona na mocy art. 226, ust. 1, pkt 5 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Uzasadnienie

Oferowany produkt nie spełnia wymogu dostępności długości balonu
Oferowany wyrób nie spełnia wymogu długości układu wprowadzającego
Produkt nie spełnia wymogu dostępności średnic.
Oferowany cewnik nie spełnia wymogu parametrów roboczych balonu (NP 4–8 atm, RBP > 7 atm), w tym dla średnicy 3,0 mm > 27 atm oraz dla rozmiaru 4/60 mm = 18 atm.
Produkt nie spełnia wymogu posiadania pokrycia ułatwiającego manewrowanie w wąskich i krętych naczyniach.
Oferowany wyrób nie spełnia wymogu materiału balonu odpornego na zadrapania i uszkodzenia podczas przechodzenia przez zwapniałe lub ciasne zmiany.

Część nr 25 (Cewnik balonowy uniwersalny)

Oferta złożona przez Support 4 Medicine Sp. z o.o. SKA, ul. Zwycięzców 28 lok 29, 03-938 Warszawa, została odrzucona na mocy art. 226, ust. 1, pkt 5 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Uzasadnienie

Oferowany wyrób nie spełnia wymogu długości układu dostarczającego.
Produkt nie spełnia wymogu dostępności minimum 9 długości dla wszystkich średnic.
Oferowany cewnik nie spełnia wymogu dostępności średnic – oferowane średnice 2,0–6,0 mm nie obejmują minimum 7 wymaganych średnic, w tym średnicy 5,5 mm dla wszystkich długości.
Produkt nie spełnia wymogu czasu deflacji – bardzo krótki czas deflacji 3,9 sekundy dla balonu 3/20.
Oferowany wyrób nie spełnia wymogu pokrycia ułatwiającego manewrowanie w wąskich i krętych naczyniach oraz materiału balonu odpornego na zadrapania i uszkodzenia podczas przechodzenia przez zwapniałe ściany.

Część nr 34 (Cewnik wspierający)

Oferta złożona przez Support 4 Medicine Sp. z o.o. SKA, ul. Zwycięzców 28 lok 29, 03-938 Warszawa, została odrzucona na mocy art. 226, ust. 1, pkt 5 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Uzasadnienie

Oferowany wyrób nie spełnia wymogu dotyczącego cewnika wspierającego trudne zmiany CTO 0,035 i CTO 0,018.
Produkt nie spełnia wymogu długości 135 cm
Oferowany cewnik nie spełnia wymogu posiadania trwałej powłoki hydrofilnej na odcinku dystalnym o długości 40 cm.
Produkt nie spełnia wymogu końcówki dystalnej taperowanej o długości 12 mm o stożkowatym kształcie.
Oferowany wyrób nie spełnia wymogu posiadania trzech markerów: zatopionego markera 1 mm od końcówki, widocznego pod skopią, oraz dwóch markerów umieszczonych 40 i 60 mm od końcówki dystalnej.
Produkt nie spełnia wymogu długości koszulki wprowadzającej 105cm

4. INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

1) Część nr 32 (Zestaw do chirurgii sercowo-naczyniowej) została unieważniona na mocy art. 255 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Uzasadnienie:

Do terminu składania ofert w postępowaniu nie wpłynęła żadna oferta.

2) Część nr 33 (Zestaw do podawania kontrastu) została unieważniona na mocy art. 255 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Uzasadnienie:

Do terminu składania ofert w postępowaniu nie wpłynęła żadna oferta.

3) Część nr 46 (System do odzyskiwania krwi z pola operacyjnego) została unieważniona na mocy art. 255 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Uzasadnienie:

Do terminu składania ofert w postępowaniu nie wpłynęła żadna oferta.

DYREKTOR
Piotr Sołtysiński
SZPITAL WOJEWÓDZKI
im. Mikołaja Kopernika w Koszalinie