

Koszalin, 24.02.2026 r.

Do:  
Wykonawcy postępowania  
o udzielenie zamówienia publicznego

dotyczy: Postępowania w trybie podstawowym nr TP.382.012.2026 MB – Sprzęt jednorazowego użytku do automatycznego wstrzykiwacza kontrastu

### WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2024.1320 t.j.), udzielam wyjaśnień na zadane pytania:

PYTANIE NR 1 dotyczy Załącznika nr 1 do SWZ – Formularz ofertowy, ust. 2, pkt 7, cz. nr 1:

*„Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie możliwości przesłania umowy drogą korespondencyjną /elektronicznie.”*

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający dopuszcza możliwość przesłania umowy drogą korespondencyjną, m.in. za pomocą poczty czy firm kurierskich.

PYTANIE NR 2 dotyczy Załącznika nr 1 do SWZ – Formularz ofertowy, pkt 3, cz. nr 1, poz. 1,2:

*„Czy Zamawiający będzie wymagał dostarczenia wraz z ofertą oryginalnych instrukcji obsługi producenta wyrobów medycznych wraz z tłumaczeniem na j. polski do części nr 1? W celu zachowania zasady przejrzystości postępowania prosimy o wpisanie odpowiedzi na powyższe pytanie do SWZ lub/i formularza asortymentowo-cenowego.”*

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający nie wymaga.

PYTANIE NR 3 dotyczy Załącznika nr 1 do SWZ – Formularz ofertowy, pkt 3, cz. nr 1, poz. 1,2:

*„Czy Zamawiający będzie wymagał certyfikatu bezpieczeństwa mikrobiologicznego WYDANEGO PRZEZ PRODUCENTA WĘŻYKÓW dla układu podającego środek kontrastowy pacjentowi przez 24 godziny bez konieczności wymiany układu z wyłączeniem wężyka pacjenta. W celu zachowania zasady przejrzystości postępowania prosimy o wpisanie odpowiedzi na powyższe pytanie do SWZ lub/i formularza asortymentowo-cenowego.”*

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający nie wymaga.

PYTANIE NR 4 dotyczy Załącznika nr 1 do SWZ – Formularz ofertowy, pkt 3, cz. nr 1, poz. 1; Załącznika nr 2 do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia, cz. nr 1:

*„Czy Zamawiający będzie wymagał, aby wężyk pompy posiadał filtr cząstek o wydajności 15 µm? Czy powyższa wielkość powinna być potwierdzona dodatkowym oświadczeniem producenta wężyków? W celu zachowania zasady przejrzystości postępowania prosimy o wpisanie odpowiedzi na powyższe pytanie do SWZ lub/i formularza asortymentowo-cenowego.”*

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający nie wymaga.

PYTANIE NR 5 dotyczy Załącznika nr 1 do SWZ – Formularz ofertowy, pkt 3, cz. nr 1, poz. 1; Załącznika nr 2 do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia, cz. nr 1:

*„Czy Zamawiający będzie wymagał, aby wężyk pompy zawierał czujnik ciśnienia ze zintegrowanym filtrem cząstek? W celu zachowania zasady przejrzystości postępowania prosimy o wpisanie odpowiedzi na powyższe pytanie do SWZ lub/i formularza asortymentowo-cenowego.”*

**ODPOWIEDŹ:**

Zamawiający nie wymaga.

PYTANIE NR 6 dotyczy Załącznika nr 1 do SWZ – Formularz ofertowy, pkt 3, cz. nr 1, poz. 1; Załącznika nr 2 do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia, cz. nr 1:

*„Czy Zamawiający będzie wymagał kompatybilnego produktu z pompą automatyczną do podaży kontrastu posiadaną przez Zamawiającego - m.in. czy produkty muszą pasować do zacisków pompy bez możliwości ich rozłączania się w trakcie prowadzenia badania lub powstawania jakichkolwiek nieszczelności prowadzących do zaciągania powietrza oraz muszą zapewniać prawidłowy przepływ kontrastu, co jest bezpośrednio związane z bezpieczeństwem pacjenta i prawidłowym przebiegiem badania? W celu zachowania zasady przejrzystości postępowania prosimy o wpisanie odpowiedzi na powyższe pytanie do SWZ lub/i formularza asortymentowo-cenowego.”*

**ODPOWIEDŹ:**

Zamawiający wymaga kompatybilności z posiadaną pompą Ulrich CT Motion i zapewnienia bezpiecznego użytkowania, w tym szczelności układu i prawidłowego przepływu środka kontrastowego.

PYTANIE NR 7 dotyczy Załącznika nr 1 do SWZ – Formularz ofertowy, pkt 3, cz. nr 1, poz. 1, 2:

*„Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że realizacja dostaw częściowych będzie w ilościach obejmujących pełne opakowania zbiorcze: wężyk pompy 10szt., wężyk pacjenta 100szt. i tym samym zamówienia będą składne tylko na całe opakowania zbiorcze (jeśli w formularzu asortymentowo-cenowym podano jednostkę miary sztuki). Ze względu na zachowanie sterylności jesteśmy zobowiązani, aby materiały dostarczać w oryginalnych opakowaniach od producenta, w związku z czym nie mamy możliwości przepakowania. W celu zachowania zasady przejrzystości postępowania prosimy o wpisanie odpowiedzi na powyższe pytanie do SWZ lub/i formularza asortymentowo-cenowego.”*

**ODPOWIEDŹ:**

Zamawiający potwierdza.

PYTANIE NR 8 dotyczy Załącznika nr 3 do SWZ – Projekt umowy, dotyczy części nr 1 Wyposażenie jednorazowe do automatycznego wstrzykiwacza kontrastu Ulrich CT Motion:

*„Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby umieścić poniższy zapis w umowie:*

*Wykonawca ma obowiązek dokonania napraw wstrzykiwaczy w sytuacji gdy ich uszkodzenie powstanie w wyniku stosowania przedmiotu dostawy dostarczonego przez Wykonawcę. Jeżeli Wykonawca będzie uchylał się od obowiązku naprawy, zobowiązany będzie do pokrycia kosztów 100 % wartości kosztu naprawy w/w urządzenia. Za podstawę żądania przez Zamawiającego kosztów naprawy wstrzykiwaczy uważa się pisemną opinię lub ekspertyzę serwisu urządzenia. Naprawa urządzenia wykonana zostanie w autoryzowanym serwisie producenta. Koszty związane z naprawą, opinią i/lub ekspertyzą oraz transportem ponosi Wykonawca. W celu zachowania zasady przejrzystości postępowania prosimy o wpisanie odpowiedzi na powyższe pytanie do SWZ lub/i umowy.”*

**ODPOWIEDŹ:**

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie powyższego zapisu do treści umowy.

PYTANIE NR 9 dotyczy części nr 2:

*„Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do oferowania w części nr 2 postępowania zestawu wkładów do automatycznego wstrzykiwacza kontrastu Medrad Stellant CT Dual, w skład którego wchodzi złącze niskociśnieniowe o długości 150 cm, wytrzymałości ciśnieniowej 350 PSI. Wyższa wytrzymałość ciśnieniowa zapewni dodatkowy bufor bezpieczeństwa pracy urządzenia, a dopuszczenie zaproponowanych przez nas rozwiązań wpłynie pozytywnie na konkurencyjność ofert w niniejszym postępowaniu, co w konsekwencji może przynieść Zamawiającemu uzyskanie atrakcyjniejszych ofert cenowych, a co za tym idzie wymierne oszczędności w budżecie placówki.”*

**ODPOWIEDŹ:**

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie zestawów wkładów z wyższą wytrzymałością pod warunkiem pełnej kompatybilności z wstrzykiwaczem.

PYTANIE NR 10 dotyczy części nr 1:

*„W związku z opisem przedmiotu zamówienia w zakresie pozycji 1 i 2, w których Zamawiający wymaga szczelności w zakresie 22,4 do 24 bar, zwracamy się z uprzejmą prośbą o dopuszczenie sterylnych wężyków o szczelności do 20 bar, przy zachowaniu wszystkich pozostałych parametrów technicznych i użytkowych bez zmian. Uzasadnienie: Maksymalne ciśnienie generowane przez wstrzykiwacz Ulrich CT motion wynosi około 17 bar. W związku z powyższym wymaganie szczelności na poziomie 22,4 do 24 bar znacząco przekracza*

maksymalne parametry pracy urządzenia i w praktyce nie wpływa na bezpieczeństwo ani funkcjonalność zestawu podczas prawidłowej eksploatacji. Oferowane przez nas wężyki o szczelności do 20 bar spełniają wymogi bezpieczeństwa z odpowiednim marginesem w stosunku do maksymalnego ciśnienia roboczego urządzenia, pozostając w pełni bezpieczne i kompatybilne z wstrzykiwaczem. W naszej ocenie obecny zapis może prowadzić do nieuzasadnionego ograniczenia konkurencji poprzez zawężenie kręgu potencjalnych oferentów, podczas gdy dopuszczenie parametru 20 bar nie wpływa na jakość, bezpieczeństwo ani skuteczność kliniczną wyrobu. W związku z powyższym prosimy o potwierdzenie, czy Zamawiający dopuści w pozycjach 1 i 2 wężyki o szczelności do 20 bar."

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający nie dopuszcza.

KIEROWNIK  
Dział Zamówień Publicznych  
SZPITAL GOSPODARSTWA  
IM. MIKOŁAJA KOPCZYŃSKA W KOSZALINIE  
mgr Piotr Gaska