

znak pisma: TP.382.003.2026 EK

Koszalin, dn. 26.02.2026 r.

Do:  
Wykonawcy postępowania  
o udzielenie zamówienia publicznego

dotyczy: Przetarg nieograniczony nr TP.382.003.2026 EK – zakup sprzętu i wyposażenia medycznego oraz niemedycznego do diagnostyki i leczenia kardiologicznego

### INFORMACJA O ZMIANIE TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Działając w trybie art. 137 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2024.1320 t.j.) niniejszym informuję o dokonaniu zmiany treści Specyfikacji Warunków Zamówienia w przedmiotowym postępowaniu.

#### 1. DZIAŁ V. INFORMACJA O PRZEDMIOTOWYCH ŚRODKACH DOWODOWYCH

- 1) Zamawiający zmienia punkt 7) w ust. 1, części nr 1 (Angiograf wraz z niezbędnym wyposażeniem, montażem i dostosowaniem pomieszczeń), który po zmianie otrzymuje brzmienie:

*„7) atest higieniczny oraz ocena mikrobiologiczna z rekomendacją do stosowania w placówkach medycznych – dotyczy części nr 1 pkt. III (Wyposażenie) pkt. 7, 8, 10.*

- 2) Zamawiający w ust. 1, części nr 7 (Zestaw do zabiegów leczenia migotania przedsionków z wykorzystaniem nowoczesnej technologii ablacynnej (w tym PFA lub równoważnej), umożliwiającej elektroanatomiczne mapowanie serca) dodaje punkty 7) i 8), które otrzymują brzmienie:

*„7) w przypadku systemu zapewniającego filtrację i zabezpieczenie dla systemów elektrofizjologicznych bez oddzielnego modułu, Wykonawca przedstawi dokument producenta potwierdzający zabezpieczenie dla systemów elektrofizjologicznych – dotyczy Konsoli z generatorem energii (w tym pfa lub równoważnej) dedykowanej do zabiegów elektroporacji;*

*8) w przypadku systemu zapewniającego filtrację i zabezpieczenie dla elektroanatomicznych systemów do mapowania 3D bez oddzielnego modułu, wykonawca przedstawi dokument producenta potwierdzający zabezpieczenie elektroanatomicznych systemów do mapowania 3D bez oddzielnego modułu - dotyczy Konsoli z generatorem energii (w tym pfa lub równoważnej) dedykowanej do zabiegów elektroporacji”*

#### 2. DZIAŁ XII. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTA, otrzymuje brzmienie:

*„Wykonawca jest związany ofertą do dnia 07.06.2026 r.”*

### 3. DZIAŁ XIII. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

Zamawiający:

- 1) zmienia lit. g) w punkcie 1), ust. 1, część nr 1 (Angiograf wraz z niezbędnym wyposażeniem, montażem i dostosowaniem pomieszczeń), która po zmianie otrzymuje brzmienie:

*„g) atest higieniczny oraz ocena mikrobiologiczna z rekomendacją do stosowania w placówkach medycznych – dotyczy części nr 1 pkt. III (Wyposażenie) pkt. 7,8,10.”*

- 2) dodaje lit. k) i l) w punkcie 1), ust. 1, część nr 7 (Zestaw do zabiegów leczenia migotania przedsionków z wykorzystaniem nowoczesnej technologii ablacyjnej (w tym PFA lub równoważnej), umożliwiającej elektroanatomiczne mapowanie serca), które otrzymują brzmienie:

*„k) w przypadku systemu zapewniającego filtrację i zabezpieczenie dla systemów elektrofizjologicznych bez oddzielnego modułu, Wykonawca przedstawi dokument producenta potwierdzający zabezpieczenie dla systemów elektrofizjologicznych – dotyczy Konsoli z generatorem energii (w tym pfa lub równoważnej) dedykowanej do zabiegów elektroporacji,  
l) w przypadku systemu zapewniającego filtrację i zabezpieczenie dla elektroanatomicznych systemów do mapowania 3D bez oddzielnego modułu, wykonawca przedstawi dokument producenta potwierdzający zabezpieczenie elektroanatomicznych systemów do mapowania 3D bez oddzielnego modułu - dotyczy Konsoli z generatorem energii (w tym pfa lub równoważnej) dedykowanej do zabiegów elektroporacji.”*

4. DZIAŁ XV. TERMIN SKŁADANIA ORAZ OTWARCIA OFERT, zmianie ulega ust. 1 oraz ust. 2 pkt 1), które po zmianie otrzymują brzmienie:

*„1. Termin składania ofert*

*Oferty należy przesłać do dnia 10.03.2026 r. do godz. 11:00*

*2. Termin otwarcia ofert*

*1) Otwarcie ofert nastąpi w dniu 10.03.2026 r., o godz. 11:30”*

5. Załącznik nr 2 (Opis przedmiotu zamówienia) – Część nr 7 (Zestaw do zabiegów leczenia migotania przedsionków z wykorzystaniem nowoczesnej technologii ablacyjnej (w tym pfa lub równoważnej), umożliwiającej elektroanatomiczne mapowanie serca)

- 1) Zamawiający w części nr 7 w punkcie 9) wykreśla słowa „koszyk i kwiat”, który po zmianie otrzymuje brzmienie:

*„Współpraca z dedykowanym cewnikiem do PFA typu over-the wire o zmiennej morfologii końca dystalnego wyposażonym w czujnik magnetyczny”,*

- 2) Zamawiający w części nr 7 w punkcie 11) wykreśla słowa „koszyk, kwiat oraz kształty pośrednie”, który po zmianie otrzymuje brzmienie:

*„Precyzyjna, płynna wizualizacja kształtu cewnika (różny kształt) w czasie rzeczywistym”*

6. Załącznik nr 2 (Opis przedmiotu zamówienia) – część nr 7 po zmianach.

7. Załącznik nr 3 (projekt umowy) – w załączeniu projekty umów po zmianach.

Z up. DYREKTORA  
SZPITALA WOJEWÓDZKI  
im. Mikołaja Kopernika w Kaszalinie  
mgr inż. Marcin Rodziejny  
Z-ca Dyrektora ds. Techniczno-Rehabilitacyjnych