

Koszalin, 16.03.2026 r.

Do:  
Wykonawcy postępowania  
o udzielenie zamówienia publicznego

dotyczy: Przetargu nieograniczonego nr TP.382.007.2026 JK – Sprzęt jednorazowego użytku do zabiegów elektrofizjologicznych

### WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Na podstawie art. 135 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2024.1320 t.j.) udzielam wyjaśnień na zadane pytania:

**PYTANIE NR 1:** dotyczy części nr 12

„Upzejmie prosimy Zamawiającego o dopuszczenie składania ofert na introducery naczyniowe w rozm 6F-11F o dł. 11 cm zestawie:

- introducer naczyniowy z zastawką
- przewodnik 0,035" dł. 40 cm
- rozszerzacz
- igła prosta 18G dł. 7cm

Introducer naczyniowy w rozm 12F o dł. 12cm w zestawie tylko z rozszerzaczem.”

**ODPOWIEDŹ**

Zamawiający dopuszcza. Pozostałe parametry bez zmian.

**PYTANIE NR 2:** dotyczy części nr 12

„Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie koszulek o długości 10 cm oraz długości lidera prowadzącego 45 cm?”

**ODPOWIEDŹ**

Zamawiający nie dopuszcza.

**PYTANIE NR 3:** dotyczy projektu umowy

„Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów: § 9 ust. 1

1. Zamawiający jest uprawniony do żądania od Wykonawcy kar umownych w następujących przypadkach i wysokości:
- 1) za przekroczenie terminu utworzenia kompletnego Banku Szpitalnego, o którym mowa w § 5 ust. 3, w wysokości 0,5% wartości netto Banku Szpitalnego, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki,
  - 2) za przekroczenie terminu uzupełnienia zużytego przedmiotu umowy, o którym mowa w § 7 ust. 2, w wysokości 0,1% wartości netto niezuzupełnionego towaru, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki,
  - 3) za przekroczenie terminu dostarczenia dokumentów, o których mowa w § 8 ust. 3, w wysokości 0,5% wartości netto towaru, którego dotyczą niedostarczone dokumenty, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki
  - 4) za odstąpienie od Umowy którejkolwiek ze Stron z winy Wykonawcy w wysokości 10% niezrealizowanej części wynagrodzenia netto Umowy, o którym mowa w § 2 ust. 1, której odstąpienie dotyczy.”

**ODPOWIEDŹ**

Zamawiający zmienia § 9 ust.1 pkt 4 projektu umowy na zasadzie depozytu (część nr 1 – 7 poz. 1-3, 8 – 12), który otrzymuje brzmienie: „za odstąpienie od Umowy którejkolwiek ze Stron z winy Wykonawcy w wysokości 10% niezrealizowanej części wynagrodzenia netto Umowy, o którym mowa w § 2 ust. 1, której odstąpienie dotyczy.”

**PYTANIE NR 4:** dotyczy projektu umowy

„Czy w związku z wejściem w życie z dniem 01.02.2026 r. nowelizacji ustawy o podatku od towarów i usług (VAT) wprowadzającej dla dużych przedsiębiorców obowiązek wystawiania i wysyłania faktur online wyłącznie w

systemie KSeF, Zamawiający zastąpi zapisy umowy odnoszące się do procesu wystawiania i doręczania faktur, zapisami zgodnymi z powyższą ustawą, których wzorcową treść zamieszczamy poniżej:

[W związku z wejściem w życie obowiązku korzystania z KSeF, wszystkie faktury ustrukturyzowane, dokumentujące transakcje objęte tym systemem, będą wystawiane i przesyłane Wykonawcę/Dostawcę/Sprzedawcę\* oraz odbierane przez Zamawiającego/Odbiorcę/Kupującego\* wyłącznie za pośrednictwem KSeF. W przypadku wystąpienia awarii Krajowego Systemu e-Faktur po stronie systemu, potwierdzonej komunikatem udostępnionym przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych, uniemożliwiającej wystawienie faktury ustrukturyzowanej w KSeF, na czas trwania przeszkody faktury będą wystawiane w formie elektronicznej jako pliki PDF i przesyłane z adresu e-mail \_\_\_\_\_ na adres e-mail: \_\_\_\_\_.]”

#### ODPOWIEDŹ

Projekt umowy na zasadzie depozytu (część nr 1 – 7 poz. 1-3, 8 – 12) w § 2 od ust. 8 otrzymuje brzmienie:

„8. Płatność nastąpi w terminie do 60 dni od dnia dostarczenia poprawnie wystawionej faktury Zamawiającemu.

9. W związku z wejściem w życie obowiązku korzystania z KSeF, wszystkie faktury ustrukturyzowane, dokumentujące transakcje objęte tym systemem, będą wystawiane i przesyłane przez Wykonawcę oraz odbierane przez Zamawiającego wyłącznie za pośrednictwem KSeF. W przypadku wystąpienia awarii Krajowego Systemu e-Faktur po stronie systemu, potwierdzonej komunikatem udostępnionym przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych, uniemożliwiającej wystawienie faktury ustrukturyzowanej w KSeF, na czas trwania przeszkody faktury będą wystawiane w formie elektronicznej jako pliki PDF i przesyłane z adresu e-mail ..... na adres e-mail: [faktury@swk.med.pl](mailto:faktury@swk.med.pl).

10. Płatność nastąpi przelewem bankowym na konto bankowe Wykonawcy wskazane na fakturze.

11. Zmiana wierzyciela dokonana bez pisemnej zgody podmiotu tworzącego Zamawiającego jest nieważna.”

Projekt umowy (część nr 7 poz. 4) w § 2 od ust. 7 otrzymuje brzmienie:

„7. Płatność nastąpi w terminie do 60 dni od dnia dostarczenia poprawnie wystawionej faktury Zamawiającemu.

8. W związku z wejściem w życie obowiązku korzystania z KSeF, wszystkie faktury ustrukturyzowane, dokumentujące transakcje objęte tym systemem, będą wystawiane i przesyłane przez Wykonawcę oraz odbierane przez Zamawiającego wyłącznie za pośrednictwem KSeF. W przypadku wystąpienia awarii Krajowego Systemu e-Faktur po stronie systemu, potwierdzonej komunikatem udostępnionym przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych, uniemożliwiającej wystawienie faktury ustrukturyzowanej w KSeF, na czas trwania przeszkody faktury będą wystawiane w formie elektronicznej jako pliki PDF i przesyłane z adresu e-mail ..... na adres e-mail: [faktury@swk.med.pl](mailto:faktury@swk.med.pl).

9. Płatność nastąpi przelewem bankowym na konto bankowe Wykonawcy wskazane na fakturze.

10. Zmiana wierzyciela dokonana bez pisemnej zgody podmiotu tworzącego Zamawiającego jest nieważna.”

PYTANIE NR 5: dotyczy części nr 1

„Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie, czy w pozycjach 3 i 7 formularza cenowego nie wskazano tego samego urządzenia (implantowany rejestrator zdarzeń, pętlowy rejestrator arytmii). Prosimy o potwierdzenie, jakie urządzenia powinny znajdować się w pozycji 3 i 7, aby prawidłowo przygotować ofertę.”

#### ODPOWIEDŹ

Zamawiający dokonuje stosownej zmiany SWZ.

PYTANIE NR 6: dotyczy części nr 4

„Elektroda defibrylacyjna - czy Zamawiający zgodzi się na dostarczenie elektrod o średnicy 8,4F pasującej do 9F introducera?”

#### ODPOWIEDŹ

Zamawiający dopuszcza.

PYTANIE NR 7: dotyczy części nr 4

„Elektrody stymulacyjne – Czy Zamawiający zgodzi się na elektrody stymulacyjne czynne, bipolarne, z wysuniętym na stałe elementem mocującym, o dwóch długościach?”

#### ODPOWIEDŹ

Zamawiający dopuszcza.

PYTANIE NR 8: dotyczy części nr 5

„Czy Zamawiający dopuści kardiowerter jednojamowy o maksymalnej energii defibrylacji 35J z łącznością bezprzewodową inną niż bluetooth?”

**ODPOWIEDŹ**

Zamawiający dopuszcza.

**PYTANIE NR 9: dotyczy części nr 5**

„Czy Zamawiający dopuści kardiowerter dwujamowy o maksymalnej energii defibrylacji 35J z łącznością bezprzewodową inną niż bluetooth?”

**ODPOWIEDŹ**

Zamawiający dopuszcza.

**PYTANIE NR 10: dotyczy części nr 5**

„Czy Zamawiający dopuści kardiowerter resynchronizujący o maksymalnej energii defibrylacji 35J z łącznością bezprzewodową inną niż bluetooth?”

**ODPOWIEDŹ**

Zamawiający dopuszcza.

**PYTANIE NR 11: dotyczy części nr 5**

„Czy Zamawiający dopuści elektrody defibrylujące o średnicy 8,6 F?”

**ODPOWIEDŹ**

Zamawiający dopuszcza.

**PYTANIE NR 12: dotyczy części nr 5**

„Czy Zamawiający dopuści zestaw wprowadzający zawierający przewodnik o średnicy 0,035 cala?”

**ODPOWIEDŹ**

Zamawiający dopuszcza.

**PYTANIE NR 13: dotyczy części nr 10**

„Zwracam się do Zamawiającego o dopuszczenie

*Pozycja 1 koszulka transseptalna*

*- długość całkowita koszulki 67 i 80 cm do wyboru*

*Pozostałe warunki SIWZ spełnione”*

*Pozycja 1.1 igła transseptalna*

*2 krzywizny do wyboru*

*Pozostałe warunki SIWZ spełnione*

*Pozycja 2 koszulka sterowalna transseptalna*

*Zgodnie z SIWZ*

*Pozycja 3 Elektroda diagnostyczna sterowalna do mapowania zatoki wieńcowej wraz z łącznikami (przewodem przyłączeniowym do systemu EPS Boston)*

*Zgodnie z SIWZ*

*Pozycja 4 Elektrody diagnostyczne czterobiegunowe o stałej krzywiznie*

*Zgodnie z SIWZ”*

**ODPOWIEDŹ**

Ad. poz. 1: Zamawiający nie dopuszcza.

Ad. poz. 1.1 Zamawiający dopuszcza.

Pozostałe warunki bez zmian.

**PYTANIE NR 14: dotyczy części nr 11**

„Zwracam się do Zamawiającego o dopuszczenie:

*Pozycja 1 Elektroda diagnostyczna dziesięciopolowa o stałej krzywiznie wraz z łącznikami (przewodem przyłączeniowym do systemu EPS Boston)*

*- rozmiar 4-6 do wyboru*

*- 6 krzywizn do wyboru w tym krzywizny dedykowane do zatoki wieńcowej*

*- Spacing do wyboru min. 4 rodzaje, w tym 2-5-2mm, 2-8-2mm, 5mm, 2 mm*

*Pozostałe warunki SIWZ spełnione*

*Pozycja 1.1 Kabel przyłączeniowy*

*Zgodnie z SIWZ*

*Pozycja 2 Elektroda diagnostyczna sterowalna 10-polowa do mapowania zatoki wieńcowej wraz z łącznikami (przewodem przyłączeniowym do systemu EPS Boston)*

*- długość 110 cm*

*- Spacing do wyboru, min 4 rodzaje, w tym 2-5-2mm, 2-8-2mm, 5mm, 2 mm*

Pozostałe warunki SIWZ spełnione

Pozycja 3 Elektroda diagnostyczna czteropolowa o stałej krzywiznie wraz z łącznikami (przewodem przyłączeniowym do systemu EPS Boston)

- Min. 6 krzywizn (m.in. JOSEPHSON, COURNAND, DAMATO) określone nazwą własną producenta

Pozostałe warunki SIWZ spełnione

Pozycja 4 Patche do defibrylatora ZOLL

Zgodnie SIWZ"

ODPOWIEDŹ

Zamawiający nie dopuszcza.

PYTANIE NR 15: dotyczy części nr 12

„Zwracam się do Zamawiającego o dopuszczenie :

- długość 11 cm

- średnice 5-10 F

- Średnica lidera prowadzącego do 0,038 in

- Długość lidera prowadzącego 45 cm"

ODPOWIEDŹ

Zamawiający dopuszcza introducery naczyniowe o długości 11 cm i długości lidera prowadzącego 45 cm. Pozostałe parametry bez zmian.

PYTANIE NR 16: dotyczy części nr 10

„Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w części 10 poz. 1.1 Igły do nakłucia transseptalnego z minimum dwoma krzywiznami przy spełnieniu pozostałych wymogów SWZ ?”

ODPOWIEDŹ

Zamawiający dopuszcza.

PYTANIE NR 17: dotyczy SWZ

„Prosimy o wskazanie:

1) Zgodnie z SWZ Zamawiający wymaga, aby Wykonawca złożył wraz z ofertą przedmiotowe środki dowodowe tj. deklarację zgodności, certyfikat CE.

Wykonawca wskazuje, iż wymóg dostarczenia produktów klasyfikowanych wyłącznie jako wyroby medyczne istotnie ogranicza katalog produktów, które mogą zostać zaoferowane Zamawiającemu. W świetle obowiązującej kluczowej regulacji dla wyrobów medycznych, tj. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r. (dalej jako: „MDR”), produkty przeznaczenia medycznego mogą być klasyfikowane nie tylko jako wyrób medyczny, ale również m.in. jako:

a) wyposażenie wyrobu medycznego (art. 2 pkt 2 MDR),

b) system (art. 2 pkt 11 MDR),

c) części i elementy (zgodne z MDR).

Nadmieniamy, iż wymagane prawem dokumenty dla poszczególnych typów asortymentu różnią się między sobą (m.in. przepisy nie obligują do wystawiania odrębnych deklaracji zgodności dla „części i elementów”)

W świetle powyższego, czy w celu zapewnienia możliwości dostawy szerokiej gamy asortymentu, który to asortyment jest standardowo stosowany wraz z wyrobami medycznymi, chociaż sam nie ma statusu wyrobu medycznego – Zamawiający wyrazi zgodę na dostawę w ramach niniejszego postępowania, w ramach pakietu nr 8, asortymentu klasyfikowanego jako „części i elementy” (a co za tym idzie –nieposiadającego odrębnej deklaracji zgodności).”

ODPOWIEDŹ

Zamawiający wyraża zgodę.

PYTANIE NR 18: dotyczy projektu umowy

„Prosimy o wskazanie, czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę brzmienia § 9 ust. 1 pkt 2 projektu umowy poprzez nadanie mu następującego brzmienie:

2) za przekroczenie terminu uzupełnienia użytego przedmiotu umowy, o którym mowa w § 7 ust. 2, w wysokości 0,1% netto części dostawy, której zwłoka dotyczy, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki,

Pragniemy nadmienić, że kara umowna w głównej mierze powinna realizować funkcję stymulacyjną i prewencyjną. Należy jednak pamiętać, żeby Zamawiający nie nadużył środka motywującego wykonawcę, bowiem jak stwierdziła KIO w wyroku z dnia 19 lutego 2010 r., sygn. akt: 1839/09: „Z karą rażąco wygórowaną mamy do czynienia, gdy jej wysokość przekracza granice motywacji wykonawcy do realizacji zamówienia i stanowi przyczynek dla zamawiającego do wzbogacenia się.””

**ODPOWIEDŹ**

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę.

**PYTANIE NR 19: dotyczy projektu umowy**

„Prosimy o wskazanie, czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę brzmienia § 9 ust. 1 pkt 3 projektu umowy poprzez nadanie mu następującego brzmienia:

3) za przekroczenie terminu dostarczenia dokumentów o których mowa w § 8 ust. 3, w wysokości 0,5% ostatniej dostawy za każdy rozpoczęty dzień zwłoki,

Pragniemy nadmienić, że kara umowna w głównej mierze powinna realizować funkcję stymulacyjną i prewencyjną. Należy jednak pamiętać, żeby Zamawiający nie nadużył środka motywującego wykonawcę, bowiem jak stwierdziła KIO w wyroku z dnia 19 lutego 2010 r., sygn. akt: 1839/09: „Z karą rażąco wygórowaną mamy do czynienia, gdy jej wysokość przekracza granice motywacji wykonawcy do realizacji zamówienia i stanowi przyczynę dla zamawiającego do wzbogacenia się.””

**ODPOWIEDŹ**

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę.

**PYTANIE NR 20: dotyczy projektu umowy**

„Prosimy o wskazanie, czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę brzmienia § 8 ust. 3 projektu umowy poprzez nadanie mu następującego brzmienia:

3. Na pisemne żądanie Zamawiającego Wykonawca dostarczy w terminie 7 dni roboczych wymagane prawem dokumenty właściwe dla przedmiotu zamówienia.”

**ODPOWIEDŹ**

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę.

**PYTANIE NR 21: dotyczy części nr 8 poz. 1 OPZ oraz Formularz cenowy**

„Czy Zamawiający dopuści w pozycji 1. „Elektrody ablacyjne jedno i dwupłaszczyznowe chłodzone cieczą do systemu CARTO 3”, zważywszy, iż elektrody referencyjne znajdują się już w pozycji 2 (OPZ) ?”

**ODPOWIEDŹ**

Zamawiający dokonuje stosownej zmiany SWZ.

**PYTANIE NR 22: dotyczy części nr 8 OPZ cz. 3 poz. 6**

„Czy Zamawiający dopuści elektrodę diagnostyczną sterowalną do mapowania cieśni trójdzielnej o spacingu 2-8-2 mm oraz 2-13-2 mm ?”

**ODPOWIEDŹ**

Zamawiający dopuszcza.

**PYTANIE NR 23: dotyczy części nr 8 OPZ cz. 4 poz. 1**

„Czy Zamawiający dopuści elektrodę diagnostyczną do mapowania zatoki wieńcowej w rozmiarze 7F oraz 6F ?”

**ODPOWIEDŹ**

Zamawiający dopuszcza.

**PYTANIE NR 24: dotyczy części nr 8 OPZ cz. 5 poz. 4**

„Czy Zamawiający dopuści elektrodę diagnostyczną Pentaray o ilości pierścieni 20 (5x4) ?”

**ODPOWIEDŹ**

Zamawiający dopuszcza.

**PYTANIE NR 25: dotyczy części nr 12**

„Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie koszulek w rozmiarach 6F – 11 F (do wyboru)?”

**ODPOWIEDŹ**

Zamawiający dopuszcza.

KIEROWNIK  
Działu Zamówień Publicznych  
SZPITAL WOJEWÓDZKI  
im. Mikłaja Kopernika w Koszalinie  
*Piotr Gierka*