

Do:  
Wykonawcy postępowania  
o udzielenie zamówienia publicznego

dotyczy: Przetarg nieograniczony nr TP.382.014.2026 EK – sprzęt medyczny na potrzeby Urologii

Na podstawie art. 135 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2024.1320 t.j.), udzielam wyjaśnień na zadane pytania:

**PYTANIE NR 1:** dotyczy części nr 8

*„Zwracamy się z prośbą o uszczegółowienie, czy w części 8 dla Igieł do biopsji, w celu zachowania pełnej kompatybilności z posiadanym pistoletem Pro-Mag wymagane jest zaoferowanie oryginalnych igieł producenta pistoletu o długości pobieranego wycinka 19mm; długości strzału 25mm.”*

**ODPOWIEDŹ**

Zamawiający wymaga oryginalnych igieł do pistoletu biopsyjnego PRO-MAG.

**PYTANIE NR 2:** dotyczy części nr 7 poz. 1

*„Czy Zamawiający w miejsce pierwotnych zapisów dopuści prowadnice 0.35 cala o długości 145 cm, pozostałe parametry bez zmian?”*

**ODPOWIEDŹ**

Zamawiający dopuszcza.

**PYTANIE NR 3:** dotyczy części nr 12 poz. 1

*„Czy Zamawiający w miejsce pierwotnych zapisów zgodzi się na zaoferowanie koszyczka umożliwiającego frontalne chwytanie kamieni o długości 115 cm?”*

**ODPOWIEDŹ**

Tak.

**PYTANIE NR 4:** dotyczy części nr 12 poz. 2

*„Czy Zamawiający w miejsce pierwotnych zapisów zgodzi się na zaoferowanie czterodrutowego bezkońcówkowego koszyczka o długości 115 cm?”*

**ODPOWIEDŹ**

Tak.

**PYTANIE NR 5:** dotyczy części nr 12 poz. 3

*„Czy Zamawiający w miejsce pierwotnych zapisów zgodzi się na zaoferowanie czterodrutowego bezkońcówkowego koszyczka o grubości 3.0 Fr i długości 115 cm?”*

**ODPOWIEDŹ**

Tak.

**PYTANIE NR 6:** dotyczy części nr 12 poz. 4,5

*„Czy Zamawiający w miejsce pierwotnych zapisów zgodzi się na zaoferowanie koszulki dostępowej bez funkcji odsysania z powłoką hydrofilną o rozmiarach 9.5, 10.7, 12.0, 14.0 Fr, długość 28-55 cm?”*

**ODPOWIEDŹ**

Zamawiający nie wyraża zgody.

**PYTANIE NR 7:** dotyczy części nr 12 poz. 6

*„Czy Zamawiający w miejsce pierwotnych zapisów zgodzi się na zaoferowanie łącznika o długości 30 cm?”*

**ODPOWIEDŹ**

Nie.

PYTANIE NR 8: dotyczy części nr 12 poz. 7


„Czy Zamawiający w miejsce pierwotnych zapisów zgodzi się na zaoferowanie nitinolowego przewodnika dwukolorowego do trudnych przejść o długości 145”

ODPOWIEDŹ

Tak.

PYTANIE NR 9: dotyczy części nr 13

„W ramach zwiększenia konkurencyjności ofert, prosimy Zamawiającego o dopuszczenie produktu na zasadzie równoważności ofert o poniższych parametrach: „Zestaw ortopedyczny do odsysania z pola operacyjnego, w zestawie dwie końcówki typu Yankauer 15cm oraz 23cm dokręcane do rękojeści, wymienny wkład filtrujący wewnątrz uchwytu, zapobiegający zatykaniu się ssaka. Uchwyt zakończony schodkowo, dren do odsysania o średnicy CH25 oraz długości 300cm, zestaw sterylny. Materiał PCV. Bez zawartości lateksu i ftalanów. Opakowanie zewnętrzne folia-papier.”



ODPOWIEDŹ

Zamawiający dopuszcza.

KIEROWNIK  
Działu Zamówień Publicznych  
SZPITAL WOJEWÓDZKI  
im. Mikołaja Kopernika w Łodzi  
mgr Piotr Górska