

Do:
Wykonawcy postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego

dotyczy: Przetarg nieograniczony nr TP.382.014.2026 EK – sprzęt medyczny na potrzeby Urologii

Na podstawie art. 135 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2024.1320 t.j.), udzielam wyjaśnień na zadane pytania:

PYTANIE NR 1: dotyczy części nr 2 poz. 1

„Czy Zamawiający w pozycji 1 dopuści zaoferowanie cewników z dwoma oczkami za balonem, po jednym z każdej strony.”

ODPOWIEDŹ

Zamawiający nie dopuszcza.

PYTANIE NR 2: dotyczy części nr 2 poz. 2

„Czy Zamawiający w pozycji 2 wymaga zaoferowania cewników dwubieźnych.”

ODPOWIEDŹ

Tak.

PYTANIE NR 3: dotyczy części nr 2 poz. 2

„Czy Zamawiający w pozycji 2 wymaga zaoferowania cewników trójbieźnych.”

ODPOWIEDŹ

Nie.

PYTANIE NR 4: dotyczy części nr 4 poz. 2

„Czy Zamawiający w pozycji 2 dopuści zaoferowanie zestawów z cewnikiem skalowanym co 5 cm.”

ODPOWIEDŹ

Zamawiający dopuszcza.

PYTANIE NR 5: dotyczy części nr 4 poz. 3

„Czy Zamawiający w pozycji 3 dopuści zaoferowanie zestawów z cewnikiem z otworami drenażowymi na bocznej powierzchni, zestaw z prowadnicą o długości 150 cm.”

ODPOWIEDŹ

Zamawiający nie dopuszcza.

PYTANIE NR 6: dotyczy części nr 7 poz. 2

„Czy zamawiający w pozycji 2 dopuści zaoferowanie prowadnic czarnych.”

ODPOWIEDŹ

Zamawiający dopuszcza.

PYTANIE NR 7: dotyczy części nr 7 poz. 3

„Czy Zamawiający w pozycji 3 dopuści zaoferowanie prowadników o długości 150 cm.”

ODPOWIEDŹ

Zamawiający dopuszcza.

PYTANIE NR 8: dotyczy części nr 7 poz. 5

„Czy Zamawiający w pozycji 5 dopuści zaoferowanie cewników bez powłoki hydrofilnej.”

ODPOWIEDŹ

Zamawiający nie dopuszcza.

KIEROWNIK
Działu Zamówień Publicznych
SZPITAL VOSEWODSKI
ul. Miłobądzka 100, 10-100 Warszawa
Piotr Gaska
mgr Piotr Gaska