

Koszalin, 08.04.2026 r.

Do:
Wykonawcy postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego

dotyczy: Przetarg nieograniczony nr TP.382.006.2026 OB – Sprzęt jednorazowego użytku do bloków operacyjnych

WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Na podstawie art. 135 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2024.1320 t.j.) udzielam wyjaśnień na zadane pytania:

PYTANIE NR 1 dotyczy: części nr 6, poz. 1 i 2

„Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie w części 6 w poz. 1 i 2 siatek przepuklinowych częściowo wchłaniających zbudowanych w 50 % z włókien polipropylenowych (część niewchłaniająca) oraz w 50% z kopolimeru kwasu poliglikolowego i polikaprolaktanu PGA-PCL (część wchłaniająca), o czasie wchłaniania 90-120 dni , wielkości porów 2,5 mm i grubości włókna 0,5 mm , rozmiary zgodnie z SWZ?”

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający dopuszcza.

PYTANIE NR 2 dotyczy: części nr 6

„Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie próbki w części 6 w ilości 1 sztuki w dowolnym rozmiarze?”

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający dopuszcza.

PYTANIE NR 3 dotyczy: części nr 11

„Czy Zamawiający dopuści w części nr 11 w poz.1 - 3 siatki chirurgiczne, przepuklinowe, niewchłaniające:

- gramatura siatki 50g/m²
- grubość siatki 0,41 mm
- wielkość porów 1x1,25 mm
- grubość pojedynczego włókna < 0,10 mm?

Rozmiary zgodnie z SWZ”

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający dopuszcza.

PYTANIE NR 4 dotyczy: części nr 14

„Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie woreczków laparoskopowych wykonanych z folii HDPE, jednorazowego użytku, jałowe, sterylizowane w tlenku etylenu, ze struną pozwalającą na zamknięcie woreczka przed jego usunięciem o pojemności 200 ml.”

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający dopuszcza.

PYTANIE NR 5 dotyczy: części nr 8, poz. 1

„Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie worków z płytką o zakresie docięcia 13-60-80 mm”

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający dopuszcza

PYTANIE NR 6 dotyczy: części nr 11

„Czy Zamawiający dopuści siatki o zbliżonych parametrach: siatka o standardowej powierzchni porów min. 3,3 mm², grubość 0,65mm(+/-0,15), masa powierzchniowa 60-85 g/m², grubość nici: 0,16 mm”

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający nie dopuszcza.

PYTANIE NR 7 dotyczy: części nr 11, poz. 1

„Czy Zamawiający dopuści siatki w rozmiarze 10 x 16 cm?”

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający dopuszcza.

PYTANIE NR 8 dotyczy: załącznik 1 formularz ofertowy/załącznik nr 2 Opis Przedmiotu Zamówienia

„W załączniku nr 1 do SWZ w pak.11 poz.1 jest opisany rozmiar implantu do powłok brzusznych niewchłaniałny w rozmiarze 10cm/11cm natomiast w zał.2 OPZ zamawiający opisuje rozmiar 10cm x 15cm- prosimy o doprecyzowanie zapisów.”

ODPOWIEDŹ:

W poz. 1 Zamawiający wymaga rozmiaru 10cmx15cm.

PYTANIE NR 9 dotyczy: DZIAŁ V

„Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie czy nie doszło do omyłki pisarskiej w SWZ w dziale V podpunkt „j” ponieważ część 10 zawiera tylko 2 pozycje a Zamawiający wymaga złożenia próbek do pozycji 1,2,3, natomiast w podpunkcie „k” część 11 Zamawiający wymaga złożenia próbek tylko do pozycji 1 a część 11 zawiera 3 pozycje.”

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający potwierdza, że doszło do omyłki pisarskiej.

W Ppkt „j” Zamawiający wymaga próbek do dwóch pozycji, w ppkt „k” Zamawiający wymaga próbek do trzech pozycji.

PYTANIE NR 10 dotyczy: projektu umowy

„Zwracamy się z prośbą o umieszczenie w umowie zapisu dotyczącego minimum logistycznego tj. Zamawiający będzie składał zamówienie według bieżących potrzeb, przy czym wartość zamówienia jednostkowego nie powinna być niższa niż 500 zł netto.”

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający nie dokona zmiany zapisów umowy.

PYTANIE NR 11 dotyczy: części nr 2, poz. 3

„Czy Zamawiający dopuści dreny redon perforowane na długości 14cm?”

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający dopuszcza.

PYTANIE NR 12 dotyczy: części nr 2, poz. 4

„Czy Zamawiający dopuści dreny brzuszne posiadające 6 otworów bocznych na długości ok. 10cm?”

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający dopuszcza.

PYTANIE NR 13 dotyczy: części nr 2, poz. 4

„Czy Zamawiający dopuści dreny brzuszne o długości 50cm?”

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający dopuszcza.

PYTANIE NR 14 dotyczy: części nr 7, poz. 1

„Czy Zamawiający dopuści cewnik o długości 34cm +/-1cm?”

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający dopuszcza.

PYTANIE NR 15 dotyczy: części nr 12, poz. 1

„Czy Zamawiający dopuści dreny dostępne w rozmiarze CH10-CH18?”

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający nie dopuszcza.

PYTANIE NR 16 dotyczy: części nr 12, poz. 1

„Czy Zamawiający dopuści dreny perforowane w rozmiarach CH10-CH18 oraz dren bez perforacji w rozmiarze CH8?”

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający nie dopuszcza.

PYTANIE NR 17 dotyczy: części nr 11

„Czy Zamawiający w Części 11 wymaga, aby co najmniej 50% wartości oferowanych wyrobów medycznych pochodziło z państw członkowskich Unii Europejskiej lub krajów objętych Umową GPA (Government Procurement Agreement WTO), zgodnie z art. 16a i 16b ustawy Prawo zamówień publicznych (po nowelizacji z 2025 r.)? Zgodnie z art. 16a i 16b PZP oraz przepisami Dyrektywy 2014/24/UE, zamawiający ma prawo ograniczyć udział produktów pochodzących z państw trzecich nieobjętych umowami handlowymi z UE, w tym z krajów niebędących stroną GPA. Wprowadzenie takiego wymogu służy zapewnieniu bezpieczeństwa dostaw, zgodności z normami UE oraz możliwości skutecznego serwisowania wyrobów medycznych na terenie Unii Europejskiej”

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający nie wymaga.

PYTANIE NR 18 dotyczy: części nr 11, poz. 1

„Czy Zamawiający dopuści Makroporowata, monofilamentowa siatka polipropylenowa do plastyki przepuklin brzusznych i pachwinowych, przezierna, wielkość porów 1,53 mm x 1,30 mm, gramatura 55g/m2. 10cm x 15cm?”

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający nie dopuszcza.

PYTANIE NR 19 dotyczy: części nr 11, poz. 2

„Czy Zamawiający dopuści Makroporowata, monofilamentowa siatka polipropylenowa do plastyki przepuklin brzusznych i pachwinowych, przezierna, wielkość porów 1,53 mm x 1,30 mm, gramatura 55g/m2. 15cm x 15cm?”

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający nie dopuszcza.

PYTANIE NR 20 dotyczy: części nr 11, poz. 3

„Czy Zamawiający dopuści Makroporowata, monofilamentowa siatka polipropylenowa do plastyki przepuklin brzusznych i pachwinowych, przezierna, wielkość porów 1,53 mm x 1,30 mm, gramatura 55g/m2. 30cm x 30cm?”

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający nie dopuszcza.

PYTANIE NR 21 dotyczy: części nr 14

„Czy Zamawiający w Części 14 wymaga, aby co najmniej 50% wartości oferowanych wyrobów medycznych pochodziło z państw członkowskich Unii Europejskiej lub krajów objętych Umową GPA (Government Procurement Agreement WTO), zgodnie z art. 16a i 16b ustawy Prawo zamówień publicznych (po nowelizacji z 2025 r.)? Zgodnie z art. 16a i 16b PZP oraz przepisami Dyrektywy 2014/24/UE, zamawiający ma prawo ograniczyć udział produktów pochodzących z państw trzecich nieobjętych umowami handlowymi z UE, w tym z krajów niebędących stroną GPA. Wprowadzenie takiego wymogu służy zapewnieniu bezpieczeństwa dostaw, zgodności z normami UE oraz możliwości skutecznego serwisowania wyrobów medycznych na terenie Unii Europejskiej”

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający nie wymaga.

PYTANIE NR 22 dotyczy: części nr 14, poz. 1

„Czy Zamawiający dopuści Worek laparoskopowy do ekstrakcji narządów, jednorazowy, poliuretanowy, - z samorozprężalną obręczą w kształcie elipsy posiadającą pamięć kształtu, - z możliwością ponownego otwarcie worka po jego wcześniejszym zamknięciu - worek trwale połączony z popychaczem wyposażonym w odkręcany uchwyt pierścieniowy, umożliwiający jego demontaż z przewodnicy zakończonej uchwytem nożycowym przystosowanym do obsługi dwoma palcami. - pojemność worka 200ml, o - wymiary worka 12,5 cm x 18cm - średnica przewodnicy 10mm. - długość przewodnicy - 32 cm - Średnice worka po całkowitym jego otwarciu (elipsa) 9 x 12 cm?”

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający nie dopuszcza.

PYTANIE NR 23 dotyczy: części nr 14, poz. 1

„Czy Zamawiający dopuści Woreczek laparoskopowy do wyciągania fragmentów tkanek podczas procedur laparoskopowych wytrzymałe na rozdarcie z elastycznym pierścieniem zapewniającym wygodne otwieranie i zamykanie worka – sterylny, jednorazowego użytku, nieprzepuszczalny. Rozmiar: 65mmx150mm, 200ml?”

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający dopuszcza.

PYTANIE NR 24 dotyczy: części nr 14, poz. 2

„Czy Zamawiający dopuści Worek laparoskopowy odporny na rozrywanie i pęknięcia o średnicy przewodnicy 10mm i pojemności 700ml. Worek o kształcie ściętego stożka, pełna metalowa, sztywna i rozkładana obręcz o szerokości 6 mm, po otwarciu układająca się w kształt elipsy o wymiarach 9,5 cm x 11,5 cm. Długość worka 21,6cm. Długość przewodnicy wykonanej z poliwęglanu klasy medycznej 34cm. Worek posiada nić plecionkę, która w trakcie zamykania worka bezpiecznie zsuwa się z rozkładanych obręczy zamykając worek z jego zawartością. Nie zawiera lateksu i ftalanów?”

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający nie dopuszcza.

PYTANIE NR 25 dotyczy: części nr 14, poz. 2

„Czy Zamawiający dopuści Woreczek laparoskopowy do wyciągania fragmentów tkanek podczas procedur laparoskopowych wytrzymałe na rozdarcie z elastycznym pierścieniem zapewniającym wygodne otwieranie i zamykanie worka – sterylny, jednorazowego użytku, nieprzepuszczalny. Rozmiar: 100mmx200mm, 800ml?”

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający dopuszcza.

PYTANIE NR 26 dotyczy: projektu umowy

„Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dodanie poniższego zapisu do umowy dostawy” W przypadku niezrealizowania przez Zamawiającego płatności w terminie określonym w §2 ust. 7 niniejszej umowy dostawy, Wykonawca ma prawo wstrzymać dostawy na rzecz Zamawiającego, po uprzednim pisemnym powiadomieniu Zamawiającego o zaległościach i oficjalnym wezwaniu do zapłaty. Wstrzymanie dostaw może trwać do momentu uregulowania wszelkich zaległości przez Zamawiającego. W przypadku, gdy zaległości nie zostaną uregulowane w wyznaczonym terminie, Wykonawca może rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym, bez prawa Zamawiającego do naliczania kar umownych. Wstrzymanie dostaw w związku z zaległościami nie zwalnia Zamawiającego z obowiązku zapłaty należności zgodnie z warunkami umowy”.

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający nie dokona zmiany w projekcie umowy.

PYTANIE NR 27 dotyczy: projektu umowy

„Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dodanie poniższego zapisu do umowy dostawy „Kary umowne jakie może naliczyć Zamawiający w związku ze zwłoką w realizacji zamówienia mogą być zastosowane tylko w przypadku, gdy Zamawiający nie posiada aktualnie zaległości w płatnościach na rzecz Wykonawcy starszych niż 14 dni od upływu pierwotnego terminu płatności. Wznowiony bieg terminu realizacji zamówienia, po którego przekroczeniu Zamawiający może naliczać kary umowne następuje od dnia zaksięgowania zaległych środków na koncie Wykonawcy.”

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający nie dokona zmiany w projekcie umowy.

PYTANIE NR 28 dotyczy: §2 ust. 6 projektu umowy

Ze względu na ograniczenia systemowe zwracamy się z prośbą o odstąpienie od wymogu faktury zbiorczej.

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający nie wyraża zgody.

PYTANIE NR 29 dotyczy: części nr 6, poz. 1

„Czy Zamawiający dopuści makroporową monofilamentową niewchłaniającą siatkę polipropylenową o niskiej masie 43,7 g/m², grubości siatki: 0,44 mm i wielkości porów: 6,29 mm², średnica włókna 0,12 mm, w rozm. 30,5 x 30,5 cm”

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający dopuszcza.

PYTANIE NR 30 dotyczy: części nr 6, poz. 2

„Czy Zamawiający dopuści makroporową monofilamentową niewchłaniającą siatkę polipropylenową o niskiej masie 43,7 g/m², grubości siatki: 0,44 mm i wielkości porów: 6,29 mm², średnica włókna 0,12 mm, rozm. 15 x 15 cm, pakowane po 3 szt.”

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający dopuszcza.

PYTANIE NR 31 dotyczy: części nr 10, poz. 1

„Czy Zamawiający dopuści siatkę polipropylenową monofilamentową nasączoną wchłaniającym klejem. Klej: PVP – polywinylopyrrolidone+polyethylene glycol. Klej nie jest materiałem biologicznym (nie pochodzi od ludzi, ani zwierząt). Waga po wchłonięciu 32 g /m² (+/- 4g) Rozmiar porów 6,29 mm². Grubość siatki przed absorpcją 0,35mm. Siatka z możliwością docinania. Dedykowana do procedur na otwarty lub laparoskopowych, siatka prawa w rozm. 7,5 x 10,5 cm”

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający dopuszcza.

PYTANIE NR 32 dotyczy: części nr 10, poz. 2

„Czy Zamawiający dopuści siatkę polipropylenową monofilamentową nasączoną wchłaniającym klejem. Klej: PVP – polywinylopyrrolidone+polyethylene glycol. Klej nie jest materiałem biologicznym (nie pochodzi od ludzi, ani zwierząt). Waga po wchłonięciu 32 g /m² (+/- 4g) Rozmiar porów 6,29 mm². Grubość siatki przed absorpcją 0,35mm. Siatka z możliwością docinania. Dedykowana do procedur na otwarty lub laparoskopowych, siatka lewa w rozm. 7,5 x 10,5 cm.”

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający dopuszcza.

PYTANIE NR 33 dotyczy: części nr 11, poz. 1

„Czy Zamawiający dopuści makroporową monofilamentową siatkę polipropylenową do plastyki przepuklin brzusznych i pachwinowych, przezierną, o gramaturze 43,7 g/m² i wielkości porów: 6,29 mm², w rozm. zgodnym z SWZ 10 x 15 cm, pakowane po 3 szt.”

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający dopuszcza.

PYTANIE NR 34 dotyczy: części nr 11, poz. 2

„Czy Zamawiający dopuści makroporową monofilamentową siatkę polipropylenową do plastyki przepuklin brzusznych i pachwinowych, przezierną, o gramaturze 43,7 g/m² i wielkości porów: 6,29 mm², w rozm. zgodnym z SWZ 15 x 15 cm, pakowane po 3 szt.”

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający dopuszcza.

PYTANIE NR 35 dotyczy: części nr 11, poz. 3

„Czy Zamawiający dopuści makroporową monofilamentową siatkę polipropylenową do plastyki przepuklin brzusznych i pachwinowych, przezierną, o gramaturze 43,7 g/m² i wielkości porów: 6,29 mm², w rozm. 30,5 x 30,5 cm.”

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający dopuszcza.

PYTANIE NR 36 dotyczy: części nr 11, poz. 1

„Czy zamawiający dopuści Makroporowata, monofilamentowa siatka polipropylenowa do plastyki przepuklin brzusznych i pachwinowych, przezierna, wielkość porów 1,01 x 1,44 mm (+/- 0,2 mm), gramatura 48 g/m². Rozmiar siatki 10cm x 15cm.”

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający nie dopuszcza.

PYTANIE NR 37 dotyczy: części nr 11, poz. 2

„Czy zamawiający dopuści Makroporowata, monofilamentowa siatka polipropylenowa do plastyki przepuklin brzusznych i pachwinowych, przezierna, wielkość porów 1,01 x 1,44 mm (+/- 0,2 mm), gramatura 48 g/m². Rozmiar siatki 15cm x 15cm.”

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający nie dopuszcza.

PYTANIE NR 38 dotyczy: części nr 11, poz. 3

„Czy zamawiający dopuści Makroporowata, monofilamentowa siatka polipropylenowa do plastyki przepuklin brzusznych i pachwinowych, przezierna, wielkość porów 1,01 x 1,44 mm (+/- 0,2 mm), gramatura 48 g/m². Rozmiar siatki 30cm x 30cm”

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający nie dopuszcza.

PYTANIE NR 39 dotyczy: części nr 14, poz. 1

„Czy zamawiający dopuści Woreczki laparoskopowe do wyciągania fragmentów tkanek podczas procedur laparoskopowych wytrzymałe na rozdarcie, wyposażone w sznurek z nylonu i ściągacz z pamięcią kształtu wykonany z nitinolu. Worek znajduje się w rurce umożliwiającej przejście przez trokar 10 mm. Produkt sterylny, jednorazowego użytku, nieprzepuszczalny, sterylizowany tlenkiem etylenu. Produkt z wypychaczem. Wymiary worka: szer. 124,5 mm x dł. 140 mm Ø79mm. Wymiary przewodnika 10 mm x 230 mm, Pojemność worka: 200 ml”

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający nie dopuszcza.

PYTANIE NR 40 dotyczy: części nr 14, poz. 2

„Woreczki laparoskopowe do wyciągania fragmentów tkanek podczas procedur laparoskopowych wytrzymałe na rozdarcie, wyposażone w sznurek z nylonu i ściągacz z pamięcią kształtu wykonany z nitinolu. Worek znajduje się w rurce umożliwiającej przejście przez trokar 12 mm. Produkt sterylny, jednorazowego użytku, nieprzepuszczalny, sterylizowany tlenkiem etylenu. Produkt z wypychaczem. Wymiary worka: szer. szer. 190 mm x dł. 203 mm Ø121mm. Wymiary przewodnika 12 mm x 230 mm, Pojemność worka: 800 ml”

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający nie dopuszcza.

PYTANIE NR 41 dotyczy: części nr 7, poz. 1

„Czy Zamawiający dopuści cewnik z trokarem do drenażu klatki piersiowej o długości 420mm? Pozostałe parametry zgodne z SWZ.”

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający dopuszcza

PYTANIE NR 42 dotyczy: części nr 12, poz. 1

„Czy Zamawiający dopuści dren T-Kehr – 100% silikon, przezroczysty, sterylny, długość ramion 600mm x 200mm, pasek kontrastujący w RTG na całej długości drenu z perforowanym ramieniem w rozmiarach 10, 12, 14, 16 i 18 Fr?”

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający dopuszcza.

PYTANIE NR 43 dotyczy: części nr 14, poz. 1

„Czy Zamawiający wyraża zgodę na dopuszczenie worków laparoskopowych w rozmiarze 124,0 mm x 145,5 mm (200ml)?”

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający nie wyraża zgody.

PYTANIE NR 44 dotyczy: części nr 14, poz. 1

„Czy Zamawiający wyraża zgodę na dopuszczenie worków laparoskopowych w rozmiarze 190,0 mm x 190,0 mm (800ml)?”

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Z-CA DYREKTORA
ds. Techniczno-Administracyjnych
[Signature]
mgr inż. Marcin Podkościelny
SZPITAL WOJEWODZKI
im. Mikołaja Kopernika w Koszalinie