

Koszalin, dn. 08.05.2026 r.

Do:
Wykonawcy postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego

dotyczy: Przetarg nieograniczony nr TP.382.035.2026 EK – rękawice jednorazowego użytku

Na podstawie art. 135 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2024.1320 t.j.), udzielam wyjaśnień na zadane pytania:

PYTANIE NR 1: dotyczy części nr 2 pkt.3

„Zwracamy się z prośbą o wyrażenie zgody na zaoferowanie rękawicy nitrylowej o powierzchni zewnętrznej teksturowanej minimum na końcach palców?”

ODPOWIEDŹ

Zamawiający dopuszcza.

PYTANIE NR 2: dotyczy części nr 2

„Zwracamy się z prośbą o wyrażenie zgody na złożenie próbek w rozmiarze M, gdyż są to rękawice diagnostyczne i posiadają literowe oznakowanie rozmiaru.”

ODPOWIEDŹ

Zamawiający dopuszcza.

PYTANIE NR 3: dotyczy części nr 3

„Zwracamy się z prośbą o wyrażenie zgody na zaoferowanie rękawicy winylowej jako środek ochrony indywidualnej kategorii III typ B?”

ODPOWIEDŹ

Zamawiający dopuszcza.

PYTANIE NR 4: dotyczy części nr 4 pkt. 6

„Zwracamy się z prośbą o wyrażenie zgody na zaoferowanie rękawicy o zawartości białek poniżej 50µg/g?”

ODPOWIEDŹ

Zamawiający dopuszcza.

PYTANIE NR 5: dotyczy części nr 4 pkt. 7

„Zwracamy się z prośbą o wyrażenie zgody na zaoferowanie rękawicy o długości min.300mm?”

ODPOWIEDŹ

Zamawiający dopuszcza.

PYTANIE NR 6: dotyczy części nr 6 pkt. 11

„Zwracamy się z prośbą o wyrażenie zgody na zaoferowanie rękawicy o grubości na dłoni 0,28mm na mankiecie 0,22mm?”

ODPOWIEDŹ

Zamawiający nie dopuszcza.

PYTANIE NR 7: dotyczy części nr 8 pkt. 13

„Zwracamy się z prośbą o wyrażenie zgody na zaoferowanie rękawicy o sile zrywu przed starzeniem min.12N, po starzeniu min. 14N o pozostałych parametrach zgodnych z opisem?”

ODPOWIEDŹ

Zamawiający dopuszcza.

PYTANIE NR 8: dotyczy projektu umowy

„Prosimy o dodanie do umowy zapisu dotyczącego składanych zamówień: Zamawiający będzie składał zamówienia wg bieżących potrzeb, jednak każde zamówienie będzie o wartości nie mniejszej niż 450 zł netto”

ODPOWIEDŹ

Zamawiający wyraża zgodę na dodanie do projektu umowy zapisu:

„Zamawiający będzie składał zamówienie według bieżących potrzeb, przy czym wartość zamówienia jednostkowego nie powinna być niższa niż 450 zł netto”

PYTANIE NR 9: dotyczy projektu umowy

„Prosimy o dodanie do umowy zapisu: Zamawiający gwarantuje realizację umowy w wysokości nie niższej niż 80% całkowitej wartości umowy.”

ODPOWIEDŹ

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższą zmianę.

PYTANIE NR 10: dotyczy projektu umowy

„W przypadku braku zgody na powyższy zapis w umowie, prosimy o deklarację Zamawiającego w jakim stopniu % umowa zostanie na pewno zrealizowana.”

ODPOWIEDŹ

Zgodnie z w § 5 ust. 5 *„Zamawiający zastrzega sobie prawo niewykonania umowy w pełnym zakresie, jednak nie mniejszym niż 50% każdej części.”*

PYTANIE NR 11: dotyczy części nr 1

„Czy Zamawiający w pakiecie nr 1 dopuści rękawiczkę o grubości na palcu 0,09mm+/-0,02mm?”

ODPOWIEDŹ

Zamawiający nie dopuszcza.

PYTANIE NR 12: dotyczy części nr 1

„Czy Zamawiający w pakiecie nr 1 dopuści rękawiczkę o grubości na palcu 0,09mm+/-0,03mm?”

ODPOWIEDŹ

Zamawiający nie dopuszcza.

PYTANIE NR 13: dotyczy części nr 6 poz. 1

„Czy Zamawiający w pakiecie nr 6 poz. 1 dopuści rękawice o grubościach na palcu 0,33mm+/-0,03mm dłoni 0,31mm+/-0,03mm mankiecie 0,25mm+/-0,03mm.”

ODPOWIEDŹ

Zamawiający nie dopuszcza.

PYTANIE NR 14: dotyczy części nr 7 poz. 1

„Czy Zamawiający w pakiecie nr 7 poz. 1 dopuści rękawice bezpydrowe polimeryzowane wewnątrz.”

ODPOWIEDŹ

Zamawiający dopuszcza.

PYTANIE NR 15: dotyczy części nr 7 poz. 1

„Czy Zamawiający w pakiecie nr 7 poz. 1 pkt 16 dopuści rękawice bezpydrowe zgodne z normą EN 374-1,2,4,5. Norma EN 374-3 została zastąpiona przez normę EN 16523 -1.”

ODPOWIEDŹ

Zamawiający dopuszcza.

PYTANIE NR 16: dotyczy części nr 8 poz. 1

„Czy Zamawiający w pakiecie nr 8 poz. 1 dopuści rękawice o powierzchni wewnętrznej pokrytej polimerem oraz hydrofobowo hydrofilowej powłoce pozwalającej na szybkie zakładanie na wilgotne i suche dłonie o grubości ścianki 0,19+/-0,02mm.”

ODPOWIEDŹ

Zamawiający nie dopuszcza.

PYTANIE NR 17: dotyczy części nr 8 poz. 1

„Czy Zamawiający w pakiecie nr 8 poz. 1 pkt 18 dopuści przebadane na min. 15 cytostatyki zgodne z normą ASTM D6978. Norma EN 374 -3 jest normą zastąpioną przez EN 16523 – 1 i dotyczy substancji chemicznych.”

ODPOWIEDŹ

Zamawiający dopuszcza.

PYTANIE NR 18: dotyczy części nr 9 poz. 1

„Czy Zamawiający w pakiecie nr 9 poz. 1 dopuści rękawice o powierzchni o grubości na palcu 0,20mm+/-0,02mm dłoni 0,18mm+/-0,02mm mankiecie 0,16mm+/-0,02mm”

ODPOWIEDŹ

Zamawiający nie dopuszcza.

PYTANIE NR 19: dotyczy części nr 10 poz. 1

„Czy Zamawiający w pakiecie nr 10 poz. 1 dopuści rękawice o powierzchni o grubości na palcu 0,22mm+/-0,02mm dłoni 0,20mm+/-0,02mm mankiecie 0,20mm+/-0,02mm.”

ODPOWIEDŹ

Zamawiający nie dopuszcza.

PYTANIE NR 20: dotyczy części nr 11 poz. 1

„Czy Zamawiający w pakiecie nr 11 poz. 1 dopuści rękawice o długości min. 295mm.”

ODPOWIEDŹ

Zamawiający dopuszcza.

PYTANIE NR 21: dotyczy części nr 11 poz. 1

„Czy Zamawiający w pakiecie nr 11 poz. 1 pkt 16 dopuści zgodne z normą EN 374-1,2,4,5. Norma EN 374-3 została zastąpiona przez normę EN 16523 -1.”

ODPOWIEDŹ

Zamawiający dopuszcza.

PYTANIE NR 22: dotyczy części nr 12 poz. 1

„Czy Zamawiający w pakiecie nr 12 poz. 1 dopuści rękawice o powierzchni zewnętrznej gładkiej z wykończeniem z mikroteksturą.”

ODPOWIEDŹ

Zamawiający nie dopuszcza.

PYTANIE NR 23: dotyczy części nr 1 poz. 1

„Czy Zamawiający w pakiecie nr 1 poz. 1 pkt 14 dopuści rękawice chroniące przed substancjami chemicznymi i mikroorganizmami zgodnych z równoważną normą EN 374?”

ODPOWIEDŹ

Zamawiający wymaga norm dla rękawic określonych w SWZ.

PYTANIE NR 24: dotyczy części nr 1 poz. 1

„Czy Zamawiający w pakiecie nr 1 poz. 1 pkt 16 dopuści rękawice zgodne z normą EN 455-1,2,3,4, EN 21420, EN 374 -1,2,4,5 ?”

ODPOWIEDŹ

Zamawiający wymaga norm dla rękawic określonych w SWZ.

PYTANIE NR 25: dotyczy części nr 1

„Proszę o zgodę na zaoferowanie w części 1 zarówno w pozycji 1 jak i 2 rękawic w opakowaniach po 100 szt. wraz z odpowiednim przeliczeniem ilości, o powierzchni zewnętrznej gładkiej z teksturą na końcach palców, przebadanych na przenikanie min. 10 cytostatyków zgodnie z normą ASTM D 6978, w zakresie substancji chemicznych przebadane na 3 substancje chemiczne zgodnie z normą EN 374-3 oraz przebadane zgodnie z ASTM F739 na min. 3 stosowane na rynku środki dezynfekujące, odporne na izopropanol przez min 15 min, spełniających pozostałe wymogi SWZ.”

ODPOWIEDŹ

Zamawiający nie wyraża zgody.

PYTANIE NR 26: dotyczy części nr 5

„Proszę o zgodę na zaoferowanie w części 5 rękawic o grubości na palcu 0.15 +/- 0.02 mm, spełniających pozostałe wymogi SWZ.”

ODPOWIEDŹ

Zamawiający nie wyraża zgody.

PYTANIE NR 27: dotyczy części nr 6

„Proszę o zgodę na zaoferowanie w części 6 rękawic o grubości na dłoni 0.31 ± 0.03 mm, o typowej wartości siły zrywu przed starzeniem min. 27N, spełniających pozostałe wymogi SWZ.”

ODPOWIEDŹ

Zamawiający nie wyraża zgody.

PYTANIE NR 28: dotyczy części nr 7

„Proszę o zgodę na zaoferowanie w części 7 rękawic o grubości na palcu 0.20 ± 0.02 mm, o sile zrywu przed starzeniem mediana min. 11 N i po starzeniu mediana min. 10 N, spełniających pozostałe wymogi SWZ.”

ODPOWIEDŹ

Zamawiający nie wyraża zgody.

PYTANIE NR 29: dotyczy części nr 9

„Proszę o zgodę na zaoferowanie w części 9 rękawic z mankietem rolowanym z opaską adhezyjną, o grubości na palcu 0.19 ± 0.02 mm, na dłoni 0.19 ± 0.03 mm, na mankiecie 0.16 ± 0.02 mm, spełniających pozostałe wymogi SWZ.”

ODPOWIEDŹ

Zamawiający nie wyraża zgody.

PYTANIE NR 30: dotyczy części nr 10

„Proszę o zgodę na zaoferowanie w części 10 rękawic z mankietem o rolowanym zakończeniu z opaską samoprzylepną, o potwierdzonym przez niezależne laboratorium niskim poziomie protein lateksu poniżej 20 µg/g, o grubości na palcu 0.21 ± 0.02 mm, na dłoni 0.20 ± 0.02 mm, na mankiecie 0.17 ± 0.02 mm, z chlorowaną bez silikonu powierzchnią zewnętrzną, spełniających pozostałe wymogi SWZ.”

ODPOWIEDŹ

Zamawiający nie wyraża zgody.

PYTANIE NR 31: dotyczy części nr 11

„Proszę o zgodę na zaoferowanie w części 11 rękawic o grubości na palcu 0.14 ± 0.03 mm, na dłoni 0.13 ± 0.03 mm, na mankiecie 0.14 ± 0.03 mm, z mankietem rolowanym z taśmą adhezyjną, o typowej wartości siły zrywu przed starzeniem min. 11N, spełniających pozostałe wymogi SWZ.”

ODPOWIEDŹ

Zamawiający nie wyraża zgody.

PYTANIE NR 32: dotyczy projektu umowy

„Zwracamy się z prośbą o umieszczenie w umowie zapisu dotyczącego minimum logistycznego tj. Zamawiający będzie składał zamówienie według bieżących potrzeb, przy czym wartość zamówienia jednostkowego nie powinna być niższa niż 500 zł netto?”

ODPOWIEDŹ

Zamawiający wyraża zgodę na dodanie do projektu umowy zapisu:

„Zamawiający będzie składał zamówienie według bieżących potrzeb, przy czym wartość zamówienia jednostkowego nie powinna być niższa niż 450 zł netto”

PYTANIE NR 33: dotyczy części nr 2

„Czy Zamawiający oczekuje próbki 1 op. rozm. M (w SWZ podano rozm. 7,5 jak dla rękawic chirurgicznych)?”

ODPOWIEDŹ

Tak.

PYTANIE NR 34: dotyczy części nr 5-12

„Czy Zamawiający dla rękawic chirurgicznych podając „opakowanie handlowe” w zakresie ilości próbek ma na myśli 1 parę czy 1 op. zbiorcze (np. 50 par)?”

ODPOWIEDŹ

Zamawiający podając „opakowanie handlowe” w zakresie ilości próbek ma na myśli 1 op. zbiorcze.

PYTANIE NR 35: dotyczy części nr 2

„Czy Zamawiający dopuści rękawice w kolorze niebieskim?”

ODPOWIEDŹ

Zamawiający nie dopuszcza.

PYTANIE NR 36: dotyczy części nr 2

„Czy Zamawiający dopuści rękawice o grubości na palcu 0,16mm+/-0,01, na dłoni 0,12mm+/-0,01?”

ODPOWIEDŹ

Zamawiający nie dopuszcza.

PYTANIE NR 37: dotyczy części nr 2

„Czy Zamawiający dopuści rękawice o sile zrywania przed i po starzeniu min. 13N?”

ODPOWIEDŹ

Zamawiający dopuszcza.

PYTANIE NR 38: dotyczy części nr 2

„Czy Zamawiający dopuści rękawice przebadane na min. 12 cytostatyków?”

ODPOWIEDŹ

Zamawiający nie dopuszcza.

PYTANIE NR 39: dotyczy części nr 3

„Czy Zamawiający dopuści rękawice pokryte od wewnątrz poliuretanem?”

ODPOWIEDŹ

Zamawiający dopuszcza.

PYTANIE NR 40: dotyczy części nr 3

„Czy Zamawiający dopuści rękawice o grubości na palcu 0,10mm+/-0,02?”

ODPOWIEDŹ

Zamawiający dopuszcza.

PYTANIE NR 41: dotyczy części nr 4

„Czy Zamawiający dopuści rękawice o grubości na palcu 0,36mm+/-0,04, na dłoni 0,31mm+/-0,03, na mankiecie 0,23mm+/-0,03?”

ODPOWIEDŹ

Zamawiający nie dopuszcza.

PYTANIE NR 42: dotyczy części nr 4

„Czy Zamawiający dopuści rękawice o grubości na dłoni 0,30mm+/-0,01, na mankiecie 0,20mm+/-0,01?”

ODPOWIEDŹ

Zamawiający nie dopuszcza.

PYTANIE NR 43: dotyczy części nr 4

„Czy Zamawiający dopuści rękawice o długości min. 300mm?”

ODPOWIEDŹ

Zamawiający dopuszcza.

PYTANIE NR 44: dotyczy części nr 4

„Czy Zamawiający dopuści rękawice o długości min. 295mm?”

ODPOWIEDŹ

Zamawiający nie dopuszcza.

PYTANIE NR 45: dotyczy części nr 4

„Czy Zamawiający dopuści rękawice z poziomem protein $\leq 20\mu\text{g/g}$?”

ODPOWIEDŹ

Zamawiający dopuszcza.

PYTANIE NR 46: dotyczy części nr 4

„Czy Zamawiający dopuści rękawice z poziomem protein max $23\mu\text{g/g}$?”

ODPOWIEDŹ

Zamawiający dopuszcza.

PYTANIE NR 47: dotyczy części nr 4

„Czy Zamawiający dopuści rękawice o sile zrywu przed starzeniem min. 20N, po starzeniu min. 18N?”

ODPOWIEDŹ

Zamawiający nie dopuszcza.

PYTANIE NR 48: dotyczy części nr 4

„Czy Zamawiający dopuści złożenie próbki 1 op. rozm. S lub L?”

ODPOWIEDŹ

Zamawiający dopuszcza.

PYTANIE NR 49: dotyczy części nr 5

„Czy Zamawiający dopuści rękawice pudrowane mączką kukurydzianą?”

ODPOWIEDŹ

Zamawiający dopuszcza.

PYTANIE NR 50: dotyczy części nr 5

„Czy Zamawiający dopuści rękawice o grubości na palcu $0,18\text{mm} \pm 0,02\text{mm}$?”

ODPOWIEDŹ

Zamawiający nie dopuszcza.

PYTANIE NR 51: dotyczy części nr 5

„Czy Zamawiający dopuści rękawice składane na pół, z wywiniętym mankietem?”

ODPOWIEDŹ

Zamawiający dopuszcza.

PYTANIE NR 52: dotyczy części nr 6

„Czy Zamawiający dopuści rękawice o długości min. 285mm?”

ODPOWIEDŹ

Zamawiający dopuszcza.

PYTANIE NR 53: dotyczy części nr 6

„Czy Zamawiający dopuści rękawice obustronnie polimerowane?”

ODPOWIEDŹ

Zamawiający nie dopuszcza.

PYTANIE NR 54: dotyczy części nr 6

„Czy Zamawiający dopuści rękawice o grubości na dłoni $0,27\text{mm} \pm 0,02$, na mankiecie $0,22\text{mm} \pm 0,02$?”

ODPOWIEDŹ

Zamawiający nie dopuszcza.

PYTANIE NR 55: dotyczy części nr 7

„Czy Zamawiający dopuści rękawice polimeryzowane jedynie od wewnątrz?”

ODPOWIEDŹ

Zamawiający dopuszcza.

PYTANIE NR 56: dotyczy części nr 7

„Czy Zamawiający dopuści rękawice o grubości na palcu $0,18\text{mm} \pm 0,02$?”

ODPOWIEDŹ

Zamawiający nie dopuszcza.

PYTANIE NR 57: dotyczy części nr 8

„Czy Zamawiający dopuści rękawice obustronnie polimerowane?”

ODPOWIEDŹ

Zamawiający dopuszcza.

PYTANIE NR 58: dotyczy części nr 8

„Czy Zamawiający dopuści rękawice w kolorze beżowym?”

ODPOWIEDŹ

Zamawiający dopuszcza.

PYTANIE NR 59: dotyczy części nr 8

„Czy Zamawiający dopuści rękawice z mankietem rolowanym zapobiegającym zsuwaniu się rękawicy bez opaski adhezyjnej?”

ODPOWIEDŹ

Zamawiający nie dopuszcza.

PYTANIE NR 60: dotyczy części nr 8

„Czy Zamawiający dopuści rękawice składane na pół?”

ODPOWIEDŹ

Zamawiający dopuszcza.

PYTANIE NR 61: dotyczy części nr 8

„Czy Zamawiający dopuści rękawice posiadające od zewnątrz warstwę antypoślizgową?”

ODPOWIEDŹ

Zamawiający dopuszcza.

PYTANIE NR 62: dotyczy części nr 8

„Czy Zamawiający dopuści rękawice o długości min. 290mm?”

ODPOWIEDŹ

Zamawiający dopuszcza.

PYTANIE NR 63: dotyczy części nr 8

„Czy Zamawiający dopuści rękawice o grubości na palcu 0,20mm+/-0,02?”

ODPOWIEDŹ

Zamawiający dopuszcza.

PYTANIE NR 64: dotyczy części nr 8

„Czy Zamawiający dopuści rękawice przebadane na min. 14 cytostatyków zgodnie z ASTM D6978?”

ODPOWIEDŹ

Zamawiający nie dopuszcza.

PYTANIE NR 65: dotyczy części nr 9

„Czy Zamawiający dopuści rękawice o zawartości protein max. 30µg/g?”

ODPOWIEDŹ

Zamawiający nie dopuszcza.

PYTANIE NR 66: dotyczy części nr 9

„Czy Zamawiający dopuści rękawice z mankietem rolowanym zapobiegającym zsuwaniu się rękawicy bez opaski adhezyjnej?”

ODPOWIEDŹ

Zamawiający nie dopuszcza.

PYTANIE NR 67: dotyczy części nr 9

„Czy Zamawiający dopuści rękawice o długości min. 285mm?”

ODPOWIEDŹ

Zamawiający dopuszcza.

PYTANIE NR 68: dotyczy części nr 9

„Czy Zamawiający dopuści rękawice o grubości na palcu 0,18mm +/- 0,02mm, na dłoni 0,16mm+/-0,02, na mankiecie 0,14mm+/-0,02?”

ODPOWIEDŹ

Zamawiający nie dopuszcza.

PYTANIE NR 69: dotyczy projektu umowy

„W postanowieniach umowy zawarto zapis odnośnie gwarantowanego poziomu realizacji umowy. Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o zmianę zapisów treści umowy na zapis, aby gwarantowany poziom realizacji umowy wynosił minimum 60% wartości umowy. Jest to praktyka powszechnie stosowana w placówkach służby zdrowia. Wykonawcy chcąc należycie wywiązać się z zobowiązań wynikających z zawartej umowy z

Zamawiającym podejmują niezbędne i kosztochłonne kroki w celu zgromadzenia wystarczającej ilości przedmiotu dostawy. Zwolnienie się Zamawiającego z zobowiązania nabycia co najmniej 60% przedmiotu umowy naraża Wykonawcę na niczym nieuzasadnione straty."

ODPOWIEDŹ

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższą zmianę.

PYTANIE NR 70: dotyczy projektu umowy

„Czy Zamawiający wyrazi zgodę na składanie zamówień na produkty z ewentualnej umowy w ilości będącej najmniejszym lub wielokrotnością najmniejszego opakowania handlowego?”

ODPOWIEDŹ

Zamawiający wyraża zgodę.

PYTANIE NR 71: dotyczy części 1 poz. 1,2

„Prosimy o dopuszczenie rękawic o grubości na palcu 0,10 +/- 0,02 mm”

ODPOWIEDŹ

Zamawiający nie dopuszcza.

PYTANIE NR 72: dotyczy części 1 poz. 2

„Prosimy o dopuszczanie opakowania a 100 sztuk”

ODPOWIEDŹ

Zamawiający nie dopuszcza.

PYTANIE NR 73: dotyczy części 2

„Prosimy o dopuszczenie Rękawice diagnostyczne nitylowe niejałowe z przedłużonym mankietem do wysokiego ryzyka o podwyższonej chwytności z dodatkową teksturą na palcach. Kolor niebieski, Grubość na palcu 0,15 +/- 0,02 mm, na dłoni 0,10 +/- 0,01 mm, na mankiecie 0,08 +/- 0,01 mm Siła zrywania min. 11 N (potwierdzona raportem z badań wydanym przez akredytowane laboratorium, pakowane 100 sztuk (XL po 90 sztuk).”

ODPOWIEDŹ

Zamawiający nie dopuszcza.

PYTANIE NR 74: dotyczy części 3

„Prosimy o dopuszczenie Niesterylne, jednorazowego użytku rękawice diagnostyczne i ochronne wykonane z polichlorku winylu (PVC), powierzchnia gładka, AQL ≤ 1,5. Kształt uniwersalny pasujący na prawą i lewą dłoń, mankiet rolowany. Średnia grubość na palcach i dłoni min. 0,06 mm, na mankiecie min. 0,04 mm. Dające się łatwo i pojedynczo wyciągać z opakowania. Zarejestrowane jako wyrób medyczny w klasie I oraz środek ochrony indywidualnej w kategorii III, Typ B wg EN ISO 374-1. Wszystkie substancje użyte do oznakowania typu na opakowaniu na poziomie ochrony min. 5. Rękawice przebadane na działanie substancji chemicznych zgodnie z EN 16523-1 i/lub EN ISO 374-1. Odporne na penetrację wirusów, bakterii i grzybów zgodnie EN 374-5 oraz ASTM F1671. Rozmiary S-XL, pakowane 100 sztuk”

ODPOWIEDŹ

Zamawiający nie dopuszcza.

PYTANIE NR 75: dotyczy części 5

„Prosimy o dopuszczenie Rękawice chirurgiczne lateksowe pudrowane o zewnętrznej powierzchni mikroteksturowanej. Kształt anatomiczny, AQL max. 0,65, średnia grubość na palcu 0,20 mm, na dłoni 0,17 mm, na mankiecie 0,15 mm, średnia siła zrywania przed starzeniem 14 N, sterylizowane radiacyjnie, mankiet rolowany. Opakowanie zewnętrzne papier-folia,. Długość min. 260- 280 mm dopasowana do rozmiaru (długość zgodna z wytycznymi ustawodawcy określonymi w normie EN 455-2, wynoszącej min. 260 - 280 mm w zależności od rozmiaru, która w pełni zakrywa mankiet fartucha i zapewnia bezpieczeństwo pracy podczas zabiegu chirurgicznego), badania na przenikalność dla wirusów zgodnie z ASTM F 1671 oraz EN ISO 374-5. Wyrób medyczny klasy IIa i Środek ochrony indywidualnej kategorii III, typ B wg EN ISO 374-1. Odporne na przenikanie co najmniej 3 substancji na poziomie 6, w stężeniach wymienionych w normie EN ISO 374-1., zgodnie z EN 421, potwierdzone certyfikatem jednostki notyfikowanej.. Opakowanie 70 par. Na rękawicy fabrycznie nadrukowany min. rozmiar rękawicy oraz oznaczenie L i R. Rozmiary 5,5-9,0.”

ODPOWIEDŹ

Zamawiający nie dopuszcza.

PYTANIE NR 76: dotyczy części 6

„Prosimy o dopuszczenie Rękawice chirurgiczne, lateksowe, bezpudrowe z wewnętrzną powłoką zawierającą powłokę hydrofobową powlekana poliuretanem i silikonem. Powierzchnia zewnętrzna teksturowana na palcach i wewnętrznej części dłoni, silikonowana. Wykonane z naturalnego lateksu, Średnia grubość na palcu 0.33 ± 0.03 mm, na dłoni 0.31 ± 0.03 mm, na mankiecie 0.25 ± 0.03 mm, AQL 0,65, sterylizowane radiacyjnie, anatomiczne mankiety rolowane z niechlorowaną taśmą adhezyjną Opakowanie zewnętrzne hermetyczne foliowe. Długość min. 300 mm. Odporne na przenikanie bakterii, grzybów i wirusów zgodnie z EN ISO 374-5 oraz ISO 16604. Wyrób medyczny klasy IIa i Środek ochrony indywidualnej kategorii III, typ B wg EN ISO 374-1. Odporne na przenikanie substancji chemicznych zgodnie z EN 16523-1 oraz na przenikanie leków cytostatycznych zgodnie z ASTM D6978. Pakowane po 50 par. Rozmiary 5,5–9,0.”

ODPOWIEDŹ

Zamawiający nie dopuszcza.

PYTANIE NR 77: dotyczy części 8

„Prosimy o dopuszczenie Rękawice chirurgiczne, syntetyczne neoprenowe bezpudrowe wolne od akceleratorów chemicznych wg EN 455-3 z syntetyczną, wielowarstwową powłoką polimerową z poliakrylanem i surfaktantem, powierzchnia zewnętrzna gładka chwytna zielone, . Średnia grubość: na palcu 0,19 mm, dłoń 0,16 mm, na mankiecie 0,14 mm, AQL po zapakowaniu 0,65, sterylizowane radiacyjnie, anatomiczne, długość min. 285 mm, dopasowana do rozmiaru. Mankiety rolowane ze specjalną teksturą adhezyjną, opakowanie zewnętrzne, hermetyczne foliowe. Wyrób medyczny klasy IIa i Środek ochrony indywidualnej kategorii III, typ A wg EN ISO 374-1 (dokument z wynikami badań wydany przez jednostkę notyfikowaną). Podwyższona ochrona przed przenikaniem cytostatyków, przebadane na co najmniej 30 leków wg ASTM D 6978 (raport wystawiony przez niezależne laboratorium) oraz badania na przenikalność min. 20 substancji chemicznych zgodnie z EN 16523-1, w tym 4- rzędowe środki czyszczące i izopropanol 70 % przez 480 min. (raport wystawiony przez niezależne laboratorium). Informacja o przenikalności min. 20 cytostatyków wraz z czasami przebicia fabrycznie nadrukowana na wewnętrznym opakowaniu jednostkowym. Odporne na przenikanie wirusów zgodnie z ASTM F 1671 oraz EN ISO 374-5.. Na rękawicy fabrycznie nadrukowany min. nazwa rękawicy, rozmiar oraz oznaczenie lewa/prawa (L i R). Opakowanie 50 par. Rozmiary 5,5-9,0.”

ODPOWIEDŹ

Zamawiający nie dopuszcza.

PYTANIE NR 78: dotyczy części 9

„Prosimy o dopuszczenie Rękawice chirurgiczne, jasnobrązowe lateksowe bezpudrowe z syntetyczną wielowarstwową powłoką polimerową z poliakrylanem i surfaktantem, powierzchnia zewnętrzna gładka, chwytna. Średnia grubość: na palcu 0,20 mm, dłoń 0,18 mm, na mankiecie 0,17 mm. AQL 0,65, sterylizowane radiacyjnie, anatomiczne, kolor jasnobrązowy, długość min. 290 mm. Poziom protein alergicznych poniżej poziomu wykrywalności (badania niezależnego laboratorium wg. ASTM D7427-16, z podaną nazwą rękawic, których ono dotyczy). Mankiety rolowane ze specjalną teksturą adhezyjną, opakowanie zewnętrzne hermetyczne foliowe podciśnieniowe z dodatkowymi tłoczeniami w listkach ułatwiającymi otwieranie. Wyrób medyczny klasy IIa i Środek ochrony indywidualnej kategorii III, typ B wg EN ISO 374-1. Badania na przenikalność min. 25 cytostatyków, zgodnie z ASTM D 6978 (raport wystawiony przez niezależne laboratorium) oraz badania na przenikalność min. 20 substancji chemicznych zgodnie z EN 16523-1 (raport wystawiony przez niezależne laboratorium).. Na rękawicy fabrycznie nadrukowany min. rozmiar rękawicy oraz oznaczenie L i R. Opakowanie 50par. Rozmiary 5,5-9,0.”

ODPOWIEDŹ

Zamawiający nie dopuszcza.

PYTANIE NR 79: dotyczy części 10

„Prosimy o dopuszczenie Rękawice sterylne, lateksowe bezpudrowe z syntetyczną wielowarstwową powłoką polimerową z poliakrylanem i surfaktantem, zewnątrz gładkie, chwytny. Średnia grubość: na palcu 0,23 mm, na dłoni 0,21 mm, na mankiecie 0,18 mm. AQL 0,65, sterylizowane radiacyjnie, anatomiczne, długość min. 285 mm. Poziom protein alergicznych poniżej poziomu wykrywalności (badania niezależnego laboratorium wg. ASTM D7427-16, z podaną nazwą rękawic, których ono dotyczy). Mankiety rolowane ze specjalną teksturą adhezyjną zabezpieczający przed zsuwaniem się z fartucha chirurgicznego. Wyrób medyczny klasy IIa i Środek ochrony indywidualnej kategorii III, typ B wg EN ISO 374-1. Odporne na przenikanie min. 25 cytostatyków, zgodnie z ASTM D 6978 oraz min. 20 substancji chemicznych EN 16523-1 (raporty wystawione przez niezależne laboratorium). Odporne na przenikanie bakterii, grzybów i wirusów zgodnie z EN ISO 374-5 oraz ASTM F 1671. Opakowanie zewnętrzne hermetyczne foliowe podciśnieniowe z dodatkowymi tłoczeniami w listkach

ułatwiający otwieranie. Na rękawicy fabrycznie nadrukowany min. nazwa rękawicy, rozmiar oraz oznaczenie lewa/prawa (L i R). Opakowanie 50 par. Rozmiary 5,5-9,0."

ODPOWIEDŹ

Zamawiający nie dopuszcza.

PYTANIE NR 80: dotyczy części 11

„Czy Zamawiający dopuści Rękawice chirurgiczne, syntetyczne neoprenowe, bezpudrowe z syntetyczną wielowarstwową powłoką polimerową z poliakrylanem i surfaktantem, powierzchnia zewnętrzna gładka, chwytna. Średnia grubość: na palcu 0,19 mm, dłoń 0,16 mm, na mankiecie 0,14 mm, AQL 0,65, sterylizowane radiacyjnie, anatomiczne, jasnobrązowe, długość min. 290 mm. Mankiet rolowany ze specjalną teksturą adhezyjną, opakowanie zewnętrzne hermetyczne foliowe podciśnieniowe z dodatkowymi tłoczeniami w listkach ułatwiającymi otwieranie. Wyrób medyczny klasy IIa i Środek ochrony indywidualnej kategorii III, typ A wg EN ISO 374-1. Odporne na przenikanie min. 20 substancji chemicznych wg EN 16523-1 w tym co najmniej 5 używanych w środkach dezynfekcyjnych tj. min. przyspieszony tlenek wodoru, 70% izopropanol, powidon jodu, kwas nadoctowy, podchloryn sodowy oraz min. 30 leków cytostatycznych wg ASTM D 6978 Na rękawicy fabrycznie nadrukowany min. nazwa rękawicy, rozmiar oraz oznaczenie lewa/prawa (L i R). Opakowanie 50 par. Rozmiary 5,5-9,0."

ODPOWIEDŹ

Zamawiający nie dopuszcza.

PYTANIE NR 80: dotyczy części 12

„Prosimy o dopuszczenie Rękawice chirurgiczne, lateksowe bezpudrowe z syntetyczną wielowarstwową powłoką polimerową z poliakrylanem i surfaktantem oraz z warstwą regenerująco-nawilżającą z zliofilizowanego aloesu naturalnego, powierzchnia zewnętrzna gładka. Ciemno zielone, Średnia grubość: na palcu 0,19 mm, dłoń 0,17 mm, na mankiecie 0,15 mm, AQL 0,65, sterylizowane radiacyjnie, anatomiczne, długość min. 289 mm. Siła zrywu przed oraz po starzeniu min. 19N. Poziom protein alergicznych poniżej poziomu wykrywalności Mankiet rolowany ze specjalną teksturą adhezyjną zabezpieczający przed zsuwaniem się z fartucha chirurgicznego, opakowanie zewnętrzne hermetyczne foliowe podciśnieniowe z dodatkowymi tłoczeniami w listkach ułatwiającymi otwieranie. Wyrób medyczny klasy IIa i Środek ochrony indywidualnej kategorii III, typ B wg EN ISO 374-1. Badania na przenikalność 28 cytostatyków, zgodnie z ASTM D 6978 (raport wystawiony przez niezależne laboratorium) oraz badania na przenikalność min. 20 substancji chemicznych zgodnie z EN 16523-1 (raport wystawiony przez niezależne laboratorium). Odporne na przenikanie bakterii, grzybów i wirusów zgodnie z EN ISO 374-5 oraz ASTM F 1671. Na rękawicy fabrycznie nadrukowany min. rozmiar rękawicy oraz oznaczenie lewa/prawa (L i R). Opakowanie 50 par. Rozmiary 5,5-9,0."

ODPOWIEDŹ

Zamawiający nie dopuszcza.

Z-CA DYREKTORA
ds. Techniczno-Administracyjnych
mgr inż. Marcin Podleśny
SZPITAL WOJEWÓDZKI
m. Mikołaja Krasińskiego, Krosno