

Koszalin, 20.05.2026 r.

Do:
Wykonawcy postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego

dotyczy: Postępowania w trybie podstawowym nr TP.382.051.2026 MB – Podkłady jednorazowe w rolce

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2024.1320 t.j.), udzielam wyjaśnień na zadane pytania:

PYTANIE NR 1 dotyczy części nr 1:

„Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie podkładów medycznych posiadających perforację co 33,6 cm zamiast wymaganej perforacji co 38–39 cm, przy jednoczesnym spełnieniu wszystkich pozostałych parametrów określonych w SWZ? Proponowane rozwiązanie nie wpływa negatywnie na funkcjonalność ani sposób użytkowania wyrobu.”

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający dopuszcza.

PYTANIE NR 2 dotyczy części nr 1:

„Czy Zamawiający dopuści podkłady papierowe w rolce z perforacją co 50 cm? Pozostałe wymagania zgodne z SWZ.”

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający dopuszcza.

PYTANIE NR 3 dotyczy części nr 2:

„Czy Zamawiający dopuści podkład papier-folia w rolce o szerokości 60 cm? Pozostałe wymagania zgodne z SWZ.”

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający dopuszcza.

PYTANIE NR 4 dotyczy części nr 2:

„Czy Zamawiający dopuści podkład papier-folia perforowany co 50 cm? Pozostałe wymagania zgodne z SWZ.”

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający dopuszcza.

PYTANIE NR 5 dotyczy części nr 2:

„Czy Zamawiający dopuści podkład w rolce papier-folia trzywarstwowy (2 warstwy celulozy + 1 warstwa folii) ? Pozostałe wymagania zgodne z SWZ.”

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający dopuszcza.

PYTANIE NR 6 dotyczy projektu umowy:

„Zwracamy się z prośbą o umieszczenie w umowie zapisu dotyczącego minimum logistycznego tj. Zamawiający będzie składał zamówienie według bieżących potrzeb, przy czym wartość zamówienia jednostkowego nie powinna być niższa niż 500 zł netto.”

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający wprowadzi do projektu umowy zaproponowaną zmianę.

PYTANIE NR 7 dotyczy części nr 1:

„Czy Zamawiający dopuści podkład z perforacją co 37,5cm?”

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający dopuszcza.

PYTANIE NR 8 dotyczy części nr 1:

„Czy Zamawiający dopuści podkład z perforacją co 50cm?”

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający dopuszcza.

PYTANIE NR 9 dotyczy części nr 2:

„Czy Zamawiający dopuści podkład o szerokości 60cm?”

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający dopuszcza.

PYTANIE NR 10 dotyczy części nr 2:

„Czy Zamawiający dopuści podkład o szerokości 50cm?”

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający dopuszcza.

PYTANIE NR 11 dotyczy części nr 2:

„Czy Zamawiający dopuści podkład z warstwą celulozy o gramaturze 23g/m² i warstwą folii PE 10g/m²?”

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający dopuszcza.

PYTANIE NR 12 dotyczy części nr 1:

„Czy zamawiający dopuszcza perforację co 43-44 cm?”

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający dopuszcza.

PYTANIE NR 13 dotyczy części nr 1:

„Czy zamawiający dopuści perforację w zakresie 38-50 cm?”

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający dopuszcza.

PYTANIE NR 14 dotyczy części nr 2:

„Czy zamawiający dopuści wymiar szer. 60 cm x perforacja co 50 cm x dł. 50 m?”

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający dopuszcza.

PYTANIE NR 15 dotyczy części nr 2:

„Czy zamawiający dopuści parametry podkładu: grubość folii 14 mikrometrów (+/- 2 µm), bibuła 21 g/m²(+/- 2), minimalna chłonność 90 g/m²?”

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający dopuszcza.

PYTANIE NR 16 dotyczy części nr 2:

„Czy zamawiający dopuści podkład 2 x warstwa bibuły i 1 x warstwa folii; gramatura bibuły: 36 ± 0,10 g/m²; minimalna chłonność 160 g/m²; grubość folii 13 ± 2 µm; o wymiarach 60 cm szer. x perforacja 50 cm x dł. 40 m?”

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający nie dopuszcza.

PYTANIE NR 17 dotyczy części nr 2:

„Zwracamy się z prośbą o wyrażenie zgody na zaoferowanie podkładu jednorazowego w rolce papier-folia o gramaturze papieru 20g/m² + 6g/m² folia, pozostałe zgodne?”

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający wyraża zgodę.

PYTANIE NR 18 dotyczy części nr 2:

„Zwracamy się z prośbą o wyrażenie zgody na zaoferowanie podkładu jednorazowego w rolce papier-folia o gramaturze papieru 21g/m² + 6g/m² folia, pozostałe zgodne?”

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający wyraża zgodę.

PYTANIE NR 19 dotyczy części nr 2:

„Zwracamy się z prośbą o wyrażenie zgody na zaoferowanie podkładu jednorazowego w rolce papier-folia o gramaturze papieru 32g/m² + 6g/m² folia, szerokość rolki 58cm, pozostałe zgodne?”

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający wyraża zgodę.

PYTANIE NR 20 dotyczy projektu umowy:

„Prosimy o dodanie do umowy zapisu dotyczącego składanych zamówień: „Zamawiający będzie składał zamówienia wg bieżących potrzeb, jednak każde zamówienie będzie o wartości nie mniejszej niż 450 zł netto.””

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający, zgodnie z udzieloną odpowiedzią na Pytanie nr 6, wprowadzi zmianę zapisów dotyczących minimum logistycznego.

PYTANIE NR 21 dotyczy projektu umowy:

„Prosimy o dodanie do umowy zapisu: „Zamawiający gwarantuje realizację umowy w wysokości nie niższej niż 80% całkowitej wartości umowy.””

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający nie wprowadzi proponowanego zapisu do projektu umowy.

PYTANIE NR 22 dotyczy projektu umowy:

„W przypadku braku zgody na powyższy zapis w umowie, prosimy o deklaracje Zamawiającego w jakim stopniu % umowa zostanie na pewno zrealizowana.”

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający deklaruje, zgodnie z zapisami § 5 projektu umowy, że umowa zostanie zrealizowana na poziomie nie mniejszym niż 50%.

KIEROWNIK
Dział Zamówień Publicznych
MIAŁA WOJEWÓDZKI
Miejscowość Koszalinie

