

Koszalin, 02.07.2026 r.

Do:  
Wykonawcy postępowania  
o udzielenie zamówienia publicznego

dotyczy: Przetarg nieograniczony nr TP.382.016.2026 OB – Opatrunki specjalistyczne

### WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Na podstawie art. 135 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2024.1320 t.j.) udzielam wyjaśnień na zadane pytania:

PYTANIE NR 1 dotyczy: części nr 4 oraz 6

*„Czy w celu dochowania wszelkich wymogów łańcucha dostaw w obrocie refundowanymi wyrobami medycznymi finansowanymi ze środków NFZ Wykonawca składający ofertę musi posiadać koncesję hurtowni farmaceutycznej?”*

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający nie wymaga.

PYTANIE NR 2 dotyczy: części nr 6, poz. 1-3

*„Czy Zamawiający dopuści opatrunek hydrokoloidowy, który ma konstrukcję dwuwarstwową składającą się z chłonnej macierzy hydrokoloidowej laminowanej oddychającą poliuretanową warstwą bazową?”*

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający dopuszcza.

PYTANIE NR 3 dotyczy: części nr 1, poz. 3, 4

*„Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania hydroaktywnych opatrunków z pianki poliuretanowej, spełniających wymagania SWZ, jednakże bez cienkiej warstwy hydrożelu?”*

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający dopuszcza.

PYTANIE NR 4 dotyczy: części nr 8, poz. 1,2,3

*„Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania opaski elastycznej, kohezyjnej, spełniającej wymagania SWZ, jednakże o rozciągliwości 120 %.”*

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający dopuszcza.

PYTANIE NR 5 dotyczy: Dział V pkt 1

*„Zamawiający wymaga złożenia wraz z ofertą próbek w celu sprawdzenie zgodności z opisem przedmiotu zamówienia, w ilości 1 opakowania handlowego (z każdej pozycji) wskazanego w ofercie. Prosimy Zamawiającego o zmniejszenie wymaganej ilości do np. 2 szt. z każdej pozycji. Taka ilość jest wystarczająca do dokonania powyższej oceny.”*

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający wyraża zgodę

PYTANIE NR 6 dotyczy: wzoru umowy

„Zwracamy się z prośbą o umieszczenie w umowie zapisu dotyczącego minimum logistycznego tj. Zamawiający będzie składał zamówienie według bieżących potrzeb, przy czym wartość zamówienia jednostkowego nie powinna być niższa niż 500 zł netto.”

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający nie dokona zmiany zapisów umowy.

PYTANIE NR 7 dotyczy: części nr 5, poz. 6

„Czy Zamawiający dopuści opatrunek żelowy o wymiarach 12x12cm?”

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający nie dopuszcza.

PYTANIE NR 8 dotyczy: część 5, poz. 6

„Czy Zamawiający dopuści opatrunek żelowy o wymiarach 20x20cm?”

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający nie dopuszcza.

PYTANIE NR 9 dotyczy: część 6, poz. 1,2

„Czy Zamawiający dopuści przyklepny opatrunek z pianki poliuretanowej o strukturze trójwymiarowej umożliwiającej pionowe pochłanianie i zatrzymywanie wysięku oraz dokładne dopasowanie do dna rany (technologia 3D Fit). Zewnętrzna część opatrunku wykonana z półprzepuszczalnego poliureatnu. Część przylepna z warstwą hydrokoloidową zapewnia lepsze przyleganie opatrunku do rany i zabezpieczenie okalającej ranę skóry. Brzegi opatrunku ścięte w celu zminimalizowania odcisnięć na skórze; wskazany w zakresie leczenia ran z wysiękiem średnim i obfitym?”



ODPOWIEDŹ:

Zamawiający dopuści.

PYTANIE NR 10 dotyczy: część 8, poz. 4,5

„Czy Zamawiający dopuści opaski o rozciągliwości ok 150%?”

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający nie dopuści.

PYTANIE NR 11 dotyczy: części nr 5, poz. 6

„Czy zamawiający dopuści opatrunek hydrożelowy w formie aplikatora o pojemności 15g?”

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający dopuszcza.

Z-CA DYREKTORA  
ds. Techniczno-Administracyjnych  
mgr inż. Marcin Podleśny  
SZPITAL WOJEWODZKI  
im. Mikołaja Kopernika w Koszalinie