

Koszalin, 24.07.2026 r.

Do:
Wykonawcy postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego

dotyczy: Postępowania w trybie podstawowym nr TP.382.080.2026 MB – Materiały eksploatacyjne na potrzeby Centralnej Sterylizatorni i Oddziału Okulistyki

WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2026.793 t.j.), udzielam wyjaśnień na zadane pytania:

PYTANIE NR 1 dotyczy części nr 9, poz. 1-14:

„Czy Zamawiający mając na uwadze większe bezpieczeństwo i wytrzymałość wymaga rękawów papierowo – foliowych o gramaturze papieru 60g/m² i foli 8 – warstwowej, co gwarantuje doskonałą barierę zapobiegając skażeniu zawartości przed użyciem?”

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający dopuszcza.

PYTANIE NR 2 dotyczy części nr 9, poz. 4:

„Czy zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie rękawa papierowo – foliowego w rozmiarze 120mm x 200m, zamiast 125mm x 200m jak jest w opisie?”

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający dopuszcza.

PYTANIE NR 3 dotyczy części nr 15:

„Czy zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie testów chemiczny kl 6 o zakresach czasu i temperatury 134°C – 5,3 min i 121°C – 15 min z dostarczonym kompatybilnym przyrządem PCD?”

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający nie dopuszcza.

PYTANIE NR 4 dotyczy części nr 15:

„Proszę o określenie o jaki przyrząd PCD chodzi?”

ODPOWIEDŹ:

PCD (Process Challenge Device) to przyrząd symulujący najtrudniejsze warunki, w jakich para wodna musi dotrzeć podczas sterylizacji.

Zamawiający nie wymaga dostarczenia przyrządu przez Wykonawcę.

PYTANIE NR 5 dotyczy część nr 17, poz. 1-2:

„Czy zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie papieru krepowanego pakowanego po 126 szt. i dopasowaniu do ilości zapotrzebowania po odpowiednim przeliczeniu?”

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający dopuszcza.

PYTANIE NR 6 dotyczy części nr 17, poz. 3-4:

„Czy zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie papieru krepowanego pakowanego po 252 szt. i dopasowaniu do ilości zapotrzebowania po odpowiednim przeliczeniu?”

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający dopuszcza.

PYTANIE NR 7 dotyczy części nr 17, poz. 5-6:

„Czy zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie papieru krepowanego pakowanego po 348 szt. i dopasowaniu do ilości zapotrzebowania po odpowiednim przeliczeniu?”

ODPOWIEDŹ:


Zamawiający nie dopuszcza.

PYTANIE NR 8 dotyczy części nr 17, poz. 7-8:

„Czy zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie papieru krepowanego pakowanego po 702 szt. i dopasowaniu do ilości zapotrzebowania po odpowiednim przeliczeniu?”

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający nie dopuszcza.

KIEROWNIK
Działu Zamówień Publicznych
SZPITAL WOJEWÓDZKI
im. Mikołaja Kopernika w Koszalinie

mgr Piotr Gaska