

Koszalin, 27.07.2026 r.

Do:
Wykonawcy postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego

dotyczy: Przetargu nieograniczonego nr TP.382.068.2026 MB – Sprzęt do pracowni endoskopowej

WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2026.793 t.j.), udzielam wyjaśnień na zadane pytania:

PYTANIE NR 1 dotyczy części nr 10:

„Dzień dobry. Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie spodenek do kolonoskopii w rozmiarze uniwersalnym, na gumce, o wymiarach 70 x 130 cm, w miejsce wymaganych spodenek w rozmiarach od L do XXL? Oferowane spodenki zostały zaprojektowane jako wyrób w rozmiarze uniwersalnym, który dzięki zastosowaniu elastycznej gumki oraz odpowiednim wymiarom zapewnia komfortowe dopasowanie do pacjentów o różnych sylwetkach, odpowiadających zakresowi rozmiarów od L do XXL. Rozwiązanie to gwarantuje zachowanie pełnej funkcjonalności, komfortu użytkowania oraz przeznaczenia wyrobu, nie pogarszając jego właściwości użytkowych ani jakości świadczonych usług medycznych. Dopuszczenie powyższego rozwiązania umożliwi Zamawiającemu uzyskanie większej konkurencyjności postępowania, przy jednoczesnym zachowaniu wszystkich istotnych parametrów użytkowych wymaganych dla przedmiotu zamówienia.”

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający dopuszcza pod warunkiem zgodności pozostałych parametrów z SWZ.

KIEROWNIK
Działu Zamówień Publicznych
SZPITAL WOJEWÓDZKI
im. Mikołaja Kopernika w Koszalinie
Piotr Gaska
Piotr Gaska