

Koszalin, 06.08.2026 r.

Do:
Wykonawcy postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego

dotyczy: Przetargu nieograniczonego nr TP.382.071.2026 JK – obłożenia operacyjne jednorazowego użytku

WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2024.1320 t.j.) udzielam wyjaśnień na zadane pytania:

PYTANIE NR 1: dotyczy części nr 10

„Czy Zamawiający dopuszcza poszwę na poduszkę w rozmiarze 80x70cm, pozostałe wymagania bez zmian?”

ODPOWIEDŹ

Zamawiający nie dopuszcza.

PYTANIE NR 2: dotyczy części nr 10

„Czy zamawiający dopuści pościel wykonaną z włókniny polipropylenowej o gramaturze 25 g/m kw., złożonej z poszwy o wymiarach 150 x 210 cm, poszewki o wymiarach 70 x 80 cm, prześcieradła o wymiarach 160 x 210 cm? Jednocześnie prosimy o odstąpienie od zgodności produktu z normą EN PL 13795:2019, gdyż odnosi się ona do włókien stosowanych do produkcji obłożenia i odzieży operacyjnej.”

ODPOWIEDŹ

Zamawiający nie dopuszcza.

PYTANIE NR 3: dotyczy części nr 41

„Czy Zamawiający dopuści ubrania dostępne w dwóch kolorach (zielony i niebieski)?”

ODPOWIEDŹ

Zamawiający dopuszcza.

PYTANIE NR 4: dotyczy części nr 42

„Czy Zamawiający dopuści medyczne fartuchy ochronne wykonane z włókniny o gramaturze 25 g/m kw., pakowane po 5 szt.?”

ODPOWIEDŹ

Zamawiający nie dopuszcza.

PYTANIE NR 5: dotyczy części nr 21 poz. 1

„Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania w Części 24 poz. 1 wyceny jałową serwetę operacyjną 150cm x 175cm z taśmą przylepną 4,5cm? Wykonana na całej powierzchni z laminatu trzywarstwowego (biała włóknina polipropylenowa + nieprzemakalna folia polietylenowa o grubości 19µm + niebieska chłonna włóknina polipropylenowa) o gramaturze 65g/m². Materiał serwety spełnia wymagania wysokie normy EN 13795-1:2019. Odporność na penetrację płynów 151,6cmH₂O, odporność na rozerwanie na sucho/mokro 172,8/178,7kPa”

ODPOWIEDŹ

Zamawiający nie dopuszcza.

PYTANIE NR 6: dotyczy części nr 21 poz. 2

„Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania w Części 24 poz.2 wyceny jałową serwetę operacyjną 75cm x 90cm z taśmą przylepną 4,5cm? Wykonana na całej powierzchni z laminatu trzywarstwowego (biała włóknina polipropylenowa + nieprzemakalna folia polietylenowa o grubości 19µm + niebieska chłonna włóknina polipropylenowa) o gramaturze 65g/m². Materiał serwety spełnia wymagania wysokie normy EN 13795-1:2019. Odporność na penetrację płynów 151,6cmH₂O, odporność na rozerwanie na sucho/mokro 172,8/178,7kPa”

ODPOWIEDŹ

Zmawiający nie dopuszcza.

PYTANIE NR 7: dotyczy części nr 21 poz. 3

„Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania w Części 24 poz.3 wyceny jałową serwetę operacyjną 75cm x 90cm z taśmą przylepną 4,5cm? Wykonana na całej powierzchni z laminatu trzywarstwowego (biała włóknina polipropylenowa + nieprzemakalna folia polietylenowa o grubości 19µm + niebieska chłonna włóknina polipropylenowa) o gramaturze 65g/m2. Materiał serwety spełnia wymagania wysokie normy EN 13795-1:2019. Odporność na penetrację płynów 151,6cmH2O, odporność na rozerwanie na sucho/mokro 172,8/178,7kPa”

ODPOWIEDŹ

Zmawiający nie dopuszcza.

PYTANIE NR 8: dotyczy części nr 21 poz. 4

„Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania w Części 24 poz.4 wyceny jałową serwetę operacyjną 50cm x 60cm? Wykonana na całej powierzchni wykonana z laminatu dwuwarstwowego PE+PP (nieprzemakalna folia polietylenowa o grubości 29µm + chłonna włóknina polipropylenowa) o gramaturze 55g/m2. Materiał serwety spełnia wymagania wysokie normy EN 13795-1:2019. Odporność na penetrację płynów 118,4cmH2O, odporność na rozerwanie na sucho/mokro 184,6/177,69kPa”

ODPOWIEDŹ

Zmawiający nie dopuszcza.

PYTANIE NR 9: dotyczy części nr 21 poz. 5

„Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania w Części 24 poz. 5 wyceny jałową serwetę operacyjną 75cm x 90cm z otworem przylepnym 6cm x 8cm, otoczonym taśmą przylepną? Wykonana na całej powierzchni z laminatu dwuwarstwowego PE+PP (nieprzemakalna folia polietylenowa o grubości 29µm + chłonna włóknina polipropylenowa) o gramaturze 55g/m2. Materiał serwety spełnia wymagania wysokie normy EN 13795-1:2019. Odporność na penetrację płynów 118,4cmH2O, odporność na rozerwanie na sucho/mokro 184,6/177,69kPa”

ODPOWIEDŹ

Zamawiający dopuszcza.

PYTANIE NR 10: dotyczy części nr 21 poz. 6

„Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania w Części 24 poz. 6 wyceny jałową serwetę operacyjną 75cm x 90cm z taśmą przylepną 4,5cm? Wykonana na całej powierzchni z laminatu trzywarstwowego (biała włóknina polipropylenowa + nieprzemakalna folia polietylenowa o grubości 19µm + niebieska chłonna włóknina polipropylenowa) o gramaturze 65g/m2. Materiał serwety spełnia wymagania wysokie normy EN 13795-1:2019. Odporność na penetrację płynów 151,6cmH2O, odporność na rozerwanie na sucho/mokro 172,8/178,7kPa”

ODPOWIEDŹ

Zmawiający nie dopuszcza.

PYTANIE NR 11: dotyczy części nr 21 poz. 7

„Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania w Części 24 poz.7 wyceny jałową serwetę operacyjną 150x180cm z otworem 5x7cm, otoczonym taśmą przylepną, usytuowanym decentralnie? Wykonana na całej powierzchni z laminatu dwuwarstwowego PE+PP (nieprzemakalna folia polietylenowa o grubości 29µm + chłonna włóknina polipropylenowa) o gramaturze 55g/m2. Materiał serwety spełnia wymagania wysokie normy EN 13795-1:2019. Odporność na penetrację płynów 118,4cmH2O, odporność na rozerwanie na sucho/mokro 184,6/177,69kPa”

ODPOWIEDŹ

Zmawiający nie dopuszcza.

PYTANIE NR 12: dotyczy części nr 35 poz. 1

„Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania w Części 35 poz.1 wyceny zestaw pediatryczny o następującym składzie:

- 1 x osłona na stolik Mayo 79x145cm, wzmocnienie 66x85cm;
- 1 x taśma mocująca 9x50cm;
- 4 x ręcznik do rąk 30,5x34cm;
- 2 x przylepna serweta boczna 75x75cm;
- 1 x przylepna serweta dolna 180x180cm;
- 1 x przylepna serweta górna 150x240cm;
- 1 serweta na stół do instrumentarium 150x190cm, wzmocnienie 75x190cm (owinięcie zestawu).

Taśma lepna w serwetach 2,5cm (szerokość)
Serwety główne na całej powierzchni wykonane z laminatu trzywarstwowego (biała włóknina polipropylenowa + nieprzemakalna folia polietylenowa o grubości 19µm + niebieska chłonna włóknina polipropylenowa) o gramaturze 65g/m². Materiał serwet spełnia wymagania wysokie normy EN 13795-1:2019. Odporność na penetrację płynów 151,6cmH₂O, odporność na rozerwanie na sucho/mokro 172,8/178,7kPa”

ODPOWIEDŹ

Części nr 35 poz. 1 nie dotyczy zestawów pediatrycznych.

PYTANIE NR 13: dotyczy części nr 35 poz. 2

„Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania w Części 35 poz.2 wyceny jałową osłonę na stół MAYO wykonana z nieprzemakalnej, piaskowanej folii polietylenowej o grubości 60µm z dodatkowym wzmocnieniem dwuwarstwowym PE+PP o gramaturze 55g/m² (łączna gramatura 115g/m²)
Materiał spełnia wymagania wysokie normy EN 13795-1:2019. Odporność na penetrację płynów 265,8cmH₂O, odporność na rozerwanie na sucho/mokro 174,9/170,8kPa”

ODPOWIEDŹ

Zamawiający dopuszcza.

PYTANIE NR 14: dotyczy części nr 37 poz. 1

„Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania w Części 37 poz.1 wyceny jałową osłonę na kończynę 36x65cm z dwoma taśmami przylepnymi 9x50cm? Wykonana na całej powierzchni z laminatu dwuwarstwowego PE+PP (nieprzemakalna folia polietylenowa o grubości 29µm + chłonna włóknina polipropylenowa) o gramaturze 55g/m². Materiał spełnia wymagania wysokie normy EN 13795-1:2019. Odporność na penetrację płynów 118,4cmH₂O, odporność na rozerwanie na sucho/mokro 184,6/177,69kPa. Zewnętrzną warstwę stanowi folia PE. Taśmy przylepne wykonane z włókniny SMS o gramaturze”

ODPOWIEDŹ

Zmawiający nie dopuszcza.

PYTANIE NR 15: dotyczy części nr 37 poz.2

„Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania w Części 37 poz. 2 wyceny jałową osłonę na kończynę 36x120cm z dwoma taśmami przylepnymi 9x50cm? Wykonana na całej powierzchni z laminatu dwuwarstwowego PE+PP (nieprzemakalna folia polietylenowa o grubości 29µm + chłonna włóknina polipropylenowa) o gramaturze 55g/m². Materiał spełnia wymagania wysokie normy EN 13795-1:2019. Odporność na penetrację płynów 118,4cmH₂O, odporność na rozerwanie na sucho/mokro 184,6/177,69kPa. Zewnętrzną warstwę stanowi folia PE. Taśmy przylepne wykonane z włókniny SMS o gramaturze”

ODPOWIEDŹ

Zmawiający nie dopuszcza.

PYTANIE NR 16: dotyczy części nr 9

„Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania jednorazowej bluzy spełniającej wymagania SWZ, jednakże pakowanej w torbę PE po 10 sztuk?”

ODPOWIEDŹ

Zamawiający dopuszcza.

PYTANIE NR 17: dotyczy części nr 11

„Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania Zestawu do chirurgii spełniającego definicje MDR i ustawy o wyrobach medycznych w tym przepisów dotyczących systemów lub zestawów zabiegowych zgodne z artykułem 2 ust.10 oraz artykułem 22 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobów medycznych (MDR) z późniejszymi zmianami oraz ustawą z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych z późniejszymi zmianami w tym artykułem 2 ust. 37, o następujących różnicach:

- Serweta na stół instrumentariuszki 150 x 300 cm ma wzmocnienie w rozmiarze 75 cm x 300 cm,
- Fartuchy w zestawie posiadają nieprzemakalne wzmocnienia w części przedniej i na rękawach, Gramatura wzmocnienia części przedniej 34 g/m², na rękawach 40g/m². W rękawach, w miejscu łączenia materiału wzmocnienia zastosowano zgrzew, nie ma tam wbudowanej taśmy poliestrowej zabezpieczającej łączenie materiału wzmocnienia. W okolicach szyi, zapięcie na rzep min. 2 cm x 6 cm i 2 cm x 13 cm. Fartuchy oznaczone są w jeden sposób, tj. nadruk literowy,
- 20 kompres gazowy 17x12w, 10 cmx10 cm, z nitką RTG, konfekcjonowany jest banderolą papierową a' 5 szt.
- W zamian za serwetę 175 cm x 180cm jest serweta w rozmiarze 175 cm x 170 cm.
- 2 x osłona na uchwyt lampy z bardzo mocnym zaciskiem, wymiary 11,9 cm x 15 cm

- Sterylne obłożenie wykonane jest z dwuwarstwowego pełnobarierowego laminatu (folia polietylenowa + hydrofilowa warstwa włókniny polipropylenowej) (zgodne z EN 13795-1:2019 dla wysokiej funkcjonalności w obszarach krytycznych) o gramaturze 55 g/m². W obszarze krytycznym dodatkowe wzmocnienie (pad chłonny) jako dodatkowa trzywarstwowa warstwa chłonna (PE +PP + włóknina hydrofilowa SMS) o gramaturze 55 g/m². Łączna gramatura w obszarze krytycznym 110 g/m². Odporność na penetrację płynów 200 H₂O oraz odporność na rozerwanie na sucho min. 365 kPa i na mokro min. 360 kPa. Włóknina bez zawartości lateksu, spełniająca 1 klasę palności oraz posiadająca właściwości antystatyczne. Na etykiecie głównej 4 naklejki do umieszczenia na karcie pacjenta zawierające minimum: nazwę zestawu, nr REF, nr LOT, datę ważności zestawu. Dodatkowo naklejka z kodem kreskowym oraz naklejka z kodem QR

Pozostałe parametry i skład zestawu bez zmian."

ODPOWIEDŹ

Zamawiający dopuszcza.

PYTANIE NR 18: dotyczy części nr 12

„Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania Zestawu uniwersalnego ortopedycznego, spełniającego definicje MDR i ustawy o wyrobach medycznych w tym przepisów dotyczących systemów lub zestawów zabiegowych zgodne z artykułem 2 ust.10 oraz artykułem 22 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobów medycznych (MDR) z późniejszymi zmianami oraz ustawą z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych z późniejszymi zmianami w tym artykułem 2 ust. 37, o następujących różnicach:

- Serweta na stół instrumentariuszki 150 x 300 cm ma wzmocnienie w rozmiarze 75 cm x 300 cm,
- 2 x osłona na uchwyt lampy z bardzo mocnym zaciskiem, wymiary 11,9 cm x 15 cm

Pozostałe parametry i skład zestawu bez zmian."

ODPOWIEDŹ

Zamawiający dopuszcza.

PYTANIE NR 19: dotyczy części nr 13

„Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania Zestawu do operacji tętniaka, spełniającego definicje MDR i ustawy o wyrobach medycznych w tym przepisów dotyczących systemów lub zestawów zabiegowych zgodne z artykułem 2 ust.10 oraz artykułem 22 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobów medycznych (MDR) z późniejszymi zmianami oraz ustawą z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych z późniejszymi zmianami w tym artykułem 2 ust. 37, o następujących różnicach:

- Serweta na stół instrumentariuszki 150 x 300 cm ma wzmocnienie w rozmiarze 75 cm x 300 cm,
- 2 x taśma przylepna 9 cm x 52 cm

- 2 x osłona na uchwyt lampy z bardzo mocnym zaciskiem, wymiary 11,9 cm x 15 cm

Pozostałe parametry i skład zestawu bez zmian."

ODPOWIEDŹ

Zamawiający dopuszcza.

PYTANIE NR 20: dotyczy części nr 14

„Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania Zestawu pediatrycznego zgodnego z SWZ, jednakże w którym serweta na stół narzędziowy ma rozmiar 150 x 190 cm (wzmocnienie 75 x 190cm)."

ODPOWIEDŹ

Zamawiający dopuszcza.

PYTANIE NR 21: dotyczy części nr 16

„Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania Zestawu do operacji protezowania okolic stawu kolanowego, spełniającego definicje MDR i ustawy o wyrobach medycznych w tym przepisów dotyczących systemów lub zestawów zabiegowych zgodne z artykułem 2 ust.10 oraz artykułem 22 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobów medycznych (MDR) z późniejszymi zmianami oraz ustawą z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych z późniejszymi zmianami w tym artykułem 2 ust. 37, o następujących różnicach:

- 3 x taśma przylepna 9 cm x 52 cm
- 2 x osłona na uchwyt lampy z bardzo mocnym zaciskiem, wymiary 11,9 cm x 15 cm

Pozostałe parametry i skład zestawu bez zmian."

ODPOWIEDŹ

Zamawiający dopuszcza.

PYTANIE NR 22: dotyczy części nr 17

„Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania Zestawu do operacji dłoni/ stopy, spełniającego definicje MDR i ustawy o wyrobach medycznych w tym przepisów dotyczących systemów lub zestawów zabiegowych zgodne z artykułem 2 ust.10 oraz artykułem 22 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobów medycznych (MDR) z późniejszymi zmianami oraz ustawą z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych z późniejszymi zmianami w tym artykułem 2 ust. 37, o następujących różnicach:

- 2 x osłona na uchwyt lampy z bardzo mocnym zaciskiem, wymiary 11,9 cm x 15 cm
- 3 x taśma przylepna 9 cm x 52 cm

Pozostałe parametry i skład zestawu bez zmian.”

ODPOWIEDŹ

Zamawiający dopuszcza.

PYTANIE NR 23: dotyczy części nr 18

„Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania Zestawu pionowo izolacyjnego, spełniającego definicje MDR i ustawy o wyrobach medycznych w tym przepisów dotyczących systemów lub zestawów zabiegowych zgodne z artykułem 2 ust.10 oraz artykułem 22 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobów medycznych (MDR) z późniejszymi zmianami oraz ustawą z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych z późniejszymi zmianami w tym artykułem 2 ust. 37, o następujących różnicach:

- Serweta na stół instrumentariuszki 150 x 300 cm ma wzmocnienie w rozmiarze 75 cm x 300 cm,
- 2 x osłona na uchwyt lampy z bardzo mocnym zaciskiem, wymiary 11,9 cm x 15 cm

Pozostałe parametry i skład zestawu bez zmian.”

ODPOWIEDŹ

Zamawiający dopuszcza.

PYTANIE NR 24: dotyczy części nr 19

„Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania Zestawu serwet sterylnych do operacji stawu biodrowego, spełniającego definicje MDR i ustawy o wyrobach medycznych w tym przepisów dotyczących systemów lub zestawów zabiegowych zgodne z artykułem 2 ust.10 oraz artykułem 22 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobów medycznych (MDR) z późniejszymi zmianami oraz ustawą z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych z późniejszymi zmianami w tym artykułem 2 ust. 37, o następujących różnicach

- Serwety operacyjne min. dwuwarstwowe wykonane z włókniny polipropylenowej i folii polietylenowej o gramaturze materiału podstawowego, min. 55 g/m². W części wzmocnionej, w polu krytycznym, dodatkowe łaty chłonne polipropylenowe - łączna gramatura w miejscu wzmocnień 110 g/m². Odporność na penetrację płynów ≥ 200 cm H₂O. Chłonność laminatu wraz ze wzmocnieniem: min. 416 ml/ m².
- Produkt bezpiecznie pakowany: zawartość zestawu owinięta w serwetę na stół narzędziowy i umieszczona w worku polietylenowym z wyraźnie zaznaczonym miejscem otwarcia, bez „klapki”.
- Osłona na stolik Mayo 80 cm x 145 cm w kształcie worka z folii polietylenowej ze wzmocnieniem z laminatu 2-warstwowego o wymiarach 75 cm x 145 cm; gramatura całkowita serwety min. 115 g/m²;
- 1 x Serweta na stół instrumentarium 150 cm x 300 cm – owinięcie zestawu;
- Fartuchy chirurgiczne w całości z włókniny bawełnopodobnej typu spunlace (celuloza) o gramaturze 68 g/m². Wzmocnienie na przodzie wykonane jest z warstwy laminowanej metodą wytłaczania - gramatura 34g/m², na rękawach wzmocnienie jest wykonane z warstwy laminowanej przy użyciu kleju termotopliwego - gramatura 40g/m² Odporność na przenikanie cieczy w częściach wzmocnionych min. 100 cm H₂O, na pozostałej powierzchni min. 20 cm H₂O;
- 60 x kompres gazowy 10 x 20 cm (+/- 2 cm) z nitką RTG 17- nitkowy, 12-warstwowy, banderolowany a' 5 szt.;
- Zestaw ssaków ortopedycznych z wymiennymi filtrami
- 1 x samoprzylepny uchwyt do mocowania przewodów 2,5 x 14 cm;
- 2 x osłona na uchwyt lampy z bardzo mocnym zaciskiem, wymiary 11,9 cm x 15 cm

Pozostałe parametry i skład zestawu bez zmian.”

ODPOWIEDŹ

Zamawiający dopuszcza.

PYTANIE NR 25: dotyczy części nr 20

„Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania Zestawu do artroskopii stawu kolanowego, spełniającego definicje MDR i ustawy o wyrobach medycznych w tym przepisów dotyczących systemów lub zestawów zabiegowych zgodne z artykułem 2 ust.10 oraz artykułem 22 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobów medycznych (MDR) z późniejszymi zmianami oraz

ustawą z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych z późniejszymi zmianami w tym artykule 2 ust. 37, o następujących różnicach:

- Serweta na stół instrumentariuszki 150 x 300 cm ma wzmocnienie w rozmiarze 75 cm x 300 cm,
- 1 x dren Redona 14/4,67 CH/mm, max. 50 cm
- brak 4x tupper gazowy z nitką rtg (dotyczy tylko niesterylnej próbki testowej będącej przedmiotowym środkiem dowodowym w postępowaniu)
- 3 x taśma przylepna 9 cm x 52 cm
- 2 x osłona na uchwyt lampy z bardzo mocnym zaciskiem, wymiary 11,9 cm x 15 cm

Pozostałe parametry i skład zestawu bez zmian."

ODPOWIEDŹ

Zamawiający dopuszcza. Zgoda na brak 4x tupper gazowy z nitką rtg dotyczy tylko złożenia próbki.

PYTANIE NR 26: dotyczy części nr 21

"Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania Zestawu do amputacji piersi, spełniającego definicje MDR i ustawy o wyrobach medycznych w tym przepisów dotyczących systemów lub zestawów zabiegowych zgodne z artykułem 2 ust.10 oraz artykułem 22 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobów medycznych (MDR) z późniejszymi zmianami oraz ustawą z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych z późniejszymi zmianami w tym artykule 2 ust. 37, o następujących różnicach:

- 1 x serweta na stolik Mayo 80 cm x 145 cm, złożona w sposób umożliwiający aseptyczną aplikację, wykonana z niebiesko-zielonej folii polietylenowej. Obszar wzmocniony wykonany z włókny polipropylenowej. Gramatura materiału w obszarze wzmocnionym 90 g/m². Wielkość wzmocnienia 60 x 145 cm. Odporność na przenikanie cieczy 200 cm H₂O.
- 4 x tupper miękki typu kula z nitką RTG, wykrój gazy 34 x 34 cm.
- 2 x osłona na uchwyt lampy z bardzo mocnym zaciskiem, wymiary 11,9 cm x 15 cm
- 20 x kompres gazowy 10 x 10 cm z nitką RTG 12W 17N, zbindowane banderolą papierową po 5 szt.
- 5 x chusta z gazy 20n 6w z elementem rtg i tasiemką, po praniu wstępny min. 40-45 x 40-45 cm
- 1 x samoprzylepna serweta operacyjna wzmocniona 175 cm x 170 cm, wzmocnienie o wymiarach min. 20 x 50 cm
- Fartuchy w zestawie posiadają nieprzemakalne wzmocnienia w części przedniej i na rękawach, Gramatura wzmocnienia części przedniej 34 g/m², na rękawach 40g/m². W rękawach, w miejscu łączenia materiału wzmocnienia zastosowano zgrzew, nie ma tam wbudowanej taśmy poliestrowej zabezpieczającej łączenie materiału wzmocnienia. W okolicach szyi, zapięcie na rzep min. 2 cm x 6 cm i 2 cm x 13 cm. Fartuchy oznaczone są w jeden sposób, tj. nadruk literowy,
- Na etykiecie głównej 4 naklejki do umieszczenia na karcie pacjenta zawierające minimum: nazwę zestawu, nr REF, nr LOT, datę ważności zestawu. Dodatkowo naklejka z kodem kreskowym oraz naklejka z kodem QR

Pozostałe parametry i skład zestawu bez zmian."

ODPOWIEDŹ

Zamawiający dopuszcza.

PYTANIE NR 27: dotyczy części nr 21

"Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania Zestawu do amputacji piersi o parametrach jak w pytaniu powyżej, jednakże w którym są 4 ręczniki chłonne min. 30 x 30 cm, 2 serwety na stolik Mayo oraz 1 x kieszeń samoprzylepna, jednokomorowa min. 30 x 32 cm.

Pozostałe parametry i skład zestawu bez zmian."

ODPOWIEDŹ

Zamawiający nie dopuszcza.

PYTANIE NR 28: dotyczy części nr 21

"Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania Zestawu do amputacji piersi o parametrach jak w pytaniu powyżej, jednakże w którym są 2 serwety na stolik Mayo.

Pozostałe parametry i skład zestawu bez zmian."

ODPOWIEDŹ

Zamawiający nie dopuszcza.

PYTANIE NR 29: dotyczy części nr 22

"Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania Zestawu do operacji nerki, spełniającego definicje MDR i ustawy o wyrobach medycznych w tym przepisów dotyczących systemów lub zestawów zabiegowych zgodne z artykułem 2 ust.10 oraz artykułem 22 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/745 z dnia 5

kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobów medycznych (MDR) z późniejszymi zmianami oraz ustawą z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych z późniejszymi zmianami w tym artykułem 2 ust. 37, o następujących różnicach:

- 1 x serweta na stolik Mayo min. 80 x 145 cm, złożona w sposób umożliwiający aseptyczną aplikację, wykonana z niebiesko-zielonej folii polietylenowej. Obszar wzmocniony wykonany z włókniny polipropylenowej. Gramatura materiału w obszarze wzmocnionym 90 g/m². Wielkość wzmocnienia 60 x 145 cm. Odporność na przenikanie cieczy 200 cm H₂O.
- 1 x dren silikonowy 27/9,00 CH min. 50 cm z bocznymi otworami i znacznikiem rtg
- 2 x osłona na uchwyt lampy z bardzo mocnym zaciskiem, wymiary 11,9 cm x 15 cm
- 40 x kompres gazowy 10 x 10 cm z nitką RTG 12W 17N, zbindowane banderolą papierową po 5 szt.
- 10 x chusta z gazy 20n 6w z elementem rtg i tasemką, po praniu wstępny min. 40-45 x 40-45 cm.
- 1 x samoprzylepna serweta operacyjna wzmocniona 175 cm x 170 cm, wzmocnienie o wymiarach min. 20 x 50 cm.
- Fartuchy w zestawie posiadają nieprzemakalne wzmocnienia w części przedniej i na rękawach, Gramatura wzmocnienia części przedniej 34 g/m², na rękawach 40g/m². W rękawach, w miejscu łączenia materiału wzmocnienia zastosowano zgrzew, nie ma tam wbudowanej taśmy poliestrowej zabezpieczającej łączenie materiału wzmocnienia. W okolicach szyi, zapięcie na rzep min. 2 cm x 6 cm i 2 cm x 13 cm. Fartuchy oznaczone są w jeden sposób, tj. nadruk literowy.
- Na etykiecie głównej 4 naklejki do umieszczenia na karcie pacjenta zawierające minimum: nazwę zestawu, nr REF, nr LOT, datę ważności zestawu. Dodatkowo naklejka z kodem kreskowym oraz naklejka z kodem QR

Pozostałe parametry i skład zestawu bez zmian"

ODPOWIEDŹ

Zamawiający dopuszcza.

PYTANIE NR 30: dotyczy części nr 23 i 51

„Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania Zestawów spełniających definicję MDR i ustawy o wyrobach medycznych w tym przepisów dotyczących systemów lub zestawów zabiegowych zgodne z artykułem 2 ust. 10 oraz artykułem 22 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobów medycznych (MDR) z późniejszymi zmianami oraz ustawą z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych z późniejszymi zmianami w tym artykułem 2 ust. 37.”

ODPOWIEDŹ

Zamawiający dopuszcza.

PYTANIE NR 31: dotyczy części nr 24 poz. nr 1,2,4,5,6,7

„Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania serwet wykonanych z laminatu dwuwarstwowego (polietylen, polipropylen) o odporności rozerwanie na sucho min. 127 kPa Pozostałe parametry serwet bez zmian.”

ODPOWIEDŹ

Zamawiający dopuszcza.

PYTANIE NR 32: dotyczy części nr 30

„Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania sterylnej worka do zbiórki płynów w rozmiarze 56 cm x 90 cm?”

ODPOWIEDŹ

Zamawiający dopuszcza.

PYTANIE NR 33: dotyczy części nr 32 poz. nr 1 i 2

„Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania taśmy samoprzylepnej oraz uchwytu typu rzep z marginesem min 2 cm?”

ODPOWIEDŹ

Zamawiający dopuszcza.

PYTANIE NR 34: dotyczy części nr 35 poz. 1

„Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania Zestawu do małych operacji wykonanego z laminatu o chłonności min. 315% (173 ml/m²), bez serwety na stolik Mayo oraz bez taśmy samoprzylepnej? Pozostałe parametry zestawu bez zmian.”

ODPOWIEDŹ

Zamawiający nie dopuszcza.

PYTANIE NR 35: dotyczy części nr 35 poz. 1

„Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania Zestawu do małych operacji wykonanego z laminatu o chłonności min. 315% (173 ml/m²), z serwetą na stolik Mayo i taśmą samoprzylepną pakowaną oddzielnie, niezależnie od zestawu. Pozostałe parametry zestawu bez zmian.”

ODPOWIEDŹ

Zamawiający nie dopuszcza.

PYTANIE NR 36: dotyczy części nr 37 poz. 1

„Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania osłony na kończynę dolną w rozmiarze 35cm x 80cm z taśmą lepną pakowaną oddzielnie, niezależnie od osłony.”

ODPOWIEDŹ

Zamawiający nie dopuszcza.

PYTANIE NR 37: dotyczy części nr 37 poz. 2

„Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania osłony na kończynę dolną w rozmiarze zgodnym z SWZ, z taśmą lepną pakowaną oddzielnie, niezależnie od osłony”

ODPOWIEDŹ

Zamawiający nie dopuszcza.

PYTANIE NR 38: dotyczy części nr 39

„Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania Zestawu do chirurgii naczyniowej, spełniającego definicję MDR i ustawy o wyrobach medycznych w tym przepisów dotyczących systemów lub zestawów zabiegowych zgodne z artykułem 2 ust.10 oraz artykułem 22 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobów medycznych (MDR) z późniejszymi zmianami oraz ustawą z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych z późniejszymi zmianami w tym artykułem 2 ust. 37, o następujących różnicach:

- Serweta na stół instrumentariuszki 150 x 300 cm ma wzmocnienie w rozmiarze 75 cm x 300 cm,
- 3 x taśma przylepna 9 cm x 52 cm
- 3 x strzykawka 3 częściowa Luer Slip, 20ml
- 2 x osłona na uchwyt lampy z bardzo mocnym zaciskiem, wymiary 11,9 cm x 15 cm

Pozostałe parametry i skład zestawu bez zmian.”

ODPOWIEDŹ

Zamawiający dopuszcza.

PYTANIE NR 39: dotyczy części nr 45

„Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania obłożenia pediatrycznego do przepukliny/wnętrostwa, spełniającego definicję MDR i ustawy o wyrobach medycznych w tym przepisów dotyczących systemów lub zestawów zabiegowych zgodne z artykułem 2 ust.10 oraz artykułem 22 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobów medycznych (MDR) z późniejszymi zmianami oraz ustawą z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych z późniejszymi zmianami w tym artykułem 2 ust. 37, o następujących różnicach

- Fartuch chirurgiczny wzmocniony, wykonany z włókniyny polipropylenowej typu SMS, W strefie wzmocnionej: odporność na przesiekanie płynów min. 124 cm H₂O, rozrywalność na sucho – min. 134 kPa, rozrywalność na mokro – min. 139,9 kPa.

Pozostałe parametry i skład zestawu bez zmian.”

ODPOWIEDŹ

Zamawiający dopuszcza.

PYTANIE NR 40: dotyczy części nr 46

„Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania obłożenia pediatrycznego do operacji wyrostka robaczkowego, spełniającego definicję MDR i ustawy o wyrobach medycznych w tym przepisów dotyczących systemów lub zestawów zabiegowych zgodne z artykułem 2 ust.10 oraz artykułem 22 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobów medycznych (MDR) z późniejszymi zmianami oraz ustawą z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych z późniejszymi zmianami w tym artykułem 2 ust. 37, o następujących różnicach

- Fartuch chirurgiczny wzmocniony, wykonany z włókniyny polipropylenowej typu SMS, W strefie wzmocnionej: odporność na przesiekanie płynów min. 124 cm H₂O, rozrywalność na sucho – min. 134 kPa, rozrywalność na mokro – min. 139,9 kPa.

Pozostałe parametry i skład zestawu bez zmian.”

ODPOWIEDŹ
Zamawiający dopuszcza.

PYTANIE NR 41: dotyczy części nr 47

„Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania obłożenia pediatrycznego do laparoskopii, spełniającego definicje MDR i ustawy o wyrobach medycznych w tym przepisów dotyczących systemów lub zestawów zabiegowych zgodne z artykułem 2 ust.10 oraz artykułem 22 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobów medycznych (MDR) z późniejszymi zmianami oraz ustawą z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych z późniejszymi zmianami w tym artykułem 2 ust. 37, o następujących różnicach

- 1 x taśma przylepna 9 cm x 52 cm
- Fartuch chirurgiczny wzmocniony, wykonany z włókniny polipropylenowej typu SMS, W strefie wzmocnionej: odporność na przesiąkanie płynów min.124 cm H₂O, rozrywalność na sucho – min. 134 kPa, rozrywalność na mokro – min. 139,9 kPa.
- Zestaw zawiera dodatkowo matę piankową 50 x 40cm

Pozostałe parametry i skład zestawu bez zmian.”

ODPOWIEDŹ
Zamawiający dopuszcza.

PYTANIE NR 42: dotyczy części nr 48

„Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania obłożenia pediatrycznego do zabiegów stulejki, spełniającego definicje MDR i ustawy o wyrobach medycznych w tym przepisów dotyczących systemów lub zestawów zabiegowych zgodne z artykułem 2 ust.10 oraz artykułem 22 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobów medycznych (MDR) z późniejszymi zmianami oraz ustawą z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych z późniejszymi zmianami w tym artykułem 2 ust. 37, o następujących różnicach

- Fartuch chirurgiczny wzmocniony, wykonany z włókniny polipropylenowej typu SMS, W strefie wzmocnionej: odporność na przesiąkanie płynów min.124 cm H₂O, rozrywalność na sucho – min. 134 kPa, rozrywalność na mokro – min. 139,9 kPa.

Pozostałe parametry i skład zestawu bez zmian.”

ODPOWIEDŹ
Zamawiający dopuszcza.

PYTANIE NR 43: dotyczy części nr 49

„Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania obłożenia pediatrycznego do małych zabiegów ortopedycznych, spełniającego definicje MDR i ustawy o wyrobach medycznych w tym przepisów dotyczących systemów lub zestawów zabiegowych zgodne z artykułem 2 ust.10 oraz artykułem 22 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobów medycznych (MDR) z późniejszymi zmianami oraz ustawą z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych z późniejszymi zmianami w tym artykułem 2 ust. 37, o następujących różnicach

- 1 x taśma przylepna 9 cm x 52 cm
- Fartuch chirurgiczny wzmocniony, wykonany z włókniny polipropylenowej typu SMS, W strefie wzmocnionej: odporność na przesiąkanie płynów min.124 cm H₂O, rozrywalność na sucho – min. 134 kPa, rozrywalność na mokro – min. 139,9 kPa.

Pozostałe parametry i skład zestawu bez zmian.”

ODPOWIEDŹ
Zamawiający dopuszcza.

PYTANIE NR 44: dotyczy części nr 52

„Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania obłożenia pediatrycznego do zabiegu stopy płasko-koślawej, spełniającego definicje MDR i ustawy o wyrobach medycznych w tym przepisów dotyczących systemów lub zestawów zabiegowych zgodne z artykułem 2 ust.10 oraz artykułem 22 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobów medycznych (MDR) z późniejszymi zmianami oraz ustawą z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych z późniejszymi zmianami w tym artykułem 2 ust. 37, o następujących różnicach

- 1 x taśma przylepna 9 cm x 52 cm
- Fartuch chirurgiczny wzmocniony, wykonany z włókniny polipropylenowej typu SMS, W strefie wzmocnionej: odporność na przesiąkanie płynów min.124 cm H₂O, rozrywalność na sucho – min. 134 kPa, rozrywalność na mokro – min. 139,9 kPa.

Pozostałe parametry i skład zestawu bez zmian.”

ODPOWIEDŹ

Zamawiający dopuszcza.

PYTANIE NR 45: dotyczy części nr 53

„Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania obłożenia pediatrycznego ortopedyczne - HEMIEPIFIZJODEZA -, spełniającego definicje MDR i ustawy o wyrobach medycznych w tym przepisów dotyczących systemów lub zestawów zabiegowych zgodne z artykułem 2 ust.10 oraz artykułem 22 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobów medycznych (MDR) z późniejszymi zmianami oraz ustawą z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych z późniejszymi zmianami w tym artykułem 2 ust. 37, o następujących różnicach

- 1 x taśma przylepna 9 cm x 52 cm
- Fartuch chirurgiczny wzmocniony, wykonany z włókniny polipropylenowej typu SMS, W strefie wzmocnionej: odporność na prześiąkanie płynów min. 124 cm H₂O, rozrywalność na sucho – min. 134 kPa, rozrywalność na mokro – min. 139,9 kPa.

Pozostałe parametry i skład zestawu bez zmian.”

ODPOWIEDŹ

Zamawiający dopuszcza.

PYTANIE NR 46: dotyczy części nr 11,12,13,16,17,18,19,20,21,22,39,45,46,47,48,49,51,52,53

„Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o możliwość załączenia do oferty próbek niesterylnych. W ww. częściach oferujemy zestawy, które powstają na potrzeby obecnego postępowania i w związku z tym, że proces sterylizacji jest długi, może nastąpić opóźnienie w dostarczeniu próbki sterylnej.”

ODPOWIEDŹ

Zamawiający wraza zgodę na załączenie do oferty próbek niesterylnych.

PYTANIE NR 47: dotyczy SWZ

„Zwracamy się z prośbą o dokonanie modyfikacji postanowień SWZ w: Dział V pkt.1 ppkt.3- poprzez odstąpienie od wymogu przedstawienia dokumentu potwierdzającego wpis lub zgłoszenie oferowanych wyrobów medycznych do Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych (URPL). Wnosimy o dopuszczenie, jako równoważnego potwierdzenia legalności wprowadzenia wyrobów do obrotu, rejestracji wyrobów w europejskiej bazie danych o wyrobach medycznych EUDAMED (zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/745 w sprawie wyrobów medycznych – MDR) bądź przedstawienia samej deklaracji zgodności CE. Pragniemy nadmienić, że wszystkie oferowane przez nas wyroby medyczne, są w pełni zgodne z wymogami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobów medycznych (MDR). Nasze wyroby spełniają najwyższe standardy bezpieczeństwa, jakości oraz skuteczności klinicznej, co zostało potwierdzone odpowiednimi procedurami oceny zgodności. Z dniem 28 maja 2026 roku jako producent osiągnęliśmy gotowość operacyjną i rejestracyjną w Europejskiej Bazie Danych o Wyrobach Medycznych (EUDAMED). Wszystkie wymagane dane dotyczące naszej firmy, a także naszych wyrobów medycznych, zostały zarejestrowane w Bazie zgodnie z unijnym harmonogramem i wymogami prawnymi. Uzasadnienie: Zgodnie z unijnym rozporządzeniem MDR 2017/745, baza Eudamed staje się docelowym, centralnym rejestrem wyrobów medycznych na terenie całej Unii Europejskiej, mającym na celu zastąpienie systemów krajowych. Wymóg przedkładania wyłącznie dokumentów z polskiego rejestru URPL w odniesieniu do wyrobów rejestrowanych przez producentów zagranicznych bezpośrednio w bazie Eudamed stanowi nadmierne i nieproporcjonalne obciążenie formalne. Może to prowadzić do nieuzasadnionego ograniczenia kręgu wykonawców oraz utrudnienia dostępu do zamówienia podmiotom oferującym nowoczesne wyroby medyczne certyfikowane i zarejestrowane na rynku europejskim zgodnie z najnowszymi przepisami unijnymi. Baza Eudamed zapewnia pełną transparentność oraz daje Zamawiającemu możliwość samodzielnego i bezpłatnego zweryfikowania statusu wyrobów oraz uprawnień podmiotów gospodarczych. W związku z powyższym, dopuszczenie weryfikacji na podstawie bazy Eudamed w pełni zabezpiecza interes Zamawiającego, a jednocześnie realizuje zasadę proporcjonalności i uczciwej konkurencji.”

ODPOWIEDŹ

Zamawiający w Dziale V ust.1 pkt 3 wymaga oświadczenia o posiadaniu wszystkich wymaganych (zgodnie z Ustawą o wyrobach medycznych) dokumentów dopuszczających do obrotu i używania na terenie RP (deklaracja zgodności, certyfikat CE oraz zgłoszenie/ powiadomienie/ przeniesienie danych do rejestru wyrobów medycznych lub bazy EUDAMED) oraz oświadczenia o niezwłocznym przedłożeniu ww. dokumentów na każde wezwanie Zamawiającego zarówno w trakcie trwania postępowania jak i po jego zakończeniu (dotyczy wyrobów medycznych). Wzór oświadczenia w załączeniu do pisma.

PYTANIE NR 48: dotyczy części nr 10

„Czy zamawiający zgodzi się na zaoferowanie kompletu pościeli w rozmiarze:

Skład	JASNONIEBIESKI
powłoka	200 x 160cm
powłoczka	80 x 70cm
prześcieradło	210 x 160cm


Zgodny z normą EN PL 13795:2019 lub równoważną.

ODPOWIEDŹ

Zamawiający nie wyraża zgody.

PYTANIE NR 49: dotyczy części nr 14

„Czy zamawiający dopuści do oceny zestaw serwet pediatricznych o następującym składzie:



ORGANIZATOR PRZEWODÓW Z WŁÓKNINY SMS 15X10CM	2
SERWETA L2 90X75CM Z WARSTWĄ CHŁONNĄ 37,5X60CM PRZYLEPIEC 5X90CM	2
SERWETA L2 180X170CM Z WARSTWĄ CHŁONNĄ 37,5X60CM PRZYLEPIEC 5X60CM	1
SERWETA L2 240X150CM Z WARSTWĄ CHŁONNĄ 37,5X60CM PRZYLEPIEC 5X60CM	1
KOMPRES WŁÓKNINOWY 40G 4W 10X20CM	4
POKROWIEC NA STOLIK MAYO PROSTOKĄT 145X80CM 30GSM 50MIC Z WARSTWĄ CHŁONNĄ 76X85CM NIEBIESKI	1
SERWETA NA STÓŁ INSTRUMENTALNY 190X150CM	1
TAŚMA MEDYCZNA 9X50CM PRZYLEPNA	1


Serwety operacyjne ze wzmocnieniem w części krytycznej w postaci warstwy chłonnej wykonane są z laminatu dwuwarstwowego (folia polietylenowa + włóknina polipropylenowa), warstwy chłonnej (włóknina polipropylenowa). Serwety są zgodne z normą PN-EN 13795-1 dla wymagań wysokich. Grubość folii PE 24 µm, Masa powierzchniowa włókniny polipropylenowej 30 g/m2, Masa powierzchniowa części mniej krytycznej 55 g/m2, Masa powierzchniowa części krytycznej 120 g/m2, Odporność na przenikanie cieczy 727 cm H2O. Zawartość umieszczona w blistrze.”

ODPOWIEDŹ

Zamawiający nie dopuszcza.

PYTANIE NR 50: dotyczy części nr 14

„Czy zamawiający dopuści do oceny zestaw o następującym składzie:



SERWETA L2 90X75CM Z WARSTWĄ CHŁONNĄ 37,5X60CM PRZYLEPIEC 5X90CM	2
--	---

SERWETA L2 180X170CM Z WARSTWĄ CHŁONNĄ 37,5X60CM PRZYLEPIEC 5X60CM	1
SERWETA L2 240X150CM Z WARSTWĄ CHŁONNĄ 37,5X60CM PRZYLEPIEC 5X60CM	1
KOMPRES WŁÓKNINOWY 40G 4W 10X20CM	4
POKROWIEC NA STOLIK MAYO PROSTOKĄT 145X80CM 30GSM 50MIC Z WARSTWĄ CHŁONNĄ 76X85CM NIEBIESKI	1
SERWETA NA STÓŁ INSTRUMENTALNY 190X150CM	1
TAŚMA MEDYCZNA 9X50CM PRZYL	1


Serwety operacyjne ze wzmocnieniem w części krytycznej w postaci warstwy chłonnej wykonane są z laminatu dwuwarstwowego (folia polietylenowa + włóknina polipropylenowa), warstwy chłonnej (włóknina polipropylenowa). Serwety są zgodne z normą PN-EN 13795-1 dla wymagań wysokich. Grubość folii PE 24 µm, Masa powierzchniowa włókniny polipropylenowej 30 g/m², Masa powierzchniowa części mniej krytycznej 55 g/m², Masa powierzchniowa części krytycznej 120 g/m², Odporność na przenikanie cieczy 727 cm H₂O. Zawartość umieszczona w blistrze."

ODPOWIEDŹ

Zamawiający nie dopuszcza.

PYTANIE NR 51: dotyczy części nr 18

„Czy zamawiający zgodzi się na zaoferowanie zestawu o następującym składzie:



SERWETA WERTYKALNA 330X244CM, FOLIA CHIRURGICZNA 25X86CM, WOREK NA PŁYNY, KIESZENIE, OTWÓR	1
KOMPRES WŁÓKNINOWY 40G 4W 10X20CM	2
POKROWIEC NA STOLIK MAYO PROSTOKĄT 145X80CM 30GSM 50MIC Z WARSTWĄ CHŁONNĄ 76X85CM NIEBIESKI	1
SERWETA NA STÓŁ INSTRUMENTALNY 190X150CM	1


Do zestawu osobno dołączony fartuch o następujących parametrach: sterylny wzmocniony antystatyczny fartuch chirurgiczny z niebieskiej włókniny typu SMS o gramaturze 35g/m², wzmocniony dwuwarstwowym laminatem barierowym z warstwą chłonną w części przedniej i przedramionach o gramaturze min. 40g/m², łącznie w obszarze wzmocnień 75g/m². Gramatura potwierdzona w niezależnym laboratorium akredytowanym przez PCA. W części przedniej wzmocnienie do końca dolnej krawędzi fartucha, w rękawach min. 36cm(M), min. 38cm(L), min. 40cm(XL), min. 42cm(XXL). Wzmocnienie hydrofilowe umieszczone na zewnątrz umożliwiające śródoperacyjną kontrolę rodzaju fartucha. Rękawy proste zakończone niepylącym poliestrowym mankietem o długości min. 8cm. Szew ultradźwiękowy typu zygzak z 1 ścieżką ciągłą. Wiązany na 4 troki mocowane ultradźwiękowo, zewnętrzne w kartoniku. Troki o szer. 3cm (±0,5cm), zewnętrzne dł. 70 i 54cm (±3cm), wewnętrzne dł. 54cm (±3cm). Szwy wykonane techniką ultradźwiękową, w części szyjnej zapięcie na rzep szer. 2cm, dł. 13 i 5cm (±0,5cm). Oznaczenie rozmiaru, rodzaju fartucha, poziomu zabezpieczenia oraz normy EN 13795 widoczne przy złożonym fartuchu. Biozgodny wg PN EN ISO 10993-1 i nie powodujący drażnienia i uczulenia wg PN EN ISO 10993-10. Opakowanie ze wskaźnikiem sterylizacji z 4 naklejkami do dokumentacji z indeksem wyrobu, LOT, datą ważności, identyfikacją wytwórcy. Fartuch bez lateksu z potwierdzeniem na etykiecie. Rozmiary M-115, L-125, XL-140, XXL-155 (±5cm). Termin ważności 5 lat."

ODPOWIEDŹ

Zamawiający nie wyraża zgody.

PYTANIE NR 52: dotyczy części nr 23

„Czy zamawiający zgodzi się na zaoferowanie zestawu o następującym składzie:



POJEMNIK PLASTIKOWY OKRĄGŁY 250ML WYS 5,5CM ŚR DENKA 7CM SKALA, MANKIET, TRANSPARENTNY	1
POJEMNIK PLASTIKOWY OKRĄG 500ML WYS 6CM ŚR DENKA 9,5CM BEZ UCHWYTU, SKALA, MANKIET, TRANSPARENTNY	1
SERWETA dwuwarstwowa: włóknina foliowana polipropylenowo-polietylenowa o gramaturze 47 g/m2 75X45CM	1

Zestaw posiada informacje o dacie ważności i nr serii w postaci naklejki do umieszczenia w karcie pacjenta. Laminat spełnia wymagania normy PN-EN 13795+ A:2013-06 dla obłożeń chirurgicznych dla wymagań wysokich, powierzchni krytycznych i mniej krytycznych.”

ODPOWIEDŹ

Zamawiający nie wyraża zgody.

PYTANIE NR 53: dotyczy części nr 33

„Czy zamawiający zgodzi się na zaoferowanie fartuchów o następujących parametrach:

Sterylny wzmocniony antystatyczny fartuch chirurgiczny z niebieskiej włókniny typu SMS o gramaturze min. 35g/m2, wzmocniony dwuwarstwowym laminatem barierowym z warstwą chłonną w części przedniej i przedramionach o gramaturze min. 40g/m2, łącznie w obszarze wzmocnień min. 75g/m2. Gramatura potwierdzona w niezależnym laboratorium akredytowanym przez PCA. W części przedniej wzmocnienie do końca dolnej krawędzi fartucha, w rękawach min. 38cm(L), min. 40cm(XL), min. 42cm(XXL). Wzmocnienie hydrofilowe umieszczone na zewnątrz umożliwiające śródoperacyjną kontrolę rodzaju fartucha. Rękawy proste zakończone niepylącym poliestrowym mankietem o długości min. 7,5cm. Szew ultradźwiękowy typu zygzak z 1 ścieżką ciągłą. Wiązany na 4 troki mocowane ultradźwiękowo, zewnętrzne w kartoniku. Troki o szer. 3cm (±0,5cm), zewnętrzne dł. 70 i 54cm (±3cm), wewnętrzne dł. 54cm (±3cm). W części szyjnej zapinanie na rzep szer. 2cm, dł. 13 i 5cm (±0,5cm). Oznaczenie rozmiaru, rodzaju fartucha, poziomu zabezpieczenia oraz normy EN 13795 widoczne przy złożonym fartuchu. Biozgodny wg PN EN ISO 10993-1 i nie powodujący drażnienia i uczulenia wg PN EN ISO 10993-10. Opakowanie ze wskaźnikiem sterylizacji z 4 naklejkami do dokumentacji z indeksem wyrobu, LOT, datą ważności, identyfikacją wytwórcy. Fartuch bez lateksu z potwierdzeniem na etykiecie. Rozmiary L-125, XL-140, XXL-155 (±5cm). Termin ważności 5 lat. Odporność na przenikanie cieczy w strefie krytycznej min. 300cmH2O, mniej krytycznej min. 37cmH2O.”

ODPOWIEDŹ

Zamawiający nie wyraża zgody.

PYTANIE NR 54: dotyczy części nr 37 poz. 1

„Czy zamawiający zgodzi się na zaoferowanie pokrowca na kończynę pakowany a'1 szt. wykonany z włóknina foliowana polipropylenowo-polietylenowa o gramaturze 47 g/m2?”

ODPOWIEDŹ

Zamawiający nie wyraża zgody.

PYTANIE NR 55: dotyczy części nr 37 poz. 2

„Osłona na kończynę bez taśmy w zestawie, nieprzemakalna wykonany z włóknina polipropylenowa, folia polietylenowo-polipropylenowa o gramaturze 55g/m2, w rozmiarze 120x75 pakowany a'2 szt. z przeliczeniem ilości?”

ODPOWIEDŹ

Zamawiający dopuszcza.

PYTANIE NR 56: dotyczy części nr 38 poz. 1 i 2

„Czy zamawiający potwierdza, że opakowanie powinno mieć odklejaną etykietę z informacją zgodnymi z wytycznymi MDR m.in. z datą produkcji/sterylizacji oraz datą ważności?”

ODPOWIEDŹ

Zamawiający dopuszcza.

PYTANIE NR 57: dotyczy części nr 38 poz. 1 i 2

„Czy Zamawiający mógłby potwierdzić, że wymaga aby opakowania posiadały wskaźnik wysterylizowania produktu? Taki wskaźnik jest bardzo ważny i wskazuje użytkownikowi, że produkt jest na pewno poprawnie wysterylizowany i zachowuje swoją jałowość.”

ODPOWIEDŹ

Zamawiający nie wymaga.

PYTANIE NR 58: dotyczy części nr 38 poz. 1

„Czy zamawiający zgodzi się na zaoferowanie serwet gazowych wykonanych z gazy wstępnie pranej i wielokrotnie płukanej w procesie technologicznym?”

ODPOWIEDŹ

Zamawiający nie wyraża zgody.

PYTANIE NR 59: dotyczy części nr 38 poz. 1 i 2

„Czy zamawiający zgodzi się na zaoferowanie serwet 17-nitkowej?”

ODPOWIEDŹ

Zamawiający nie wyraża zgody.

PYTANIE NR 60: dotyczy części nr 40 poz. 1

„Czy zamawiający zgodzi się na zaoferowanie chusty trójkątnej wykonanej z włókniny 35g/m² w rozmiarze 100x100x141?”

ODPOWIEDŹ

Zamawiający nie wyraża zgody.

PYTANIE NR 61: dotyczy części nr 40 poz. 1

„Czy zamawiający zgodzi się na zaoferowanie chusty trójkątnej wykonanej bawełny o gramaturze 1205 g/m² w rozmiarze 134x95x95?”

ODPOWIEDŹ

Zamawiający nie wyraża zgody.

PYTANIE NR 62: dotyczy § 3 pkt 1 projektu umowy

„Prosimy o wyrażenie zgody na zmianę z 15% wskaźnika cen towarów na 10% wskaźnika cen towarów?”

ODPOWIEDŹ

Zamawiający nie wyraża zgody.

PYTANIE NR 63: dotyczy § 3 pkt 5 projektu umowy

„Prosimy o wyrażenie zgodny na zmianę z 5% pierwotnej wartości wynagrodzenia na 10% pierwotnej wartości wynagrodzenia?”

ODPOWIEDŹ

Zamawiający nie wyraża zgody.

PYTANIE NR 64: dotyczy części nr 3

„Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zarękawka o gramaturze laminatu 57 g/m² (+/-0,5 g/m²), spełniającego pozostałe wymagania SWZ?”

ODPOWIEDŹ

Zamawiający dopuszcza.

PYTANIE NR 65: dotyczy części nr 7 poz. 1

„Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie osłony o wymiarze 80 x 145 cm, spełniającej pozostałe wymagania SWZ?”

ODPOWIEDŹ

Zamawiający dopuszcza.

PYTANIE NR 66: dotyczy części nr 7 poz. 2

„Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie osłony o wymiarze 80 x 90 cm, spełniającej pozostałe wymagania SWZ?”

ODPOWIEDŹ

Zamawiający nie dopuszcza.

PYTANIE NR 67: dotyczy części nr 8

„Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie osłony na tarczę wykonanej z włókniny polipropylenowej o gramaturze 35 g/m², o wymiarach 27,5 cm x 45 cm, spełniającej pozostałe wymagania SWZ?”

ODPOWIEDŹ

Zamawiający nie dopuszcza.

PYTANIE NR 68: dotyczy części nr 9

„Prosimy o dopuszczenie zaoferowania bluzy pakowanej w opakowanie zbiorcze po 30 sztuk, spełniającą pozostałe wymagania SWZ.”

ODPOWIEDŹ

Zamawiający dopuszcza.

PYTANIE NR 69: dotyczy części nr 11

„Czy Zamawiający dopuści w składzie zestawu 1 kieszeń dwukomorową i 1 kieszeń jednokomorową zamiast dwóch dwukomorowych. Rozmiar kieszeni zgodny z SWZ.”

ODPOWIEDŹ

Zamawiający nie dopuszcza.

PYTANIE NR 70: dotyczy części nr 11

„Czy w zadaniu 11 nie doszło do pomyłki pisarskiej i pod wymaganiami dotyczącymi parametrów serwet wchodzących w skład zestawu do chirurgii ujęte zostały parametry dotyczące innego zestawu?”

ODPOWIEDŹ

Tak, doszło do pomyłki pisarskiej. Zamawiający z opisu przedmiotu zamówienia wykreśla zapis o treści: „Sterylne obłożenie wykonane z dwuwarstwowego pełnobarierowego laminatu (folia polietylenowa + hydrofilowa warstwa włókniny polipropylenowej) (zgodne z EN 13795-1:2019 lub równoważną dla wysokiej funkcjonalności w obszarach krytycznych) o gramaturze min. 65 g/m². W obszarze krytycznym dodatkowe wzmocnienie (pad chłonny) jako dodatkowa trzywarstwowa warstwa chłonna (PE +VSC + VSC) o gramaturze min 90 g/m². Łączna gramatura w obszarze krytycznym min. 160 g/m². Odporność na penetrację płynów (zgodnie z EN 20811 lub równoważną): min. 230 cm H₂O oraz odporność na rozrywanie na sucho min 180 kPa i na mokro min. 160 kPa (zgodnie z EN 13938-1 lub równoważną). Włóknina bez zawartości lateksu, spełniająca 1 klasę palności CFR 1610 lub równoważną oraz posiadająca właściwości antystatyczne. Na etykiecie głównej 4 naklejki do umieszczenia na karcie pacjenta zawierające minimum: nr REF, nr LOT, datę ważności zestawu.”

PYTANIE NR 71: dotyczy części nr 12

„Czy Zamawiający dopuści zestaw uniwersalny ortopedyczny o składzie:

1 x serweta na stół narzędziowy 200 cm x 250, wzmocnienie 150 cm x 250 cm, W strefie wzmocnionej: przenikanie cieczy min. 220 cm H₂O, rozrywania na sucho min. 170 kPa, na mokro min. 160 kPa. W strefie wzmocnionej gramatura min. 80 g/m².

1 x serweta na stolik Mayo 80 x 145 cm, złożona w sposób umożliwiający aseptyczną aplikację wzmocnienie 75 cm x 90 cm, gramatura wzmocnienia min. 85g/m², W strefie wzmocnionej: przenikanie cieczy min. 175 cm H₂O, rozrywanie na sucho min. 170 kPa, na mokro min. 175 kPa.

1 x fartuch chirurgiczny wzmocniony XL, dł. 150 cm Spunlace

4 x ręcznik chłonny 30 cm x 40 cm

2 x fartuch chirurgiczny wzmocniony XLL, dł. 170 cm Spunlace

60 x kompres gazowy 17x12w, 10 cm x 10 cm z nitką RTG, konfekcjonowany banderolą papierową a'10 szt.

1 x miska z podziałką 250ml

4 x tufier z nitką rtg z gazy 20 n

2 x serweta operacyjna ze wzmocnieniem 20 x 50 cm, przylepna 90 x 75 cm

1 x serweta operacyjna ze wzmocnieniem 20 x 50 cm, przylepna 175 x 180 cm pasek samoprzylepny o dł. 80 cm.

2 x serweta operacyjna ze wzmocnieniem 20 x 50 cm, przylepna o wym. 150x250

2 x kieszeń dwukomorowa, 38cm x 40cm

2 x osłona na uchwyt lampy z bardzo mocnym zaciskiem, wymiary 11,5cm x 13cm 2 x uchwyt na rzep 2,5 cm x 20/24 cm

1 x ostrze do skalpela No. 10

1 x ostrze do skalpela No. 23

1 x strzykawka do płukania ran 100 ml

Materiał obłożenia wykonany z dwuwarstwowego pełnobarierowego laminatu (folia polietylenowa + hydrofilowa warstwa włókniny polipropylenowej) (zgodne z EN 13795-1:2019 lub równoważną dla wysokiej funkcjonalności w obszarach krytycznych) bez zawartości wiskozy i celulozy o gramaturze min. 57g/m². W strefie wzmocnionej gramatura min. 109 g/m². W strefie wzmocnionej: odporność na przenikanie cieczy – min. 170 cm/H₂O; wytrzymałość na rozierwanie na sucho – min. 283 kPa; wytrzymałość na rozierwanie na mokro – min. 273 kPa; Chłonność materiału w części wzmocnionej – min. 470 ml/m², w części niewzmocnionej min. 200 ml/m². Parametry części niewzmocnionej wyższe od wymogów SWZ. Wyrób zgodny z normą 13 795. I klasa palności. Fartuch chirurgiczny wzmocniony, wykonany z włókniny typu Spunlace, gramatura min. 68g/m², z nieprzemakalnymi wstawkami wszytymi wewnątrz fartucha w przedniej części i rękawach. Z tyłu, w okolicach szyi, zapięcie na rzep, mankiety rękawów o długości: 8 cm. Rękawy wykończone elastycznym mankietem z dzianiny. Troki łączone kartonikiem. Bez lateksu i kałafonii. Fartuch posiada nieprzemakalne wzmocnienia wykonane z laminatu dwuwarstwowego: włóknina polipropylenowa i folia polietylenowa. Dodatkowo taśma poliestrowa zabezpieczająca łączenie materiału wzmocnienia rękawa. Fartuch posiada oznakowanie rozmiaru w postaci naklejki na fartuchu, pozwalające na identyfikację przed rozłożeniem. Fartuch posiada oznakowanie rozmiaru w postaci naklejki na fartuchu, pozwalające na identyfikację przed rozłożeniem. Odporność na przesiekanie płynów w strefie wzmocnionej ≥ 100 cm H₂O (wg EN ISO 811 lub równoważnej). Wytrzymałość na wypychanie - na sucho i na mokro w strefie wzmocnionej zgodne z EN ISO 13938 i powyżej parametrów normy EN 13 795.

XL – dł. min. 150 cm; XLL – dł. min. 170 cm"

ODPOWIEDŹ

Zamawiający nie dopuszcza.

PYTANIE NR 72: dotyczy części nr 13

„Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu do operacji tętniaka w składzie:

1 x serweta na stół narzędziowy 200 cm x 250, wzmocnienie 150 cm x 250 cm, W strefie wzmocnionej: przenikanie cieczy min. 220 cm H₂O, rozrywania na sucho min. 170 kPa, na mokro min. 160 kPa. W strefie wzmocnionej gramatura min. 80 g/m²,

1 x fartuch chirurgiczny wykonany z miękkiej, przewiewnej włókniny typu Spunlace o gramaturze 68 g/m², długość 130 cm (+/- 5 cm), wzmocniony,

2 x fartuch chirurgiczny wykonany z miękkiej, przewiewnej włókniny typu Spunlace o gramaturze 68 g/m², długość 150 cm (+/- 5 cm), wzmocniony,

1 x serweta na stolik Mayo 80 x 145 cm, złożona w sposób umożliwiający aseptyczną aplikację wzmocnienie 75 cm x 90 cm, gramatura wzmocnienia min. 85g/m², W strefie wzmocnionej: przenikanie cieczy min. 175 cm H₂O, rozrywanie na sucho min. 170 kPa, na mokro min. 175 kPa.

40 x kompresy gazowe z nitką RTG, 12-warstwowe, 17-nitkowe, 10x10cm,

2 x miska okrągła, transparentna ze skalą, 250 ml,

1 x miska okrągła, transparentna ze skalą, 500 ml,

10 x tupfer preparacyjny, o wykończeniu 8 x 8 cm (+- 1 cm), z nitką RTG w papierowym pudełku z przegródkami,

10 x tupfer z gazy wielkość nr 4 (~wielkości jajka) z gazy 20-nitkowej, z nitką RTG,

1 x worek na mocz 2000 ml,

2 x kieszeń samoprzylepna, jedno-komorowa 38 x 40 cm,

1 x czyścik do elektrody 5 x 5 cm,

1 x licznik do igieł, 20 miejsc, wysokość 3,5 cm,

4 x strzykawka 2-częściowa 20 ml,

1 x strzykawka 2-częściowa 2 ml,

2 x igła iniekcyjna, różowa 1,20 x 40 mm 18G,

1 x folia chirurgiczna jodowana (ioban) o powierzchni klejącej 60 x 45 cm,

1 x elektroda nożowa, jednopinowa, długość przewodu 320 cm (+- 5 cm),

2 x ostrze do skalpela fig. 11,

1x ostrze do skalpela fig. 23,

1 x stapler skórny 35 zszywek,

1 x igła z kulką 1,2 x 80 mm,

2 x taśma włókninowa 9 x 50 cm

2 x odciąg naczyniowy niebieski 47 cm,

4 x odciąg naczyniowy czerwony 47 cm,

1 x kleszczyki naczyniowe Pean proste 20 cm,

1 x kleszczyki naczyniowe Pean zakrzywione 16 cm,
2 x osłona na uchwyt do lamp 11,5 x 13 cm,
1 x dren silikonowy, 50 cm CH 24,
1 x zestaw do odsysania z końcówką typu Yankauer Ch 25, długość 350 cm,
2 x ręcznik bawełniany zielony 43 x 61 cm (+/- 2 cm),
3 x serweta operacyjna dwuwarstwowa z dodatkową warstwą wzmocnienia (20 x 50 cm), przylepna, o wymiarach 175 x 180 cm,
1 x serweta operacyjna dwuwarstwowa z dodatkową warstwą wzmocnienia (20 x 50 cm), przylepna, o wymiarach 150 x 250 cm.

Serwety obłożenia wykonane z materiału 2-warstwowego (włókna polipropylenowa i folia polietylenowa) o min. gramaturze 57 g/m² (+/-0,5 g/m²) bez zawartości lateksu, wiskozy i celulozy o niskim współczynniku pylenia ≤ 2,2 log₁₀. W miejscach wzmocnienia gramatura min. 109 g/m² (+/-1 g/m²). Odporność na wypychanie na sucho/mokro w strefie wzmocnionej min. 280/270 kPa. Poziom absorpcji cieczy laminatu ze wzmocnieniem min. 450 ml/ m²; Parametry części niewzmocnionej wyższe od wymogów SWZ. I klasa palności CFR 1610.

Serweta na stolik Mayo w kształcie worka, złożona w sposób umożliwiający aseptyczną aplikację, wykonana z zielonej folii polietylenowej. Obszar wzmocniony wykonany z włókna polipropylenowej. Gramatura materiału w obszarze wzmocnionym 85 g/ m² (+/-0,5g/ m²). Wielkość wzmocnienia 75 cm x 90 cm. Materiał spełnia wymagania wysokie normy PN EN 13795:2019.

Fartuch chirurgiczny wzmocniony, wykonany z włókna typu Spunlace, gramatura min. 68g/ m², z nieprzemakalnymi wstawkami wszytymi wewnątrz fartucha w przedniej części i rękawach. Z tyłu, w okolicach szyi, zapięcie na rzep, mankiety rękawów o długości: 8 cm. Rękawy wykończone elastycznym mankietem z dzianiny. Troki łączone kartonikiem. Bez lateksu i kalafonii. Fartuch posiada nieprzemakalne wzmocnienia wykonane z laminatu dwuwarstwowego: włókna polipropylenowa i folia polietylenowa. Dodatkowo taśma poliesterowa zabezpieczająca łączenie materiału wzmocnienia rękawa. Fartuch posiada oznakowanie rozmiaru w postaci naklejki na fartuchu, pozwalające na identyfikację przed rozłożeniem. Fartuch posiada oznakowanie rozmiaru w postaci naklejki na fartuchu, pozwalające na identyfikację przed rozłożeniem. Odporność na przesąkanie płynów w strefie wzmocnionej ≥100 cm H₂O (wg EN ISO 811 lub równoważnej). Wytrzymałość na wypychanie - na sucho i na mokro w strefie wzmocnionej zgodnie z EN ISO 13938. Długość fartucha: L – dł. min. 130 cm; XL – dł. min. 150 cm”

ODPOWIEDŹ

Zamawiający dopuszcza.

PYTANIE NR 73: dotyczy części nr 14

„Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu pediatrycznego o następujących parametrach:

1 serweta na stolik instrumentariuszki 150 cm x 190 cm, wzmocnienie 75 x 190 cm
2 ręczniki 30 cm x 40 cm
1 serweta na stolik Mayo 80 cm x 145 cm, wzmocnienie 75 x 90 cm, składana w sposób umożliwiający aseptyczną aplikację
1 taśma samoprzylepna 9 x 50 cm
2 samoprzylepne serwety operacyjne 75 cm x 90 cm
1 samoprzylepna serweta operacyjna 175 cm x 180 cm
1 samoprzylepna serweta operacyjna 150 x 240 cm

Obłożenie pacjenta wykonane z laminatu dwuwarstwowego (włókna polipropylenowa i folia polietylenowa) o gramaturze 57 g/m² (+/-0,5g/m²). Odporność na penetrację płynów 129 cm H₂O. Zestawy pakowane do transportu podwójnie w worek foliowy oraz karton zewnętrzny.”

ODPOWIEDŹ

Zamawiający nie wyraża zgody.

PYTANIE NR 74: dotyczy części nr 17

„Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu do operacji dłoń/ stopa w składzie:

1 x serweta na stół narzędziowy 200 cm x 250, wzmocnienie 150 cm x 250 cm, W strefie wzmocnionej: przenikanie cieczy min. 220 cm H₂O, rozrywania na sucho min. 170 kPa, na mokro min. 160 kPa. W strefie wzmocnionej gramatura min. 80 g/m².

1 x serweta na stolik Mayo 80 x 145 cm, złożona w sposób umożliwiający aseptyczną aplikację wzmocnienie 75 cm x 90 cm, gramatura wzmocnienia min. 85g/m², W strefie wzmocnionej: przenikanie cieczy min. 175 cm H₂O, rozrywanie na sucho min. 170 kPa, na mokro min. 175 kPa.

1 x serweta ręka/stopa wzmocniona o wymiarach 225 cm x 300 cm, otwór Ø 3 cm, wzmocnienie 100 cm x 65 cm

1 x serweta wzmocniona przylepna 175 x 180 cm

4 x ręcznik chłonny 30 cm x 40 cm

2 x osłona na uchwyt lampy z bardzo mocnym zaciskiem, wymiary 11,5cm x 13cm
 60 x kompres gazowy 17x12w, 10 cmx10 cm z nitką RTG, konfekcjonowany banderolą papierową a'10 szt.
 1 x ostrze do skalpela No. 10
 1 x ostrze do skalpela No. 24
 1 x strzykawka do płukania ran 100 ml
 1 x miska z podziałką 250ml
 4 x tupfer z nitką rtg z gazy 20 n
 1 x uchwyt na rzep 2,5 cm x 20/24 cm
 1 x fartuch chirurgiczny wzmocniony L, dł. 130 cm Spunlace
 1 x fartuch chirurgiczny wzmocniony XL, dł. 150 cm Spunlace
 1 x fartuch chirurgiczny wzmocniony XLL, dł. 170 cm Spunlace
 1 x osłona na stopę 27,5 x 40 cm
 1 x osłona na stopę 20 x 40 cm
 1 x kieszeń jednokomorowa, 38cm x 40cm
 3 x taśma przylepna 9 x 50 cm

Materiał obłożenia wykonany z dwuwarstwowego pełnobarierowego laminatu (folia polietylenowa + hydrofilowa warstwa włókniny polipropylenowej) (zgodne z EN 13795-1:2019 lub równoważną dla wysokiej funkcjonalności w obszarach krytycznych) bez zawartości wiskozy i celulozy o gramaturze min. 57g/m². W strefie wzmocnionej gramatura min. 109 g/m². W strefie wzmocnionej: odporność na przenikanie cieczy – min. 170 cm/H₂O; wytrzymałość na rozerwanie na sucho – min. 283 kPa; wytrzymałość na rozerwanie na mokro – min. 273 kPa; Chłonność materiału w części wzmocnionej – min. 470 ml/m², w części niewzmocnionej min. 200 ml/m². Parametry części niewzmocnionej wyższe od wymogów SWZ. Wyrób zgodny z normą 13 795. I klasa palności
 Fartuch chirurgiczny wzmocniony, wykonany z włókniny typu Spunlace, gramatura min. 68g/m², z nieprzemakalnymi wstawkami wszytymi wewnątrz fartucha w przedniej części i rękawach. Z tyłu, w okolicach szyi, zapięcie na rzep, mankiety rękawów o długości: 8 cm. Rękawy wykończone elastycznym mankietem z dzianiny. Troki łączone kartonikiem. Bez lateksu i kalafonii. Fartuch posiada nieprzemakalne wzmocnienia wykonane z laminatu dwuwarstwowego: włóknina polipropylenowa i folia polietylenowa. Dodatkowo taśma poliestrowa zabezpieczająca łączenie materiału wzmocnienia rękawa. Fartuch posiada oznakowanie rozmiaru w postaci naklejki na fartuchu, pozwalające na identyfikację przed rozłożeniem. Fartuch posiada oznakowanie rozmiaru w postaci naklejki na fartuchu, pozwalające na identyfikację przed rozłożeniem. Odporność na przesiekanie płynów w strefie wzmocnionej ≥100 cm H₂O (wg EN ISO 811 lub równoważnej). Wytrzymałość na wypychanie - na sucho i na mokro w strefie wzmocnionej zgodne z EN ISO 13938 . L – dł. min. 130 cm; XL – dł. min. 150 cm; XLL – dł. min. 170 cm”

ODPOWIEDŹ

Zamawiający dopuszcza.

PYTANIE NR 75: dotyczy części nr 18

„Czy Zamawiający dopuści zestaw pionowy izolacyjny o składzie :

1 x serweta na stół narzędziowy 200 cm x 250, wzmocnienie 150 cm x 250 cm, W strefie wzmocnionej: przenikanie cieczy min. 220 cm H₂O, rozrywania na sucho min. 170 kPa, na mokro min. 160 kPa. W strefie wzmocnionej gramatura min. 80 g/m².

1 x serweta na stolik Mayo 80 x 145 cm, złożona w sposób umożliwiający aseptyczną aplikację wzmocnienie 75 cmx90 cm , gramatura wzmocnienia min. 85g/m², W strefie wzmocnionej: przenikanie cieczy min. 175 cm H₂O, rozrywanie na sucho min. 170 kPa, na mokro min. 175 kPa.

2 x ręcznik chłonny 30 cm x 40 cm

1 x kleszczyki plastikowe 24 cm

1 x fartuch chirurgiczny wzmocniony XLL, dł. 170 cm Spunlace

1 x fartuch chirurgiczny wzmocniony L, dł. 130 cm Spunlace

60 x kompres z gazy RX, 10cm x 10cm 12 warstw, 17 nitek

1 x ostrze do skalpela No. 10

1 x ostrze do skalpela No. 23

2 x serweta operacyjna wzmocniona przylepna, 150 cm x 250 cm, wzmocnienie 20 x 50 cm, posiada pasek przylepny zabezpieczony papierem.

1 x pojemnik plastikowy niebieski 250 ml

4 x tupfer z gazy RTG, ekstra duży; 20 nitek

2 x osłona na uchwyt lampy z bardzo mocnym zaciskiem, wymiary 11,5cm x 13cm 1 x strzykawka do płukania ran 100 ml

1 x serweta pionowa izolacyjna z kieszenią na płyny, wykonana z mocnej PE, 330 cm x 250 cm, otwór 80 cm x 30 cm

Obłożenie pacjenta wykonane z przeźroczystej folii polietylenowej o gramaturze 75 g/m². Serweta operacyjna samoprzylepna wykonana z dwuwarstwowego pełnobarierowego laminatu (folia polietylenowa + hydrofilowa warstwa włókniny polipropylenowej) (zgodne z EN 13795-1:2019 lub równoważną dla wysokiej funkcjonalności w obszarach krytycznych) bez zawartości wiskozy i celulozy o gramaturze min. 57g/m². W strefie wzmocnionej gramatura min. 109 g/m². W strefie wzmocnionej: odporność na przenikanie cieczy – min. 170 cm/H₂O; wytrzymałość na rozierwanie na sucho – min. 283 kPa; wytrzymałość na rozierwanie na mokro – min. 273 kPa; Chłonność – min. 450 ml/m². Parametry części niewzmocnionej wyższe od wymogów SWZ

Fartuch chirurgiczny wzmocniony, wykonany z włókniny typu Spunlace, gramatura min. 68g/m², z nieprzemakalnymi wstawkami wszytymi wewnątrz fartucha w przedniej części i rękawach. Z tyłu, w okolicach szyi, zapięcie na rzep, mankiety rękawów o długości: 8 cm. Rękawy wykończone elastycznym mankietem z dzianiny. Troki łączone kartonikiem. Bez lateksu i kalafonii. Fartuch posiada nieprzemakalne wzmocnienia wykonane z laminatu dwuwarstwowego: włóknina polipropylenowa i folia polietylenowa. Dodatkowo taśma poliestrowa zabezpieczająca łączenie materiału wzmocnienia rękawa. Fartuch posiada oznakowanie rozmiaru w postaci naklejki na fartuchu, pozwalające na identyfikację przed rozłożeniem. Odporność na przesiekanie płynów w strefie wzmocnionej ≥ 100 cm H₂O (wg EN ISO 811 lub równoważnej). Wytrzymałość na wypychanie - na sucho i na mokro w strefie wzmocnionej zgodne z EN ISO 13938
L – dł. min. 130 cm; XLL – dł. min. 170 cm”

ODPOWIEDŹ

Zamawiający nie dopuszcza.

PYTANIE NR 76: dotyczy części nr 19

„Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu do operacji biodra zgodnego z SWZ z następującymi różnicami:

- na opakowaniu jednostkowym znajdują się 4 etykiety transferowe zawierające nazwę zestawu, nazwę producenta, REF, LOT i datę ważności
- zestaw zawiera 60 kompresów 10 x 10 z rtg 12w17n . banderolowanych a 10 szt.
- dren ma rozmiar 300 cm (+/- 5 %).
- fartuchy posiadają odporność na przenikanie cieczy na rękawach min. 119 cm H₂O, na pozostałej powierzchni min. 25 cm H₂O; odporność na wypychanie na sucho przód: min. 161 kPa?”

ODPOWIEDŹ

Zamawiający nie dopuszcza.

PYTANIE NR 77: dotyczy części nr 20

„Czy Zamawiający dopuści zestaw do artroskopii kolana w składzie :

- 1 x serweta na stół narzędziowy wzmocniona 200cm x 250cm wzmocnienie 150 cm x 250 cm, W strefie wzmocnionej: przenikanie cieczy min. 220 cm H₂O, rozrywanie na sucho min. 170 kPa, na mokro min. 160 kPa. W strefie wzmocnionej gramatura min. 80 g/m².
- 1 x serweta na stolik Mayo 80 x 145 cm, złożona w sposób umożliwiający aseptyczną aplikację wzmocnienie 75 cmx90 cm , gramatura wzmocnienia min. 85g/m², W strefie wzmocnionej: przenikanie cieczy min. 175 cm H₂O, rozrywanie na sucho min. 170 kPa, na mokro min. 175 kPa.
- 1 x fartuch chirurgiczny rozmiar "L", min. dł. 130 cm, wzmocniony Spunlaced
- 1 x fartuch chirurgiczny rozmiar "XLL", min. dł 170 cm. wzmocniony, Spunlaced
- 1 x butelka Redona 400 ml
- 1 x dren Redona 14 CH , długość 50 cm
- 1 x ostrze do skalpela No. 11
- 1 x osłona na kamerę 13 cm x 250 cm
- 1 x miseczka 250 ml
- 4x tupfer gazowy z nitką rtg
- 1 x igła iniekcyjna 21G, 0,80 x 40 mm
- 1 x taśma przylepna 9 cm x 50 cm
- 60 x kompres z gazy z nitką Rtg, 10 cm x 10 cm, 12 warstw, 17 nitek
- 1 x serweta wzmocniona przylepna o wym. 240 cm x 150 cm, wzmocnienie 20 cm x 50 cm, klej na dłuższym boku.
- 1 x serweta do operacji/artroskopii kolana dwuwarstwowa o wym. 225 x 320 cm, otwór 7 cm, z workiem na płyny i uchwytem na rzep.
- 1 x osłona na kończynę 33 cm x 55 cm z taśmą lepłą
- 1 x bandaż kohezyjny 12cm, 4m, biały
- 2 x osłona na uchwyt lampy z bardzo mocnym zaciskiem, wymiary 11,5cm x 13cm

Materiał obłożenia (serwety operacyjne) - laminat dwuwarstwowy (włóknina polipropylenowa i folia polietylenowa) o gramaturze 57 g/m² z dodatkowym padem chłonnym - gramatura wzmocnienia 109 g/m². Odporność na przenikanie cieczy: strefa wzmocniona: ≥ 170 cm H₂O. Chłonność materiału laminatu w części niewzmocnionej min. 200 ml/m² w części wzmocnionej min. 470 ml/m². Odporność na rozerwanie na sucho strefa niewzmocniona: min. 175 kPa; strefa wzmocniona strona: min. 280 kPa, w odporność na rozerwanie na mokro: strefa niewzmocniona: min. 180; strefa wzmocniona: min. 270. Obłożenia zgodne z normą EN 13795 lub równoważną, każdy zestaw posiada informację o dacie ważności, nr REF i nr serii w postaci min. dwóch naklejek do umieszczenia na karcie pacjenta. Obłożenie posiada I klasę palności.

Jednorazowy jałowy fartuch chirurgiczny wzmocniony pełnobarierowy zgodny z EN 13795-1:2019 lub równoważną z celulozy typu spunlace; gramatura materiału bazowego min. 65g/m². Gramatura wzmocnienia części przedniej min. 30 g/m², na rękawach min. 40g/m². Fartuch zapinany u góry za pomocą rzepa. Rękaw zakończony elastycznym mankietem z dzianiny poliestrowej o długości 9 cm (+/- 1 cm). Tylne części fartucha zachodzące na siebie. Umieszczenie troków w specjalnej tekturowej prowadnicy oznaczonej dwoma kolorami umożliwia zawiązanie ich zgodnie z procedurami postępowania aseptycznego i zapewnia pełną sterylność tylnej części fartucha. Odporność na przesiąkanie płynów w strefie wzmocnionej ≥ 115 cm H₂O (wg EN ISO 811 lub równoważnej). Wytrzymałość na wypychanie - na sucho i na mokro w strefie wzmocnionej zgodne z EN ISO 13938 . L – dł. min. 130 cm; XLL – dł. min. 170 cm”

ODPOWIEDŹ

Zamawiający dopuszcza.

PYTANIE NR 78: dotyczy części nr 22

„Czy Zamawiający dopuści w składzie zestawu do operacji nerki w którym dren silikonowy ma parametry CH 24 / 50 cm z bocznymi otworami i znacznikiem rtg

Pozostałe elementy zestawu zgodne z wymogami Zamawiającego.”

ODPOWIEDŹ

Zamawiający dopuszcza.

PYTANIE NR 79: dotyczy części nr 24 poz. 1

„Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie serwety o odporności na przenikanie cieczy min. 174 cm H₂O?

Pozostałe parametry zgodne z SWZ.”

ODPOWIEDŹ

Zamawiający wyraża zgodę.

PYTANIE NR 80: dotyczy części nr 24 poz. 2

„Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie serwety w rozmiarze 90 x 110 cm o odporności na przenikanie cieczy min. 129 cm H₂O, odporności na rozerwanie na sucho min. 175 kPa? Pozostałe parametry zgodne z SWZ.”

ODPOWIEDŹ

Zamawiający wyraża zgodę.

PYTANIE NR 81: dotyczy części nr 24 poz. 3

„Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie serwety dwuwarstwowej o gramaturze 57 g/m² (+/- 0,5 g/m²), o odporności na przenikanie cieczy min. 129 cm H₂O? Pozostałe parametry zgodne z SWZ.”

ODPOWIEDŹ

Zamawiający wyraża zgodę.

PYTANIE NR 82: dotyczy części nr 24 poz. 3

„Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie serwety dwuwarstwowej o gramaturze 57 g/m² (+/- 0,5 g/m²), wzmocnionej polipropylenową łatą chłonną o wymiarach 20 cm x 50 cm? Całkowita gramatura laminatu podstawowego i łaty chłonnej 109 g/m² (+/- 0,5 g/m²)? Odporność na przenikanie cieczy min. 174 cm H₂O w strefie wzmocnionej? Pozostałe parametry zgodne z SWZ.”

ODPOWIEDŹ

Zamawiający wyraża zgodę.

PYTANIE NR 83: dotyczy części nr 24 poz. 4

„Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie serwety dwuwarstwowej o gramaturze 40,6 g/m², chłonność laminatu 75 ml/m², odporność na przenikanie cieczy min. 118 cm H₂O, odporność na rozerwanie na sucho min. 87 kPa?”

ODPOWIEDŹ

Zamawiający nie wyraża zgody.

PYTANIE NR 84: dotyczy części nr 24 poz. 4

„Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie serwety dwuwarstwowej w rozmiarze 75 x 90 cm o gramaturze 57 g/m² (+/- 0,5 g/m²), odporność na przenikanie cieczy min. 129 cm H₂O? Pozostałe parametry zgodne z SWZ.”

ODPOWIEDŹ

Zamawiający nie wyraża zgody.

PYTANIE NR 85: dotyczy części nr 24 poz. 5

„Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie serwety dwuwarstwowej z otworem o średnicy 8 cm, o odporności na przenikanie cieczy min. 129 cm H₂O? Pozostałe parametry zgodne z SWZ.”

ODPOWIEDŹ

Zamawiający wyraża zgodę.

PYTANIE NR 86: dotyczy części nr 24 poz. 6

„Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie serwety dwuwarstwowej o odporności na przenikanie cieczy min. 129 cm H₂O? Pozostałe parametry zgodne z SWZ.”

ODPOWIEDŹ

Zamawiający wyraża zgodę.

PYTANIE NR 87: dotyczy części nr 24 poz. 7

„Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie serwety dwuwarstwowej z otworem samoprzylepnym 7 x 10 cm, odporność na przenikanie cieczy min. 129 cm H₂O? Pozostałe parametry zgodne z SWZ.”

ODPOWIEDŹ

Zamawiający wyraża zgodę.

PYTANIE NR 88: dotyczy części nr 25 poz. 1

„Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie serwety operacyjnej do zabiegów okulistycznych 150 x 150 cm z otworem 7 cm x 10 cm umieszczonym centralnie, wypełnionym folią operacyjną perforowaną, ze zintegrowaną torbą na płyny o wym. 30 x 19 cm ze sztywnikiem? Obłożenie pacjenta wykonane z materiału 3-warstwowego PP/PE/PP o gramaturze 74g/m².”

ODPOWIEDŹ

Zamawiający dopuszcza.

PYTANIE NR 89: dotyczy części nr 25 poz. 2

„Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie serwety w rozmiarze 50 x 60 cm wykonanej z laminatu dwuwarstwowego o gramaturze minimum min. 57g/m²? Pozostałe wymagania zgodnie z SWZ.”

ODPOWIEDŹ

Zamawiający dopuszcza.

PYTANIE NR 90: dotyczy części nr 27

„Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu do kręgosłupa który posiada w swoim składzie dodatkowo jedno ostrze chirurgiczne nr 23. Pozostałe parametry zgodne z SWZ.”

ODPOWIEDŹ

Zamawiający wyraża zgodę.

PYTANIE NR 91: dotyczy części nr 33

„Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie fartuchów chirurgicznych z włókniny SMMS o gramaturze 35 g/m², z tyłu, w okolicach szyi, zapięcie na rzep min. 3 cm x 6 cm i 3 cm x 13 cm? Fartuchy dostępne w rozmiarach L- 130 cm (+/- 5 cm), XL- 150 cm (+/- 5 cm), XXL- 150 cm large (+/- 5 cm).”

ODPOWIEDŹ

Zamawiający nie wyraża zgody.

PYTANIE NR 92: dotyczy części nr 35 poz. 1

„Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu do małych operacji o następującym składzie:
1 serwetka na stół instrumentariuszki 150 x 190 cm, wzmocnienie 75 x 190 cm 2 ręczniki 30 x 40 cm
1 pasek samoprzylepny 9 cm x 50 cm

1 serweta 225 cm x 240 cm z samoprzylepnym otworem okrągłym o średnicy 12 cm umieszczonym centralnie
Obłożenie pacjenta wykonane z laminatu dwuwarstwowego (włóknina polipropylenowa i folia polietylenowa) o gramaturze 57 g/m² (+/-0,5g/m²). Chłonność materiału podstawowego 340%. Zestaw pakowany do transportu podwójnie w worek foliowy oraz karton zewnętrzny."

ODPOWIEDŹ

Zamawiający wyraża zgodę.

PYTANIE NR 93: dotyczy części nr 35 poz. 2

"Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie serwety na stół Mayo wykonanej z folii polietylenowej, obszar wzmocniony z włókniny polipropylenowej, gramatura materiału w obszarze wzmocnionym 85 g/m² (+/-0,5g/m²)? Wielkość wzmocnienia 75 cm x 90 cm. Serweta składana w sposób umożliwiający aseptyczną aplikację."

ODPOWIEDŹ

Zamawiający wyraża zgodę.

PYTANIE NR 94: dotyczy części nr 39

"Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu do chirurgii naczyniowej w składzie:

1 x serweta na stół narzędziowy 200 cm x 250, wzmocnienie 150 cm x 250 cm, W strefie wzmocnionej: przenikanie cieczy min. 220 cm H₂O, rozrywania na sucho min. 170 kPa, na mokro min. 160 kPa. W strefie wzmocnionej gramatura min. 80 g/m²,

1 x serweta na stół Mayo 80 x 145 cm, złożona w sposób umożliwiający aseptyczną aplikację wzmocnienie 75 cm x 90 cm, gramatura wzmocnienia min. 85g/m², W strefie wzmocnionej: przenikanie cieczy min. 175 cm H₂O, rozrywanie na sucho min. 170 kPa, na mokro min. 175 kPa.

1 x fartuch chirurgiczny wykonany z miękkiej, przewiewnej włókniny typu Spunlace długość 150 cm, wzmocniony,

2 x fartuch chirurgiczny wykonany z miękkiej, przewiewnej włókniny typu Spunlace, długość 170 cm, wzmocniony,

1 x uchwyt do ssaka Yankauer 30/10,00 CH/mm

2 x kieszeń samoprzylepna, dwu-komorowa 38 x 40 cm,

1 x serweta przylepna jako osłona na krocze 50 x 50 cm

3 x taśma włókninowa 9 x 50 cm

1 x dren do ssaka CH 25, długość 300 cm

1 x pojemnik plastikowy z uchwytem 1200 ml

6 x tupfer z gazy z nitką RTG, 20 nitek

2 x miska okrągła, ze skalą, 250 ml,

1 x czyścik do elektrody 5 x 5 cm,

40 x kompresy gazowe z nitką RTG, 16-warstwowe, 17-nitkowe, 10x10cm,

1 x ostrze do skalpela fig. 11,

1 x ostrze do skalpela fig. 23,

1 x elektroda nożowa, jednopinowa, długość przewodu 320 cm (+- 5 cm),

15 x chusta operacyjna gazy z tasiemką, z chipem RTG, min. 40-45 x 40-45 cm, 6 warstw, 20 nitek

3 x strzykawka 2-częściowa Luer Slip 20 ml,

1 x strzykawka 3-częściowa LL min. 2 ml

1 x igła z kulką 1,2 x 80 mm,

2 x igła iniekcyjna 1,20 x 40 mm 18G,

2 x ręcznik bawełniany 43 x 61 cm (+- 2 cm),

1 x pojemnik na igły i ostrza 20 miejsc,

3 x ręcznik chłonny 30 x 40 cm

2 x osłona na uchwyt do lamp 11,5 x 13 cm

3 x serweta operacyjna dodatkowo wzmocniona na całej powierzchni, przylepna, o wymiarach 90 x 110 cm,

2 x serweta operacyjna dwuwarstwowa z dodatkową warstwą wzmocnienia (20 x 50 cm), przylepna, o wymiarach 150 x 250 cm.

Serwety operacyjne samoprzylepne wykonane z dwuwarstwowego pełnobarierowego laminatu (folia polietylenowa + hydrofilowa warstwa włókniny polipropylenowej) (zgodne z EN 13795-1:2019 lub równoważną dla wysokiej funkcjonalności w obszarach krytycznych) bez zawartości wiskozy i celulozy o gramaturze min. 57g/m². W strefie wzmocnionej gramatura min. 109 g/m². W strefie wzmocnionej: odporność na przenikanie cieczy – min. 170 cm/H₂O; wytrzymałość na rozrywanie na sucho – min. 283 kPa; wytrzymałość na rozrywanie na mokro – min. 273 kPa; Chłonność – min. 450 ml/m². Parametry części niewzmocnionej wyższe od wymogów SWZ

Jednorazowy jałowy fartuch chirurgiczny wzmocniony pełnobarierowy zgodny z EN 13795-1:2019 lub równoważną z celulozy typu spunlace; gramatura materiału bazowego min. 65g/m². Gramatura wzmocnienia

części przedniej min. 30 g/m², na rękawach min. 40g/m². Fartuch zapinany u góry za pomocą rzepa. Rękaw zakończony elastycznym mankietem z dzianiny poliestrowej o długości 9 cm (+/- 1 cm). Tylne części fartucha zachodzące na siebie. Umieszczenie troków w specjalnej tekturowej prowadnicy oznaczonej dwoma kolorami umożliwia zawiązanie ich zgodnie z procedurami postępowania aseptycznego i zapewnia pełną sterylność tylnej części fartucha. Odporność na przesiąkanie płynów w strefie wzmocnionej ≥ 115 cm H₂O (wg EN ISO 811 lub równoważnej). Wytrzymałość na wypychanie - na sucho i na mokro w strefie wzmocnionej zgodnie z EN ISO 13938. XL – dł. min. 150 cm; XLL – dł. min. 170 cm.”

ODPOWIEDŹ

Zamawiający nie wyraża zgody.

PYTANIE NR 95: dotyczy części nr 41

„Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie kompletu chirurgicznego wykonanego z włókniny typu SMS o gramaturze 35 g/m² dostępnych w dwóch kolorach?”

ODPOWIEDŹ

Zamawiający wyraża zgodę.

PYTANIE NR 96: dotyczy części nr 44

„Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu do dyslokacji kończyny zgodnego z SWZ z następującymi różnicami:

- na opakowaniu jednostkowym znajdują się 4 etykiety transferowe zawierające nazwę zestawu, nazwę producenta, REF, LOT i datę ważności
- fartuchy posiadają odporność na przenikanie cieczy na rękawach min. 119 cm H₂O, na pozostałej powierzchni min. 25 cm H₂O; odporność na wypychanie na sucho przód: min. 161 kPa?
- dren ma rozmiar 300 cm (+/- 5 %).”

ODPOWIEDŹ

Zamawiający dopuszcza.

PYTANIE NR 97: dotyczy części nr 10

„Czy Zamawiający wymaga pościel z włókniny trzywarstwowej, barierowej o gramaturze 30 g/m²? Pozostałe wymagania zgodne z SWZ.”

ODPOWIEDŹ

Zamawiający dopuszcza.

PYTANIE NR 98: dotyczy części nr 28

„Czy Zamawiający dopuści koszulę w kolorze niebieskim? Pozostałe wymagania zgodne z SWZ.”

ODPOWIEDŹ

Zamawiający dopuszcza.

PYTANIE NR 99: dotyczy części nr 41

„Czy Zamawiający dopuści komplet chirurgiczny o gramaturze min. 35 g/m²? Pozostałe wymagania zgodne z SWZ.”

ODPOWIEDŹ

Zamawiający nie dopuszcza.

PYTANIE NR 100: dotyczy części nr 41

„Czy Zamawiający dopuści ubrania chirurgiczne wykonane z włókniny polipropylenowej typu SMMS? Pozostałe wymagania zgodne z SWZ.”

ODPOWIEDŹ

Zamawiający dopuszcza.

PYTANIE NR 101: dotyczy części nr 41

„Czy Zamawiający dopuści ubrania chirurgiczne w kolorze tylko zielonym i niebieskim? Pozostałe wymagania zgodne z SWZ.”

ODPOWIEDŹ

Zamawiający dopuszcza.

PYTANIE NR 102: dotyczy części nr 5

„Czy Zamawiający dopuści podkład niesterylny, wzmocniony wykonany z dwuwarstwowej chłonnej włókniny polipropylenowej laminowanej nieprzemakalną folią o gramaturze 65 g/m², jednorazowy, niejałowy, klasa I,

zgodny z normą EN 13795, bez zawartości lateksu, w rozmiarze min. 100 x 230 cm, z możliwością przesuwania w obrębie stołu operacyjnego, pakowane po 5 szt. w opakowanie foliowe, materiał zgodny z normami: EN 29073-1, EN 29073-3, EN-ISO 9073-4, PN-EN 863-1999, EN 208811?"

ODPOWIEDŹ

Zamawiający nie dopuszcza.

PYTANIE NR 103: dotyczy części nr 2 poz. 1


„Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie czepka chirurgicznego o średnicy 55cm, pozostałe zgodne?"

ODPOWIEDŹ

Zamawiający dopuszcza.

PYTANIE NR 104: dotyczy części nr 2 poz. 2

„Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie czepka chirurgicznego część przednia wydłużona z możliwością wywiniecia, co daje dodatkową warstwę chłonną. W części tylnej troki. Wykonany z włókniny Spunlace 45 g/m2, denko PP 28 g/m2. Pakowany a' 100 szt. w kartonik typu dyspenser. Produkt pobierany z góry kartonika, pozostałe zgodne?"




ODPOWIEDŹ

Zamawiający dopuszcza.

PYTANIE NR 105: dotyczy części nr 2 poz. 3

„Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie czepka w kształcie hełmu, zapewniający pełną ochronę (osłonięta głowa i szyja), wiązany na troki wokół szyi. Na czole brak taśmy pochłaniająca pot. Wykonany z włókniny polipropylenowej o gramaturze min. 25 g/m2. Pakowany a' 100 szt. w kartonik typu dyspenser. Produkt pobierany z góry kartonika."




ODPOWIEDŹ

Zamawiający nie dopuszcza.

PYTANIE NR 106: dotyczy części nr 2 poz. 4

„Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie czepka chirurgicznego z taśmą pochłaniającą pot wokół głowy (5 - warstwowy Spunlace, gramatura min. 45g/m2). Szerokość opaski 5 cm (+/-1cm). Czepek posiada wydłużoną część tylną ze ściągaczem. Brak ściągacza na czole. Denko i część podtrzymująca włosy: PP 25 g/m2. Pakowany a' 50 szt. w kartonik typu dyspenser. Produkt pobierany z góry kartonika."



ODPOWIEDŹ

Zamawiający dopuszcza.

PYTANIE NR 107: dotyczy części nr 6 poz. 1

„Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie Sterylnego organizera przewodów i drenów wykonany z pojedynczej taśmy włókninowej o wymiarach 10cm x 50cm, umożliwiający równoczesne przewiązanie kilku przewodów. Wyrób medyczny.”

ODPOWIEDŹ

Zamawiający nie dopuszcza.

PYTANIE NR 108: dotyczy części nr 14 poz. 1

„Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie zestawu bezpiecznie pakowanego: zawartość zestawu owinięta w serwetę narzędziową i umieszczona w zgrzewanej kopercie papierowo-foliowej posiadającą 2 naklejki transferowe typu TAG, zestawy pakowane w kartonie zbiorczym, zabezpieczone dodatkowo wewnątrz workiem z folii PE.”

ODPOWIEDŹ

Zamawiający dopuszcza.

PYTANIE NR 109: dotyczy części nr 15 poz. 1

„Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie rozmiarów fartucha opisanych literowo w odpowiadającej długości fartucha tj.: M - 120cm (+/- 5%), L - 130cm (+/- 5%), XXL - 150cm (+/- 5%), XXXXL - 170 cm (+/- 5%), pozostałe zgodne.”

ODPOWIEDŹ

Zamawiający nie dopuszcza.

PYTANIE NR 110: dotyczy części nr 24 poz. 1

„Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie serwet samoprzylepnej o rozmiarze 150cm x 200cm lub 200cm x 240cm, pozostałe zgodne?”

ODPOWIEDŹ

Zamawiający nie dopuszcza.

PYTANIE NR 111: dotyczy części nr 24 poz. 2

„Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie serwet samoprzylepnej o rozmiarze 100cm x 150cm lub 75cm x 90cm, pozostałe zgodne?”

ODPOWIEDŹ

Zamawiający nie dopuszcza.

PYTANIE NR 112: dotyczy części nr 24 poz. 3

„Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie serwet samoprzylepnej o bez wzmocnienia o rozmiarze 150cm x 240cm i gramaturze 62g/m², pozostałe zgodne?”

ODPOWIEDŹ

Zamawiający nie dopuszcza.

PYTANIE NR 113: dotyczy części nr 24 poz. 5


„Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie serwet z otworem samoprzylepnym Ø6x8cm i rozmiarze 75x90cm, pozostałe zgodne?”

ODPOWIEDŹ

Zamawiający dopuszcza.

PYTANIE NR 114: dotyczy części nr 26 poz. 1

„Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie serwet okulistycznej o wymiarach 100x100 cm z centralnie umieszczonym przylepnym otworem 10x10 cm wypełnionym folią chirurgiczną, wyposażona w zbiornik na płyny o wym. 23x30 cm i trzema kształtnikami do dopasowania serwet do twarzy i utrzymania właściwej pozycji zbiornika. Laminat dwuwarstwowy PP+PE 62 g/m²”



ODPOWIEDŹ

Część nr 26 dotyczy zestawu do zabiegów laryngologicznych.

PYTANIE NR 115: dotyczy części nr 25 poz. 2

„Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie serwetki z otworem samoprzylepnym Ø7cm i rozmiarze 50x60cm, lub Ø6x8cm i rozmiarze 50x60cm, pozostałe zgodne?”

ODPOWIEDŹ

Zamawiający dopuszcza serwetkę z otworem samoprzylepnym Ø7cm i rozmiarze 50x60cm.

PYTANIE NR 116: dotyczy części nr 30 poz. 1

„Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie torby do zbiórki płynów z filtrem i sztywnikiem, samoprzylepna w rozmiarze 51cmx68cm. Posiada zawór do odprowadzania wydzieliny?”

ODPOWIEDŹ

Zamawiający nie dopuszcza.

PYTANIE NR 117: dotyczy części nr 31 poz. 1,3

„Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie kieszeni jednokomorowej samoprzylepnej na instrumenty chirurgiczne z folii PE o gramaturze 0,08mm w rozmiarze 30x40cm (taśma lepna szerokość min.5cm). Zapakowana pojedynczo w zgrzewaną kopertę papierowo-foliową posiadającą 2 naklejki transferowe typu TAG, następnie w karton zbiorczy, zabezpieczony dodatkowo wewnątrz workiem z folii PE?”

ODPOWIEDŹ

Zamawiający dopuszcza.

PYTANIE NR 118: dotyczy części nr 31 poz. 2,4

„Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie kieszeni dwukomorowej samoprzylepnej na instrumenty chirurgiczne z folii PE o gramaturze 0,08mm w rozmiarze 30x40cm (taśma lepna szerokość min.5cm). Zapakowana pojedynczo w zgrzewaną kopertę papierowo-foliową posiadającą 2 naklejki transferowe typu TAG, następnie w karton zbiorczy, zabezpieczony dodatkowo wewnątrz workiem z folii PE?”

ODPOWIEDŹ

Zamawiający nie dopuszcza.

PYTANIE NR 119: dotyczy części nr 32 poz. 1

„Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie taśmy samoprzylepnej, sterylnej z marginesem min.2cm?”

ODPOWIEDŹ

Zamawiający dopuszcza.

PYTANIE NR 120: dotyczy części nr 32 poz. 2

„Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie uchwytu typu rzep, samoprzylepny w rozmiarze 2,5cmx 20cm?”

ODPOWIEDŹ

Zamawiający dopuszcza.

PYTANIE NR 121: dotyczy części nr 33 poz. 1

„Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie fartucha chirurgicznego wzmocnionego z włókniny typu SMMMS pełnobarierowy o gramaturze min.35g/m2, posiadającego nieprzemakalne wzmocnienia w części przedniej i na ¾ rękawów mocowane od środka fartucha. Odporność na przenikanie płynów materiału stanowiącego wzmocnienie min. 116cm H2O, fartuch zapinany pod szyją na dwuczęściowy rzep, długości fartucha XXL 149cm-151cm lub w rozmiarze XXXL 159-161cm?”

ODPOWIEDŹ

Zamawiający nie dopuszcza.

PYTANIE NR 122: dotyczy części nr 33 poz. 1

„Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie fartucha chirurgicznego wzmocnionego z włókniny typu SMS o gramaturze min.35g/m2, posiadającego nieprzemakalne wzmocnienia w części przedniej i rękawach mocowane od środka fartucha. Odporność na przenikanie płynów materiału stanowiącego wzmocnienie min. 226cm H2O, fartuch zapinany pod szyją na dwuczęściowy rzep, fartuch o długości w rozmiarach L 128-132cm, XXL 143-147cm, XXXL 153-157cm?”

ODPOWIEDŹ

Zamawiający nie dopuszcza.

PYTANIE NR 123: dotyczy części nr 37 poz. 1

„Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie osłony na kończynę dolną o rozmiarze 30x80cm z taśmą lepną w zestawie, nieprzemakalna, warstwa wewnętrzna włóknina, warstwa zewnętrzna polietylen.”

ODPOWIEDŹ

Zamawiający nie dopuszcza.

PYTANIE NR 124: dotyczy części nr 37 poz. 2

„Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie osłony na kończynę dolną o rozmiarze 35x120cm z taśmą lepną w zestawie, nieprzemakalna, warstwa wewnętrzna włóknina, warstwa zewnętrzna polietylen.”

ODPOWIEDŹ

Zamawiający nie dopuszcza.

PYTANIE NR 125: dotyczy części nr 41 poz. 1

„Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie jednorazowego niejałowego kompletu chirurgicznego z włókniny polipropylenowej typu SMMS, antystatycznego o gramaturze min.38g/m². Pozostałe zgodne”

ODPOWIEDŹ

Zamawiający dopuszcza.

PYTANIE NR 126: dotyczy części nr 42 poz. 1

„Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie jednorazowego niejałowego fartuch higienicznego będącego wyrobem medycznym o gramaturze 22g/m². Długość paska 164cm ±10cm, długość fartucha 118-122cm, szerokość fartucha 138-142cm?”

ODPOWIEDŹ

Zamawiający nie dopuszcza.

PYTANIE NR 127: dotyczy projektu umowy

„Zwracamy się z prośbą o umieszczenie w umowie zapisu dotyczącego minimum logistycznego tj. Zamawiający będzie składał zamówienie według bieżących potrzeb, przy czym wartość zamówienia jednostkowego nie powinna być niższa niż 500 zł netto.”

ODPOWIEDŹ

Zamawiający do § 5 projektu umowy dopisuje ust. 12, który otrzymuje brzmienie: „Zamawiający będzie składał zamówienie według bieżących potrzeb, przy czym wartość zamówienia jednostkowego nie powinna być niższa niż 500 zł netto.”

PYTANIE NR 128: dotyczy części nr 2 poz. 1

„Czy Zamawiający dopuści czepek o średnicy 53cm?”

ODPOWIEDŹ

Zamawiający dopuszcza.

PYTANIE NR 129: dotyczy części nr 2 poz. 1

„Czy Zamawiający dopuści czepek o średnicy 47cm?”

ODPOWIEDŹ

Zamawiający nie dopuszcza.

PYTANIE NR 130: dotyczy części nr 2 poz. 2

„Czy Zamawiający dopuści czepek w formie furażerki z tyłu ściągany gumką?”

ODPOWIEDŹ

Zamawiający dopuszcza.

PYTANIE NR 131: dotyczy części nr 2 poz. 3

„Czy Zamawiający dopuści czepek bez taśmy antypotnej?”

ODPOWIEDŹ

Zamawiający nie dopuszcza.

PYTANIE NR 132: dotyczy części nr 2 poz. 3

„Czy Zamawiający dopuści czepek z włókniny perforowanej?”

ODPOWIEDŹ

Zamawiający dopuszcza.

PYTANIE NR 133: dotyczy części nr 2 poz. 4

„Czy Zamawiający dopuści czepkę dla osób z dłuższymi włosami, otok: włóknina typu Spunlace 45g/m2, denko: polipropylen 25g/m2, wkładka chłonna pot 5-warstwowa wykonana z włókniny typu Spunlace 38g/m2, oddychająca. Wysokość czepka 30,5 cm, wysokość części czołowej 6,5cm



ODPOWIEDŹ

Zamawiający dopuszcza.

PYTANIE NR 134: dotyczy części nr 7 poz. 1

„Czy Zamawiający dopuści osłonę o wymiarach 80x150cm?”

ODPOWIEDŹ

Zamawiający dopuszcza.

PYTANIE NR 135: dotyczy części nr 8 poz. 1

„Czy Zamawiający dopuści kołnierz wykonany z włókniny typu SMS o gramaturze 35g/m2?”

ODPOWIEDŹ

Zamawiający dopuszcza.

PYTANIE NR 136: dotyczy części nr 8 poz. 1

„Czy Zamawiający dopuści kołnierz o wymiarach 28x46cm z otworem 20cm?”

ODPOWIEDŹ

Zamawiający nie dopuszcza.

PYTANIE NR 137: dotyczy części nr 9 poz. 1

„Czy Zamawiający dopuści bluzę wykonaną z włókniny bawełnopodobnej?”

ODPOWIEDŹ

Zamawiający dopuszcza.

PYTANIE NR 138: dotyczy części nr 10 poz. 1

„Czy Zamawiający dopuści pościel wykonaną z 1 W włókniny polipropylenowej?”

ODPOWIEDŹ

Zamawiający nie dopuszcza.

PYTANIE NR 139: dotyczy części nr 10 poz. 1

„Czy Zamawiający dopuści pościel zawierającą: prześcieradło 150 cm x 210 cm , poszwę na kołdrę 160 cm x 210 cm, poszewkę na poduszkę: 70 cm x 80 cm?”

ODPOWIEDŹ

Zamawiający nie dopuszcza.

PYTANIE NR 140: dotyczy części nr 11, 12, 18, 19, 20, 23, 26, 27

„Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie dostarczenia próbek niesterylnych do w/w pakietu. Są to wyroby przygotowane zgodnie z indywidualnymi wymaganiami Zamawiającego, a tym samym nie są aktualnie dostępne w naszej standardowej ofercie. Ich produkcja wymaga odpowiedniej ilości czasu (faza produkcyjna, faza sterylizacji, okres kwarantanny). Jest on zbyt krótki, aby złożyć próbki sterylne w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.”

ODPOWIEDŹ

Zamawiający dopuszcza.

PYTANIE NR 141: dotyczy części nr 11

„Czy Zamawiający dopuści zestaw o poniższym składzie, który jest zbliżony do opisanego SWZ?

- 1x Serweta na stół do instrumentarium 150cm x 260cm, wykonana z dwukolorowej folii PE i laminatu 2-warstwowego PP/PE w obszarze wzmocnienia. Wielkość obszaru wzmocnionego 65cm x 260 cm. Warstwy laminatu połączone przy użyciu kleju topliwego. Serweta stanowi owinięcie zestawu.
- 2x Serwetka z celulozy 30cm x 30cm
- 1x Fartuch chirurgiczny COMFORT PLUS rozm. L ze wstawkami nieprzemakalnymi, (mieszanka poliestru-celuloza) wzmocniony, w kolorze niebieskim o gramaturze 68 g/m² i właściwościach hydrofobowych. Posiada nieprzemakalne wzmocnienia w części przedniej i na rękawach, wykonane z laminatu dwuwarstwowego (PP+PE) o gramaturze 40 g/m². Bez dodatkowej taśmy wbudowanej na rękawach. Fartuch przeznaczony do operacji generujących dużą ilość płynów. Fartuch z zakładanymi połami, złożony w sposób zapewniający aseptyczną aplikację i zachowujący sterylny obszar na plecach, złożenie typu book folded. Wiązany na troki wewnętrzne oraz troki zewnętrzne z kartonikiem - w tym dwa troki mocowane pośrodku materiału bazowego, która nie są zabezpieczone taśmą z folii polietylenowej, w okolicach szyi zapięcie na rzep, lewy rzep: 3cm x 13cm, prawy rzep: 3cm x 7cm, mankiety rękawów o długości 8 cm, wykonane z poliestru. Spełnia wymagania wysokie normy PN-EN 13795: 2019 lub równoważnej. Rozmiar fartucha w postaci pieczętki, pozwalającej na identyfikację przed rozłożeniem na dwa sposoby, w postaci kolorowej lamówki oraz literowo Nie zawiera lateksu i kalafonii. Rozmiar 130 cm
- 1x Serweta na stół Mayo 80 x 145 cm złożona w sposób umożliwiający aseptyczną aplikację, wykonana z czerwonej folii, niebieskiego wzmocnienia włókninowego. Obszar wzmocniony wykonany z włókniny polipropylenowej. Gramatura materiału w obszarze wzmocnionym 87g/m². Wielkość wzmocnienia 60 x 145 cm. Odporność na przenikanie cieczy 188cm H₂O.
- 2x Fartuch chirurgiczny COMFORT PLUS rozm. XL ze wstawkami nieprzemakalnymi, fartuch chirurgiczny z miękkiej włókniny typu Spunlace (mieszanka poliestru-celuloza) wzmocniony, w kolorze niebieskim o gramaturze 68 g/m² i właściwościach hydrofobowych. Posiada nieprzemakalne wzmocnienia w części przedniej i na rękawach, wykonane z laminatu dwuwarstwowego (PP+PE) o gramaturze 40 g/m². Dodatkowo w rękawach wbudowana taśma poliestrowa zabezpieczająca łączenie materiału wzmocnienia. Fartuch przeznaczony do operacji generujących dużą ilość płynów. Fartuch z zakładanymi połami złożony w sposób zapewniający aseptyczną aplikację i zachowujący sterylny obszar na plecach, złożenie typu book folded. Wiązany na troki wewnętrzne oraz troki zewnętrzne z kartonikiem - w tym dwa troki mocowane pośrodku materiału bazowego, która nie są zabezpieczone taśmą z folii polietylenowej, w okolicach szyi, zapięcie na rzep, lewy rzep: 3cm x 13cm, prawy rzep: 3cm x 7cm, mankiety rękawów o długości 8 cm, wykonane z poliestru. Spełnia wymagania wysokie normy PN-EN 13795: 2019 lub równoważnej. Rozmiar fartucha w postaci pieczętki, pozwalającej na identyfikację przed rozłożeniem na dwa sposoby: w postaci kolorowej lamówki oraz literowo Nie zawiera lateksu i kalafonii. Rozmiar 150 cm
- 1x Pojemnik okrągły poj. 250ml, niebieski, z podziałką
- 1x Chwytnik plastikowy okienkowy (Korcang) 24cm niebieski
- 4x Tupfer z gazy z nitką RTG, 17N 30cm x 30cm, kula
- 1x Ostrze chirurgiczne nr 23
- 1x Ostrze chirurgiczne nr 11
- 1x Podkładka czyszcząca do elektrochirurgii 50mm x 50mm
- 2x Torebka na płyny 30cm x 50cm lub na narzędzia chirurgiczne, dwukomorowa (2 x 15cm x 50cm), przyklepna
- 20x Kompres z gazy 17N 12W 10cm x 10cm z nitką RTG, konfekcjonowany banderolą papierową a'10 szt.
- 2x Serweta chirurgiczna 75cm x 90cm 3-warstwową, z przylepcem, Serwety wykonane z laminatu trzywarstwowego: włóknina polipropylenowa, folia polietylenowa i włóknina polipropylenowa, połączone równomiernie za pomocą kleju topliwego. Gramatura laminatu 75 g/m². Odporność na penetrację płynów (zgodnie z EN 20811 lub równoważną) 172 cm H₂O oraz odporność na rozerwanie na sucho 228 kPa i na mokro 224 kPa
- 1x Serweta chirurgiczna 150cm x 180cm 3-warstwową, z przylepcem, z paskiem samoprzylepnym 80cm. Serweta wykonana z laminatu trzywarstwowego: włóknina polipropylenowa, folia polietylenowa i włóknina polipropylenowa, połączone równomiernie za pomocą kleju topliwego. Gramatura laminatu 75 g/m². Odporność na penetrację płynów (zgodnie z EN 20811 lub równoważną) 172 cm H₂O oraz odporność na rozerwanie na sucho 228 kPa i na mokro 224 kPa
- 1x Serweta chirurgiczna górna 150cm x 240cm 2-warstwową wzmocnioną z przylepcem, 2 organizery przewodów, serweta posiada pasek samoprzylepny o szerokości 5cm. Serweta wykonana z laminatu dwuwarstwowego: włóknina polipropylenowa i folia polietylenowa. Gramatura laminatu podstawowego 60g/m². W obszarze krytycznym wzmocnienie o wymiarach 25cm x 60cm. Całkowita gramatura laminatu podstawowego i wzmocnienia 140g/m².
- 2x Pokrowiec na uchwyt do lamp operacyjnych, foliowy w rozmiarze 12 cm x 21cm z bardzo mocnym zaciskiem
- 1x Licznik igieł na 20 szt., magnes i pianka, usuwacz ostrzy, czerwony"

ODPOWIEDŹ

Zamawiający nie dopuszcza.

PYTANIE NR 142: dotyczy części nr 11,12

„Czy Zamawiający dopuści odporność na penetrację płynów w części wzmocnionej (zgodnie z EN 20811 lub równoważną): 197 cm H₂O oraz odporność na rozerwanie na sucho 185kPa i na mokro 172 kPa

Materiał obłożenia spełnia wymagania wysokie normy PN EN 13795:2019 lub równoważnej. Na opakowaniu 4 etykiety samoprzylepne, zawierające: nazwę zestawu, REF, nr serii LOT i datę ważności, 4 samoprzylepne etykiety z kodem EAN z nr katalogowym, datą ważności i numerem serii, służące do archiwizacji danych, bez kodu QR?”

ODPOWIEDŹ

Zamawiający dopuszcza.

PYTANIE NR 143: dotyczy części nr 11,12

„Czy Zamawiający dopuści opakowanie jednostkowe zestawu z wyraźnie zaznaczonym kierunkiem otwierania. Serwety posiadają oznaczenia kierunku rozkładania w postaci piktogramów. Sterylizacja EO (bezwonna). złożeniem. Spełnia wymagania wysokie normy PN-EN 13795: 2019 lub równoważnej, I klasa palności, 9 poziom repelnetności?”

ODPOWIEDŹ

Zamawiający dopuszcza.

PYTANIE NR 144: dotyczy części nr 11,12

„Czy Zamawiający dopuści sterylne obłożenie wykonane z dwuwarstwowego pełnobarierowego laminatu (folia polietylenowa + hydrofilowa warstwa włókniny polipropylenowej) (zgodne z EN 13795-1:2019 lub równoważną dla wysokiej funkcjonalności w obszarach krytycznych) o gramaturze 60g/m². W obszarze krytycznym dodatkowe wzmocnienie (pad chłonny) wykonane z materiału SM o gramaturze 80g/m². Łączna gramatura w obszarze krytycznym 140 g/m². Odporność na penetrację płynów (zgodnie z EN 20811 lub równoważną): 197cm H₂O oraz odporność na rozerwanie na sucho 185kPa i na mokro 172 kPa (zgodnie z EN 13938-1 lub równoważną). Włóknina bez zawartości lateksu, spełniająca 1 klasę palności CFR 1610 lub równoważną oraz posiadająca właściwości antystatyczne. Na etykiecie głównej 4 naklejki do umieszczenia na karcie pacjenta zawierające: nr REF, nr LOT, datę ważności zestawu?”

ODPOWIEDŹ

Zamawiający dopuszcza.

PYTANIE NR 145: dotyczy części nr 12

„Czy Zamawiający dopuści zestaw o poniższym składzie, który jest zbliżony do opisanego SWZ?

- 4x Tupfer z gazy z nitką RTG, 17N 20cm x 20cm
- 1x Serweta chirurgiczna 170cm x 300cm 2-warstwowa stanowiąca owinięcie zestawu bez wzmocnienia o gramaturze 56g/m², przenikanie cieczy 155cm H₂O, rozrywania na sucho 156kPa, na mokro 166kPa.(owinięcie zestawu)
- 2x Serwetka chłonna 30cm x 30cm
- 1x Fartuch chirurgiczny COMFORT PLUS rozm. XL ze wstawkami nieprzemakalnymi rozmiar 150cm z materiału Spunlace
- 2x Fartuch chirurgiczny COMFORT PLUS rozm. XXL ze wstawkami nieprzemakalnym rozmiar 170cm z materiału Spunlace
- 1x Serweta na stół Mayo 80cm x 145cm wzmocniona, złożona w sposób umożliwiający aseptyczną aplikację; wzmocnienie 60 cm x 145 cm, gramatura wzmocnienia 87g/m², W strefie wzmocnionej: przenikanie cieczy 188cm H₂O, rozrywania na sucho 108kPa, na mokro 95kPa
- 2x Taśma chirurgiczna typu rzep 2cm x 22cm, samoprzylepna
- 2x Serweta chirurgiczna boczna 75cm x 90cm 2-warstwowa wzmocniona (25cm x 60cm), z przylepcem na dłuższym boku, 2 organizery przewodów
- 1x Serweta chirurgiczna dolna 180cm x 180cm 2-warstwowa wzmocniona (25cm x 60cm), z przylepcem na dłuższym boku, 2 organizery przewodów
- 2x Serweta chirurgiczna górna 150cm x 240cm 2-warstwowa wzmocniona (25cm x 60cm), z przylepcem na dłuższym boku, 2 organizery przewodów
- 1x Pojemnik okrągły poj. 250ml, przezroczysty, z podziałką
- 60x Kompres z gazy 17N 12W 10cm x 10cm z nitką RTG
- 2x Torebka na płyny 30cm x 50cm lub na narzędzia chirurgiczne, dwukomorowa (2 x 15cm x 50cm), przylepna
- 2x Pokrowiec na uchwyt do lamp operacyjnych, foliowy, w rozmiarze 12 cm x 21cm z bardzo mocnym zaciskiem

- 1x Strzykawka 3-częściowa 100ml do płukania ran
- 1x Ostrze chirurgiczne nr 10
- 1x Ostrze chirurgiczne nr 23"

ODPOWIEDŹ

Zamawiający dopuszcza.

PYTANIE NR 146: dotyczy części nr 12,18,20

„Czy Zamawiający dopuści serwety operacyjne - laminat dwuwarstwowy (włóknina polipropylenowa i folia polietylenowa) o gramaturze 60g/m² z dodatkowym padem chłonnym - gramatura wzmocnienia 140g/m². Odporność na przenikanie cieczy: strefa wzmocniona: 197cm H₂O. Chłonność materiału laminatu w części niewzmocnionej 600%, w części wzmocnionej ponad 900% Odporność na rozerwanie na sucho: strefa niewzmocniona: 118 kPa; strefa wzmocniona strona: 185kPa, w odporność na rozerwanie na mokro: strefa niewzmocniona: 103kPa strefa wzmocniona:172kPa. Obłożenia zgodne z normą EN 13795 „każdy zestaw posiada informację o dacie ważności, nr REF i nr serii w postaci czterech naklejek do umieszczenia na karcie pacjenta. Obłożenie posiada I klasę palności?”

ODPOWIEDŹ

Zamawiający dopuszcza.

PYTANIE NR 147: dotyczy części nr 12,18,20

„Czy Zamawiający dopuści jednorazowy jałowy fartuch chirurgiczny wzmocniony pełnobarierowy zgodny z EN 13795-1:2019 lub równoważną z celulozy typu Spunlace gramatura materiału bazowego 68g/m². Gramatura wzmocnienia części przedniej i na rękawach 40g/m². Fartuch zapinany u góry za pomocą rzepa rękaw zakończony elastycznym mankietem z dzianiny poliestrowej o długości 8cm. Tylne części fartucha zachodzące na siebie. Umieszczenie troków w specjalnej tekturowej prowadnicy oznaczonej dwoma kolorami umożliwia zawiązanie ich zgodnie z procedurami postępowania aseptycznego i zapewnia pełną sterylność tylnej części fartucha. Odporność na przesiąkanie płynów w strefie wzmocnionej 298,9cm H₂O (wg EN ISO 811 lub równoważnej). Wytrzymałość na wypychanie - na sucho w strefie wzmocnionej 268,9kPa (wg EN ISO 13938 lub równoważnej). Wytrzymałość na wypychanie - na mokro w strefie wzmocnionej 292kPa (wg EN ISO 13938 lub równoważnej).”

ODPOWIEDŹ

Zamawiający dopuszcza.

PYTANIE NR 148: dotyczy części nr 14

„Czy Zamawiający dopuści serwetę na stolik narzędziowy o wymiarach 150x190cm?”

ODPOWIEDŹ

Zamawiający nie dopuszcza.

PYTANIE NR 149: dotyczy części nr 14

„Czy Zamawiający dopuści serwetę o wymiarach 180x180cm w miejsce 200x175cm?”

ODPOWIEDŹ

Zamawiający nie dopuszcza.

PYTANIE NR 150: dotyczy części nr 14

„Czy Zamawiający dopuści serwetę o wymiarach 75x75cm w miejsce 75x90cm?”

ODPOWIEDŹ

Zamawiający nie dopuszcza.

PYTANIE NR 151: dotyczy części nr 14

„Czy Zamawiający dopuści ręczniki wykonane z włókniny typu Spunlace?”

ODPOWIEDŹ

Zamawiający dopuszcza.

PYTANIE NR 152: dotyczy części nr 15

„Czy Zamawiający dopuści rozmiary: M-120cm, L-130cm, XL-150cm, XXL-170cm?”

ODPOWIEDŹ

Zamawiający nie dopuszcza.

PYTANIE NR 153: dotyczy części nr 15

„Czy Zamawiający dopuści fartuch bez dodatkowego wzmocnienia taśmą?”

ODPOWIEDŹ

Zamawiający nie dopuszcza.

PYTANIE NR 154: dotyczy części nr 18

„Czy Zamawiający dopuści zestaw o poniższym składzie, który jest zbliżony do opisanego SWZ?

- 1 x Serweta do izolacji pionowej 340cm x 240cm foliowa przeźroczysta, przylepy otwór z folią 30cm x 80cm, torba 55cm x 10cm, 2 torby 2-komorowe
- 2x Serwetka chłonna 30cm x 30cm
- 1x Serweta na stolik Mayo 80cm x 145cm wzmocniona, złożona w sposób umożliwiający aseptyczną aplikację; wzmocnienie 60 cm x 145 cm, gramatura wzmocnienia 87g/m², W strefie wzmocnionej: przenikanie cieczy 188cm H₂O, rozrywania na sucho 108kPa, na mokro 95kPa
- 1x Serweta na stolik do instrumentarium 150cm x 260cm, wzmocnienie 65 cm x 260 cm, W strefie wzmocnionej: przenikanie cieczy 188cm H₂O, rozrywania na sucho 108kPa, na mokro 95kPa. W strefie wzmocnionej gramatura 77g/m².
- 1x Fartuch chirurgiczny COMFORT PLUS rozm. L ze wstawkami nieprzemakalnymi, rozmiar 130cm z materiału Spunlace
- 1x Fartuch chirurgiczny COMFORT PLUS rozm. XXL ze wstawkami nieprzemakalnymi, rozmiar 170cm z materiału Spunlace
- 60x Kompres z gazy 17N 12W 10cm x 10cm z nitką RTG
- 1x Ostrze chirurgiczne nr 10
- 1x Ostrze chirurgiczne nr 23
- 2x Serweta chirurgiczna górna 150cm x 240cm 2-warstwowa wzmocniona (25cm x 60cm), z przylepcem na dłuższym boku, 2 organizery przewodów
- 1x Pojemnik okrągły poj. 250ml, niebieski, z podziałką
- 4x Tupfer z gazy z nitką RTG, 17N 20cm x 20cm
- 1x Strzykawka 3-częściowa 100ml do płukania ran
- 2x Pokrowiec na uchwyt do lamp operacyjnych, foliowy, w rozmiarze 12 cm x 21cm z bardzo mocnym zaciskiem”

ODPOWIEDŹ

Zamawiający dopuszcza.

PYTANIE NR 155: dotyczy części nr 19

„Czy Zamawiający dopuści materiał obłożenia spełniający wymogi normy typu EN 13795 (1-3) .Serwety operacyjne min. dwuwarstwowe wykonane z włókniny polipropylenowej i folii polietylenowej o gramaturze materiału podstawowego 58g/m². W części wzmocnionej, w polu krytycznym, dodatkowe łaty chłonne polipropylenowe, łączna gramatura w miejscu wzmocnień 138g/m². Odporność na penetrację płynów 192cm H₂O. Chłonność laminatu wraz ze wzmocnieniem ponad 900% . Odporność na rozdarcie/ rozerwanie na mokro 272kPa. Produkt bezpiecznie pakowany: zawartość zestawu owinięta w serwetę na stół narzędziowy i umieszczona w worku polietylenowym z „klapką”, wewnątrz sterylne margines zabezpieczający zestaw przed przypadkowym rozjałowieniem podczas wyciągania. Na opakowaniu zewnętrznym naklejona etykieta główna ze składem oraz 4 etykiety transferowe do dokumentacji zawierające nr REF, nr LOT, datę ważności i nazwę producenta. Z terminem ważności 24 miesiące?”

ODPOWIEDŹ

Zamawiający dopuszcza.

PYTANIE NR 156: dotyczy części nr 19

„Czy Zamawiający dopuści zestaw o poniższym składzie, który jest zbliżony do opisanego SWZ?

- 1x Serweta ortopedyczna 230cm x 260cm 2-warstwowa wzmocniona materiałem SM, przylepne wycięcie "U" 20cm x 100cm, organizery przewodów
- 2x Serweta chirurgiczna górna 150cm x 240cm 2-warstwowa wzmocniona z materiału SM w polu operacyjnym(25cm x 60cm), z przylepcem, 2 organizery przewodów
- 1x Serweta chirurgiczna 150cm x 240cm 2-warstwowa
- 3x Taśma chirurgiczna 10cm x 50cm włókninowa, przylepna
- 1x Osłona na kończynę 35cm x 120cm 2-warstwowa
- 2x Serweta na stolik Mayo 80cm x 145cm wzmocniona, złożona w sposób umożliwiający aseptyczną aplikację w kształcie worka, dwuwarstwowy laminat serweta: folia PE + wzmocnienie w strefie krytycznej: włóknina PP wzmocnienie o wymiarach 75x90cm; gramatura całkowita serwety 150g/m²
- 1x Serweta chirurgiczna 170cm x 300cm 2-warstwowa stanowiąca owinięcie zestawu bez wzmocnienia o gramaturze 56g/m², przenikanie cieczy 155cm H₂O, rozrywania na sucho 156kPa, na mokro 166kPa.(owinięcie zestawu)

- 4x Serwetka chłonna 30cm x 30cm
- 1x Fartuch chirurgiczny COMFORT PLUS roz. L ze wstawkami nieprzemakalnymi, w całości z włókniny bawełnopodobnej (celulozowo – poliestrowej, jednowarstwowej) 68 g/m², od wewnątrz wzmocnione laminatem 2-warstwowym na przodzie i na rękawach o gram. 40g/m², odporność na przenikanie cieczy w części wzmocnionej fartucha 298,9cm H₂O, odporność na wypychanie na sucho w części wzmocnionej 268,9kPa, rozmiar 130cm
- 1x Fartuch chirurgiczny COMFORT PLUS roz. XL ze wstawkami nieprzemakalnymi, w całości z włókniny bawełnopodobnej (celulozowo – poliestrowej, jednowarstwowej) 68 g/m², od wewnątrz wzmocnione laminatem 2-warstwowym na przodzie i na rękawach o gram. 40g/m², odporność na przenikanie cieczy w części wzmocnionej fartucha 298,9cm H₂O, odporność na wypychanie na sucho w części wzmocnionej 268,9kPa, rozmiar 150cm
- 2x Fartuch chirurgiczny COMFORT PLUS roz. XXL ze wstawkami nieprzemakalnymi, w całości z włókniny bawełnopodobnej (celulozowo – poliestrowej, jednowarstwowej) 68 g/m², od wewnątrz wzmocnione laminatem 2-warstwowym na przodzie i na rękawach o gram. 40g/m², odporność na przenikanie cieczy w części wzmocnionej fartucha 298,9cm H₂O, odporność na wypychanie na sucho w części wzmocnionej 268,9kPa, rozmiar 170cm
- 1x Torebka na płyny 30cm x 50cm lub na narzędzia chirurgiczne, dwukomorowa (2 x 15cm x 50cm), przylepna
- 60x Kompres z gazy 17N 12W 10cm x 20cm z nitką RTG, banderolowane a'10
- 5x Tupfer z gazy z nitką RTG, 17N 30cm x 30cm
- 1x Pojemnik okrągły poj. 250ml, przezroczysty, z podziałką
- 1x Dren do odsysania pola operacyjnego (dł. 300cm, CH24, lejek-lejek)
- 1x Końcówka ortopedyczna Paco-Flow do odsysania pola operacyjnego CH25 dł. 23cm
- 1x Ostrze chirurgiczne nr 23
- 2x Ostrze chirurgiczne nr 10
- 1x Podkładka czyszcząca do elektrochirurgii 50mm x 50mm
- 1x Uchwyt z elektrodą nożową, dł. kabla 3,2m, złącze ERBE (doklejony do zestawu)
- 1x Strzykawka 3-częściowa 100ml
- 1x Dren Redona CH16 dł. 700mm
- 1x Uchwyt do przewodów i drenów 11cm x 11cm z trokami
- 2x Pokrowiec na uchwyt do lamp operacyjnych, foliowy, w rozmiarze 12 cm x 21cm z bardzo mocnym zaciskiem
- 2x Serweta chirurgiczna 50cm x 60cm 2-warstwowa PP+PE"

ODPOWIEDŹ

Zamawiający dopuszcza.

PYTANIE NR 157: dotyczy części nr 20

„Czy Zamawiający dopuści zestaw o poniższym składzie, który jest zbliżony do opisanego SWZ?

- 1x Serweta do artroskopii 230cm x 320cm 2-warstwowa, samouszczelniający się otwór o śr. 7cm, torba do zbiórki płynów 60cm x 100cm
- 3x Taśma chirurgiczna 10cm x 50cm włókninowa, przylepna
- 1x Osłona na kończynę 35cm x 120cm 2-warstwowa
- 1x Ostrze chirurgiczne nr 11
- 1x Pojemnik okrągły poj. 250ml, przezroczysty, z podziałką
- 1x Igła iniekcyjna (0,8 x 40 / 21G x 1½"), ciemnozielona
- 1x Osłona na przewody 14cm x 250cm
- 1x Dren Redona CH14 dł. 700mm
- 1x Butelka Redona poj. 400ml
- 1x Opaska elastyczna z zapinką 12cm x 4m, podtrzymująca, tkana, biała
- 60x Kompres z gazy 17N 12W 10cm x 10cm z nitką RTG
- 1x Serweta chirurgiczna górna 150cm x 240cm 2-warstwowa wzmocniona (25cm x 60cm), z przylepcem na dłuższym boku, 2 organizery przewodów
- 1x Serweta na stół Mayo 80cm x 145cm złożona w sposób umożliwiający aseptyczną aplikację wzmocnienie 60 cm x 145 cm, gramatura wzmocnienia 87g/m², w strefie wzmocnionej, przenikanie cieczy 188cm H₂O, rozrywania na sucho 108kPa, na mokro 95kPa
- 1x Fartuch chirurgiczny COMFORT PLUS roz. L ze wstawkami nieprzemakalnymi, z materiału Spunlace rozmiar 130cm
- 1x Fartuch chirurgiczny COMFORT PLUS roz. XXL ze wstawkami nieprzemakalnymi z materiału Spunlace rozmiar 170cm

- 1x Serweta na stolik do instrumentarium 150cm x 260cm, wzmocnienie 65 cm x 260 cm, W strefie wzmocnionej: przenikanie cieczy 188cm H₂O, rozrywania na sucho 108kPa, na mokro 95kPa. W strefie wzmocnionej gramatura 77g/m².
- 4x Tupfer z gazy z nitką RTG, 17N 20cm x 20cm
- 2x Pokrowiec na uchwyt do lamp operacyjnych, foliowy, w rozmiarze 12 cm x 21cm z bardzo mocnym zaciskiem"

ODPOWIEDŹ

Zamawiający dopuszcza.

PYTANIE NR 158: dotyczy części nr 23

„Czy Zamawiający dopuści zestaw o poniższym składzie zapakowany w rękaw papierowo foliowy?

- 1x Pojemnik okrągły poj. 250ml, przezroczysty, z podziałką
- 1x Kubek-dzbanek poj. 500ml, przezroczysty, z podziałką
- 1x Serweta chirurgiczna 75cm x 75cm 2-warstwowa wykonana z włókniny polipropylenowej i folii polietylenowej o minimalnej gramaturze materiału podstawowego, bez wzmocnienia 60g/m² (owinięcie zestawu)"

ODPOWIEDŹ

Zamawiający nie dopuszcza.

PYTANIE NR 159: dotyczy części nr 23

„Czy Zamawiający dopuści zestawy pakowane w opakowanie transportowe zewnętrzny karton zaklejany taśmą klejącą?"

ODPOWIEDŹ

Zamawiający dopuszcza.

PYTANIE NR 160: dotyczy części nr 24 poz. 1

„Czy Zamawiający dopuści serwety o wymiarach 150x180cm?"

ODPOWIEDŹ

Zamawiający nie dopuszcza.

PYTANIE NR 161: dotyczy części nr 24 poz. 1

„Czy Zamawiający dopuści serwety o wymiarach 170x300cm?"

ODPOWIEDŹ

Zamawiający nie dopuszcza.

PYTANIE NR 162: dotyczy części nr 24 poz. 2

„Czy Zamawiający dopuści serwety o wymiarach 90x120m?"

ODPOWIEDŹ

Zamawiający dopuszcza.

PYTANIE NR 163: dotyczy części nr 24 poz. 1-7

„Czy Zamawiający dopuści serwety o odporności na przenikanie cieczy 196cm H₂O?"

ODPOWIEDŹ

Zamawiający dopuszcza.

PYTANIE NR 164: dotyczy części nr 24 poz. 1-7

„Czy Zamawiający dopuści serwety o odporności na rozerwanie na sucho/mokro 109,0/99,4 kPa?"

ODPOWIEDŹ

Zamawiający nie dopuszcza.

PYTANIE NR 165: dotyczy części nr 24 poz. 3

„Czy Zamawiający dopuści serwety wzmocnione na całej powierzchni o gramaturze 75g/m²?"

ODPOWIEDŹ

Zamawiający dopuszcza.

PYTANIE NR 166: dotyczy części nr 24 poz. 4

„Czy Zamawiający dopuści serwety o wymiarach 90x120m?"

ODPOWIEDŹ

Zamawiający nie dopuszcza.

PYTANIE NR 167: dotyczy części nr 26 poz. 1

„Czy Zamawiający dopuści zestaw o poniższym składzie, który jest zbliżony do opisanego SWZ?

- 1x Serweta na stolik do instrumentarium 150cm x 190cm, 2 warstwowa (owinięcie zestawu)
- 2x Serweta chirurgiczna 90cm x 120cm 2-warstwowa, z przylepcem
- 1x Serweta chirurgiczna 120cm x 170cm SMS wzmocniona z decentralnym otworem przylepnym o śr. 12cm
- 1x Serweta na stolik Mayo 80cm x 145cm wzmocniona, czerwona, złożona teleskopowo
- 2x Fartuch chirurgiczny STANDARD rozm. XL, rozmiar 150cm
- 1x Pojemnik okrągły poj. 250ml, niebieski, z podziałką, średnica denka 7 cm, wysokość 5,4cm
- 1x Serwetka celulozowa 30cm x 30cm
- 1x Taśma chirurgiczna typu rzep 2cm x 22cm, samoprzylepna
- 1x Dren do odsysania pola operacyjnego (dł. 300cm, CH24, lejek-lejek)
- 2x Osłona na przewody 14cm x 250cm, składana
- 1x Torebka na płyny 30cm x 50cm lub na narzędzia chirurgiczne, dwukomorowa (2 x 15cm x 50cm)
- 5x Kompres z gazy 17N 12W 7,5cm x 7,5cm z nitką RTG”

ODPOWIEDŹ

Zamawiający nie dopuszcza.

PYTANIE NR 168: dotyczy części nr 26 poz. 2

„Czy Zamawiający dopuści zestaw o poniższym składzie, który jest zbliżony do opisanego SWZ?

- 1x Serweta na stolik do instrumentarium 150cm x 190cm, 2 warstwowa (owinięcie zestawu)
- 1x Serweta chirurgiczna 120cm x 170cm SMS wzmocniona z decentralnym otworem przylepnym o śr. 12cm
- 2x Serweta chirurgiczna 90cm x 120cm 2-warstwowa, z przylepcem
- 2x Serweta na stolik Mayo 80cm x 145cm wzmocniona, czerwona, składana teleskopowo
- 1x Fartuch chirurgiczny STANDARD rozm. L, rozmiar 130cm
- 1x Fartuch chirurgiczny STANDARD rozm. XL, rozmiar 150cm
- 1x Pojemnik okrągły poj. 250ml, niebieski, z podziałką, średnica denka 7 cm, wysokość 5,4cm
- 2x Osłona na przewody 14cm x 250cm, składana
- 2x Dren do odsysania pola operacyjnego (dł. 300cm, CH24, lejek-lejek)
- 1x Serwetka celulozowa 30cm x 30cm
- 1x Taśma chirurgiczna typu rzep 2cm x 22cm, samoprzylepna
- 1x Torebka na płyny 30cm x 50cm lub na narzędzia chirurgiczne, dwukomorowa (2 x 15cm x 50cm)
- 5x Kompres z gazy 17N 12W 7,5cm x 7,5cm z nitką RTG”

ODPOWIEDŹ

Zamawiający nie dopuszcza.

PYTANIE NR 169: dotyczy części nr 27

„Czy Zamawiający dopuści zestaw o poniższym składzie, który jest zbliżony do opisanego SWZ?

- 1x Serweta chirurgiczna 170cm x 300cm 2-warstwowa stanowiąca owinięcie zestawu bez wzmocnienia o gramaturze 56g/m², przenikanie cieczy 155cm H₂O, rozrywania na sucho 156kPa, na mokro 166kPa. (owinięcie zestawu)
- 1x Fartuch chirurgiczny COMFORT PLUS rozm. L ze wstawkami nieprzemakalnymi, (mieszanka poliesterceluloza) wzmocniony, w kolorze niebieskim o gramaturze 68 g/m² i właściwościach hydrofobowych. Posiada nieprzemakalne wzmocnienia w części przedniej i na rękawach, wykonane z laminatu dwuwarstwowego (PP+PE) o gramaturze 40 g/m². Bez dodatkowej taśmy wbudowanej na rękawach. Fartuch przeznaczony do operacji generujących dużą ilość płynów. Fartuch z zakładanymi połami, złożony w sposób zapewniający aseptyczną aplikację i zachowujący sterylność obszaru na plecach, złożenie typu book folded. Wiązany na troki wewnętrzne oraz troki zewnętrzne z kartonikiem w tym dwa troki mocowane pośrodku materiału bazowego, która nie są zabezpieczone taśmą z folii polietylenowej, w okolicach szyi zapięcie na rzep, lewy rzep: 3cm x 13cm, prawy rzep: 3cm x 7cm, mankiety rękawów o długości 8 cm, wykonane z poliestru. Spełnia wymagania wysokie normy PN-EN 13795: 2019 lub równoważnej. Rozmiar fartucha w postaci pieczętki, pozwalającej na identyfikację przed rozłożeniem na dwa sposoby, w postaci kolorowej lamówki oraz literowo Nie zawiera lateksu i kałafonii. Rozmiar 130 cm
- 1x Serweta na stolik Mayo 80 x 145 cm złożona w sposób umożliwiający aseptyczną aplikację, wykonana z czerwonej folii, niebieskiego wzmocnienia włókninowego. Obszar wzmocniony wykonany z włókniny polipropylenowej. Gramatura materiału w obszarze wzmocnionym 87g/m². Wielkość wzmocnienia 60 x 145 cm. Odporność na przenikanie cieczy 188cm H₂O
- 1x Chwytnik plastikowy okienkowy (Korcang) 24cm niebieski
- 1x Pojemnik okrągły poj. 250ml, niebieski, z podziałką
- 4x Tupfer z gazy z nitką RTG, 17N 30cm x 40cm

- 1x Ostrze chirurgiczne nr 15
- 1x Ostrze chirurgiczne nr 23
- 2x Torebka na płyny 38cm x 40cm lub na narzędzia chirurgiczne, jednokomorowa, przylepna
- 1x Uchwyt z elektrodą nożową, dł. kabla 3,2m, złącze ERBE (doklejony do zestawu)
- 1x Podkładka czyszcząca do elektrochirurgii 50mm x 50mm
- 1x Dren do odsysania pola operacyjnego (dł. 300cm, CH24, lejek-lejek)
- 1x Końcówka do odsysania pola operacyjnego, z kontrolą siły ssania (Yankauer, CH21, 4 otwory boczne)
- 1x Końcówka do odsysania pola operacyjnego mikrochirurgiczna metalowa, CH12, dł. 160mm
- 1x Uchwyt do przewodów i drenów 11cm x 11cm z trokami, 2 trokami z włókniyny spunlace o długości 30cm (umożliwiającymi przewiązanie kilku przewodów równocześnie) przymocowanymi do foliowej taśmy samoprzylepnej
- 1x Strzykawka 2-częściowa 20ml Luer (zielony tłok)
- 1x Osłona na aparaturę medyczną 80cm x 150cm w kształcie walca
- 1x Osłona na aparaturę medyczną 90cm x 100cm w kształcie walca
- 40x Kompres z gazy 17N 12W 10cm x 10cm z nitką RTG, zbindowane banderolą papierową po 10szt
- 1x Serweta chirurgiczna górna 150cm x 240cm 2-warstwowa wzmocniona (25cm x 60cm), z przylepcem jednoczęściowym, 2 organizery przewodów
- 1x Serweta chirurgiczna dolna 180cm x 180cm 2-warstwowa wzmocniona (25cm x 60cm), z przylepcem, 2 organizery przewodów
- 2x Serweta chirurgiczna boczna 75cm x 90cm 2-warstwowa wzmocniona (25cm x 60cm), z przylepcem, 2 organizery przewodów
- 2x Pokrowiec na uchwyt do lamp operacyjnych, foliowy, w rozmiarze 12 cm x 21cm z bardzo mocnym zaciskiem
- 1x Licznik igieł na 20 szt., magnes i pianka, usuwacz ostrzy, czerwony
- 1x Serweta chirurgiczna 170cm x 300cm 2-warstwowa wzmocniona (25cm x 75cm), z 3-częściowym przylepcem (3szt. x 5cm x 25cm) na krótszym boku"

ODPOWIEDŹ

Zamawiający nie dopuszcza.

PYTANIE NR 170: dotyczy części nr 27

„Czy Zamawiający dopuści obłożenie pacjenta wykonane z laminatu dwuwarstwowego: włóknina polipropylenowa i folia polietylenowa. Gramatura laminatu podstawowego 60g/m² Wokół pola operacyjnego, na każdej z serwet operacyjnych wzmocnienie o wymiarach 25x60cm Całkowita gramatura laminatu podstawowego i wzmocnienia 140g/m². Odporność na penetrację płynów w części wzmocnionej (zgodnie z EN 20811 lub równoważną) 197cm H₂O oraz odporność na rozzerwanie na sucho 185kPa i na mokro 172kPa Materiał obłożenia spełnia wymagania wysokie normy PN EN 13795:2019 lub równoważnej. Opakowanie jednostkowe zestawu z wyraźnie zaznaczonym kierunkiem otwierania. Serwety posiadają oznaczenia kierunku rozkładania w postaci piktogramów. Na opakowaniu 4 etykiety samoprzylepne, zawierające: nazwę zestawu, REF, nr serii LOT i datę ważności, 4 samoprzylepne etykiety z kodem EAN z nr katalogowym, datą ważności i numerem serii, służące do archiwizacji danych, bez kodu QR?”

ODPOWIEDŹ

Zamawiający dopuszcza.

PYTANIE NR 171: dotyczy części nr 30

„Czy Zamawiający dopuści worek do zbiórki płynów o wymiarach 50x50cm?”

ODPOWIEDŹ

Zamawiający nie dopuszcza.

PYTANIE NR 172: dotyczy części nr 31 poz. 1-4

„Czy Zamawiający dopuści kieszeń wykonaną z przezroczystej folii polietylenowej o gramaturze 0.065 mm?”

ODPOWIEDŹ

Zamawiający nie dopuszcza.

PYTANIE NR 173: dotyczy części nr 31 poz. 1,2

„Czy Zamawiający dopuści kieszeń o wymiarach 30x40cm?”

ODPOWIEDŹ

Zamawiający nie dopuszcza.

PYTANIE NR 174: dotyczy części nr 31 poz. 3,4

„Czy Zamawiający dopuści kieszeń o wymiarach 50x60cm?”

ODPOWIEDŹ
Zamawiający nie dopuszcza.

PYTANIE NR 175: dotyczy części nr 32 poz. 1
„Czy Zamawiający dopuści taśmę z marginesem otwarcia 1cm?”

ODPOWIEDŹ
Zamawiający nie dopuszcza.

PYTANIE NR 176: dotyczy części nr 32 poz. 2
„Czy Zamawiający dopuści uchwyt typu rzep o wymiarach 2x22cm?”

ODPOWIEDŹ
Zamawiający dopuszcza.

PYTANIE NR 177: dotyczy części nr 33
„Czy Zamawiający dopuści fartuch wykonany z włókniny typu SMMS?”

ODPOWIEDŹ
Zamawiający nie dopuszcza.

PYTANIE NR 178: dotyczy części nr 33
„Czy Zamawiający dopuści fartuch z zapięciem w okolicy karku na rzep o długości 12,5 - 13 cm na jednej części fartucha i 6,5 - 7,5 cm na drugiej części fartucha?”

ODPOWIEDŹ
Zamawiający dopuszcza.

PYTANIE NR 179: dotyczy części nr 33
„Czy Zamawiający dopuści fartuch o odporności na przenikanie płynów 113,5cm H₂O?”

ODPOWIEDŹ
Zamawiający nie dopuszcza.

PYTANIE NR 180: dotyczy części nr 33
„Czy Zamawiający dopuści rozmiary: M-120cm, L-130cm, XL-150cm, XXL-170cm?”

ODPOWIEDŹ
Zamawiający dopuszcza.

PYTANIE NR 181: dotyczy części nr 37 poz. 1
„Czy Zamawiający dopuści osłonę o wymiarach 30x80cm?”

ODPOWIEDŹ
Zamawiający nie dopuszcza.

PYTANIE NR 182: dotyczy części nr 37 poz. 2
„Czy Zamawiający dopuści osłonę o wymiarach 70x120cm z osobną dopakowaną taśmą lepną?”

ODPOWIEDŹ
Zamawiający dopuszcza.

PYTANIE NR 183: dotyczy części nr 38 poz. 1,2
„Czy Zamawiający dopuści opakowanie handlowe w formie boxiku z wygodnym otwieraniem?”

ODPOWIEDŹ
Zamawiający dopuszcza.

PYTANIE NR 184: dotyczy części nr 40
„Czy Zamawiający dopuści chustę wykonaną z włókniny polipropylenowej o gramaturze 36g/m² i rozmiarze 96x96x136cm?”

ODPOWIEDŹ
Zamawiający nie dopuszcza.

PYTANIE NR 185: dotyczy części nr 40
„Czy Zamawiający dopuści chustę przesywaną overlockiem?”

ODPOWIEDŹ
Zamawiający dopuszcza.

PYTANIE NR 186: dotyczy części nr 41

„Czy Zamawiający dopuści ubranie wykonane z włókniny typu SMS o gramaturze 35g/m2?”

ODPOWIEDŹ

Zamawiający nie dopuszcza.

PYTANIE NR 187: dotyczy części nr 42

„Czy Zamawiający dopuści fartuch w kolorze zielonym?”

ODPOWIEDŹ

Zamawiający dopuszcza.

PYTANIE NR 188: dotyczy części nr 42

„Czy Zamawiający dopuści fartuch o długości 120cm, o szerokości 140cm i długości troków 170cm?”

ODPOWIEDŹ

Zamawiający nie dopuszcza.

PYTANIE NR 189: dotyczy części nr 38

„Czy Zamawiający dopuszcza podwójny system bariery sterylnej z odklejanymi etykietami kontrolnymi typu TAG na każdym poziomie opakowania, umożliwiającymi identyfikację wyrobu, kontrolę zliczania oraz sprawne przeniesienie danych do dokumentacji medycznej?”

ODPOWIEDŹ

Zamawiający dopuszcza.

PYTANIE NR 190: dotyczy części nr 4 poz. 1

„Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie osłony na przewody 18x244 cm z taśmą mocującą odporną na przemakanie, wykonany z mocnej przezroczystej folii polietylenowej o grubości 35 µm (0,035 mm), złożony teleskopowo, bez kartonika na końcu. Opakowanie zbiorcze 2x dyspenser kartonowy oraz karton transportowy. Wyrób medyczny zgodny z normą PN EN 13795.”

ODPOWIEDŹ

Zamawiający nie wyraża zgody.

PYTANIE NR 191: dotyczy części nr 4 poz. 2

„Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie osłony na przewody zakończonym pierścieniem pozwalającym na wymianę optyki w trakcie zabiegu. Osłona o wym. 18x244 cm (+/- 1 cm) o grubości folii PE 35 µm (0,035 mm). Opakowanie zbiorcze 2x dyspenser kartonowy oraz karton transportowy. Wyrób medyczny zgodny z normą PN EN 13795.”

ODPOWIEDŹ

Zamawiający nie wyraża zgody.

PYTANIE NR 192: dotyczy części nr 11

„Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu do chirurgii o następującym składzie i parametrach:
1 x serweta na stół instrumentariuszki w rozmiarze 180x300cm wykonana z laminatu 2-warstwowego PP/PE na całej powierzchni. Warstwy laminatu połączone przy użyciu kleju topliwego. Serweta stanowi owinięcie zestawu
2 x ręcznik celulozowy min. 30 x 40 cm

1 x fartuch chirurgiczny z miękkiej włókniny typu Spunlace (mieszanka poliestru-celuloza) wzmocniony, kolor niebieski, o gramaturze 68 g/m2 i właściwościach hydrofobowych.

Posiada nieprzemakalne wzmocnienia w części przedniej i na rękawach, wykonane z laminatu dwuwarstwowego (PP+PE) o gramaturze 38 g/m2. Dodatkowo w rękawach wbudowana taśma zabezpieczająca łączenie materiału wzmocnienia. Fartuch przeznaczony do operacji generujących dużą ilość płynów. Fartuch z zakładanymi połami, złożony w sposób zapewniający aseptyczną aplikację i zachowujący sterylność obszaru na plecach, złożenie typu book folded. Wiązany na troki wewnętrzne oraz troki zewnętrzne z kartonikiem - w tym dwa troki mocowane pośrodku materiału bazowego zabezpieczone dodatkowym wzmocnieniem; z tyłu, w okolicach szyi, zapięcie na rzep 3 cm x 5 cm i 3 cm x 9,5 cm, mankiety rękawów o długości 7,5 cm (+/- 1,5 cm), wykonane z poliestru z certyfikatem antyalergicznego OEKO-TEX® Standard 100. Spełnia wymagania wysokie normy PN-EN 13795: 2019 lub równoważnej. Rozmiar fartucha w postaci nadruku literowego pozwalający na identyfikację przed rozłożeniem. Nie zawiera lateksu i kalafonii. Rozmiar L- 130 cm (+/- 2 cm). Fartuch posiada powłokę z polimeru nadającego mu repelentności wobec alkoholi (poziom 9 wg WSP 80.8), a także fartuch posiada I klasę palności wg CFR 1610. Odporność na przenikanie cieczy w strefie krytycznej powyżej 170 cm H2O.

1 x serweta na stolik Mayo 80 x 145 cm (+/- 1 cm), złożona w sposób umożliwiający aseptyczną aplikację, wykonana z niebieskiej folii polietylenowej. Obszar wzmocniony wykonany z włókniny polipropylenowej. Gramatura materiału w obszarze wzmocnionym powyżej 85 g/m². Wielkość wzmocnienia 64 x 145 cm (+/- 1 cm).

Odporność na przenikanie cieczy powyżej 370 cm H₂O

2 x fartuch chirurgiczny z miękkiej włókniny typu Spunlace (mieszanka poliestru-celuloza) wzmocniony, kolor niebieski, o gramaturze 68 g/m² i właściwościach hydrofobowych.

Posiada nieprzemakalne wzmocnienia w części przedniej i na rękawach, wykonane z laminatu dwuwarstwowego (PP+PE) o gramaturze 38 g/m². Dodatkowo w rękawach wbudowana taśma zabezpieczająca łączenie materiałów, wzmocnienia. Fartuch przeznaczony do operacji generujących dużą ilość płynów. Fartuch z zakładanymi połami, złożony w sposób zapewniający aseptyczną aplikację i zachowujący sterylność obszaru na plecach, złożenie typu book folded. Wiązany na troki wewnętrzne oraz troki zewnętrzne z kartonikiem - w tym dwa troki mocowane pośrodku materiału bazowego zabezpieczone dodatkowym wzmocnieniem; z tyłu, w okolicach szyi, zapinanie na rzep 3 cm x 5 cm i 3 cm x 9,5 cm, mankiety rękawów o długości 7,5 cm (+/- 1,5 cm), wykonane z poliestru z certyfikatem antyalergicznego OEKO-TEX® Standard 100. Spełnia wymagania wysokie normy PN-EN 13795: 2019 lub równoważnej. Rozmiar fartucha w postaci nadruku literowego pozwalający na identyfikację przed rozłożeniem. Nie zawiera lateksu i kalafonii. Rozmiar XXL- 152 cm (+/- 2 cm). Fartuch posiada powłokę z polimeru nadającego mu repelentności wobec alkoholu (poziom 9 wg WSP 80.8), a także fartuch posiada I klasę palności wg CFR 1610. Odporność na przenikanie cieczy w strefie krytycznej powyżej 170 cm H₂O.

1 x miska z podziałką, niebieska 250 ml

1 x kleszczyki plastikowe proste do mycia pola operacyjnego 19 cm

4 x tupfer miękki typu kula z nitką RTG, rozmiar gazy 20-nitkowej przed zwinieniem 40 x 50 cm (+/- 1 cm)

1 x ostrze chirurgiczne nr 23

1 x czyścik do koagulacji 5 cm x 5 cm

1 x kieszeń samoprzylepna, jednokomorowa 35 x 40 cm (+/- 1 cm)

20 x kompres gazowy 17x12w, 10 cm x 10 cm, z nitką RTG, konfekcjonowany banderolą gumową a'10 szt

2 x samoprzylepna serweta operacyjna 3-warstwowa 75 cm x 90 cm zbudowane z laminatu trzywarstwowego: włóknina polipropylenowa, folia polietylenowa i włóknina wiskozowa, połączone równomiernie za pomocą kleju topliwego. Gramatura laminatu 79 g/m² (+/-0,5g/m²). Odporność na penetrację płynów (zgodnie z EN 20811) powyżej 245 cm H₂O oraz odporność na rozerwanie na sucho min 100 kPa i na mokro min. 74 kPa

1 x samoprzylepna serweta operacyjna 3-warstwowa min. 175 cm x 175 cm z paskiem samoprzylepnym min. 75 cm x 5 cm zbudowana z laminatu trzywarstwowego: włóknina polipropylenowa, folia polietylenowa i włóknina wiskozowa, połączone równomiernie za pomocą kleju topliwego. Gramatura laminatu 79 g/m² (+/-0,5g/m²). Odporność na penetrację płynów (zgodnie z EN 20811) powyżej 245 cm H₂O oraz odporność na rozerwanie na sucho min 100 kPa i na mokro min. 74 kPa

1 x samoprzylepna serweta operacyjna 2-warstwowa wzmocniona 150 cm x 240 cm, serweta posiada pasek samoprzylepny o szerokości 5cm zabezpieczony jednocześnie papierem silikonowanym. Serweta zbudowana z laminatu dwuwarstwowego: włóknina polipropylenowa i folia polietylenowa. Gramatura laminatu podstawowego 67,5 g/m². W obszarze krytycznym wzmocnienie o wymiarach 20x50cm. Całkowita gramatura laminatu podstawowego i wzmocnienia powyżej 160 g/ m². Odporność na penetrację płynów w części wzmocnionej (zgodnie z EN 20811): powyżej 540 cm H₂O oraz odporność na rozerwanie na sucho powyżej 280 kPa i na mokro powyżej 130 kPa.

Serwety posiadają oznaczenia kierunku rozkładania w postaci piktogramów. Serwety obłożenia pacjenta spełniają wymagania wysokie normy PN-EN 13795: 2019, posiadają I klasę palności.

Na opakowaniu jednostkowym 4 etykiety samoprzylepne, zawierające: nazwę zestawu, REF, nr serii LOT i datę ważności. Opakowanie jednostkowe worek polietylenowy z papierową opaską TYVEC, na brzegu po otwarciu znajduje się sterylność margines bez kleju o szer. min. 5 mm zabezpieczający przed przypadkowym rozjałowieniem zestawu podczas wyjmowania. Sterylizacja EO (bezwonna)."

ODPOWIEDŹ

Zamawiający nie wyraża zgody.

PYTANIE NR 193: dotyczy części nr 12

„Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu uniwersalnego ortopedycznego o następującym składzie i parametrach:

1 x serweta na stół instrumentariuszki w rozmiarze 180x300cm wykonana z laminatu 2-warstwowego PP/PE na całej powierzchni. Warstwy laminatu połączone przy użyciu kleju topliwego. Serweta stanowi owinięcie zestawu

2 x ręcznik celulozowy min. 30 x 40 cm

1 x fartuch chirurgiczny z miękkiej włókniny typu Spunlace (mieszanka poliestru-celuloza) wzmocniony, kolor niebieski, o gramaturze 68 g/m² i właściwościach hydrofobowych.

Posiada nieprzemakalne wzmocnienia w części przedniej i na rękawach, wykonane z laminatu dwuwarstwowego (PP+PE) o gramaturze 38 g/m². Dodatkowo w rękawach wbudowana taśma zabezpieczająca łączenie materiału wzmocnienia. Fartuch przeznaczony do operacji generujących dużą ilość płynów. Fartuch z zakładanymi połami, złożony w sposób zapewniający aseptyczną aplikację i zachowujący sterylny obszar na plecach, złożenie typu book folded. Wiązany na troki wewnętrzne oraz troki zewnętrzne z kartonikiem - w tym dwa troki mocowane pośrodku materiału bazowego zabezpieczone dodatkowym wzmocnieniem; z tyłu, w okolicach szyi, zapięcie na rzep 3 cm x 5 cm i 3 cm x 9,5 cm, mankiety rękawów o długości 7,5 cm (+/- 1,5 cm), wykonane z poliestru z certyfikatem antyalergicznego OEKO-TEX® Standard 100. Spełnia wymagania wysokie normy PN-EN 13795:2019. Rozmiar fartucha w postaci nadruku literowego pozwalający na identyfikację przed rozłożeniem. Nie zawiera lateksu i kalafonii. Rozmiar XXL- 152 cm (+/- 2 cm). Fartuch posiada powłokę z polimeru nadającego mu repelentności wobec alkoholu (poziom 9 wg WSP 80.8), a także I klasę palności wg CFR 1610. Odporność na przenikanie cieczy w strefie krytycznej powyżej 170 cm H₂O.

1 x fartuch chirurgiczny z miękkiej włókniny typu Spunlace (mieszanka poliestru-celuloza) wzmocniony, kolor niebieski, o gramaturze 68 g/m² i właściwościach hydrofobowych.

Posiada nieprzemakalne wzmocnienia w części przedniej i na rękawach, wykonane z laminatu dwuwarstwowego (PP+PE) o gramaturze 38 g/m². Dodatkowo w rękawach wbudowana taśma zabezpieczająca łączenie materiału wzmocnienia. Fartuch przeznaczony do operacji generujących dużą ilość płynów. Fartuch z zakładanymi połami, złożony w sposób zapewniający aseptyczną aplikację i zachowujący sterylny obszar na plecach, złożenie typu book folded. Wiązany na troki wewnętrzne oraz troki zewnętrzne z kartonikiem - w tym dwa troki mocowane pośrodku materiału bazowego zabezpieczone dodatkowym wzmocnieniem; z tyłu, w okolicach szyi, zapięcie na rzep 3 cm x 5 cm i 3 cm x 9,5 cm, mankiety rękawów o długości 7,5 cm (+/- 1,5 cm), wykonane z poliestru z certyfikatem antyalergicznego OEKO-TEX® Standard 100. Spełnia wymagania wysokie normy PN-EN 13795:2019. Rozmiar fartucha w postaci nadruku literowego pozwalający na identyfikację przed rozłożeniem. Nie zawiera lateksu i kalafonii. Rozmiar XL-XL- 165 cm (+/- 2 cm). Fartuch posiada powłokę z polimeru nadającego mu repelentności wobec alkoholu (poziom 9 wg WSP 80.8), a także I klasę palności wg CFR 1610. Odporność na przenikanie cieczy w strefie krytycznej powyżej 170 cm H₂O.

1 x serwetka na stolik Mayo 80 x 145 cm (+/- 1 cm), złożona w sposób umożliwiający aseptyczną aplikację, wykonana z niebieskiej folii polietylenowej. Obszar wzmocniony wykonany z włókniny polipropylenowej. Gramatura materiału w obszarze wzmocnionym 89 g/m². Wielkość wzmocnienia 64 x 145 cm (+/- 1 cm). Odporność na przenikanie cieczy powyżej 370 cm H₂O

2 x uchwyt typu rzep (velcro) 2 x 25 cm

1 x serwetka samoprzylepna wzmocniona 75 x 90 cm

1 x serwetka samoprzylepna wzmocniona 175 x 180 cm, pasek samoprzylepny o wym. 5 x 89 cm

2 x serwetka samoprzylepna wzmocniona 150 x 240 cm

1 x kleszczyki plastikowe do materiału opatrunkowego 24 cm

1 x miska z podziałką 250 ml

40 x kompres gazowy 17N, 12W, z nitką rtg, banderolowany papierową opaską a'10 szt

2 x kieszeń samoprzylepna dwukomorowa 35 x 40 cm

Materiał obłożenia serwetek głównych wykonany z dwuwarstwowego pełno barierowego laminatu (folia polietylenowa + hydrofilowa warstwa włókniny polipropylenowej) (zgodne z EN 13795-1:2019 dla wysokiej funkcjonalności w obszarach krytycznych) o gramaturze 67,5 g/m², warstwa wzmocnienia z laminatu trójwarstwowego polietylen/ 2 x wiskoza o gramaturze powyżej 94 g/m². W strefie wzmocnionej gramatura min. 160 g/m². W strefie wzmocnionej: odporność na przenikanie cieczy – min. 540 cm/H₂O; wytrzymałość na rozerwanie na sucho – min. 289 kPa; wytrzymałość na rozerwanie na mokro – min. 136 kPa; Chłonność – min. 440 ml/m².

Opakowanie jednostkowe worek polietylenowy z papierową opaską TYVEC, na brzegu po otwarciu znajduje się sterylny margines bez kleju o szer. min. 5 mm zabezpieczający przed przypadkowym rozjałowieniem zestawu podczas wyjmowania. Sterylizacja EO."

ODPOWIEDŹ

Zamawiający nie wyraża zgody.

PYTANIE NR 194: dotyczy części nr 14

„Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu pediatrycznego o następujących parametrach i składzie:

Materiał obłożenia spełniający wymogi normy PN EN 13 795-1:2019 każdy zestaw posiadający informacje o dacie ważności i nr serii w postaci naklejek do umieszczenia w karcie pacjenta. Materiał składający się z dwóch warstw (folia polietylenowa, włóknina polipropylenowa) o gramaturze materiału podstawowego, bez wzmocnienia 67,5 g/m² i odporności na penetrację płynów powyżej 240 cm H₂O. Warstwa przylepna w serwetkach samoprzylepnych 2,5 cm. Produkt bezpiecznie pakowany: zawartość zestawu owinięta w serwetkę narzędziową i umieszczona w

worku polietylenowym z papierową opaską TYVEC, na brzegu po otwarciu znajduje się sterylny margines bez kleju o szer. min. 5 mm zabezpieczający przed przypadkowym rozjałowieniem zestawu podczas wyjmowania. Sterylizacja EO (bezwonna). Zestawy do transportu pakowane wewnątrz w worek polietylenowy i zewnętrzny karton transportowy.

Skład zestawu:

- 1 serweta na stolik narzędziowy 150 x 190 cm (+/- 1 cm) (wzmocnienie 64 x 190 cm);
- 1 obłożenie stolika Mayo złożone w sposób umożliwiający aseptyczną aplikację 80 x 145 cm (wzmocnienie 64 x 145);
- 1 samoprzylepna serweta operacyjna 150 cm x 240 cm;
- 1 samoprzylepna serweta operacyjna 180 cm x 175 cm;
- 2 samoprzylepne serwety operacyjne 75 x 90 cm,
- 1 taśma samoprzylepna 10 x 50 cm;
- 2 ręczniczki celulozowe min. 40x30cm"

ODPOWIEDŹ

Zamawiający nie dopuszcza.

PYTANIE NR 195: dotyczy części nr 15

„Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie fartucha zgodnego ze wszystkimi wymaganiami SWZ, jednakże wzmocnionego na przodzie i na rękawach laminatem 2- warstwowym (polietylen/ polipropylen) o gramaturze 38 g/m2. Całkowita gramatura w obszarze wzmocnionym 106 g/m2. Wzmocnienie przodu zaczynające się 20 cm poniżej wycięcia pod szyją. W rękawach dodatkowe zabezpieczenie przed przemakaniem dzięki wzmocnieniu szwów rękawów taśmą. Rozmiary do wyboru Zamawiającego:

M- 120 cm (+/- 2 cm)

L- 130 cm (+/- 2 cm)

XL- 140 cm (+/- 2 cm)

XXL- 152 cm (+/- 2 cm)

XL- XL- 165 cm (+/- 2 cm)

Pragniemy nadmienić, że szpital realizował umowę na fartuchy o w/w parametrach w roku 2023/ 2024 i nie zgłaszał żadnych zastrzeżeń do ich jakości.

ODPOWIEDŹ

Zamawiający nie wyraża zgody.

PYTANIE NR 196: dotyczy części nr 30

„Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie worka do zbiórki płynów 55 x 80 cm z mocną taśmą przylepną, sitem, zaworem oraz sztywnikiem do formowania brzegów?”

ODPOWIEDŹ

Zamawiający wyraża zgodę.

PYTANIE NR 197: dotyczy części nr 33

„Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie fartucha z włókniny SSMMS o gramaturze 35 g/ m2, antystatycznej, ze wzmocnieniem z laminatu 2- warstwowego (PP/PE) spełniającego wymagania SWZ, jednakże z zapięciem przy szyi na rzepy umożliwiające regulację obwodu, dostępnego w następujących rozmiarach: L- 130 cm; XL- 140 cm; XXL- 152 cm”

ODPOWIEDŹ

Zamawiający nie wyraża zgody.

PYTANIE NR 198: dotyczy części nr 43

„Czy zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu o następującym składzie:

- 1 x serweta na stolik instrumentariuszki 150 x 190 cm (+/- 1 cm) (owinięcie pacjenta)
- 1 x serweta na stolik Mayo 80 x 145 cm (+/- 1 cm) w kształcie worka z folii polietylenowej ze wzmocnieniem 64 x 145 cm (+/- 1 cm) z włókniny polipropylenowej min. 40 g/ m2 całkowita gramatura serwety min. 89 g/ m2
- 1 x osłona na kończynę 23 x 75 cm (+/- 1 cm) z laminatu 2- warstwowego
- 1 x taśma samoprzylepna włókninowa min. 10 x 50 cm
- 1 x serweta do chirurgii barku 220 x 280 cm (+/- 1 cm) z wycięciem „U” w kształcie gruszki o wym. 50 x 20/ 10 cm
- z workiem do zbiórki płynów 270 stopni o wym. 80 x 75 cm wyposażonym w sztywnik z 2 zaworami do podłączenia drenażu.
- 1 x serweta samoprzylepna ekran anestezyjologiczny 150 x 240 cm (+/- 1 cm)
- 2 x ręcznik celulozowy do osuszania rąk min. 25 x 19 cm

Serweta do chirurgii barku z laminatu 3-warstwowego polipropylen/polietylen/wiskoza, gramatura min. 79 g/m², odporność na przenikanie cieczy min. 245 cm H₂O.

Serweta operacyjna- ekran anestetyczny oraz osłona na kończynę laminat min. dwuwarstwowy wykonany z włókniny polipropylenowej i folii polietylenowej o minimalnej gramaturze materiału podstawowego na całej powierzchni min. 67g/m². Odporność na penetrację płynów (zgodnie z normą EN 20811 lub równoważną) min. 240 cm H₂O oraz odporność na rozerwanie na sucho min. 120 kPa i na mokro 150 kPa (zgodnie z normą EN 13938-1 lub równoważną). Chłonność materiału laminatu min. 190 ml/m².

Materiał obłożenia spełniający wymogi normy EN 13 795:2019 lub równoważnej; każdy zestaw musi posiadać informację o nr REF, LOT, dacie ważności i danych producenta w postaci min. 2 etykiet samoprzylepnych do umieszczenia w karcie pacjenta.

Zestaw bezpiecznie pakowany: zawartość zestawu owinięta w serwetę na stół narzędziowy i umieszczona w worku polietylenowym z papierową opaską; opakowanie transportowe- wewnętrzny worek polietylenowy i karton transportowy. Obłożenie posiada I klasę palności. Sterylizacja tlenkiem etylenu."

ODPOWIEDŹ

Zamawiający nie wyraża zgody.

PYTANIE NR 199: dotyczy części nr 16

„Prosimy o dopuszczenie zestawu w składzie :

ZESTAW DO PROTEZOWANIA KOLANA

1. Serweta na stół narzędziowy 240x150cm wzmocniona (wzmocnienie na całej powierzchni, gramatura min. 80 g/m²), opakowanie zestawu – 1szt
2. Serweta na stolik Mayo wzmocniona 145x79cm, wzmocnienie min 65x85cm, składana teleskopowo, Certyfikat ISCC (lub równoważny) - wykonana z materiałów pochodzenia biologicznego w zawartości min 20% – 3 szt.
3. Sterylny fartuch chirurgiczny, wykonany w całości z włókniny bawełnopodobnej typu SONTARA z nieprzemakalnymi wstawkami w przedniej części (oddychający PE 46g/m²) i w rękawach (laminat min 55 g/m²), nadruk rozmiaru i spełniającej przez fartuch normy na każdym fartuchu, celem łatwej identyfikacji. Gramatura tkaniny max. 68g/m² Wytrzymałość na rozrywanie sucho/mokro min. 115 kPa. Nieprzemakalność min. 150 mm H₂O w strefie krytycznej. Rozmiar XL (długość 132 cm) – 1 szt.
4. Sterylny fartuch chirurgiczny, wykonany w całości z włókniny bawełnopodobnej typu SONTARA z nieprzemakalnymi wstawkami w przedniej części (oddychający PE 46g/m²) i w rękawach (laminat min 55 g/m²), nadruk rozmiaru i spełniającej przez fartuch normy na każdym fartuchu, celem łatwej identyfikacji. Gramatura tkaniny max. 68g/m² Wytrzymałość na rozrywanie sucho/mokro min. 115 kPa. Nieprzemakalność min. 150 mm H₂O w strefie krytycznej. Rozmiar XL-L (długość 145cm) – 1 szt.
5. Sterylny fartuch chirurgiczny, wykonany w całości z włókniny bawełnopodobnej typu SONTARA z nieprzemakalnymi wstawkami w przedniej części (oddychający PE 46g/m²) i w rękawach (laminat min 55 g/m²), nadruk rozmiaru i spełniającej przez fartuch normy na każdym fartuchu, celem łatwej identyfikacji. Gramatura tkaniny max. 68g/m² Wytrzymałość na rozrywanie sucho/mokro min. 115 kPa. Nieprzemakalność min. 150 mm H₂O w strefie krytycznej. Rozmiar XXL-XL (długość 161cm) – 2 szt.
6. Ręcznik chłonny 18x25cm – 4 sztuki
7. Taśma lepna 9x49cm – 3 szt.
8. Dren do ssaka 25CH, 3m F/F, miękkie PCV – 1 szt.
9. Tupfer okrągły 40x50cm 20 nitek RTG – 6 szt.
10. Miska plastikowa 250ml z podziałką – 1 szt.
11. Czyścik do elektrody 5x5cm – 1 szt.
12. kompres z gazy 10x10 (17 N, 16W) z nitką rtg – 80 sztuk
13. Serweta gazowa 45x45cm 20 nitek RTG – 5 szt.
14. Strzykawka 20ml, 3-częściowa – 5 szt.
15. elektroda czynna do koagulacji wejście na 1 pin z kablem min 3m – 1szt
16. ostrze chirurgiczne 10 – 3 szt
17. ostrze chirurgiczne 23 – 1 szt
18. Strzykawka 100ml z końcówką do cewnika – 1 szt.
19. Strzykawka 3-częściowa do płukania ran 50/60ml – 5 szt.
20. Igła 18G 40mm różowa – 5 szt.
21. Zestaw do odsysania ortopedyczny z 3 kaniulami – 1 szt.
22. kieszeń samoprzylepna dwusekcyjna min. 40x35 – 2 szt
23. Serweta wzmocniona przylepna min. 240 cm x 150 cm, klej na dłuższym boku – 2 szt.
24. Serweta chirurgiczna do zabiegów na kończynie o wym. 230x315cm, posiadająca samouszczelniający otwór (Ø 7 cm), otoczony warstwą chłonną o rozmiarze 70x140 cm z możliwością zamocowania drenów (laminat

- 3W min 64g/m², w strefie krytycznej dodatkowy pad chłonny 60g/m², odporność na przenikanie cieczy 150 cm H₂O, odporność na rozrywanie w strefie krytycznej min 300/265 kPa na sucho/mokro) – 1 szt.
25. Folia jodowana, długość przylegania: min. 60 cm, szerokość przylegania: min. 45 cm -1 szt
26. Osłona na uchwyt do lampy – 2 szt.
27. Opatrunek pooperacyjny o wym. min. 25 cm x 9 cm. Opatrunek posiada zaokrąglone rogi zapobiegające zwijaniu się włókniiny – 1 szt.
28. Osłona na kończynę typu stokinet 22x75cm – 1 szt.
29. Bandaż kohezyjny 10cm, 4,5m – 2 szt
30. Ręcznik chłonny 56x80cm – 1 szt
31. Pulse lavage z wbudowanym akumulatorem, krótka i długa końcówka. Zestaw znajduje się w osobnym opakowaniu wewnątrz zestawu – 1 szt."

ODPOWIEDŹ

Zamawiający nie dopuszcza.

PYTANIE NR 200: dotyczy części nr 16

"Prosimy o dopuszczenie próbki niesterylnej."

ODPOWIEDŹ

Zamawiający dopuszcza.

PYTANIE NR 201: dotyczy części nr 12

"Prosimy o dopuszczenie zestawu, w którym osłona na uchwyt lampy operacyjnej ma rozmiar 10,8x11,5cm"

ODPOWIEDŹ

Zamawiający dopuszcza.

PYTANIE NR 202: dotyczy części nr 12

"Prosimy o dopuszczenie zestawu, w którym materiał obłożenia to laminat dwuwarstwowy (włóknina polipropylenowa i folia polietylenowa) o gramaturze 55 g/m² z dodatkowym padem chłonnym - gramatura dodatkowego wzmocnienia 80 g/m². Łączna gramatura 135 g/m². Pozostałe parametry obłożenia zgodne z SWZ."

ODPOWIEDŹ

Zamawiający dopuszcza.

PYTANIE NR 203: dotyczy części nr 17

"Prosimy o dopuszczenie zestawu, w którym osłona na uchwyt lampy operacyjnej ma rozmiar 10,8x11,5cm"

ODPOWIEDŹ

Zamawiający dopuszcza.

PYTANIE NR 204: dotyczy części nr 17

"Prosimy o dopuszczenie zestawu, w którym materiał obłożenia to laminat dwuwarstwowy (włóknina polipropylenowa i folia polietylenowa) o gramaturze 55 g/m² z dodatkowym padem chłonnym - gramatura dodatkowego wzmocnienia 80 g/m². Łączna gramatura 135 g/m². Pozostałe parametry obłożenia zgodne z SWZ."

ODPOWIEDŹ

Zamawiający dopuszcza.

PYTANIE NR 205: dotyczy części nr 39

"Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie poniższego zestawu: 1. Serweta na stół narzędziowy 280x190cm wzmocniona (wzmocnienie na całej powierzchni, gramatura min. 80 g/m²), opakowanie zestawu – 1szt 2. Serweta operacyjna 240x175cm z taśmą samoprzylepną, wzmocniona (laminat 3W min 72g/m², w strefie krytycznej wzmocnienie min 50g/m², odporność na przenikanie cieczy min 190 cm H₂O), odporność na rozrywanie na mokro w strefie krytycznej 186kPa, - 1 szt. 3. Serweta operacyjna 175x300cm z taśmą samoprzylepną, wzmocniona, laminat 3W min 72g/m², w strefie krytycznej wzmocnienie min 50g/m², odporność na przenikanie cieczy min 190 cm H₂O, odporność na rozrywanie na mokro w strefie krytycznej 186kPa – 1 szt. 4. Serweta operacyjna 100x100cm z taśmą samoprzylepną, wzmocniona, laminat 3W min 72g/m², w strefie krytycznej wzmocnienie min 50g/m², odporność na przenikanie cieczy min 190 cm H₂O, odporność na rozrywanie na mokro w strefie krytycznej 186kPa – 3 szt. 5. serweta na stół Mayo wzmocniona 145x79cm, wzmocnienie min 65x85cm, składana teleskopowo – 1szt 6. Sterylny fartuch chirurgiczny, wykonany w całości z włókniiny bawełnopodobnej typu SONTARA z nieprzemakalnymi wstawkami w przedniej części (oddychający PE 46g/m²) i w rękawach (laminat min 55 g/m²), nadruk rozmiaru i spełniającej przez fartuch normy na każdym fartuchu, celem łatwej identyfikacji. Gramatura tkaniny max. 68g/m² Wytrzymałość na rozrywanie sucho/mokro

min. 115 kPa. Nieprzemakalność min. 150 mm H₂O w strefie krytycznej. Rozmiar XXL-XL – 1 szt. 7. Sterylny fartuch chirurgiczny, wykonany w całości z włókniny bawełnopodobnej typu SONTARA z nieprzemakalnymi wstawkami w przedniej części (oddychający PE 46g/m²) i w rękawach (laminat min 55 g/m²), nadruk rozmiaru i spełniającej przez fartuch normy na każdym fartuchu, celem łatwej identyfikacji. Gramatura tkaniny max. 68g/m² Wytrzymałość na rozrywanie sucho/mokro min. 115 kPa. Nieprzemakalność min. 150 mm H₂O w strefie krytycznej. Rozmiar LXL – 2 szt. 8. Sterylny fartuch chirurgiczny, wykonany w całości z włókniny bawełnopodobnej typu SONTARA z nieprzemakalnymi wstawkami w przedniej części (oddychający PE 46g/m²) i w rękawach (laminat min 55 g/m²), nadruk rozmiaru i spełniającej przez fartuch normy na każdym fartuchu, celem łatwej identyfikacji. Gramatura tkaniny max. 68g/m² Wytrzymałość na rozrywanie sucho/mokro min. 115 kPa. Nieprzemakalność min. 150 mm H₂O w strefie krytycznej. Rozmiar XL – 1 szt. 9. Aspiracja Yankauer 24CH, 27cm, przycisk on/off na uchwycie, okrągła końcówka – 1 szt. 10. Kieszka samoprzylepna dwusekcyjna min. 40x35 – 2 szt. 11. Serweta operacyjna na krocze z taśmą samoprzylepną 20/47x55cm – 1 szt. 12. Taśma lepna 9x49cm – 3 szt. 13. Dren do ssaka 25CH, 3m F/F, miękkie PCV – 1 szt. 14. Kubek z polipropylenu 1200ml, z podziałką, przezroczysty – 1 szt. 15. Tupfer okrągły 40x50cm 20 nitok RTG – 6 szt. 16. Miska plastikowa 250ml z podziałką żółta – 1 szt. 17. Miska plastikowa 250ml z podziałką transparentna – 1 szt. 18. CZYŚCIK DO ELEKTRODY 5x5cm – 1 szt. 19. kompres z gazy 10x10 (17 N, 16W) z nitką rtg – 40 sztuk 20. ostrze chirurgiczne 11 – 1 szt. 21. ostrze chirurgiczne 23 – 1 szt. 22. elektroda czynna do koagulacji wejście na 1 pin z kablem min 3m – 1 szt. 23. Serweta gazowa niebieska 45x45cm 20 nitok RTG – 15 szt. 24. Strzykawka 20ml, 3-częściowa LS – 3 szt. 25. - Strzykawka 3ml, 3-częściowa LL – 1 szt. 26. Igła kulkowa oliwka końcówka do ssania 19G 1,0x80 mm – 1 szt. 27. 1 x igła iniekcyjna 18G, 28. Pojemnik do liczenia igieł (20szt) i usuwania ostrzy piankowo – magnetyczny, kolor czerwony – 1 szt. 29. Ręcznik chłonny 18x25cm – 3 sztuki 30. Osłona na uchwyt na lampę – 2szt 31. Ręcznik chirurgiczny 56x80cm - 2szt Materiał: Obłożenia zgodne z normą EN 13795 lub równoważną, każdy zestaw posiada informację o dacie ważności, nr REF i nr serii w postaci min. dwóch naklejek do umieszczenia na karcie pacjenta. Obłożenie posiada I klasę palności”

ODPOWIEDŹ

Zamawiający dopuszcza.

PYTANIE NR 206: dotyczy części nr 39

„Czy Zamawiający dopuści aby do weryfikacji dostarczona została próbka niesterylna?”

ODPOWIEDŹ

Zamawiający dopuszcza.

PYTANIE NR 207: dotyczy części nr 39

„Czy zamawiający wymaga aby zestaw miał certyfikat ISCC?”

ODPOWIEDŹ

Zamawiający nie wymaga.

PYTANIE NR 208: dotyczy części nr 16

„Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania Zestawu do operacji protezowania okolic stawu kolanowego, spełniającego definicję MDR i ustawy o wyrobach medycznych w tym przepisów dotyczących systemów lub zestawów zabiegowych zgodne z artykułem 2 ust.10 oraz artykułem 22 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobów medycznych (MDR) z późniejszymi zmianami oraz ustawą z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych z późniejszymi zmianami w tym artykułem 2 ust. 37, o następujących różnicach:

•3 x taśma przylepna 9 cm x 52 cm

•2 x osłona na uchwyt lampy z bardzo mocnym zaciskiem, wymiary 11,9 cm x 15 cm

•Bez komponentu: Pulse Lavage min. 300 cm, Zestaw do płukania pulsacyjnego wyposażony w dwie końcówki. Zestaw jest sterylizowany, dołączony jest oddzielnym, zewnętrznym - niezależnym mocowaniem i stanowi komplementarną całość sterylizowanego zestawu.

Pozostałe parametry i skład zestawu bez zmian.”

ODPOWIEDŹ

Zamawiający dopuszcza.

PYTANIE NR 209: dotyczy projektu umowy

„W postanowieniach umowy zawarto zapis odnośnie gwarantowanego poziomu realizacji umowy. Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o zmianę zapisów treści umowy na zapis, aby gwarantowany poziom realizacji umowy wynosił minimum 60% wartości umowy. Jest to praktyka powszechnie stosowana w placówkach służby zdrowia. Wykonawcy chcąc należycie wywiązać się z zobowiązań wynikających z zawartej umowy z Zamawiającym podejmują niezbędne i kosztochłonne kroki w celu zgromadzenia wystarczającej ilości przedmiotu

dostawy. Zwolnienie się Zamawiającego z zobowiązania nabycia co najmniej 60% przedmiotu umowy naraża Wykonawcę na niczym nieuzasadnione straty."

ODPOWIEDŹ

Zamawiający nie wyraża zgody.

PYTANIE NR 210: dotyczy części nr 2 poz. 1

"Prosimy o dopuszczenie Czepek typu beret, z elastyczną gumką, wykonany w włókniny polipropylenowej spunbond, o gramaturze 12 g/m². Rozmiar M ± 53cm, dostępny w kolorach: zielonym lub białym. Nie zawiera lateksu. Produkowany zgodnie z EN 13485 i EN 14001, potwierdzone certyfikatem. Pakowany po 100 szt."

ODPOWIEDŹ

Zamawiający dopuszcza.

PYTANIE NR 211: dotyczy części nr 2 poz. 3

"Prosimy o dopuszczenie Czepek chirurgiczny typu hełm wiązany na szyi z włókniny o strukturze Cluster-Keyback, składającej się w 71 % z jedwabiu wiskozowego oraz w 29% mieszaniny polimerowej, o gramaturze 25 g/m², z paskiem chłonnym, umieszczonym w czołowej części hełmu, szerokość części górnej hełmu 17 cm, dostępny w kolorze niebieskim. Produkowany zgodnie z EN 13485 i EN 14001, potwierdzone certyfikatem. Pakowany po 100 szt."

ODPOWIEDŹ

Zamawiający dopuszcza.

PYTANIE NR 212 dotyczy części nr 2 poz. 4

"Prosimy o dopuszczenie Czepek chirurgiczny, furażerka z napotnikiem, do krótkich włosów, oddychający z możliwością wywijania, wiązany na troki, z włókniny polipropylenowej SMS, o gramaturze 10 g/m². Górna, część oddychająca czepka o długości min. 20 cm. Chłonny materiał wzmocniony siatką w części bocznej o wysokości min. 12 cm, o gramaturze 47 g/m². Długość czepka min. 30 cm. Czepek w rozmiarze standardowym, w kolorze niebieskim. Produkowany zgodnie z EN 13485 i EN 14001, potwierdzone certyfikatem. Pakowany po 100 szt."

ODPOWIEDŹ

Zamawiający dopuszcza.

PYTANIE NR 213: dotyczy części nr 4 poz. 2

"Prosimy o dopuszczenie Sterylny, jednorazowy pokrowiec na przewody o szer. 18 cm oraz dł. 244 cm, wykonany z mocnej folii PE (50 µm, gramatura 46g/m²), z elastyczną zwężającą się końcówką, z taśmą lepną 1,8x20 cm do fiksacji na głowicy i dodatkowym przylepcem paskowym 15 cm z drugiej strony osłony. Opakowanie jednostkowe - torebka typu peel pouch zaopatrzona w 4 etykiety samoprzylepne posiadające indeks wyrobu, numer lot, datę ważności, nazwę producenta. Osłony pakowane zbiorczo po 25 szt. w worek foliowy, następnie karton. Producent spełnia wymogi normy środowiskowej ISO 14001 potwierdzonej certyfikatem."

ODPOWIEDŹ

Zamawiający nie dopuszcza.

PYTANIE NR 214: dotyczy części nr 5

"Prosimy o dopuszczenie Serweta ochronna na stół operacyjny, przeciwoleżynowa, 5-cio warstwowa, zintegrowana wielopunktowo – brak możliwości tworzenia zagięć i pofałdowań pod pacjentem, samowygładzająca się. Rdzeń chłonny z wyraźnym możliwością tworzenia zagięć i pofałdowań pod pacjentem, samowygładzająca się. Wykonana z włókniny polipropylenowej, pikowanym wzorem ułatwiającym rozprowadzanie wilgoci. Wykonana z włókniny polipropylenowej, wysokochłonnej warstwy środkowej z SAP i spodniej pełnobarierowej folii polietylenowej, zabezpieczającej przed przesuwaniem się i ślizganiem podkładu po powierzchni. Wszystkie krawędzie uszczelnione. Certyfikaty jakościowe dla miejsca produkcji: ISO 13485, ISO 9001 i ISO 14001, wystawione przez jednostki notyfikowane. Parametry: - chłonność 3750 – 4000 ml/m² i wskaźnik chłonności min. 2490 % potwierdzone kartą producenta (potwierdzone badaniami wykonanymi w laboratorium akredytowanym zgodnie z ISO 9073-6), - gramatura podstawowa: 150 g/m² (+/- 10 g/m²), - wymiary: 102 x 230 cm, rdzeń chłonny otoczony z każdej strony dodatkowymi marginesami nieprzezroczystego laminatu, - odprowadzanie wilgoci min. 35 mm w czasie 1 minuty (test potwierdzony badaniami wykonanymi w laboratorium akredytowanym zgodnie z ISO 9073-6), - pakowana po 20 sztuk/karton"

ODPOWIEDŹ

Zamawiający nie dopuszcza.

PYTANIE NR 215: dotyczy części nr 6

„Prosimy o dopuszczenie Sterylny, jednorazowy, bezlateksowy przylepny uchwyt na przewody typu rzep wykonany z poliamidu, o długości 23 cm i szerokości 2,5 cm. Opakowanie jednostkowe typu papier-folia zawierające 4 etykiety samoprzylepne posiadające indeks wyrobu, numer lot, datę ważności, nazwę producenta. Produkt jednostkowy umieszczony po 100 szt. w 4 dyspenserach, następnie w kartonie zbiorczym. Sterylizacja tlenkiem etylenu. Wyrób medyczny klasy I s zgodnie z Rozporządzeniem o Wyrobach Medycznych. Producent spełnia wymogi systemu zarządzania jakością EN ISO 13485 oraz normy środowiskowej ISO 14001 potwierdzone certyfikatem.”

ODPOWIEDŹ

Zamawiający nie dopuszcza.

PYTANIE NR 216: dotyczy części nr 7 poz. 1

„Prosimy o dopuszczenie Sterylny pokrowiec na aparaturę w kształcie prostokąta o szer. 95 cm i wys. 130 cm, wykonany z przezroczystej folii PE o grubości 40 µm i gramaturze min. 36 g/m2, wykończony elastyczną, zieloną lamówką, z dodatkową taśmą klejącą, pakowany jednostkowo w opakowanie typu papier-folia, na opakowaniu 4 samoprzylepne etykiety do dokumentacji medycznej zawierające: numer katalogowy, numer lot, datę ważności oraz nazwę producenta. Sterylizacja EO. Opakowanie zbiorcze 25 szt. w worku foliowym i w kartonie. Wyrób medyczny klasy I s zgodnie z Rozporządzeniem o Wyrobach Medycznych. Producent spełnia wymogi normy ISO 13485 oraz ISO 14001 potwierdzone certyfikatem.”

ODPOWIEDŹ

Zamawiający nie dopuszcza.

PYTANIE NR 217: dotyczy części nr 7 poz.2

„Prosimy o dopuszczenie Sterylny pokrowiec na aparaturę w kształcie prostokąt o szer. 91 cm i wys. 91 cm, wykonany z przezroczystej folii PE, wykończony elastyczną, białą lamówką, pakowany jednostkowo w opakowanie typu papier-folia, na opakowaniu 4 samoprzylepne etykiety do dokumentacji medycznej zawierające: numer katalogowy, numer lot, datę ważności oraz nazwę producenta. Sterylizacja EO. Opakowanie zbiorcze 25 szt. w worku foliowym i w kartonie. Wyrób medyczny klasy I s zgodnie z Rozporządzeniem o Wyrobach Medycznych. Producent spełnia wymogi normy ISO 13485 oraz ISO 14001 potwierdzone certyfikatem.”

ODPOWIEDŹ

Zamawiający nie dopuszcza.

PYTANIE NR 218: dotyczy części nr 15

„Prosimy o dopuszczenie Fartuch chirurgiczny sterylny, wykonany z miękkiej, oddychającej włókniny bawełnopodobnej typu Spunlace (włóknina z masy celulozowej i poliestru), o gramaturze min. 68 g/m2. Stopień 7 repelencji materiału dla wody i alkoholu. Rękawy klejone w obszarze krytycznym, zakończone elastycznym dzianinowym mankietem. Zapinany na szyi na rzep o długości minimum 17 cm. Oznaczenie rozmiaru i długości fartucha w co najmniej dwóch miejscach na stronie wewnętrznej, widocznej przed jego rozłożeniem. Odporność na przenikanie płynów min. 24 cm H₂O w obszarze krytycznym i mniej krytycznym. Oznaczenie SP (Standard Performance) według normy EN 13795-1. Widoczny kod kolorystyczny na fartuchu i etykiecie, wskazujący na barierowość fartucha. Odporność na penetrację mikrobiologiczną na mokro min. 2,8 IB. Sterylizowany tlenkiem etylenu. Dostępny w rozmiarach S/M- 2XLL (tj. o długości od 115 cm do 170 cm). Certyfikaty jakościowe dla miejsca produkcji: ISO 13485, ISO 9001 i ISO 14001, wystawione przez jednostki notyfikowane. Pakowany w opakowanie podwójne: zewnętrzne papierowo-foliowe oraz wewnętrzne z włókniny SMS z 2 ręcznikami chłonnymi o wymiarach min. 30x39 cm, na opakowaniu zewnętrznym min. 4 samoprzylepne etykiety do dokumentacji zawierające co najmniej: numer referencyjny, numer LOT, datę ważności produktu. Pakowane po 24 lub 28 sztuk w kartonie zbiorczym, w zależności od rozmiaru.”

ODPOWIEDŹ

Zamawiający dopuszcza.

PYTANIE NR 219: dotyczy części nr 30

„Prosimy o dopuszczenie Sterylna torba na płyny z foli PE 76x112 cm, z przylepnym otworem 15x46 cm w kształcie U, z 3 plastycznymi sztywniakami, z 2 portami do ssaka. Sterylizacja tlenkiem etylenu. Opakowanie jednostkowe typu papier-folia posiadające 4 etykiety samoprzylepne do dokumentacji medycznej zawierające: numer katalogowy, numer lot, datę ważności oraz nazwę producenta. Opakowanie zbiorcze zawiera 25 sztuk zapakowanych w dwie torebki foliowe. Wyrób medyczny klasy I s zgodnie z Rozporządzeniem o Wyrobach Medycznych. Producent spełnia wymogi systemu zarządzania jakością EN ISO 13485 oraz normy środowiskowej ISO 14001 potwierdzone certyfikatem.”

ODPOWIEDŹ
Zamawiający dopuszcza.

PYTANIE NR 220: dotyczy części nr 36 poz. 1
„Prosimy o dopuszczenie Serweta ochronna na stół operacyjny, przeciwoleżynowa, 5-cio warstwowa, zintegrowana wielopunktowo – brak możliwości tworzenia zagięć i pofałdowań pod pacjentem, samowygładzająca się. Rdzeń chłonny z wyraźnym pikowanym wzorem ułatwiającym rozprowadzanie wilgoci. Wykonana z włókniny polipropylenowej, wysokochłonnej warstwy środkowej z SAP i spodniej pełnobarierowej, matowej (niebłyszczącej), teksturowanej folii polietylenowej, zabezpieczającej przed przesuwaniem się i ślizganiem podkładu po powierzchni. Certyfikaty jakościowe dla miejsca produkcji: ISO 13485, ISO 9001 i ISO 14001, wystawione przez jednostki notyfikowane.

Parametry:

- chłonność 4500-4900 ml/m² i wskaźnik chłonności min. 2000 % potwierdzone kartą producenta (potwierdzone badaniami wykonanymi w laboratorium akredytowanym zgodnie z ISO 9073-6),
- gramatura podstawowa: 240 g/m² (+/- 10 g/m²),
- wymiary: 102 x 152 cm, rdzeń chłonny otoczony z każdej strony dodatkowymi marginesami nieprzezroczystego laminatu,
- odprowadzanie wilgoci min. 65 mm w czasie 1 minuty (test potwierdzony badaniami wykonanymi w laboratorium akredytowanym zgodnie z ISO 9073-6),
- pakowana po 20 sztuk/karton”

ODPOWIEDŹ

Zamawiający dopuszcza.

PYTANIE NR 221: dotyczy części nr 36 poz. 2

„Prosimy o dopuszczenie Serweta ochronna na stół operacyjny, przeciwoleżynowa, 5-cio warstwowa, zintegrowana wielopunktowo – brak możliwości tworzenia zagięć i pofałdowań pod pacjentem, samowygładzająca się. Rdzeń chłonny z wyraźnym pikowanym wzorem ułatwiającym rozprowadzanie wilgoci. Wykonana z włókniny polipropylenowej, wysokochłonnej warstwy środkowej z SAP i spodniej pełnobarierowej, matowej (niebłyszczącej), teksturowanej folii polietylenowej, zabezpieczającej przed przesuwaniem się i ślizganiem podkładu po powierzchni. Certyfikaty jakościowe dla miejsca produkcji: ISO 13485, ISO 9001 i ISO 14001, wystawione przez jednostki notyfikowane.

Parametry:

- chłonność 4500-4900 ml/m² i wskaźnik chłonności min. 2000 % potwierdzone kartą producenta (potwierdzone badaniami wykonanymi w laboratorium akredytowanym zgodnie z ISO 9073-6),
- gramatura podstawowa: 240 g/m² (+/- 10 g/m²),
- wymiary: 102 x 230 cm, rdzeń chłonny otoczony z każdej strony dodatkowymi marginesami nieprzezroczystego laminatu,
- odprowadzanie wilgoci min. 65 mm w czasie 1 minuty (test potwierdzony badaniami wykonanymi w laboratorium akredytowanym zgodnie z ISO 9073-6),
- pakowana po 20 sztuk na karton”

ODPOWIEDŹ

Zamawiający dopuszcza.

PYTANIE NR 222: dotyczy części nr 41

„Prosimy o dopuszczenie Jednorazowe ubranie operacyjne – komplet składający się z bluzy i spodni pakowanych w zestawach, wykonane z włókniny polipropylenowej SMS, o gramaturze 35 g/m², nie zawierające lateksu. Włóknina zgodna z wymaganiami normy EN 13795 – 2, potwierdzone kartą techniczną materiału. Odporność na penetrację mikroorganizmów na sucho 4 CFU/100 cm². Wytrzymanie na rozrywanie min. 89 kPa. Bluza szyta w ergonomicznym kształcie dzwonu umożliwiającym odpowiednie dopasowanie do sylwetki. Dekolt w kształcie litery V, wykończony lamówką, bluza z trzema kieszeniami. Dwie kieszenie dolne o wymiarach min. 16 cm x 16 cm, kieszeń górna o wymiarach min. 12 cm x 10 cm. Bluza w rozmiarach XS – 3XL (tj. o długości od 70 cm do 80 cm). Spodnie z regulacją rozmiaru w postaci wiązanej taśmy. Spodnie w rozmiarach XS – 3XL (tj. o długości od 103 cm do 122 cm). Dostępne w kolorach: niebieskim, zielonym i fioletowym. Pakowane w pojedynczą, szczelną torbę poliesterową. Pakowane po 25 zestawów w kartonie.”

ODPOWIEDŹ

Zamawiający nie dopuszcza.

PYTANIE NR 223: dotyczy części nr 50

„Prosimy o dopuszczenie Sterylny zestaw do osłony sondy z żelem.

Skład zestawu:

- 1 osłona sondy 244x15 cm, wykonana z przezroczystego poliuretanu
- 1 żel ultradźwiękowy 20g
- 2 elastyczne gumki
- 1 serwetka z miękkiej włókniny SMS 30x30 cm (owinięcie zestawu),

Opakowanie jednostkowe typu papier-folia zawierające 4 etykiety samoprzylepne do dokumentacji medycznej zawierające nr katalogowy, nr lot, datę ważności, nazwę producenta, w tym 2 etykiety dodatkowo z kodem kreskowym. Sterylizacja EO. Opakowanie zbiorcze karton transportowy i worek foliowy zawierający 20 szt. sterylnych osłon. Producent spełnia wymogi normy środowiskowej ISO 14001 potwierdzony certyfikatem."

ODPOWIEDŹ

Zamawiający dopuszcza.

PYTANIE NR 224: dotyczy części nr 5 poz. 1

"Czy Zamawiający dopuści 5 warstwowy, nieprzepuszczalny podkład chłonny, utrzymujący płyny nawet pod naciskiem, jednorazowy, warstwa chłonna 50cm x 190cm. Chłonność 4130ml/m². Bez zawartości lateksu. Nie drażniący skóry. Złożony z 5 warstw: biała włóknina (18g/m²), dwuwarstwowa, oddychająca, 100% celuloza (13g/m²), pulpa celulozowa (84g/szt.), superabsorbent SAP (30g/szt.), antypoślizgowa folia PE w kolorze niebieskim (37g/m²). Niesterylne, klasa 1, zgodny z normą ISO 13795. Elektrostatyczny. Możliwość przenoszenia pacjenta do 150kg. 20 sztuk w opakowaniu zbiorczym. Pakowany próżniowo po 10 sztuk. Rozmiar 225cm x 100cm?"

ODPOWIEDŹ

Zamawiający dopuszcza.

PYTANIE NR 225: dotyczy części nr 40 poz. 1

"Czy Zamawiający dopuści chustę trójkątną wykonaną z włókniny polipropylenowej o gramaturze 30g/m² w rozmiarze 96cm x 96cm x 136cm?"

ODPOWIEDŹ

Zamawiający nie dopuszcza.

PYTANIE NR 226: dotyczy części nr 40 poz. 1

"Czy Zamawiający odstąpi od wymogu obszycia ścięgnem stebnowanym?"

ODPOWIEDŹ

Zamawiający dopuszcza.

PYTANIE NR 227: dotyczy części nr 50 poz. 1

"Czy Zamawiający dopuści osłonę na sondę USG wykonaną z polietylenu z dwoma bezlateksowymi gumkami do mocowania, sterylnym żelem w saszetce, samoprzylepnymi taśmami mocującymi osłonę głowicy USG, całość zapakowana w serwetkę jałową?"

ODPOWIEDŹ

Zamawiający dopuszcza.

PYTANIE NR 228: dotyczy części nr 4

"Czy Zamawiający dopuści pokrowce bez kartonowego podajnika/dispensera?"

ODPOWIEDŹ

Zamawiający nie dopuszcza.

PYTANIE NR 229: dotyczy części nr 4 poz. 2

"Czy Zamawiający dopuści osłonę bez pierścienia, zakończoną kartonem?"

ODPOWIEDŹ

Zamawiający nie dopuszcza.

PYTANIE NR 230: dotyczy części nr 5

"Czy Zamawiający dopuści podkład o poniższym opisie:

Prześcieradło ochronne na stół operacyjny, 5-cio warstwowe, wykonane z dwóch scalonych powłok, powierzchnia chłonna lekko pikowana, absorpcyjna warstwa środkowa. Niepylny, nieuczulający.

Rozmiar: 101cm x 225cm

Rozmiar warstwy chłonnej: 50cm x 200cm

Z dopakowaną dodatkowo serwetką do przenoszenia pacjenta z nośnością do 150kg?"

ODPOWIEDŹ
Zamawiający nie dopuszcza.

PYTANIE NR 231: dotyczy części nr 10
„Czy Zamawiający dopuści komplet pościeli wykonany z włókniny polipropylenowej?”

ODPOWIEDŹ
Zamawiający dopuszcza.

PYTANIE NR 232: dotyczy części nr 10
„Czy Zamawiający dopuści poszewkę 70 x 80cm?”

ODPOWIEDŹ
Zamawiający nie dopuszcza.

PYTANIE NR 233: dotyczy części nr 24
„Czy Zamawiający dopuści serwetę o odporności na przenikanie cieczy 135cm H₂O?”

ODPOWIEDŹ
Zamawiający nie dopuszcza.

PYTANIE NR 234: dotyczy części nr 24 poz. 1
„Czy Zamawiający dopuści serwetę 150 x 200cm?”

ODPOWIEDŹ
Zamawiający nie dopuszcza.

PYTANIE NR 235: dotyczy części nr 24 poz. 2
„Czy Zamawiający dopuści serwetę 100 x 150cm?”

ODPOWIEDŹ
Zamawiający nie dopuszcza.

PYTANIE NR 236: dotyczy części nr 24 poz. 2
„Czy Zamawiający dopuści serwetę 75 x 90cm?”

ODPOWIEDŹ
Zamawiający nie dopuszcza.

PYTANIE NR 237: dotyczy części nr 24 poz. 7
„Czy Zamawiający dopuści serwetę 150 x 180cm z przylepnym otworem 5 x 7cm?”

ODPOWIEDŹ
Zamawiający nie dopuszcza.

PYTANIE NR 238: dotyczy części nr 28
„Czy Zamawiający dopuści koszule w kolorze niebieskim?”

ODPOWIEDŹ
Zamawiający dopuszcza.

PYTANIE NR 239: dotyczy części nr 28
„Czy Zamawiający dopuści koszule w kolorze zielonym?”

ODPOWIEDŹ
Zamawiający dopuszcza.

PYTANIE NR 240: dotyczy części nr 33
„Czy Zamawiający dopuści fartuchy o gramaturze 35g/m²?”

ODPOWIEDŹ
Zamawiający nie dopuszcza.

PYTANIE NR 241: dotyczy części nr 33
„Czy Zamawiający dopuści wzmocnienie z laminatu?”

ODPOWIEDŹ
Zamawiający nie dopuszcza.

PYTANIE NR 242: dotyczy części nr 33

„Czy Zamawiający dopuści fartuchy zapiane na rzep w okolicy szyi?”

ODPOWIEDŹ

Zamawiający dopuszcza.

PYTANIE NR 243: dotyczy części nr 36 poz. 1

„Czy Zamawiający dopuści serwetę przeciwdroźzynową o wym. 101 x 150cm?”

ODPOWIEDŹ

Zamawiający nie dopuszcza.

PYTANIE NR 244: dotyczy części nr 40

„Czy Zamawiający dopuści chustę z włókniny PP?”

ODPOWIEDŹ

Zamawiający dopuszcza.

PYTANIE NR 245: dotyczy części nr 40

„Czy Zamawiający dopuści chustę z włókniny o gramaturze min. 35g/m2?”

ODPOWIEDŹ

Zamawiający nie dopuszcza.

PYTANIE NR 246: dotyczy części nr 41

„Czy Zamawiający dopuści bluzę z wycięciem V?”

ODPOWIEDŹ

Zamawiający dopuszcza.

PYTANIE NR 247: dotyczy części nr 41

„Czy Zamawiający dopuści ubrania chirurgiczne w 2 kolorach?”

ODPOWIEDŹ

Zamawiający dopuszcza.

PYTANIE NR 248: dotyczy części nr 42

„Czy Zamawiający dopuści fartuchy z włókniny min. 20g/m2?”

ODPOWIEDŹ

Zamawiający nie dopuszcza.

PYTANIE NR 249: dotyczy części nr 42

„Czy Zamawiający dopuści fartuchy w kolorze zielonym?”

ODPOWIEDŹ

Zamawiający dopuszcza.

Z-CA DYREKTORA
ds. Techniczno-Administracyjnych
mgr inż. Marek P. Jasny