



znak pisma: TP.382.014.2026 EK

Koszalin, 19.08.2026 r.

Do:
Wykonawcy postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego

dotyczy: Przetarg nieograniczony nr TP.382.014.2026 EK – sprzęt medyczny na potrzeby Urologii

**INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA
W ZAKRESIE CZĘŚCI NR 17 (STRZYKAWKI I PRZYRZĄDY DO PRZETOCZEŃ)**

Na podstawie art. 260 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający zawiadamia o unieważnieniu postępowania TP.382.014.2026 EK w zakresie części nr 17 (Strzykawki i przyrządy do przetoczeń).

Uzasadnienie prawne:

1. Art. 255 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych - Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia jeżeli w postępowaniu wszystkie złożone oferty podlegały odrzuceniu.
2. Art. 255 pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający unieważnia postępowanie, jeżeli postępowanie obciążone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego.

Uzasadnienie faktyczne:

1. W ramach przedmiotowego postępowania Zamawiający wymagał zaoferowania strzykawki o pojemności 5 ml, przeznaczonej do stosowania w pompach infuzyjnych firmy Ascor, będących na wyposażeniu Szpitala. W toku przeprowadzonego postępowania udzielając odpowiedzi na pytanie wykonawcy nr 112 w dniu 27.04.2026 r. Zamawiający doprecyzował, że pod pojęciem kompatybilności rozumie wymienienie strzykawek w instrukcji użycia lub w menu pompy. W toku ponownej weryfikacji złożonych ofert Zamawiający ustalił, że zaoferowana przez Wykonawcę strzykawka o pojemności 5 ml, firmy Becton Dickinson, nr katalogowy 309649 nie jest kompatybilna z będącymi na wyposażeniu Szpitala pompami firmy Ascor.
2. W trakcie prowadzonego postępowania, Wykonawca biorący udział w postępowaniu złożył notatkę dotyczącą braku zgodności oferty Skamex z wymogami SWZ oraz zaniechania przez Zamawiającego czynności odrzucenia oferty Skamex w części nr 17. W notatce Wykonawca przedstawił informacje, że zgodnie oficjalną

dokumentacją producenta pomp Ascor, starsze generacje pomp tej marki w szczególności modele Ascor AP12 oraz Ascor AP22 – konstrukcyjnie, mechanicznie oraz programowo nie obsługują strzykawkę o pojemności 5 ml. Uchwyty i mechanizmy ramienia tych urządzeń przystosowane są wyłącznie do pracy ze strzykawkami o pojemnościach od 10 ml do 50/60 ml. W konsekwencji, w fabrycznych instrukcjach obsługi modeli AP12 oraz AP22 nie występuje i obiektywnie nie może występować żadna strzykawka o pojemności 5 ml dowolnego producenta na rynku.

Powyższe oznacza, że przedmiot zamówienia w zakresie części nr 17 został opisany w sposób, który nie pozwala na uzyskanie produktu zapewniającego prawidłową współpracę z posiadanym przez Zamawiającego sprzętem, a wada postępowania ma charakter niemożliwy do usunięcia na obecnym etapie postępowania.

W konsekwencji zachodzi przesłanka unieważnienia postępowania w zakresie części nr 17, ponieważ stwierdzona wada uniemożliwia zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego, która nie podlegałaby unieważnieniu.

DYREKTOR
Piotr Sołtysiński
SZPITAL WOJEWÓDZKI
im. Mikołaja Kopernika w Koszalinie