

Koszalin, 21.08.2026 r.

Do:
Wykonawcy postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego

dotyczy: Przetargu nieograniczonego nr TP.382.068.2026 MB – Sprzęt do pracowni endoskopowej

WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2026.793 t.j.), udzielam wyjaśnień na zadane pytania:

PYTANIE NR 1 dotyczy części nr 4

„Prosimy o potwierdzenie, że opisy przedmiotu zamówienia (załącznik nr 2 do SWZ) są poprawne, a jeśli chodzi o tytuły przedmiotów zamówienia (zawarte w tabeli z cenami) to Zamawiający wymaga:

- w pozycji 1. Gotowe zestawy do wprowadzania protez do dróg żółciowych wraz z protezą (obecnie jest: Zestaw do wprowadzenia protez do dróg żółciowych jednorazowe)
- w pozycji 3. Protezy trzustkowe (obecnie jest: Popychacz do wprowadzenia protez trzustkowych wraz z protezami trzustkowymi łukowo wygiętymi)
- w pozycji 4 Protezy do dróg żółciowych (obecnie jest: Popychacz do wprowadzenia protez trzustkowych wraz z protezami trzustkowymi łukowo wygiętymi)


Aktualnie dane w tabeli cenowej są niezgodne z tabelą zawierającą opis przedmiotu zamówienia co uniemożliwia złożenie ważnej oferty do tego zadania.”

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający potwierdza poprawność zapisów części nr 4 (Zestaw do wprowadzania protez do dróg żółciowych z protezami i protezy trzustkowe z popychaczem) Opisu Przedmiotu Zamówienia oraz dokona stosownej zmiany formularza ofertowego (Załącznik nr 1 do SWZ).

Uwaga

W związku ze zmianą formularza ofertowego zmianie ulega termin składania oraz otwarcia ofert. Informacja o zmianie terminu zostanie zamieszczona na stronie internetowej prowadzonego postępowania po opublikowaniu ogłoszenia o zmianie ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.


KIEROWNIK
Działu Zamówień Publicznych
SZPITAL WOJEWÓDZKI
im. Mikołaja Kopernika w Koszalinie
mgr Piotr Gaska