

**Kontakt:**  
Centrala (094) 34 - 88 - 400  
Sekretariat (094) 34 - 88 - 151  
Dyrektor (094) 34 - 88 - 102  
Dział Jakości i Marketingu (094) 34 - 88 - 380  
Fax (094) 34 - 88 - 103  
e-mail: [ewelina@swk.med.pl](mailto:ewelina@swk.med.pl)  
http: [www.swk.med.pl](http://www.swk.med.pl)

Koszalin, 31 lipca 2009 r.

znak pisma: TP-231/3/PN/98/2009

**Do:**  
**Wykonawcy postępowania o udzielenie  
zamówienia publicznego**

|                 |   |
|-----------------|---|
| <b>DOTYCZY:</b> | przetarg nieograniczony nr TP-231/3/PN/98/2009 – kaniule do żył obwodowych, opatrunki na wklucia, kaniula dotętnicza, igły do biopsji gruboigłowej, igły lokalizacyjne, przewodniki do biopsji rdzenia piersi |
|-----------------|---|

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (j.t. z 2007 r. Dz. U. Nr 223, poz. 1655 ze zm.), udzielam wyjaśnień na zadane pytania:

**PYTANIE NR 1: dotyczy zadania nr 2, poz. 1**

*„Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o wyłączenie w/w pozycji z zadania nr 2 i utworzenie z niej odrębnej części zamówienia, z jednoczesnym dopuszczeniem możliwości zaoferowania opatrunku spełniającego wymagania SIWZ, jednakże pokrytego hipoalergicznym klejem kauczukowym niewywołującym podrażnień?”*

**ODPOWIEDŹ**

Zamawiający nie wyraża zgody na wyłączenie z zadania nr 2 poz. 1. Jednocześnie Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w poz. 1 opatrunku pokrytego hipoalergicznym klejem kauczukowym niewywołującym podrażnień spełniającego pozostałe wymagania SIWZ.

**PYTANIE NR 2: dotyczy zadania nr 1, poz. 4**

*„Proszę o uszczegółowienie zamówienia czy Zamawiający żąda po 10 sztuk próbek obturatorów z każdego rozmiaru czy też 10 sztuk dowolnego rozmiaru?”*

**ODPOWIEDŹ**

Zamawiający wymaga 10 sztuk próbek obturatorów dowolnego rozmiaru.

**PYTANIE NR 3: dotyczy zadania nr 1, poz. 1,2**

*„Wobec postawionego wymogu Zamawiającego dotyczącego biokompatybilności kaniul, czy do oferty należy dołączyć badania potwierdzające biokompatybilność kaniul?”*

**ODPOWIEDŹ**

Zamawiający dopuszcza dołączenia do oferty badań potwierdzających biokompatybilność kaniul.

**PYTANIE NR 4: dotyczy zadania nr 1**

*„Czy Zamawiający zgodzi się na wydzielenie z zadania nr 1 poz. 1 Zamawiający zawarł wymóg by min. „kaniula posiadała dodatkowy zdejmowany element ułatwiający wkłucie” taki element posiada tylko jeden producent. To automatycznie wyklucza udział innych dostawców i uniemożliwia udział pozostałym podmiotom w 12 pozycjach tego zadania. Utworzenie odrębnego pakietu będzie wyrażeniem potwierdzenia przez Zamawiającego zasady równego traktowania wszystkich podmiotów chcących wziąć udział w postępowaniu przetargowym.”*

**ODPOWIEDŹ**

Zamawiający wydziela z zadania nr 1 poz. 1 (szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i formularz ofertowy w załączeniu).

**PYTANIE NR 5: dotyczy zadania nr 4**

*„Rozumiemy, że w zakresie zadania nr 4 Zamawiający oczekuje, aby zaoferowane igły były oryginalne i pochodziły od tego samego producenta, co posiadane przez Zamawiającego działu do biopsji”*

**ODPOWIEDŹ**


Tak.

**PYTANIE NR 6: dotyczy zadania nr 5**

*„Rozumiemy, że w zakresie Zadania nr 5 Zamawiający oczekuje, aby zaoferowane igły lokalizacyjne były w kształcie kotwicy z dwoma wąsami.”*

**ODPOWIEDŹ**

Tak.

  
p.o. DYREKTORA  
Szpitala Wojewódzkiego w Koszalinie  
Magdalena Sikora

**ZADANIE NR 1**

| <b>KANIULE DO ŻYL OBWODOWYCH</b> |  |                         |               |                         |
|----------------------------------|--|-------------------------|---------------|-------------------------|
| Lp.                              | Opis przedmiotu zamówienia   | Wymóg graniczny/Rozmiar | Potwierdzenie | Producent, typ, nr kat. |
| 1                                | Kaniula jałowa jednorazowego użytku<br>- bez portu bocznego,<br>- z dodatkowym zdejmowanym elementem ułatwiającym w klucie,<br>- zaznaczona na opakowaniu wartość przepływu,<br>- ostra,<br>- termoplastyczna,<br>- mandryn przylegający do igły,<br>- opakowanie dwuwarstwowe zabezpieczające przed przypadkowym uszkodzeniem | 24 G<br>0,6 – 0,7       |               |                         |

**ZADANIE NR 1 A**

| <b>KANIULE, KORECZKI I OBTURATORY DO ŻYL OBWODOWYCH</b> |   |                                       |               |                         |
|---|---|---------------------------------------|---------------|-------------------------|
| Lp.   | Opis przedmiotu zamówienia  | Wymóg graniczny/Rozmiar               | Potwierdzenie | Producent, typ, nr kat. |
| 1   | Kaniula jałowa jednorazowego użytku<br>- z portem bocznym<br>- opakowanie dwuwarstwowe zabezpieczające przed przypadkowym uszkodzeniem<br>- wykonana z materiałów biokompatybilnych<br>- ostra<br>- termoplastyczna | 14 G, 16 G, 17 G, 18 G, 20 G,<br>22 G |               |                         |
| 2   | Jałowe koreczki do kaniul   | TAK                                   |               |                         |
| 3   | Jałowe obturatory do kaniul   | 16 G, 17 G, 18 G, 20 G, 22 G          |               |                         |
| 4   | Kaniula, koreczek i obturator w tym samym rozmiarze od jednego producenta   | TAK                                   |               | X                       |

**ZADANIE NR 1****KANIULE DO ŻYL OBWODOWYCH**

| Lp                            | Przedmiot zamówienia          | Nr kat. | Jednostka miary | Ilość  | Cena jedn. netto | Stawka podatku VAT w (%) | Cena jedn. brutto | Wartość netto | Wartość VAT | Wartość brutto |
|-------------------------------|-------------------------------|---------|-----------------|--------|------------------|--------------------------|-------------------|---------------|-------------|----------------|
| 1                             | Kaniule do żył obwodowych 24G |         | szt.            | 13 000 |                  |                          |                   |               |             |                |
| RAZEM                         |                               |         |                 |        |                  |                          |                   |               |             |                |
| RAZEM WARTOŚĆ NETTO SŁOWNIE:  |                               |         |                 |        |                  |                          |                   |               |             |                |
| RAZEM WARTOŚĆ BRUTTO SŁOWNIE: |                               |         |                 |        |                  |                          |                   |               |             |                |

.....  
podpis wykonawcy**ZADANIE NR 1 A****KANIULE, KORECZKI I OBTURATORY DO ŻYL OBWODOWYCH**

| Lp                            | Przedmiot zamówienia          | Nr kat. | Jednostka miary | Ilość  | Cena jedn. netto | Stawka podatku VAT w (%) | Cena jedn. brutto | Wartość netto | Wartość VAT | Wartość brutto |
|-------------------------------|-------------------------------|---------|-----------------|--------|------------------|--------------------------|-------------------|---------------|-------------|----------------|
| 1                             | Kaniule do żył obwodowych 22G |         | szt.            | 30 000 |                  |                          |                   |               |             |                |
| 2                             | Kaniule do żył obwodowych 20G |         | szt.            | 30 000 |                  |                          |                   |               |             |                |
| 3                             | Kaniule do żył obwodowych 18G |         | szt.            | 15 000 |                  |                          |                   |               |             |                |
| 4                             | Kaniule do żył obwodowych 17G |         | szt.            | 2 500  |                  |                          |                   |               |             |                |
| 5                             | Kaniule do żył obwodowych 16G |         | szt.            | 1 000  |                  |                          |                   |               |             |                |
| 6                             | Kaniule do żył obwodowych 14G |         | szt.            | 800    |                  |                          |                   |               |             |                |
| 7                             | Koreczki do kaniul            |         | szt.            | 40 000 |                  |                          |                   |               |             |                |
| 8                             | Obturator do kaniul 22G       |         | szt.            | 10 000 |                  |                          |                   |               |             |                |
| 9                             | Obturator do kaniul 20G       |         | szt.            | 10 000 |                  |                          |                   |               |             |                |
| 10                            | Obturator do kaniul 18G       |         | szt.            | 2 000  |                  |                          |                   |               |             |                |
| 11                            | Obturator do kaniul 17G       |         | szt.            | 300    |                  |                          |                   |               |             |                |
| 12                            | Obturator do kaniul 16G       |         | szt.            | 100    |                  |                          |                   |               |             |                |
| RAZEM                         |                               |         |                 |        |                  |                          |                   |               |             |                |
| RAZEM WARTOŚĆ NETTO SŁOWNIE:  |                               |         |                 |        |                  |                          |                   |               |             |                |
| RAZEM WARTOŚĆ BRUTTO SŁOWNIE: |                               |         |                 |        |                  |                          |                   |               |             |                |

.....  
podpis wykonawcy