



# Szpital Wojewódzki Koszalin

**Kontakt:**

Centrala (094) 34 - 88 - 400  
Sekretariat (094) 34 - 88 - 151  
Dyrektor (094) 34 - 88 - 102  
Dział Zamówień Publicznych (094) 34 - 88 - 109  
Fax (094) 34 - 88 - 103  
e-mail: szpital@swk.med.pl  
http: www.swk.med.pl

Koszalin, 24 lutego 2011 r.

znak pisma: TP-231/4/PN/24/2011

**Do:**  
**Wykonawcy postępowania o udzielenie  
zamówienia publicznego**

<b>DOTYCZY:</b>	przetarg nieograniczony nr TP-231/4/PN/24/2011 – sprzęt do elektrofizjologii
-----------------	--

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (j.t. z 2010 r. Dz. U. Nr 113, poz. 759 ze zm.), udzielam wyjaśnień na zadane pytania:

**PYTANIE 1**

Dotyczy zadania nr 1:

„Czy w zakresie Zadania nr 1 Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie elektrod o jednej krzywiznie sterowalnej pokrywającej zakres anatomiczny mapowania zatoki wieńcowej?”

**ODPOWIEDŹ**

Tak.

**PYTANIE 2**

Dotyczy zadania nr 1:

„Prosimy o uściślenie jakiej ilości biegunów oczekuje Zamawiający dla elektrod sterowalnych w zakresie Zadania nr 1.”

**ODPOWIEDŹ**

10 biegunów.

z up. **DYREKTORA**  
Szpitala Wojewódzkiego w Koszalinie  
*mgr Magdalena Sikora*  
Z-ca Dyrektora ds. Techniczno-Administracyjnych