



Szpital Wojewódzki Koszalin

Kontakt:

Centrala (094) 34 - 88 - 400
Sekretariat (094) 34 - 88 - 151
Dyrektor (094) 34 - 88 - 102
Dział Zamówień Publicznych (094) 34 - 88 - 109
Fax (094) 34 - 88 - 103
e-mail: szpital@swk.med.pl
http: www.swk.med.pl

Koszalin, 28 lutego 2011 r.

znak pisma: TP-231/4/PN/24/2011

Do:
*Wykonawcy postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego*

DOTYCZY:	przetarg nieograniczony nr TP-231/4/PN/24/2011 – sprzęt do elektrofizjologii
-----------------	--

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (j.t. z 2010 r. Dz. U. Nr 113, poz. 759 ze zm.), udzielam wyjaśnień na zadane pytania:

PYTANIE 1Dotyczy zadania nr 4:

„Prosimy o dopuszczenie elektrod diagnostycznych niesterowalnych o czterech krzywiznach do wyboru, które spełniają wszystkie wymagania techniczne Zamawiającego o długości 125cm (wymagane 115 cm). Tak nieznaczna różnica długości nie wpłynie w żaden sposób na wartość użytkową produktu ani wygodę pracy Zespołu, a pozwoli na zaoferowanie produktu konkurencyjnego z pewną korzyścią ekonomiczną dla Szpitala.”

ODPOWIEDŹ

Zamawiający nie dopuszcza wyżej wymienionych elektrod.

z up. **DYREKTORA**
Szpitala Wojewódzkiego w Koszalinie
mgr *Magdalena Stora*
I-czo Dyrektora ds. Techniczno-Administracyjnych