



Kontakt:

Centrala (094) 34 - 88 - 400
Sekretariat (094) 34 - 88 - 151
Dyrektor (094) 34 - 88 - 102
Dział Zamówień Publicznych (094) 34 - 88 - 109
Fax (094) 34 - 88 - 103
e-mail: szpital@swk.med.pl
http: www.swk.med.pl

Koszalin, 14 kwietnia 2011 r.

znak pisma: TP-231/4/PN/64/2011

Do:
**Wykonawcy postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego**

DOTYCZY:	przetarg nieograniczony nr TP-231/4/PN/64/2011 – sprzęt medyczny – wyposażenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego
-----------------	---

SPROSTOWANIE DO UDZIELONYCH WYJAŚNIENÍ
Z DNIA 13.04.2011 R. (DOTYCZY PYTANIA NR 12)

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (j.t. z 2010 r. Dz. U. Nr 113, poz. 759 ze zm.), udzielam wyjaśnień na zadane pytania:

PYTANIE 12

Dotyczy zadania nr 3:

„Czy Zamawiający wymaga aby ostatnie płukanie zgodnie z normą PN-EN 15883 odbywało się za pomocą zimnej zdezynfekowanej promieniami UV wody, która w styczności z gorącą powierzchnią mytych naczyń odparowuje w sposób naturalny wykorzystując zjawisko ciepła odzyskanego. Takie rozwiązanie umożliwiłoby szybką dezynfekcję naczyń sanitarnych bez zbędnego wydłużania procesu o suszenie powietrzem.”

ODPOWIEDŹ

Nie wymaga.

z up. **DYREKTORA**
Szpitala Wojewódzkiego w Koszalinie
Magdalena Sikora
mgr *Magdalena Sikora*
7-cia Dyrektora ds. Techniczno-Administracyjnych