



Kontakt:

Centrala (094) 34 - 88 - 400
Sekretariat (094) 34 - 88 - 151
Dyrektor (094) 34 - 88 - 102
Dział Zamówień Publicznych (094) 34 - 88 - 109
Fax (094) 34 - 88 - 103
e-mail: szpital@swk.med.pl
http: www.swk.med.pl

Koszalin, 15 kwietnia 2011 r.

znak pisma: TP-231/4/PN/48/2011

Do:
**Wykonawcy postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego**

DOTYCZY:	przetarg nieograniczony nr TP-231/4/PN/48/2011 – sprzęt medyczny – wyposażenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego
-----------------	---

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (j.t. z 2010 r. Dz. U. Nr 113, poz. 759 ze zm.), udzielam wyjaśnień na zadane pytania:

PYTANIE 1

Dotyczy punkt 4 PANEL NADŁÓŻKOWY JEDNOSTANOWISKOWY

Pkt. 4.6 – Oświetlenie

Prosimy o dopuszczenie paneli z oświetleniem:

- *górne / ogólne 1x80 W*
- *oświetlenie pacjenta 1x24 W*
- *oświetlenie nocne 1W*

ODPOWIEDŹ

Tak

PYTANIE 2

Dotyczy punkt 6 PANEL NADŁÓŻKOWY DWUSTANOWISKOWY

Pkt. 6.6 – Oświetlenie

Prosimy o dopuszczenie paneli z oświetleniem:

- *górne / ogólne 1x80 W*
- *oświetlenie pacjenta 1x24 W*
- *oświetlenie nocne 1W*

ODPOWIEDŹ

Tak

PYTANIE 3

Czy Zamawiający może podać:

- Rodzaj stropu w pomieszczeniach w których będą montowane sufitowe systemy zasilające?*
- Wysokość od stropu do podłogi*
- Wysokość od stropu podwieszanego do podłogi*
- Czy nad pomieszczeniami w których będą montowane sufitowe systemy zasilające jest i będzie swobodny dostęp do elementów montażowych?*

ODPOWIEDŹ

- Wylewana płyta żelbetowa
- 3,60 m
- W pomieszczeniach, w których montowane będą kolumny nie występuje podwieszany strop.
- Tak

PYTANIE 4

Czy Zamawiający dopuści do udziału w postępowaniu kolumnę anestezyjologiczną z jednoczęściowym, przegubowym ramieniem o zasięgu poziomym liczonym od osi głównej obrotu do osi obrotu głowicy równym 900mm? Oferowany parametr nieznacznie odbiega od oczekiwanego i nie wpływa negatywnie na funkcjonalność kolumny.

ODPOWIEDŹ

Nie

PYTANIE 5

Czy Zamawiający dopuści do udziału w postępowaniu kolumnę anestezyjologiczną z jednoczęściowym, przegubowym ramieniem o zasięgu poziomym liczonym od osi głównej obrotu do osi obrotu głowicy równym 1200mm? Oferowany parametr nieznacznie odbiega od oczekiwanego i nie wpływa negatywnie na funkcjonalność kolumny.

ODPOWIEDŹ

Tak

PYTANIE 6

Czy Zamawiający dopuści do udziału w postępowaniu kolumnę anestezyjologiczną z półką o wymiarach 650x530, wyposażoną w dwie szyny akcesoryjne, przyciski sterujące hamulcami pneumatycznymi i udźwigu 50kg? Oferowane parametry są lepsze niż oczekiwane.

ODPOWIEDŹ

Tak

PYTANIE 7

Czy Zamawiający dopuści do udziału w postępowaniu kolumnę chirurgiczną z dolnym ramieniem o długości 900mm bez napędu regulującego wysokość głowicy? Oczekiwana funkcjonalność nie znajduje uzasadnienia klinicznego w przypadku kolumny chirurgicznej, która zwykle stanowi jedynie element wyposażenia sali operacyjnej pełniący jedynie funkcję półki na sprzęt chirurgiczny oraz miejsce podłączenia tegoż sprzętu do zasilania oraz punktu poboru gazów medycznych. Niski wymagany udźwig sugeruje iż nie będzie to sprzęt ciężki a praktyka wskazuje na to iż sprzęt na kolumnie chirurgicznej nie jest zdejmowany czy przekładany pomiędzy różnymi salami operacyjnymi w obrębie szpitala. W związku z powyższym, oraz wyraźnie wyższym kosztem kolumny wyposażonej w mechanizm podnoszący prosimy o rezygnację z tego wymogu.

ODPOWIEDŹ

Nie

PYTANIE 8

Czy Zamawiający dopuści do udziału w postępowaniu kolumnę chirurgiczną z 1 półką o wymiarach 650x530, wyposażoną w dwie szyny akcesoryjne, przyciski sterujące hamulcami pneumatycznymi i udźwigu 50kg oraz 2 półkami o wymiarach 650x530, wyposażoną w dwie szyny akcesoryjne i udźwigu 50kg? Oferowane parametry są lepsze niż oczekiwane.

ODPOWIEDŹ

Tak

PYTANIE 9

Czy Zamawiający mógłby podać czy w przypadku kolumny intensywnej terapii wymóg udźwigu 200kg dotyczy każdego z ramion osobno czy jest to udźwig łączny całego zestawu?

ODPOWIEDŹ

Nośność dotyczy całego zestawu.

PYTANIE 10

Czy Zamawiający mógłby sprecyzować konfigurację dwuramiennej kolumny intensywnej terapii? Opis podany w punkcie 3.6 szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia nie wskazuje na to które z elementów wyposażenia powinny się znaleźć na której z konsol pionowych. Prosimy o wyróżnienie wyposażenia konsoli infuzyjnej oraz konsoli wentylacyjno-monitorującej.

ODPOWIEDŹ

Przedmiotem zamówienia jest **dwuramienna** kolumna intensywnej terapii.

PYTANIE 11

Czy Zamawiający dopuści do udziału w postępowaniu kolumnę intensywnej terapii z 2 półkami o wymiarach 650x530, wyposażonymi w dwie szyny akcesoryjne, przyciski sterujące hamulcami pneumatycznymi i udźwigu 50kg oraz 2 półkami o wymiarach 650x530, wyposażoną w dwie szyny akcesoryjne i udźwigu 50kg?? Oferowane parametry są lepsze niż oczekiwane.

ODPOWIEDŹ

Tak

PYTANIE 12

Czy Zamawiający dopuści do udziału w postępowaniu kolumnę intensywnej terapii z dwoma wieszakami kroplówek wyposażonymi w 4 haki o regulowanej długości 1.070 mm – 1.660 mm? Oferowane rozwiązanie jest lepsze od oczekiwanego gdyż pozwala, w przypadku nieużywania wieszaka, zredukować ilość miejsca potrzebnego pod konsolą do niezbędnego minimum.

ODPOWIEDŹ

Tak

PYTANIE 13

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu odnośnie terminu dostarczenia elementów montażowych kolumn z 7 dni od podpisania umowy na max.14 dni? Oferowany sprzęt nie jest sprzętem standardowym, każda z konfiguracji powstaje na podstawie indywidualnych zamówień i jako taka nie jest magazynowana przez producenta.

ODPOWIEDŹ

Nie

PYTANIE 14

Kolumna anestezjologiczna

Czy Zamawiający dopuści kolumnę anestezjologiczną wyposażoną w półki o wymiarach 582x495 mm spełniająca pozostałe wymagania zamawiającego? Jest to tylko 8 % tolerancji w odniesieniu do pierwszego wymiaru i tylko 1 % w odniesieniu do wymiaru drugiego.

ODPOWIEDŹ

Tak

PYTANIE 15

Kolumna chirurgiczna

Czy Zamawiający dopuści kolumnę anestezjologiczną wyposażoną w półki o wymiarach 582x495 mm spełniająca pozostałe wymagania zamawiającego? Jest to tylko 8 % tolerancji w odniesieniu do pierwszego wymiaru i tylko 1 % w odniesieniu do wymiaru drugiego.

ODPOWIEDŹ

Tak

PYTANIE 16

Kolumna intensywnej terapii

Czy Zamawiający dopuści kolumnę anestezjologiczną wyposażoną w półki o wymiarach 582x495 mm spełniająca pozostałe wymagania zamawiającego? Jest to tylko 8 % tolerancji w odniesieniu do pierwszego wymiaru i tylko 1 % w odniesieniu do wymiaru drugiego.

ODPOWIEDŹ

Tak

PYTANIE 17

Prosimy o dopuszczenie paneli z oświetleniem: górne / ogólne 1x80 W , oświetlenie pacjenta 1x24, oświetlenie nocne 1W

ODPOWIEDŹ

Tak

PYTANIE 18 Kolumna anestezjologiczna

W związku z faktem, że na kolumnie nie będzie wieszany Aparat anestezjologiczny oraz tym, że stosowany w anestezjologii sprzęt medyczny nie osiąga wagi ponad 200 kg, czy Zamawiający dopuści ogólnie stosowane na rynku Polskim w kolumnach anestezjologicznych, ramiona z możliwością obciążenia min. 150 kg ?

ODPOWIEDŹ

Tak

PYTANIE 19 Kolumna anestezjologiczna

W związku z powszechnie stosowanymi hamulcami pneumatycznymi w kolumnach elektromedycznych , których walory użytkowe są ogólnie doceniane , czy Zamawiający dopuści kolumny medyczne z hamulcami pneumatycznymi ?

ODPOWIEDŹ

Tak

PYTANIE 20 Kolumna anestezyjologiczna

Mając na względzie komfort oraz ergonomię pracy, czy Zamawiający dopuści konsolę o wysokości 1000 mm ? Punkty poboru gazów medycznych zainstalowane są w większych odstępach od siebie , co pozwala na swobodny dostęp i bezkolizyjną eksploatację .

ODPOWIEDŹ

Tak

PYTANIE 21 Kolumna anestezyjologiczna

Czy Zamawiający dopuści równorzędne rozwiązanie licowanych gniazd elektrycznych o klasie szczelności IP44? Proponowane rozwiązanie w żaden sposób nie ogranicza funkcjonalności kolumny.

ODPOWIEDŹ

Zgodnie z SIWZ

PYTANIE 22 Kolumna chirurgiczna

Czy Zamawiający dopuści ogólnie stosowane na rynku Polskim w kolumnach chirurgicznych ramiona z możliwością obciążenia min. 150 kg ? Różnica 5 kg w żaden sposób nie ogranicza funkcjonalności w/w kolumny.

ODPOWIEDŹ

Tak

PYTANIE 23 Kolumna chirurgiczna

W związku z powszechnie stosowanymi hamulcami pneumatycznymi w kolumnach elektromedycznych , których walory użytkowe są ogólnie doceniane , czy Zamawiający dopuści kolumny medyczne z hamulcami pneumatycznymi ?

ODPOWIEDŹ

Tak

PYTANIE 24 Kolumna chirurgiczna

Mając na względzie komfort oraz ergonomię pracy , czy Zamawiający dopuści konsolę o wysokości 600 mm ? Proponowane rozwiązanie w żaden sposób nie ogranicza funkcjonalności kolumny.

ODPOWIEDŹ

Tak

PYTANIE 25 Kolumna chirurgiczna

Czy Zamawiający dopuści równorzędne rozwiązanie licowanych gniazd elektrycznych o klasie szczelności IP44? Proponowane rozwiązanie w żaden sposób nie ogranicza funkcjonalności kolumny .

ODPOWIEDŹ

Zgodnie z SIWZ

PYTANIE 26 Kolumna chirurgiczna

Prosimy o dopuszczenie kolumny chirurgicznej , w której ramiona mają zasięg roboczy min. 1600 mm ? Proponowany zasięg ramion jest ogólnie stosowany, akceptowany na salach zabiegowych i operacyjnych różnych specjalizacji .

ODPOWIEDŹ

Nie

PYTANIE 27 Kolumna chirurgiczna

Czy Zamawiający dopuści ogólnie stosowaną na rynku Polskim kolumnę chirurgiczną z zasięgiem ramion min. 1600 mm , w której drugie ramię realizuje podnoszenie głowy w zakresie min. 500 mm ? Powyższe rozwiązanie w żaden sposób nie ogranicza funkcjonalności w/w kolumny i jest przyjęte za wystarczające .

ODPOWIEDŹ

Nie

PYTANIE 28 Kolumna Intensywnej Terapii

W związku z faktem, że na kolumnie nie będzie wieszany Aparat anestezyjologiczny oraz tym, że stosowany w anestezyjologii sprzęt medyczny nie osiąga wagi ponad 200 kg , czy Zamawiający dopuści ogólnie stosowane na rynku Polskim w kolumnach anestezyjologicznych, ramiona z możliwością obciążenia min. 150 kg ?

ODPOWIEDŹ

Nie

PYTANIE 29 Kolumna Intensywnej Terapii

W związku z powszechnie stosowanymi hamulcami pneumatycznymi w kolumnach elektromedycznych, których walory użytkowe są ogólnie doceniane, czy Zamawiający dopuści kolumny medyczne z hamulcami pneumatycznymi?

ODPOWIEDŹ

Tak

PYTANIE 30 Kolumna Intensywnej Terapii

Mając na względzie komfort oraz ergonomię pracy, czy Zamawiający dopuści konsolę o wysokości 1000 mm? Punkty poboru gazów medycznych zainstalowane są w większych odstępach od siebie, co pozwala na swobodny dostęp i bezkolizyjną eksploatację.

ODPOWIEDŹ

Tak

PYTANIE 31 Kolumna Intensywnej Terapii

Czy Zamawiający dopuści równorzędne rozwiązanie licowanych gniazd elektrycznych o klasie szczelności IP44? Proponowane rozwiązanie w żaden sposób nie ogranicza funkcjonalności kolumny

ODPOWIEDŹ

Zgodnie z SIWZ

PYTANIE 32 Kolumna Intensywnej Terapii

Prosimy o dopuszczenie kolumny, w której ramiona mają zasięg roboczy min. 1600 mm? Proponowany zasięg ramion jest ogólnie stosowany, akceptowany na salach zabiegowych i salach intensywnej terapii oraz salach resuscytacyjnych. Proponowane rozwiązanie w żaden sposób nie ogranicza funkcjonalności kolumny.

ODPOWIEDŹ

Nie

PYTANIE 33

Czy Zamawiający wymaga źródła oświetlenia LED, które zastąpi oświetlenie fluorescencyjne i jest bardziej przyjazne i energooszczędne?

ODPOWIEDŹ


Nie

PYTANIE 34

Czy Zamawiający dopuści panel dwustanowiskowy o długości na jedno stanowisko 160 cm wyposażony we wszystkie niezbędne elementy opisane w SIWZ?

ODPOWIEDŹ

Tak

z up. DYREKTORA
szpitala Wojewódzkiego w Koszalinie

mgr Magdalena Sikora
Z-ca Dyrektora ds. Techniczno-Administracyjnych