



Kontakt:

Centrala (094) 34 - 88 - 400
Sekretariat (094) 34 - 88 - 151
Dyrektor (094) 34 - 88 - 102
Dział Jakości i Marketingu (094) 34 - 88 - 380
Fax (094) 34 - 88 - 103
e-mail: zampub.swk@ko.home.pl
http: www.swk.med.pl

Koszalin 04.07.2011 r.

znak pisma: TP-231/3/PN/128/2011

Do:
**Wykonawcy postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego**

| | |
|-----------------|---|
| DOTYCZY: | przetargu nieograniczonego nr TP-231/3/PN/128/2011 – łóżko szpitalne z materacem przeciwoleżynowym, szafki przyłóżkowe – wyposażenie szpitalnego oddziału ratunkowego |
|-----------------|---|

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych, (t.j. z 2010 r. Dz. U. Nr 113, poz. 759 ze zm.), udzielam wyjaśnień na zadane pytania:

PYTANIE NR 1: dotyczy zadania nr 1

„Czy Zamawiający dopuści łóżko z barierkami dzielonymi, tworzywowymi, zabezpieczającymi pacjenta na 80% długości leża oraz zabezpieczające pacjenta w pozycji siedzącej?”

ODPOWIEDŹ

Tak.

PYTANIE NR 2: dotyczy zadania nr 1

„Czy Zamawiający dopuści łóżko z barierkami o wysokości 36 cm?”

ODPOWIEDŹ

Tak.

PYTANIE NR 3: dotyczy zadania nr 1

„Czy Zamawiający dopuści łóżko z leżem wypełnionym profilowanymi, metalowymi, lakierowanymi lamelami?”

ODPOWIEDŹ

Nie.

PYTANIE NR 4: dotyczy zadania nr 1

„Czy Zamawiający dopuści łóżko bez pilota przewodowego, ale z panelami sterującymi wbudowanymi w barierki od strony wewnętrznej i zewnętrznej? Rozwiązanie to jest lepsze od żądanego.”

ODPOWIEDŹ

Nie.

PYTANIE NR 5: dotyczy zadania nr 1

„Czy Zamawiający dopuści łóżko z elektryczną regulacją wysokości w zakresie 450 – 850 mm?”

ODPOWIEDŹ

Tak.

PYTANIE NR 6: dotyczy zadania nr 1

„Czy Zamawiający dopuści łóżko o regulacji segmentu uda w zakresie 0-37°?”

ODPOWIEDŹ

Nie.

PYTANIE NR 7: dotyczy zadania nr 1

„Czy Zamawiający dopuści łóżko z funkcją autoregresji 9 cm?”

ODPOWIEDŹ

Nie.

PYTANIE NR 8: dotyczy zadania nr 1

„Czy Zamawiający dopuści łóżko z bezpiecznym obciążeniem roboczym w pozycji horyzontalnej 230 kg?”

ODPOWIEDŹ

Nie.

PYTANIE NR 9: dotyczy szafek przyłóżkowych

„Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową wykonaną z blachy pokrytej lakierem proszkowym odpornym na uszkodzenia mechaniczne, chemiczne i promieniowanie UV?”

ODPOWIEDŹ

Tak.

PYTANIE NR 10: dotyczy szafek przyłóżkowych

„Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową o wysokości 840 mm?”

ODPOWIEDŹ

Tak.

PYTANIE NR 11: dotyczy szafek przyłóżkowych

„Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową o wymiarach: szerokość: 560 mm, głębokość: 41 cm?”

ODPOWIEDŹ

Tak.

PYTANIE NR 12: dotyczy zadania nr 2

„Czy Zamawiający dopuści łóżko o długości 2180 mm?”

ODPOWIEDŹ

Tak.

PYTANIE NR 13: dotyczy zadania nr 2

„Czy Zamawiający dopuści łóżko o szerokości zewnętrznej 980 mm?”

ODPOWIEDŹ

Tak.

PYTANIE NR 14: dotyczy zadania nr 2

„Czy Zamawiający dopuści łóżko z elektryczną regulacją wysokości w zakresie 450 – 850 mm?”

ODPOWIEDŹ

Tak.

PYTANIE NR 15: dotyczy zadania nr 2

„Czy Zamawiający dopuści łóżko o regulacji segmentu uda w zakresie 0-37°?”

ODPOWIEDŹ

Nie.

PYTANIE NR 16: dotyczy zadania nr 2

„Czy Zamawiający dopuści łóżko z funkcją autoregresji pleców i ud 16 cm?”

ODPOWIEDŹ

Tak.

PYTANIE NR 17: dotyczy zadania nr 2

„Czy Zamawiający dopuści łóżko z barierkami o wysokości 36 cm?”

ODPOWIEDŹ

Nie.

PYTANIE NR 18: dotyczy zadania nr 2

„Czy Zamawiający dopuści łóżko z barierkami dzielonymi, tworzywowymi, zabezpieczającymi pacjenta na 80% długości leża oraz zabezpieczające pacjenta w pozycji siedzącej?”

ODPOWIEDŹ

Tak.

PYTANIE NR 19: dotyczy zadania nr 2

„Czy Zamawiający dopuści łóżko bez podpórek rąk? Funkcję podpórek pełnią barierki, a łóżko posiada funkcję mobilizującą pacjenta do wstania z łóżka poprzez „wypychanie siedzącego pacjenta do pozycji stojącej”.

ODPOWIEDŹ

Nie.

PYTANIE NR 20: dotyczy zadania nr 2

„Czy Zamawiający dopuści łóżko bez alarmu odblokowania kół przy jednoczesnym podłączeniu do sieci?”

ODPOWIEDŹ

Zgodnie z SIWZ.

PYTANIE NR 21: dotyczy zadania nr 1

„Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko elektryczne oparte na dwóch kolumnach prostopadłościennych o gładkich powierzchniach, nie posiadających trudnodostępnych miejsc i łatwych do dezynfekcji. Parametr ten nieznacznie różni się od wymaganego i nie powoduje pogorszenia parametrów funkcjonalnych ani użytkowych łóżka.”

ODPOWIEDŹ

Nie.

PYTANIE NR 22: dotyczy zadania nr 1

„Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko elektryczne, nie posiadające sygnalizacji podłączenia do sieci? Łóżko posiada wbudowane zasilanie akumulatorowe dlatego też nawet w przypadku nieświadomego wyrwania kabla z gniazdka zachowuje wszystkie swoje funkcje. Posiada natomiast wskaźnik naładowania akumulatora, który zmieniając swój stan pośrednio informuje o zmianie sposobu zasilania łóżka.”

ODPOWIEDŹ

Tak.

PYTANIE NR 23: dotyczy zadania nr 1

„Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko szpitalne o szerokości całkowitej wynoszącej 96cm? Podany parametr minimalnie różni się od wymaganego i w żaden sposób nie obniża możliwości użytkowych łóżka, wręcz przeciwnie dzięki mniejszej szerokości doskonale sprawdza się w starszym budownictwie.”

ODPOWIEDŹ

Tak.

PYTANIE NR 24: dotyczy zadania nr 1

„Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko szpitalne z elektryczną regulacją wysokości w zakresie od 43-83cm? Podane parametry nieznacznie różnią się od wymaganych i są odpowiednie dla łóżek przeznaczonych na oddziały szpitalne.”

ODPOWIEDŹ

Tak.

PYTANIE NR 25: dotyczy zadania nr 1

„Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko szpitalne, wyposażone w panel sterowniczy posiadający centralną blokadę wszystkich funkcji oraz dodatkowo wyłączniki funkcji regulacji wysokości, części plecowej oraz nożnej? Wskazany parametr, mimo iż minimalnie różni się od wymaganego, zapewnia pełną funkcjonalność łóżka i komfort pacjenta.”

ODPOWIEDŹ

Tak.

PYTANIE NR 26: dotyczy zadania nr 1

„Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko elektryczne, nie posiadające przycisku bezpieczeństwa oznaczonego STOP? Zatrzymanie wykonywania funkcji elektrycznych następuje jednocześnie ze zwolnieniem przycisku sterowania, dlatego też taka dodatkowa funkcja nie jest konieczna.”

ODPOWIEDŹ

Tak.

PYTANIE NR 27: dotyczy zadania nr 1

„Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko szpitalne, wyposażone w panel sterowniczy wyposażony w przycisk uruchamiający funkcje, oraz pilot dla pacjenta nie posiadający takiej opcji? Oferowane rozwiązanie nieznacznie różni się od wymaganego i nie powoduje pogorszenia właściwości funkcjonalnych ani użytkowych łóżka.”

ODPOWIEDŹ

Nie.

PYTANIE NR 28: dotyczy zadania nr 1

„Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko szpitalne wyposażone w materac szpitalny, na który producent udzieli 2 letniej gwarancji? Oferowany parametr jest adekwatny do wymaganego okresu gwarancji na łóżka.”

ODPOWIEDŹ

Tak.

PYTANIE NR 29: dotyczy szafki przyłóżkowej

„Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania szafki przyłóżkowe, których szkielet wykonany jest ze stali nierdzewnej kwasoodpornej lub zwykłej pokrytej powłoką niklowo-chromową i osadzonej na podstawie z płyty MDF lakierowanej,

blat szafki oraz blat roboczy i czoła szuflad wykonany są również z płyty meblowej? Przyjęte rozwiązanie jest korzystniejsze od wymaganego i podnosi wartość zarówno estetyczną jak i funkcjonalną szafek."

ODPOWIEDŹ

Tak.

PYTANIE NR 30: dotyczy szafki przyłóżkowej

„Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania szafkę wyposażoną w jedną szufladę i zamykaną półkę na rzeczy osobiste pacjenta, a pomiędzy nimi przestrzeń wolną np. na prasę? Parametr ten nieznacznie różni się od wymaganego i nie obniża możliwości użytkowych szafki, przeciwnie doskonale sprawdza się w praktycznym zastosowaniu."

ODPOWIEDŹ

Tak.

PYTANIE NR 31: dotyczy szafki przyłóżkowej

„Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania szafki przyłóżkowej z blatem bocznym wykonanym z płyty MDF bez możliwości zmiany stron jego montażu, bez regulacji wysokości i dodatkowego koła ułatwiającego transport, a jego odcepianie nie jest realizowane za pomocą mechanizmu nożnego? Brak wskazanych szafek w żaden sposób nie wpływa na funkcjonalność szafek."

ODPOWIEDŹ

Zgodnie z SIWZ.

PYTANIE NR 32: dotyczy szafki przyłóżkowej

„Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania szafki przyłóżkowej o wysokości 880mm, szerokości 420mm i głębokości 420mm? Podane parametry nieznacznie odbiegają od wymaganych i nie powodują obniżenia właściwości użytkowych szafek."

ODPOWIEDŹ

Tak.

PYTANIE NR 33: dotyczy zadania nr 2

„Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżka elektryczne oparte na dwóch kolumnach prostopadłościennych o gładkich powierzchniach, nie posiadających trudnodostępnych miejsc i łatwych do dezynfekcji. Parametr ten nieznacznie różni się od wymaganego i nie powoduje pogorszenia parametrów funkcjonalnych ani użytkowych łóżka."

ODPOWIEDŹ

Nie.

PYTANIE NR 34: dotyczy zadania nr 2

„Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżka elektryczne, nie posiadające sygnalizacji podłączenia do sieci? Łóżko posiada wbudowane zasilanie akumulatorowe dlatego też nawet w przypadku nieświadomego wyrwania kabla z gniazdka zachowuje wszystkie swoje funkcje. Posiada natomiast wskaźnik naładowania akumulatora, który zmieniając swój stan pośrednio informuje o zmianie sposobu zasilania łóżka."

ODPOWIEDŹ

Tak.

PYTANIE NR 35: dotyczy zadania nr 2

„Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżka szpitalne o szerokości całkowitej wynoszącej 96cm? Podany parametr minimalnie różni się od wymaganego i w żaden sposób nie obniża możliwości użytkowych łóżka, wręcz przeciwnie dzięki mniejszej szerokości doskonale sprawdza się w starszym budownictwie."

ODPOWIEDŹ

Tak.

PYTANIE NR 36: dotyczy zadania nr 2

„Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżka szpitalne o długości zewnętrznej łóżka 2150mm z możliwością przedłużenia leża o 150mm? Podane parametry nieznacznie różnią się od wymaganych i są odpowiednie dla łóżek przeznaczonych na oddziały szpitalne."

ODPOWIEDŹ

Tak.

PYTANIE NR 37: dotyczy zadania nr 2

„Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżka szpitalne z elektryczną regulacją wysokości w zakresie od 43-83cm? Podane parametry nieznacznie różnią się od wymaganych i są odpowiednie dla łóżek przeznaczonych na oddziały szpitalne."

ODPOWIEDŹ

Tak.

PYTANIE NR 38: dotyczy zadania nr 2

„Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko elektryczne, nie posiadające przycisku bezpieczeństwa oznaczonego STOP? Zatrzymanie wykonywania funkcji elektrycznych następuje jednocześnie ze zwolnieniem przycisku sterowania, dlatego też taka dodatkowa funkcja nie jest konieczna.”

ODPOWIEDŹ

Tak.

PYTANIE NR 39: dotyczy zadania nr 2

„Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko szpitalne, nie posiadające możliwości automatycznego uzyskania pozycji mobilizacyjnej? Pozycja ta może zostać uzyskana dzięki kombinacji kilku regulacji. Oferowany model posiada możliwość uzyskania pozycji krzesła kardiologicznego.”

ODPOWIEDŹ

Nie.

PYTANIE NR 40: dotyczy zadania nr 2

„Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko szpitalne, nie posiadające możliwości automatycznego uzyskania pozycji egzaminacyjnej? Pozycja ta może zostać uzyskana dzięki kombinacji kilku regulacji. Oferowany model posiada możliwość uzyskania pozycji zero z pilota dla pacjenta.”

ODPOWIEDŹ

Nie.

PYTANIE NR 41: dotyczy zadania nr 2

„Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko szpitalne, posiadające zabezpieczenie przed nieświadomym uruchomieniem funkcji wyłącznie na panelu centralnym umieszczonym przy dolnym szczycie łóżka? Podany parametr nieznacznie różni się od wymaganego.”

ODPOWIEDŹ

Tak.

PYTANIE NR 42: dotyczy zadania nr 2

„Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko szpitalne nie posiadające systemu ułatwiającego wstawanie pacjenta, natomiast posiadające wyprofilowane barierki boczne mogące służyć jako wsparcie podczas wstawania.”

ODPOWIEDŹ

Nie.

PYTANIE NR 43: dotyczy zadania nr 2

„Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko szpitalne, wyposażone w panel sterowniczy posiadający centralną blokadę wszystkich funkcji oraz dodatkowo wyłączniki funkcji regulacji wysokości, części plecowej oraz nożnej? Wskazany parametr, mimo iż minimalnie różni się od wymaganego, zapewnia pełną funkcjonalność łóżka i komfort pacjenta.”

ODPOWIEDŹ

Tak.

PYTANIE NR 44: dotyczy zadania nr 2

„Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko szpitalne wyposażone w materac szpitalny, na który producent udzieli 2 letniej gwarancji? Oferowany parametr jest adekwatny do wymaganego okresu gwarancji na łóżka.”

ODPOWIEDŹ

Tak.

PYTANIE NR 45: dotyczy zadania nr 1

„Czy Zamawiający dopuści łóżko o zasilaniu 230 V, 50 Hz bez sygnalizacji włączenia do sieci?”

ODPOWIEDŹ

Tak, jeżeli w przypadku nieświadomego wyrwania kabla z gniazda zachowuje wszystkie swoje funkcje.

PYTANIE NR 46: dotyczy zadania nr 1

„Czy Zamawiający dopuści łóżko z akumulatorem do zasilania podczas transportu bez wskaźnika stanu naładowania?”

ODPOWIEDŹ

Tak.

PYTANIE NR 47: dotyczy zadania nr 1

„Czy Zamawiający dopuści łóżko o długości zewnętrznej 2250 mm?”

ODPOWIEDŹ

Tak.

PYTANIE NR 48: dotyczy zadania nr 1

„Czy Zamawiający dopuści łóżko oparte na prostopadłościennych kolumnach?”

ODPOWIEDŹ

Tak.

PYTANIE NR 49: dotyczy zadania nr 1

„Czy Zamawiający dopuści łóżko ze szczytami tworzywowymi wyjmowanymi od strony głowy i nóg, jednakże bez możliwości blokowania na czas transportu?”

ODPOWIEDŹ

Tak.

PYTANIE NR 50: dotyczy zadania nr 1

„Czy Zamawiający dopuści łóżko z barierkami tworzywowymi dzielonymi chroniącymi łóżko na 70% długości?”

ODPOWIEDŹ

Tak.

PYTANIE NR 51: dotyczy zadania nr 1

„Czy Zamawiający dopuści łóżko z barierkami o wysokości 43 cm?”

ODPOWIEDŹ

Tak.

PYTANIE NR 52: dotyczy zadania nr 1

„Czy Zamawiający dopuści łóżko z regulacją wysokości leża w zakresie od 460 mm do 860 mm?”

ODPOWIEDŹ

Tak.

PYTANIE NR 53: dotyczy zadania nr 1

„Czy Zamawiający dopuści łóżko ze sterowaniem elektrycznym z panelu centralnego i pilota, jednakże bez zabezpieczenia przed nieświadomym uruchomieniem funkcji poprzez konieczność wciśnięcia przyciska uruchamiającego dostępność funkcji?”

ODPOWIEDŹ

Tak.

PYTANIE NR 54: dotyczy zadania nr 1

„Czy Zamawiający dopuści łóżko z pilotem przewodowym i panelem centralnym bez funkcji odłączenia wszelkich regulacji po 180 sekundach nieużywania regulacji elektrycznych?”

ODPOWIEDŹ

Tak.

PYTANIE NR 55: dotyczy zadania nr 1

„Czy Zamawiający dopuści łóżko z panelem centralnym i pilotem przewodowym jednakże bez przycisku bezpieczeństwa odłączającego wszystkie funkcje elektryczne?”

ODPOWIEDŹ

Tak.

PYTANIE NR 56: dotyczy zadania nr 1

„Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową o konstrukcji wykonanej ze stali lakierowanej proszkowo, odpornej na działanie promieni UV?”

ODPOWIEDŹ

Tak.

PYTANIE NR 57: dotyczy zadania nr 1

„Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową o wymiarach:

- szerokość całkowita: 460 mm
- długość całkowita: 410 mm
- wysokość całkowita: 950 mm?”

ODPOWIEDŹ

Tak.

PYTANIE NR 58: dotyczy zadania nr 2

„Czy Zamawiający dopuści łóżko o zasilaniu 230 V, 50 Hz bez sygnalizacji włączenia do sieci?”

ODPOWIEDŹ

Tak, jeżeli w przypadku nieświadomego wyrwania kabla z gniazda zachowuje wszystkie swoje funkcje.

PYTANIE NR 59: dotyczy zadania nr 2

„Czy Zamawiający dopuści łóżko o szerokości zewnętrznej 980 mm?”

ODPOWIEDŹ

Tak.

PYTANIE NR 60: dotyczy zadania nr 2

„Czy Zamawiający dopuści łóżko oparte na prostopadłościennych kolumnach?”

ODPOWIEDŹ

Tak.

PYTANIE NR 61: dotyczy zadania nr 2

„Czy Zamawiający dopuści łóżko ze szczytami tworzywowymi wyjmowanymi od strony głowy i nóg, poruszającymi się wraz z regulacją leża?”

ODPOWIEDŹ

Tak.

PYTANIE NR 62: dotyczy zadania nr 2

„Czy Zamawiający dopuści łóżko ze szczytami tworzywowymi, jednakże bez możliwości blokowania na czas transportu?”

ODPOWIEDŹ

Tak.

PYTANIE NR 63: dotyczy zadania nr 2

„Czy Zamawiający dopuści łóżko ze sterowaniem elektrycznym realizowanym za pomocą panelu centralnego i pilota przewodowego dla pacjenta, bez sterowania w barierkach bocznych?”

ODPOWIEDŹ

Tak.

PYTANIE NR 64: dotyczy zadania nr 2

„Czy Zamawiający dopuści łóżko z regulacją wysokości leża w zakresie od 460 mm do 860 mm?”

ODPOWIEDŹ

Tak.

PYTANIE NR 65: dotyczy zadania nr 2

„Czy Zamawiający dopuści łóżko z funkcją autoregresji segmentu pleców 11 cm i segmentu uda 8 cm działającą na zasadzie odsuwania się segmentów do tyłu?”

ODPOWIEDŹ

Tak.

PYTANIE NR 66: dotyczy zadania nr 2

„Czy Zamawiający dopuści łóżko z barierkami tworzywowymi dzielonymi chroniącymi łóżko na 70% długości bez możliwości pozycjonowania w kilku pozycjach?”

ODPOWIEDŹ

Tak.

PYTANIE NR 67: dotyczy zadania nr 2

„Czy Zamawiający dopuści łóżko z barierkami o wysokości 43 cm?”

ODPOWIEDŹ

Tak.

PYTANIE NR 68: dotyczy zadania nr 2

„Czy Zamawiający dopuści łóżko z elektryczną regulacją do pozycji mobilizacyjnej realizowaną za pomocą kilku przycisków?”

ODPOWIEDŹ

Tak.

PYTANIE NR 69: dotyczy zadania nr 2

„Czy Zamawiający dopuści łóżko z elektryczną funkcją CPR do reanimacji realizowaną z taką samą prędkością co pozostałe funkcje?”

ODPOWIEDŹ

Tak.

PYTANIE NR 70: dotyczy zadania nr 2

„Czy Zamawiający dopuści łóżko z elektryczną funkcją antyszokową realizowaną z taką samą prędkością co pozostałe funkcje?”

ODPOWIEDŹ

Tak.

PYTANIE NR 71: dotyczy zadania nr 2

„Czy Zamawiający dopuści łóżko ze sterowaniem elektrycznym z panelu centralnego i pilota, jednakże bez zabezpieczenia przed nieświadomym uruchomieniem funkcji poprzez konieczność wciśnięcia przyciska uruchamiającego dostępność funkcji?”

ODPOWIEDŹ

Tak.

PYTANIE NR 72: dotyczy zadania nr 2

„Czy Zamawiający dopuści łóżko nie wyposażone w system ułatwiający pacjentowi opuszczenie łóżka poprzez podpórki rąk?”

ODPOWIEDŹ

Tak.

PYTANIE NR 73: dotyczy zadania nr 2

„Czy Zamawiający dopuści łóżko nie wyposażone w system ułatwiający pacjentowi opuszczenie łóżka poprzez możliwość wypychania pacjenta do pozycji stojącej?”

ODPOWIEDŹ

Tak.

PYTANIE NR 74: dotyczy zadania nr 2

„Czy Zamawiający dopuści łóżko z pilotem przewodowym i panelem centralnym bez funkcji odłączenia wszelkich regulacji po 3 minutach nieużywania regulacji elektrycznych?”

ODPOWIEDŹ

Tak.

PYTANIE NR 75: dotyczy zadania nr 2

„Czy Zamawiający dopuści łóżko z panelem centralnym i pilotem przewodowym jednakże bez przycisku bezpieczeństwa odłączającego wszystkie funkcje elektryczne?”

ODPOWIEDŹ

Tak.

PYTANIE NR 76: dotyczy zadania nr 2

„Czy Zamawiający dopuści łóżko z systemem centralnej blokady kół, ale bez wyposażenia go w alarm w przypadku odblokowania łóżka przy jednoczesnym podłączeniu do sieci?”

ODPOWIEDŹ

Tak.

PYTANIE NR 77: dotyczy zadania nr 1

„Czy Zamawiający dopuści łóżko z leżem 4 - sekcyjnym opartym na czterech kolumnach równie łatwych w dezynfekcji?”

ODPOWIEDŹ

Tak.

PYTANIE NR 78: dotyczy zadania nr 1

„Czy Zamawiający dopuści łóżko z leżem czterosekcyjnym podpartym w czterech punktach gwarantującej łatwa dezynfekcje i walkę z infekcjami?”

ODPOWIEDŹ

Tak.

PYTANIE NR 79: dotyczy zadania nr 1

„Czy Zamawiający dopuści szczyty łóżka tworzywowe wyjmowane od strony nóg i głowy bez blokady, ułatwiające szybki demontaż przypadku zagrożenia życia np. podczas reanimacji?”

ODPOWIEDŹ

Tak.

PYTANIE NR 80: dotyczy zadania nr 1

„Czy Zamawiający dopuści łóżka z barierkami bocznymi zabezpieczającymi pacjenta na długości 75% co jest rozwiązaniem powszechnie stosowanym.”

ODPOWIEDŹ

Tak.

PYTANIE NR 81: dotyczy zadania nr 1

„Czy zamawiający dopuści łóżko z barierkami bocznymi z odpornego na korozję aluminiowymi zbudowanymi z kilku elementów?”

ODPOWIEDŹ

Tak.

PYTANIE NR 82: dotyczy zadania nr 1

„Czy Zamawiający dopuści łóżko z barierkami bocznymi o wysokości 41 cm powyżej poziomu leżącego pacjenta?”

ODPOWIEDŹ

Tak.

PYTANIE NR 83: dotyczy zadania nr 1

„Czy Zamawiający dopuści łóżko posiadające regulację elektryczną wysokości leżącego, w zakresie 430 mm do 810 mm co w niewielkim stopniu odbiega od parametrów oczekiwanych.”

ODPOWIEDŹ

Tak.

PYTANIE NR 84: dotyczy zadania nr 1

„Czy Zamawiający dopuści łóżko z funkcją Autoregresji wynoszącą 10 cm co różni się nieznacznie od opisanego?”

ODPOWIEDŹ

Tak.

PYTANIE NR 85: dotyczy zadania nr 1

„Czy Zamawiający dopuści łóżko z funkcją Anty- Trendelenburga wynoszącą 15 stopni sterowanego z panelu centralnego?”

ODPOWIEDŹ

Tak.

PYTANIE NR 86: dotyczy zadania nr 1

„Czy Zamawiający dopuści łóżko z funkcją Trendelenburga wynoszącą 15 stopni sterowanego z panelu centralnego?”

ODPOWIEDŹ

Tak.

PYTANIE NR 87: dotyczy zadania nr 1

„Czy Zamawiający dopuści łóżko bez odłączenia wszelkich regulacji z pilota lub panelu po 180 sekundach nie używania; opisanie rozwiązanie jest wyłączną cechą łóżek firmy Linet. Oferowane przez nasz łóżko posiada przycisk świadomego użycia polegający na konieczności wciśnięcia i przytrzymania w celu wykonania ruchu łóżkiem, i jest alternatywnym rozwiązaniem chroniącym pacjenta przed nagłymi niepożądanymi regulacjami (konieczność świadomego wciśnięcia do uruchomienia regulacji)?”

ODPOWIEDŹ

Tak.

PYTANIE NR 88: dotyczy zadania nr 1

„Czy Zamawiający dopuści łóżko bez przycisku STOP - natychmiastowego odłączenia wszystkich funkcji elektrycznych, ale z przyciskiem świadomej regulacji koniecznym do wciśnięcia i przytrzymania w celu wykonania ruchu łóżkiem, będący alternatywnym rozwiązaniem chroniącym pacjenta przed nagłymi niepożądanymi regulacjami. W proponowanych przez nas produktach wyłączenie realizacji funkcji elektrycznej następuje automatycznie w przypadku nie wciśnięcia przycisku uruchamiającego na sterowniku funkcji elektrycznej?”

ODPOWIEDŹ

Tak.

PYTANIE NR 89: dotyczy zadania nr 1

„Czy Zamawiający dopuści łóżko bez wskaźnika kąтового leżącego i segmentu pleców oraz najniższej pozycji leżącego?”

ODPOWIEDŹ

Tak.

PYTANIE NR 90: dotyczy zadania nr 1

„Czy Zamawiający dopuści łóżko o bezpiecznym obciążeniu roboczym wynoszącym 225 kg?”

ODPOWIEDŹ

Tak.

PYTANIE NR 91: dotyczy zadania nr 1

„Czy Zamawiający dopuści szafkę o głębokości wynoszącej 400 mm?”

ODPOWIEDŹ

Tak.

PYTANIE NR 92: dotyczy zadania nr 2

„Czy Zamawiający dopuści łóżko z leżeniem 4 - sekcyjnym opartym na czterech kolumnach równie łatwych w dezynfekcji?”

ODPOWIEDŹ

Tak.

PYTANIE NR 93: dotyczy zadania nr 2

„Czy Zamawiający dopuści łóżko z leżem czterosekcyjnym podpartym w czterech punktach gwarantującej łatwa dezynfekcje i walkę z infekcjami?”

ODPOWIEDŹ

Tak.

PYTANIE NR 94: dotyczy zadania nr 2

„Czy Zamawiający dopuści szczyty łóżka tworzywowe wyjmowane od strony nóg i głowy bez blokady, ułatwiające szybki demontaż przypadku zagrożenia życia np. podczas reanimacji?”

ODPOWIEDŹ

Tak.

PYTANIE NR 95: dotyczy zadania nr 2

„Czy Zamawiający dopuści łóżka z barierkami bocznymi zabezpieczającymi pacjenta na długości 75% co jest rozwiązaniem powszechnie stosowanym.”

ODPOWIEDŹ

Tak.

PYTANIE NR 96: dotyczy zadania nr 2

„Czy zamawiający dopuści łóżko z barierkami bocznymi z odpornego na korozję aluminiowymi zbudowanymi z kilku elementów?”

ODPOWIEDŹ

Tak.

PYTANIE NR 97: dotyczy zadania nr 2

„Czy Zamawiający dopuści łóżko z barierkami bocznymi o wysokości 41 cm powyżej poziomu leża pacjenta?”

ODPOWIEDŹ

Tak.

PYTANIE NR 98: dotyczy zadania nr 2

„Czy Zamawiający dopuści łóżko posiadające regulację elektryczną wysokości leża, w zakresie 430 mm do 810 mm co w niewielkim stopniu odbiega od parametrów oczekiwanych.”

ODPOWIEDŹ

Tak.

PYTANIE NR 99: dotyczy zadania nr 2

„Czy Zamawiający dopuści łóżko z funkcją Autoregresji wynoszącą 10 cm co różni się nieznacznie od opisanego?”

ODPOWIEDŹ

Tak.

PYTANIE NR 100: dotyczy zadania nr 2

„Czy Zamawiający dopuści łóżko z funkcją Anty- Trendelenburga wynoszącą 15 stopni sterowanego z panelu centralnego?”

ODPOWIEDŹ

Tak.

PYTANIE NR 101: dotyczy zadania nr 2

„Czy Zamawiający dopuści łóżko z funkcją Trendelenburga wynoszącą 15 stopni sterowanego z panelu centralnego?”

ODPOWIEDŹ

Tak.

PYTANIE NR 102: dotyczy zadania nr 2

„Czy Zamawiający dopuści łóżko bez odłączenia wszelkich regulacji z pilota lub panelu po 180 sekundach nie używania; opisane rozwiązanie jest wyłączną cechą łóżek firmy Linet. Oferowane przez nasz łóżko posiada przycisk świadomego użycia polegający na konieczności wciśnięcia i przytrzymania w celu wykonania ruchu łóżkiem, i jest alternatywnym rozwiązaniem chroniącym pacjenta przed nagłymi niepożądanymi regulacjami (konieczność świadomego wciśnięcia do uruchomienia regulacji)?”

ODPOWIEDŹ

Tak.

PYTANIE NR 103: dotyczy zadania nr 2

„Czy Zamawiający dopuści łóżko bez przycisku STOP - natychmiastowego odłączenia wszystkich funkcji elektrycznych, ale z przyciskiem świadomej regulacji koniecznym do wciśnięcia i przytrzymania w celu wykonania ruchu łóżkiem, będący alternatywnym rozwiązaniem chroniącym pacjenta przed nagłymi niepożądanymi regulacjami. W

proponowanych przez nas produktach wyłączenie realizacji funkcji elektrycznej następuje automatycznie w przypadku nie wciskania przycisku uruchamiającego na sterowniku funkcji elektrycznej?"

ODPOWIEDŹ

Tak.

PYTANIE NR 104: dotyczy zadania nr 2

„Czy Zamawiający dopuści łóżko bez wskaźnika kąтового leża i segmentu pleców oraz najniższej pozycji leża?"

ODPOWIEDŹ

Tak.

PYTANIE NR 105: dotyczy zadania nr 2

„Czy Zamawiający dopuści łóżko o bezpiecznym obciążeniu roboczym wynoszącym 225 kg?"

ODPOWIEDŹ

Tak.

PYTANIE NR 106: dotyczy zadania nr 2

„Czy Zamawiający dopuści do zaoferowanie łóżko szpitalne posiadające szczyt poruszający się z leżem, który stale zabezpiecza pacjenta nawet w przypadku uzyskania maksymalnej wysokości leża?"

ODPOWIEDŹ

Tak.

PYTANIE NR 107: dotyczy zadania nr 2


„Czy Zamawiający dopuści szafkę o głębokości wynoszącej 400 mm?"

ODPOWIEDŹ

Tak.

UWAGA:

W związku z koniecznością udzielenia wyjaśnień w ustawowym terminie, Zamawiający zmienia termin składania ofert na dzień 07.07.2011 r do godziny 10:00. Otwarcie ofert odbędzie się o godzinie 10:30.

Z UP. DYREKTORA
Szpitala Wojewódzkiego w Koszalinie

mgr Magdalena Sikora
Z-ca Dyrektora ds. Technicznych i Administracyjnych