



**INFRASTRUKTURA
I ŚRODOWISKO**
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO



Kontakt:

Centrala (94) 34 - 88 - 400
Sekretariat (94) 34 - 88 - 151
Dyrektor (94) 34 - 88 - 102
Dział Jakości i Marketingu (94) 34 - 88 - 380
Fax (94) 34 - 88 - 103
e-mail: ewelina@swk.med.pl
http: www.swk.med.pl

Koszalin, 13 września 2011 r.

znak pisma: TP-231/3/PN/195/2011

Do:
**Wykonawcy postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego**

DOTYCZY:	przetargu nieograniczonego nr TP-231/3/PN/195/2011 – system monitorowania z centralą intensywnego nadzoru-wyposażenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego
-----------------	--

SPROSTOWANIE DO ODPOWIEDZI Z DNIA 12.09.2011

Zamawiający zmienia treść odpowiedzi do pytania nr 5, 11, 15, 96

PYTANIE NR 5: dotyczy monitor I, pkt 24

„Czy Zamawiający dopuści do przetargu system centralnego monitorowania bez możliwości sieciowego łączenia kilku stacji z opcją podglądu danych pacjenta oraz bez możliwości przenoszenia danych pacjentów ze stacji do stacji bez utraty danych?”

WYJAŚNIENIA

Tak.

PYTANIE NR 11: dotyczy monitor II, pkt 24

„Czy Zamawiający dopuści do przetargu system centralnego monitorowania bez możliwości sieciowego łączenia kilku stacji z opcją podglądu danych pacjenta oraz bez możliwości przenoszenia danych pacjentów ze stacji do stacji bez utraty danych?”

WYJAŚNIENIA

Tak.

PYTANIE NR 15: dotyczy monitor parametrów życiowych nieinwazyjnych – 12 szt., pkt 42

Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy kardiomonitor bez możliwości zawieszenia na ramie łóżka noszy? Taka forma transportowa kardiomonitora jest dość niebezpieczna, gdyż istnieje duża szansa, iż kardiomonitor zsunie się z ramy bądź zostanie przygnieciony do ściany i ulegnie uszkodzeniu.

WYJAŚNIENIA

Tak.

PYTANIE NR 96: dotyczy monitor zbiorczy I, II, pkt. 21, 20

„Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy rozwiązania w zakresie centrali monitorowania nie posiadającej możliwości wprowadzenia notatek i komentarzy?”

WYJAŚNIENIA

Tak.

z up. **DYREKTORA**
Szpitala Wojewódzkiego w Koszalinie

mgr Magdalena Sikora
Z-ca Dyrektora ds. Techniczno-Administracyjnych