



Kontakt:

Centrala (094) 34 - 88 - 400
Sekretariat (094) 34 - 88 - 151
Dyrektor (094) 34 - 88 - 102
Dział Jakości i Marketingu (094) 34 - 88 - 380
Fax (094) 34 - 88 - 103
e-mail: zampub.swk@ko.home.pl
http: www.swk.med.pl

Koszalin, 26.09.2011 r.

znak pisma: TP-231/3/PN/195/2011

Do:
**Wykonawcy postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego**

DOTYCZY:	przetargu nieograniczonego nr TP-231/3/PN/195/2011 – system monitorowania z centralą intensywnego nadzoru-wyposażenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego
-----------------	--

1. INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

1) Na podstawie art. 92 ustawy Prawo zamówień publicznych zawiadamiam niniejszym, że w przedmiotowym postępowaniu, jako najkorzystniejszą wybrano ofertę firmy:

Wykonawca	Liczba punktów w kryterium cena	Razem
BiaMediTek Sp. z o.o., ul. Składowa 12, 15-399 Białystok	100,00 pkt	100,00 pkt

2) Uzasadnienie wyboru: oferta przedstawiała najkorzystniejszy bilans punktów – maksymalna liczba przyznanych punktów w oparciu o ustalone kryteria (cena 100%).

3) Pozostali Wykonawcy, którzy złożyli oferty:

Wykonawca	Liczba punktów w kryterium cena	Razem
PARAMEDICA POLSKA Sp. z o.o., ul. Żoły 11, 02-815 Warszawa	96,01 pkt	96,01 pkt
Viridian Polska Sp. z o.o., ul. Bielawska 6 lok. 9, 02-511 Warszawa	62,74 pkt	62,74 pkt
„KONKRET” Dagmara Fik, Marcin Mazurkiewicz Spółka Jawna, ul. Dworcowa 15A, 86-200 Chełmno	Oferta odrzucona	

2. INFORMACJA O WYKLUCZENIU WYKONAWCÓW

Z postępowania nie wykluczono żadnego Wykonawcy.

3. INFORMACJA O ODRZUCENIU OFERT

Informuję, że w wyniku badania ofert złożonych w przedmiotowym postępowaniu, zgodnie z art. 89 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych:

Oferta nr 4 złożona przez firmę „KONKRET” Dagmara Fik, Marcin Mazurkiewicz Spółka Jawna, ul. Dworcowa 15A, 86-200 Chełmno została odrzucona na mocy art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Uzasadnienie:

- 1) Zamawiający wymagał w monitorach parametrów życiowych nieinwazyjnych (poz. 56) i monitorach parametrów życiowych inwazyjnych (poz. 100) min. 5 poziomów regulacji amplitudy krzywej oddechowej. W zaoferowanych monitorach są tylko 3 poziomy: x1, x2, x4.
- 2) Zamawiający w monitorze zbiorczym II (poz. 22) wymagał „możliwości rozbudowy o funkcje telemetrycznego monitorowania pacjentów – odbiornik i nadajniki pacjenta”. Oferowany system monitorowania nie posiada tej możliwości.
- 3) Zamawiający w monitorach parametrów życiowych nieinwazyjnych (poz. 45), monitorach parametrów życiowych inwazyjnych (poz. 89) i kardiomonиторach modułowych przyłóżkowych (poz. 34) wymagał „chłodzenia konwekcyjnego - konstrukcja bez wentylatora zapewniające cichą pracę”. Oferowane monitory nie posiadają takiego rozwiązania.

4. INFORMACJA O TERMINIE ZAWARCIA UMOWY

Umowa zostanie zawarta w terminie: 03.10.2011 r. – 14.10.2011r.

z up. DYREKTORA
Szpitala Wojewódzkiego w Koszalinie
mgr Magdalena Sikora
I-ta Dyrektora ds. Techniczno-Administracyjnych