

**SZPITAL WOJEWÓDZKI  
IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA  
UL. T. CHAŁUBIŃSKIEGO 7  
75 – 581 KOSZALIN**

NIP: **669-10-44-410**

REGON: **330006292**

BANK: **BOŚ O/Koszalin nr: 35 1540 1043 2001 8101 3130 0001**

**SPECYFIKACJA ISTOTNYCH  
WARUNKÓW ZAMÓWIENIA  
(SIWZ)**

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

**ŁÓŻKA SZPITALNE, SZAFKI PRZYŁÓŻKOWE**

TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:

**PRZETARG NIEOGRANICZONY  
o wartości mniejszej niż 193 000 EURO**

NUMER POSTĘPOWANIA:	<b>TP-231/3/PN/263/2011</b>
PODSTAWA PRAWNA:	Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. z 2010 r. Dz. U. Nr 113, poz. 759 ze zm.)
CENA SIWZ:	50,00 zł

**I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

Przedmiotem zamówienia jest dostawa łóżek szpitalnych i szafek przyłóżkowych. Kod CPV 33100000-1  
Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określony jest w [Załączniku nr 2 do SIWZ](#).

**II. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA**

Termin wykonania zamówienia do 21.11.2011 od daty podpisania umowy.

**III. CZĘŚCI ZAMÓWIENIA**

Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych:

Zadanie nr 1 – łóżka szpitalne z materacem, szafki przyłóżkowe;

Zadanie nr 2 – łóżka szpitalne do stanów ciężkich z materacem, szafki przyłóżkowe.

**IV. ZAMÓWIENIA UZUPEŁNIAJĄCE**

Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających.

**V. OFERTY WARIANTOWE**

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

**VI. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU**

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
  - a) nie zalegają z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub uzyskali przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub mają wstrzymane w całości wykonanie decyzji właściwego organu;
  - b) nie figurują w Krajowym Rejestrze Karnym na podstawie art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych.
2. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego zostanie dokonana wg formuły „spełnia – nie spełnia”.

**VII. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, JAKIE MUSZĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY WRAZ Z OFERTĄ**

1. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych, wykonawca składa następujące dokumenty:
  - 1) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
  - 2) aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy;
  - 3) aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
  - 4) aktualne zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
  - 5) aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
  - 6) aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
- 2.1 Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w ust. 1:

- 1) pkt 2, 3 i 5 – składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
    - a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,
    - b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,
    - c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie;
  - 2) pkt 4 – składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy.
- 2.2 Dokumenty, o których mowa w ust. 2.1 pkt 1 lit. a i c oraz pkt 2, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert. Dokument, o którym mowa w ust. 2.1 pkt 1 lit. b, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.
- 1.3 Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 2.1, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Przepis ust. 2.2 stosuje się odpowiednio.
- 1.4 W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących przedłożonego dokumentu.
3. W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego, Wykonawca składa następujące dokumenty:
- 1) oświadczenie dotyczące danych wykonawcy – **Załącznik nr 1 do SIWZ**;
  - 2) opis przedmiotu zamówienia – **Załącznik nr 2 do SIWZ**;
  - 3) formularz ofertowy – **Załącznik nr 4 do SIWZ**;
  - 4) oświadczenie Wykonawcy o klasie wyrobu medycznego (klasa I, II a, II b, lub III);
  - 5) deklaracja zgodności;
  - 6) potwierdzenie jednostki notyfikowanej – nie dotyczy wyrobów medycznych należących do klasy I niesterylnej;
  - 7) katalog potwierdzający parametry techniczne łóżka.
4. Dokumenty wymagane w przypadku składania oferty wspólnej:
- 1) pełnomocnictwo ustanawiające reprezentację wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia;
  - 2) w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku podmiotów, o których mowa w § 2 ust. 2 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30.12.2009 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane, kopie dokumentów dotyczących każdego z tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem przez te podmioty

Wyżej wymienione dokumenty Wykonawca zobowiązany jest złożyć w formie oryginałów lub kserokopii potwierdzonych na każdej stronie za zgodność z oryginałem przez osobę/osoby uprawnioną(e) do podpisania oferty z dopiskiem "za zgodność z oryginałem" i naniesioną datą.

#### **VIII. INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI**

Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje zamawiający i wykonawcy przekazują faksem lub pocztą elektroniczną.

#### **IX. OSOBY UPRAWNIONE DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI**

Osoba upoważniona ze strony Zamawiającego do kontaktowania się z wykonawcami:

**Ewelina Kopaczewska st. inspektor ds. zamówień publicznych**  
tel.: (094) 34-88-109; fax.: (094) 34-88-103; e-mail: ewelina@swk.med.pl

#### **UWAGA:**

Czas pracy Działu Zamówień Publicznych: od poniedziałku do piątku w godzinach 7.25-15.00

**X. WADIUM**

Wykonawca przystępując do przetargu nie wnosi wadium.

**XI. OKRES ZWIĄZANIA OFERTĄ**

Wykonawcy pozostają związani ofertą przez okres **30 dni** od upływu terminu do składania ofert.

**XII. OPIS PRZYGOTOWANIA OFERTY**

## 1. Przygotowanie oferty:

- 1) Oferta musi być sporządzona w języku polskim, pismem czytelnym.
- 2) Dokumenty sporządzone w języku obcym należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez wykonawcę.
- 3) Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi składający ofertę.
- 4) Wykonawca może złożyć w prowadzonym postępowaniu wyłącznie jedną ofertę.
- 5) Oferta oraz wszystkie załączniki wymagają podpisu osób uprawnionych do reprezentowania firmy w obrocie gospodarczym, zgodnie z aktem rejestracyjnym, wymaganiami ustawowymi oraz innymi przepisami prawa.
- 6) Jeżeli oferta i załączniki zostaną podpisane przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy, należy dołączyć właściwe umocowanie prawne.
- 7) Zamawiający nie jest podmiotem wykonującym zadania z zakresu administracji publicznej i nie wymaga dokonania opłaty skarbowej, związanej z udzielonym pełnomocnictwem osoby do reprezentowania Wykonawcy.
- 8) Oferta powinna zawierać wszystkie wymagane dokumenty, oświadczenia i załączniki, o których mowa w treści niniejszej specyfikacji.
- 9) Dokumenty powinny być sporządzone zgodnie z zaleceniami oraz przedstawionymi przez Zamawiającego wzorcami - załącznikami, a w szczególności zawierać wszystkie informacje oraz dane.
- 10) Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby podpisującej ofertę.
- 11) Wszystkie strony oferty powinny być spięte (zszyte) w sposób trwały, zapobiegający możliwości dekompletacji zawartości oferty.

## 2. Oferta wspólna

- 1) W przypadku, kiedy ofertę składa kilka podmiotów, oferta musi spełniać następujące warunki:
  - a) Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
  - b) Oferta winna być podpisana przez ustanowionego pełnomocnika.
  - c) Upoważnienie do pełnienia funkcji pełnomocnika wymaga podpisu prawnie upoważnionych przedstawicieli każdego z partnerów - należy załączyć je do oferty.
  - d) Pełnomocnik winien być upoważniony do zaciągania zobowiązań i płatności w imieniu każdego na rzecz każdego z partnerów oraz do wyłącznego występowania w realizacji kontraktu - do oferty należy załączyć oświadczenie.
  - e) Podmioty występujące wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań.
  - f) Jeżeli oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego zostanie wybrana, Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, umowy regulującej współpracę tych wykonawców.

## 3. Inne wymagania dotyczące przygotowania oferty

Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystym opakowaniu / zamkniętej kopercie w siedzibie Zamawiającego oraz opisać według poniższego wzoru:

**„NAZWA WYKONAWCY  
NR POSTĘPOWANIA: TP-231/3/PN/263/2011  
LÓŻKA SZPITALNE, SZAFKI PRZYŁÓŻKOWE**

**SZPITAL WOJEWÓDZKI IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA  
UL. T. CHAŁUBIŃSKIEGO 7, 75-581 KOSZALIN  
DZIAŁ ZAMÓWIENI PUBLICZNYCH”**

### XIII. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

- Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego w Dziale Zamówień Publicznych do dnia **19.10.2011 r. do godz. 10.00**
- Otwarcie ofert nastąpi w dniu **19.10.2011 r. o godz. 10.30** w siedzibie Zamawiającego.  
Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający przekaże zebranych wykonawcom informację o wysokości kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.  
Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi bezpośrednio po odczytaniu ww. informacji. Po otwarciu ofert przekazane zostaną następujące informacje: nazwa i siedziba wykonawcy, którego oferta jest otwierana, cena, a także termin wykonania zamówienia, okres gwarancji, warunki płatności.

### XIV. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY

- Cena oferty musi uwzględniać wszystkie zobowiązania, musi być podana w PLN, z wyodrębnieniem należnego podatku VAT.
- Cena podana w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia.
- Cena może być tylko jedna.
- Cena (cena brutto) = ilość x cena jednostkowa netto + wartość VAT

### XV. KRYTERIA OCENY OFERTY

- Przy wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami:

LP	KRYTERIUM	%	SPOSÓB OBLICZANIA
1	Cena	100 %	Najniższa cena spośród ważnych ofert ----- X 100 Cena badanej oferty

- Wynik:  
Oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans (maksymalna liczba przyznanych punktów w oparciu o ustalone kryteria) zostanie uznana za najkorzystniejszą, pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów. Realizacja zamówienia zostanie powierzona wykonawcy, który uzyska najwyższą ilość punktów.

### XVI. ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

### XVII. WARUNKI UMOWY

- Zamawiający podpisze umowę z wykonawcą, który przedłoży najkorzystniejszą ofertę z punktu widzenia kryteriów przyjętych w niniejszej specyfikacji.
- Umowa zawarta zostanie z uwzględnieniem postanowień wynikających z treści niniejszej specyfikacji oraz danych zawartych w ofercie.
- Postanowienia umowy zawarto w projekcie umowy, który stanowi **Załącznik nr 3 do SIWZ**.

### XVIII. INFORMACJA O MOŻLIWOŚCI ZMIANY POSTANOWIEŃ UMOWY

- Dopuszcza się możliwość zmiany przedmiotu zamówienia wynikającego z oferty na podstawie, której zawarta została umowa, przy niższej lub niezwiększonej cenie, w przypadku, gdy:
  - Wykonawca zaproponuje nowszy technologicznie produkt spełniający parametry określone w opisie przedmiotu zamówienia;
  - Wykonawca wstrzyma wprowadzanie przedmiotu umowy do obrotu handlowego i zaproponuje produkt równoważny, spełniający parametry określone w opisie przedmiotu zamówienia;
  - wystąpi incydent medyczny związany z przedmiotem umowy i Wykonawca zaproponuje produkt równoważny, spełniający parametry określone w opisie przedmiotu zamówienia;
  - producent przedmiotem umowy wstrzyma produkcję i Wykonawca zaproponuje produkt równoważny, spełniający parametry określone w opisie przedmiotu zamówienia;
- Dopuszcza się możliwość zmiany numeru katalogowego, kodu produktu i nazwy własnej przedmiotu umowy, w przypadku, gdy wykonawca zaproponuje taką zmianę.
- Dopuszcza się możliwość obniżenia wielkości ceny, w przypadku, gdy Wykonawca w okresie realizacji umowy

zaproponuje ten sam produkt w niższej cenie.

5. Dopuszcza się możliwość zmiany stawki podatku VAT na towary sprzedawane w ramach rozstrzygniętego postępowania. Zmiana ceny następuje nie wcześniej niż z dniem wejścia w życie aktu prawnego zmieniającego stawkę podatku VAT.

## **XIX. ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ**

### 1. Odwołanie

- 1) Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.
- 2) Odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:
  - a) wyboru trybu negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki lub zapytania o cenę;
  - b) opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu;
  - c) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia;
  - d) odrzucenia oferty odwołującego.
- 3) Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.
- 4) Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.
- 5) Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia za pomocą sposobu określonego w dziale VIII SIWZ.
- 6) Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub zaniechaniu czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie przysługuje odwołanie na podstawie art. 180 ust. 2 ustawy.
- 7) W przypadku uznania zasadności przekazanej informacji zamawiający powtarza czynność albo dokonuje czynności zaniechanej, informując o tym wykonawców w sposób przewidziany w ustawie dla tej czynności.
- 8) Na czynności, o których mowa w pkt 7, nie przysługuje odwołanie, z zastrzeżeniem art. 180 ust. 2 ustawy.
- 9) Odwołanie wnosi się w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia.
- 10) Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej.
- 11) Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 9 i 10 wnosi się terminie 5 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

### 2. Skarga do sądu

- 1) Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.
- 2) W postępowaniu toczącym się wskutek wniesienia skargi stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego o apelacji, jeżeli przepisy niniejszego rozdziału nie stanowią inaczej.
- 3) Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania zamawiającego.
- 4) Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora publicznego jest równoznaczne z jej wniesieniem.
- 5) Prezes Izby przekazuje skargę wraz z aktami postępowania odwoławczego właściwemu sądowi w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania.
- 6) W terminie 21 dni od dnia wydania orzeczenia skargę może wnieść także Prezes Urzędu. Prezes Urzędu może także przystąpić do toczącego się postępowania.
- 7) Do czynności podejmowanych przez Prezesa Urzędu stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego o prokuratorze.
- 8) Skarga powinna czynić zadość wymaganiom przewidzianym dla pisma procesowego oraz zawierać oznaczenie zaskarżonego orzeczenia, przytoczenie zarzutów, zwięzłe ich uzasadnienie, wskazanie dowodów, a także wnioski o uchylenie orzeczenia lub o zmianę orzeczenia w całości lub w części.
- 9) W postępowaniu toczącym się na skutek wniesienia skargi nie można rozszerzyć żądania odwołania ani występować z nowymi żądaniami.
- 10) Sąd na posiedzeniu niejawnym odrzuca skargę wniesioną po upływie terminu lub niedopuszczalną z innych przyczyn, jak również skargę, której braków strona nie uzupełniła w terminie.

### 3. Szczegółowe informacje na temat środków ochrony prawnej znajdują się w ustawie Prawo zamówień publicznych w

## Dziale VI.

**XX. PODWYKONAWSTWO**

1. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom.
2. W przypadku braku wskazania podwykonawców Zamawiający uzna, że całość zamówienia zrealizowana zostanie przez Wykonawcę.

**XXI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE**

1. Zasady udostępniania dokumentów
  - 1) Uczestnicy postępowania mają prawo wglądu do treści protokołu oraz ofert w trakcie prowadzonego postępowania z wyjątkiem dokumentów stanowiących załączniki do protokołu (jawne po zakończeniu postępowania) oraz stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i dokumentów lub informacji zastrzeżonych przez uczestników postępowania.
  - 2) Udostępnienie zainteresowanym odbywać się będzie wg poniższych zasad:
    - a) Zamawiający udostępnia wskazane dokumenty po złożeniu pisemnego wniosku;
    - b) Zamawiający wyznacza termin, miejsce oraz zakres udostępnianych dokumentów;
    - c) Zamawiający wyznaczy członka komisji, w którego obecności udostępnione zostaną dokumenty;
    - d) Zamawiający umożliwi kopiowanie dokumentów odpłatnie, cena za 1 stronę 1 zł netto;
    - e) udostępnienie może mieć miejsce wyłącznie w siedzibie Zamawiającego oraz w czasie godzin jego urzędowania.

W sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych oraz Kodeksu Cywilnego.

**XXII. ZAŁĄCZNIKI**

1. Załącznik nr 1: Oświadczenie dotyczące danych wykonawcy
2. Załącznik nr 2: Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.
3. Załącznik nr 3: Projekt umowy.
4. Załącznik nr 4: Formularz ofertowy.

**SPECYFIKACJĘ ISTOTNYCH  
WARUNKÓW ZAMÓWIENIA****ZATWIERDZIŁ, DN.11.10.2011**

Z up. DYREKTORA  
Szpitala Wojewódzkiego w Koszalinie  
*M. Sikora*  
mgr Magdalena Sikora  
Z-ca Dyrektora ds. Techniczno-Administracyjnych



**ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SIWZ****OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE DANYCH WYKONAWCY**

## 1. Dane Wykonawcy:

Pełna nazwa: .....

Adres: .....

NIP: .....

Regon: .....

KRS lub inny organ rejestrowy: .....

Telefon: .....

Fax: .....

Dane osoby upoważnionej do kontaktów Imię i nazwisko .....

Tel. .... Adres e-mail:.....

Strona www: .....

Województwo: .....

Powiat: .....

## 2. W związku z wymogami systemu zarządzania jakością według normy ISO 9001:2001 prosimy o udzielenie odpowiedzi na następujące pytania. Udzielone odpowiedzi nie będą miały żadnego wpływu na ocenę oferty.

Czy Wykonawca stosuje system zarządzania jakością?	TAK	<input type="checkbox"/>	NIE	<input type="checkbox"/>
Czy Wykonawca posiada certyfikat systemu zarządzania jakością?	TAK	<input type="checkbox"/>	NIE	<input type="checkbox"/>
Czy u Wykonawcy funkcjonuje skuteczny system kontroli dostaw surowców, materiałów, kwalifikowania wyrobów gotowych lub oceny świadczonych usług?	TAK	<input type="checkbox"/>	NIE	<input type="checkbox"/>
Czy u Wykonawcy istnieje procedura reklamacyjna dla klienta?	TAK	<input type="checkbox"/>	NIE	<input type="checkbox"/>

## 3. Oświadczamy, że zawarty w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia projekt umowy został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

DATA:

PODPIS WYKONAWCY



## SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

## ZADANIE NR 1

ŁÓŻKA SZPITALNE Z MATERACEM, SZAFKI PRZYŁÓŻKOWE				
Lp.	Opis przedmiotu zamówienia	Wymóg graniczny/Rozmiar	Potwierdzenie	Producent, typ, nr kat.
1	Zasilanie 230 V, 50 Hz	TAK		
2	Długość całkowita łóżka – od 2150 do 2250 mm	TAK		
3	Szerokość całkowita łóżka – 900mm – 1030 mm	TAK		
4	Leże łóżka 4 – segmentowe (z czego trzy segmenty ruchome) wykonane z tworzywa ABS ze zdejmowanymi panelami, o konstrukcji opartej na dwóch kolumnach ułatwiających mycie i dezynfekcję	TAK		
5	Szczyty łóżka wyjmowane od strony nóg i głowy.	TAK		
6	Barierki boczne podwójne dzielone poruszające się wraz z segmentami leża z systemem łagodnego opuszczania-barierka nie opada bezwładnie po zwolnieniu blokady lub barierki na całej długości leża pojedyncze od szczytu do szczytu.	TAK		
7	Barierki boczne o wysokości 45 cm (+/- 3 cm) powyżej poziomu leża	TAK		
8	Sterowanie łóżka elektryczne przy pomocy centralnego panelu sterowniczego, montowanego na szczycie od strony nóg, z możliwością jego schowania w półce na pościel. Funkcje sterowane za pomocą panelu przy użyciu jednego przycisku: pozycja ZERO, pozycja krzesła kardiologicznego, CPR, pozycja Trendelenburga i anty - Trendelenburga	TAK		
9	Sterowanie panelem sterowniczym przez personel medyczny, z możliwością blokady poszczególnych funkcji.	TAK		
10	Regulacja wysokości leża elektryczna. Zakres regulacji od 400 mm do 800 mm (+/- 35 mm)	TAK		

11	Regulacja elektryczna segmentu pleców w zakresie 75° +/- 5°	TAK	
12	Regulacja elektryczna segmentu uda w zakresie od 30° do 45°	TAK	
13	Regulacja elektryczna lub ręczna segmentu podudzia w zakresie 20° +/- 5°	TAK	
14	Autoregresja segmentu pleców podczas unoszenia go do góry – Teleskopowy ruch wsteczny.	TAK	
15	Regulacja elektryczna pozycji Trendelenburga i anty-Trendelenburga 20° (+/- 5°).	TAK	
16	Mechaniczna funkcja CPR umożliwiająca szybkie poziomowanie oparcia pleców.	TAK	
17	Elektryczna funkcja CPR umożliwiająca wypoziomowanie całego leża za pomocą jednego przycisku.	TAK	
18	Elektryczna regulacja funkcji autokontur	TAK	
19	System zabezpieczający przed nieświadomym użyciem np. konieczność wciśnięcia dodatkowego przycisku do sterowania łóżkiem	TAK	
20	4 koła, zabezpieczone kołpakiem, z systemem jazdy kierunkowej oraz centralnym hamulcem uruchamianym dźwigniami na kołach od strony nóg.	TAK	
21	Eurolistwa na akcesoria za szczytem od strony głowy bądź z boku łóżka lub wyposażenie dodatkowe poniżej leża z obu jego stron	TAK	
22	Koła jezdne o średnicy od 125mm do 150mm	TAK	
23	Dopuszczalne obciążenie łóżka min. 220 kg	TAK	
24	Możliwość wyboru kolorystyki wkładek szczytów i barierek łóżka.	TAK	
25	W narożach łóżka cztery krążki odbojowe	TAK	

26	Otwory (tuleje) w narożach łóżka na wieszaki do kroplówek	TAK		
27	Wysuwana półka do odkładania pościeli	TAK		
28	Ograniczniki materaca zabezpieczające przed zsunięciem na boki	TAK		
29	Możliwość zamontowania statywu do pomp infuzyjnych	TAK		
30	Możliwość zamontowania wysięgnika ręki	TAK		
31	Szczelność przed wodą i pyłem dla układu elektrycznego łóżka wg normy IP 66	TAK		
<b>DODATKOWE WYPOSAŻENIE</b>				
32	Uchwyty na worki urologiczne po każdej, dłuższej stronie łóżka – min. 2 sztuki	TAK		
33	Kosz na pojemnik urologiczny (kaczkę) – po 1 sztuce	TAK		
34	Wieszak infuzyjny (4 haki)	TAK		
35	Wysięgnik z uchwytem ręki, posiadający mechanizm regulacji długości paska – 4 sztuki	TAK		
<b>MATERAC</b>				
36	Materac jednoczęściowy, wykonany z pianki poliuretanowej w pokrowcu nieprzemakalnym	TAK		
37	Pokrowiec zmywalny, odporny na działanie środków dezynfekcyjnych, paroprzepuszczalny, zapinany na zamek błyskawiczny	TAK		
38	Materac ponacinany w pasy żebrowe o różnej szerokości.	TAK		
39	Rozmiar materaca dostosowany do rozmiaru łóżka	TAK		
40	Materac o grubości 12cm (+/- 2cm)	TAK		
<b>INNE WYMAGANIA</b>				
41	Rok produkcji - 2011	TAK		
42	Łóżko zastępcze, jeśli naprawa nastąpi w czasie dłuższym niż 48 godzin (w okresie gwarancyjnym)	TAK		
43	Łóżko fabrycznie nowe	TAK		
44	Gwarancja na łóżko - min. 24 miesiące	TAK		
45	Gwarancja na materac- min. 24	TAK		

	miesiące			
46	Nieodpłatny serwis gwarancyjny: pierwszy – po 12 miesiącach, drugi – po 24 miesiącach	TAK		
47	Kolor łóżka – do uzgodnienia	TAK		
<b>SZAFKA PRZYŁÓŻKOWA</b>				
1	Szafka jednostronna	TAK		
2	Metalowa konstrukcja, lakierowana proszkowo	TAK		
3	Szerokość korpusu: 450 mm (+/- 50 mm) Szerokość całkowita 600 mm (+/- 50mm) Głębokość: 450 mm (+30 mm) Wysokość : 800 mm (+30 mm)	TAK		
4	Wymiary blatu 450 x 450 (+/- 50mm)	TAK		
5	Szuflada na prowadnicach rolkowych	TAK		
6	Pomiędzy szufladą a dolną zamykaną szafką otwarta półka np. na czasopisma	TAK		
7	Pod częścią zamykaną szafki dodatkowa półka z siatki np. na buty	TAK		
8	Blat boczny składany do boku szafki z możliwością regulacji kąta pochylenia blatu o 30° lub 60°	TAK		
9	Szafka wyposażona w cztery koła skrętne, w tym 2 z blokadą indywidualną lub dodatkowo piąte koło stanowiące punkt podparcia blatu bocznego	TAK		
10	Gwarancja min. 24 miesiące	TAK		
11	Szafka fabrycznie nowa	TAK		
12	Kolor części czołowej szafki i blatu do wyboru	TAK		

**ZADANIE NR 2**

<b>ŁÓŻKA SZPITALNE DO STANÓW CIĘŻKICH Z MATERACEM, SZAFKI PRZYŁÓŻKOWE</b>				
Lp.	Opis przedmiotu zamówienia	Wymóg graniczny/Rozmiar	Potwierdzenie	Producent, typ, nr kat.
1	Zasilanie 230 V, 50 Hz	TAK		
2	Długość całkowita łóżka od 2150 do 2250 mm	TAK		
3	Szerokość całkowita łóżka – 900mm	TAK		

	- 1030 mm		
4	Leże łóżka 4 – segmentowe (z czego trzy segmenty ruchome) wykonane z tworzywa ABS ze zdejmowanymi panelami, o konstrukcji opartej na dwóch kolumnach ułatwiających mycie i dezynfekcję	TAK	
5	Szczyty łóżka wyjmowane od strony nóg i głowy.	TAK	
6	Barierki boczne podwójne dzielone poruszające się wraz z segmentami leża z systemem łagodnego opuszczania-barierka nie opada bezwładnie po zwolnieniu blokady lub barierki na całej długości leża pojedyncze od szczytu do szczytu.	TAK	
7	Barierki boczne o wysokości 45 cm (+/- 3 cm) powyżej poziomu leża	TAK	
8	Sterowanie łóżka elektryczne przy pomocy centralnego panelu sterowniczego, montowanego na szczycie od strony nóg, z możliwością jego schowania w półce na pościel. Funkcje sterowane za pomocą panelu przy użyciu jednego przycisku: pozycja ZERO, pozycja krzesła kardiologicznego, CPR, pozycja Trendelenburga i anty - Trendelenburga	TAK	
9	Sterowanie panelem sterowniczym przez personel medyczny, z możliwością blokady poszczególnych funkcji.	TAK	
10	Regulacja wysokości leża elektryczna. Zakres regulacji od 400 mm do 800 mm (+/- 35 mm)	TAK	
11	Regulacja elektryczna segmentu pleców w zakresie 75° +/- 5°	TAK	
12	Regulacja elektryczna segmentu uda w zakresie od 30° do 45°	TAK	
13	Regulacja elektryczna lub ręczna segmentu podudzia w zakresie 20° +/- 5°	TAK	
14	Autoregresja segmentu pleców podczas unoszenia go do góry – Teleskopowy ruch wsteczny.	TAK	
15	Regulacja elektryczna pozycji	TAK	

	Trendelenburga i anty-Trendelenburga 20° (+/- 5°).		
16	Mechaniczna funkcja CPR umożliwiająca szybkie poziomowanie oparcia pleców.	TAK	
17	Elektryczna funkcja CPR umożliwiająca wypoziomowanie całego leża za pomocą jednego przycisku.	TAK	
18	Elektryczna regulacja funkcji autokontur	TAK	
19	System zabezpieczający przed nieświadomym użyciem np. konieczność wciśnięcia dodatkowego przycisku do sterowania łóżkiem	TAK	
20	4 koła, zabezpieczone kołpakami, z systemem jazdy kierunkowej oraz centralnym hamulcem uruchamianym dźwigniami na kołach od strony nóg.	TAK	
21	Eurolistwa na akcesoria za szczytem od strony głowy bądź z boku łóżka lub wyposażenie dodatkowe poniżej leża z obu jego stron	TAK	
22	Koła jezdne o średnicy od 125mm do 150mm	TAK	
23	Dopuszczalne obciążenie łóżka min. 220 kg	TAK	
24	Możliwość wyboru kolorystyki wkładek szczytów i barierki łóżka	TAK	
25	W narożach łóżka cztery krążki odbojowe	TAK	
26	Otwory (tuleje) w narożach łóżka na wieszaki do kroplówek	TAK	
27	Wysuwana półka do odkładania pościeli	TAK	
28	Ograniczniki materaca zabezpieczające przed zsunięciem na boki	TAK	
29	Możliwość zamontowania statywu do pomp infuzyjnych	TAK	
30	Możliwość zamontowania wysięgnika ręki	TAK	
31	Szczelność przed wodą i pyłem dla układu elektrycznego łóżka wg	TAK	

	normy IP 66			
<b>DODATKOWE WYPOSAŻENIE</b>				
32	Uchwyty na worki urologiczne po każdej, dłuższej stronie łóżka – min. 2 sztuki	TAK		
33	Kosz na pojemnik urologiczny (kaczkę) – po 1 sztuce	TAK		
34	Wieszak infuzyjny (4 haki)	TAK		
35	Statyw (wieszak) do pomp infuzyjnych – 6 sztuk	TAK		
<b>MATERAC</b>				
36	Materac jednoczęściowy, wykonany z pianki poliuretanowej w pokrowcu nieprzemakalnym	TAK		
37	Pokrowiec zmywalny, odporny na działanie środków dezynfekcyjnych, paroprzepuszczalny, zapinany na zamek błyskawiczny	TAK		
38	Materac ponacinany w pasy żebrów o różnej szerokości.	TAK		
49	Rozmiar materaca dostosowany do rozmiaru łóżka	TAK		
40	Materac o grubości 12cm (+/- 2cm)	TAK		
<b>INNE WYMAGANIA</b>				
41	Rok produkcji - 2011	TAK		
42	Łóżko zastępcze, jeśli naprawa nastąpi w czasie dłuższym niż 48 godzin (w okresie gwarancyjnym)	TAK		
43	Łóżko fabrycznie nowe	TAK		
44	Gwarancja na łóżko - min. 24 miesiące	TAK		
45	Gwarancja na materac- min. 24 miesiące	TAK		
46	Nieodpłatny serwis gwarancyjny: pierwszy – po 12 miesiącach, drugi – po 24 miesiącach	TAK		
47	Kolor łóżka – do uzgodnienia	TAK		
<b>SZAFKA PRZYŁÓŻKOWA</b>				
1	Szafka jednostronna	TAK		
2	Metalowa konstrukcja, lakierowana proszkowo	TAK		
3	Szerokość korpusu: 450 mm (+/- 50 mm) Szerokość całkowita 600 mm (+/- 50mm)	TAK		



	Głębokość: 450 mm (+30 mm) Wysokość : 800 mm (+30 mm)			
4	Wymiary blatu 450 x 450 (+/- 50mm)	TAK		
5	Szuflada na prowadnicach rolkowych	TAK		
6	Pomiędzy szufladą a dolną zamykaną szafką otwarta półka np. na czasopisma	TAK		
7	Pod częścią zamykaną szafki dodatkowa półka z siatki np. na buty	TAK		
8	Blat boczny składany do boku szafki z możliwością regulacji kąta pochylenia blatu o 30° lub 60°	TAK		
9	Szafka wyposażona w cztery koła skątne, w tym 2 z blokadą indywidualną lub dodatkowo piąte koło stanowiące punkt podparcia blatu bocznego	TAK		
10	Gwarancja min. 24 miesiące	TAK		
11	Szafka fabrycznie nowa	TAK		
12	Kolor części czołowej szafki i blatu do wyboru	TAK		

**ZAŁĄCZNIK NR 3 DO SIWZ****PROJEKT UMOWY SPRZEDAŻY NR .../.../TP-231/3/PN/263/2010**  
**zamówienie w trybie przetargu nieograniczonego art. 39 ustawy Prawo zamówień publicznych**

Umowa zawarta w dniu .....2011 roku w Koszalinie, pomiędzy:

**Szpitałem Wojewódzkim im. Mikołaja Kopernika**

**ul. T. Chałubińskiego 7, 75 – 581 Koszalin**

**NIP: 669-10-44-410, REGON: 330006292, KRS: 0000006505**

reprezentowanym przez **Andrzeja Kondaszewskiego – Dyrektora**

zwanym dalej **Kupującym**

a

**NIP:.....REGON:.....KRS:.....**

reprezentowanym przez: .....

zwanym dalej **Sprzedawcą**

**§ 1**

1. **Sprzedawca** zobowiązuje się do sprzedaży i dostarczenia **Kupującemu** ..... za cenę jak w formularzu ofertowym, stanowiącym załącznik nr 1 do umowy i będący integralną częścią umowy.
2. Wartość umowy netto: ..... zł, brutto: ..... zł.

**§ 2**

1. Na zakupiony sprzęt **Sprzedawca** udziela ..... miesięcznej gwarancji oraz zobowiązuje się do wykonania nieodpłatnego serwisu gwarancyjnego.
2. Czas reakcji serwisu – 48 godzin od zgłoszenia.
3. Po upływie okresu gwarancji istnieje możliwość podpisania umowy serwisowej określającej szczegółowo warunki przeglądów i napraw pogwarancyjnych.
4. Maksymalna liczba napraw gwarancyjnych uprawniająca do wymiany sprzętu na nowy - 3 naprawy uszkodzeń uniemożliwiających wykorzystanie sprzętu w pełnym zakresie.
5. Przeglądy w cenie dostawy – raz w roku przez okres trwania gwarancji.

**§ 3**

1. **Sprzedawca** poniesie koszt:
  - a) Dostarczenia sprzętu do **Kupującego**;
  - b) Montażu i uruchomienia sprzętu u **Kupującego**;
  - c) Przeszkolenie personelu w zakresie obsługi;
  - d) Ubezpieczenia sprzętu na czas dostawy i do czasu uruchomienia.
2. Zapłata nastąpi w formie przelewu bankowego na konto **Sprzedawcy** w terminie do **30 dni** od daty otrzymania sprzętu i faktury.
3. Dostawa sprzętu nastąpi w terminie do ..... r. po wcześniejszym ustaleniu miejsca dostawy z Panią Wandą Mikołajczyk tel. 94 34 88 238.

**§ 4**

1. **Sprzedawca** zapłaci **Kupującemu** kary umowne w przypadku:
  - 1) niezrealizowania umowy w terminie, o którym mowa w § 3 ust. 3 w wysokości 0,2% wartości brutto umowy za każdy dzień zwłoki,
  - 2) opóźnienia w usuwaniu awarii lub wymiany sprzętu na wolny od wad, w wysokości 0,2 % wartości brutto przedmiotu umowy zgłoszonego jako awaryjny, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia, liczony od terminu zakończenia okresu oczekiwania na usunięcie wady lub wymiany sprzętu.
  - 3) odstąpienia od umowy przez **Kupującego** z przyczyn określonych w § 6 - w wysokości 30% wartości brutto umowy.
2. **Kupujący** zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych.
3. Zapłata kar umownych następuje na pisemne wezwanie **Kupującego** w terminie 10 dni od dnia otrzymania wezwania.
4. **Kupujący** zastrzega sobie prawo potrącenia kar umownych z wynagrodzeń należnych **Sprzedawcy**.

**§ 5**

**Sprzedawca** nie może bez zgody **Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego** przenieść wierzytelności, wynikających z niniejszej umowy na osobę trzecią.

**§ 6**

**Kupującemu** przysługuje prawo odstąpienia od umowy, w przypadku nienależytego jej wykonywania, a w szczególności:

- 1) dostawy innego przedmiotu niż przedstawiony w ofercie,
- 2) opóźnienie w dostawie przedmiotu umowy powyżej 14 dni.

#### § 7

1. **Sprzedawca** wraz ze sprzętem dostarczy wymagane prawem dokumenty właściwe dla przedmiotu zamówienia w celu jego uruchomienia i eksploatacji.
2. Uruchomienie sprzętu oraz przeszkolenie personelu nastąpi w terminie dogodnym dla **Kupującego**, jednakże nie później niż do dnia ..... r. z czego zostanie sporządzony protokół zawierający:
  - 1) Nazwę i typ sprzętu;
  - 2) Numer fabryczny sprzętu;
  - 3) Rok produkcji sprzętu;
  - 4) Producent;
  - 5) Data uruchomienia;
  - 6) Listę przeszkolonych pracowników;
  - 7) Odniesienie przekazania instrukcji obsługi dla personelu obsługującego;
  - 8) Instrukcję BHP.

#### § 8

Wszelkie zmiany do niniejszej umowy wymagają formy pisemnej w postaci aneksu do umowy pod rygorem nieważności.

#### § 9

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego i ustawy Prawo zamówień publicznych.

#### § 10

Spory wynikłe na tle wykonania niniejszej umowy, strony poddadzą rozstrzygnięciu właściwemu rzeczowo Sądowi w Koszalinie.

#### § 11

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla każdej ze stron.

#### **Załączniki do umowy:**

1. Formularz ofertowy

**KUPUJĄCY:**

**SPRZEDAWCA:**

## ZAŁĄCZNIK NR 4 DO SIWZ

## ZADANIE NR 1

ŁÓŻKA SZPITALNE Z MATERACEM, SZAFKI PRZYŁÓŻKOWE									
Lp	Przedmiot zamówienia	Nr kat.	Jednostka miary	Ilość	Cena jedn. netto	Stawka podatku VAT w (%)	Cena jedn. brutto	Cena netto	Cena
1	łóżka szpitalne z materacem		Szt	73					
2	szafki przyłóżkowe		Szt.	73					
RAZEM									
..... podpis wykonawcy									

## ZADANIE NR 2

ŁÓŻKA SZPITALNE DO STANÓW CIĘŻKICH Z MATERACEM, SZAFKI PRZYŁÓŻKOWE									
Lp	Przedmiot zamówienia	Nr kat.	Jednostka miary	Ilość	Cena jedn. netto	Stawka podatku VAT w (%)	Cena jedn. brutto	Cena netto	Cena
1	łóżka szpitalne do stanów ciężkich z materacem		Szt	14					
2	szafki przyłóżkowe		Szt.	14					
RAZEM									
..... podpis wykonawcy									