



Szpital Wojewódzki Koszalin

Kontakt:

Centrala (94) 34 - 88 - 400
Sekretariat (94) 34 - 88 - 151
Dyrektor (94) 34 - 88 - 102
Dział Jakości i Marketingu (94) 34 - 88 - 380
Fax (94) 34 - 88 - 103
e-mail: ewelina@swk.med.pl
http: www.swk.med.pl

Koszalin, 14.10.2011 r.

znak pisma: TP-231/3/PN/263/2011

Do:
**Wykonawcy postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego**

DOTYCZY:	przetargu nieograniczonego nr TP-231/3/PN/263/2011 – łóżka szpitalne, szafki przyłóżkowe
-----------------	--

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (j.t. z 2010 r. Dz. U. Nr 113, poz. 759 ze zm.) udzielam wyjaśnień na zadane pytania:

PYTANIE NR 1

„Czy Zamawiający zgodzi się na wydłużenie terminu realizacji zamówienia w zadaniu 1 i 2 do 31.12.2011? A jeśli nie, to o ile zgodzi się przedłużyć ten termin?”

WYJAŚNIENIA

Nie.

PYTANIE NR 2

„Czy Zamawiający zgodzi się na zmianę zapisu „termin realizacji do 21.11.2011r.” na „termin realizacji do 4 tygodni od daty podpisania umowy”?”

WYJAŚNIENIA

Nie.

PYTANIE NR 3: dotyczy zadania nr 1

„Czy Zamawiający dopuści łóżko z leżem wypełnionym profilowanymi, metalowymi, lakierowanymi lamelami?”

WYJAŚNIENIA

Nie.

PYTANIE NR 4: dotyczy zadania nr 1

„Czy Zamawiający dopuści łóżko z leżem wykonanym z przeziernego dla promieni RTG tworzywa, łatwo zmywalnego, montowanego na stałe?”

WYJAŚNIENIA

Zgodnie z SIWZ.

PYTANIE NR 5: dotyczy zadania nr 1

„Czy Zamawiający dopuści łóżko z leżem wypełnionym zdejmowanymi płytami z tworzywa przeziernego dla promieni RTG?”

WYJAŚNIENIA

Zgodnie z SIWZ.

PYTANIE NR 6: dotyczy zadania nr 1

„Czy Zamawiający dopuści łóżko barierkami bocznymi o wysokości 40 cm powyżej poziomu leża?”

WYJAŚNIENIA

Nie.

PYTANIE NR 7: dotyczy zadania nr 1

„Czy Zamawiający dopuści łóżko z elektryczną regulacją wysokości w zakresie 450 – 850 mm?”

WYJAŚNIENIA

Nie.

PYTANIE NR 8: dotyczy zadania nr 1

„Czy Zamawiający dopuści łóżko z normą IP54 dla układu elektrycznego? Jest to norma wystarczająca dla tego typu łóżek.”

WYJAŚNIENIA

Zgodnie z SIWZ.

PYTANIE NR 9: dotyczy zadania nr 1

„Czy Zamawiający dopuści materac o parametrach równoważnych?”

WYJAŚNIENIA

Zgodnie z SIWZ.

PYTANIE NR 10: dotyczy zadania nr 1

„Czy Zamawiający dopuści materac ponacinany w pasy o równej szerokości?”

WYJAŚNIENIA

Tak.

PYTANIE NR 11: dotyczy zadania nr 1

„Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową dwustronnie otwieraną?”

WYJAŚNIENIA

Tak.

PYTANIE NR 12: dotyczy zadania nr 1

„Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową o głębokości 410 mm?”

WYJAŚNIENIA

Nie.

PYTANIE NR 13: dotyczy zadania nr 1

„Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową o wysokości 840 mm?”

WYJAŚNIENIA

Tak.

PYTANIE NR 14: dotyczy zadania nr 2

„Czy Zamawiający dopuści łóżko z leżem wypełnionym profilowanymi, metalowymi, lakierowanymi lamelami?”

WYJAŚNIENIA

Nie.

PYTANIE NR 15: dotyczy zadania nr 2

„Czy Zamawiający dopuści łóżko z leżem wykonanym z przeziernego dla promieni RTG tworzywa, łatwo zmywalnego, montowanego na stałe?”

WYJAŚNIENIA

Zgodnie z SIWZ.

PYTANIE NR 16: dotyczy zadania nr 2

„Czy Zamawiający dopuści łóżko z leżem wypełnionym zdejmowanymi płytami z tworzywa przeziernego dla promieni RTG?”

WYJAŚNIENIA

Zgodnie z SIWZ.

PYTANIE NR 17: dotyczy zadania nr 2

„Czy Zamawiający dopuści łóżko barierkami bocznymi o wysokości 40 cm powyżej poziomu leża?”

WYJAŚNIENIA

Nie.

PYTANIE NR 18: dotyczy zadania nr 2

„Czy Zamawiający dopuści łóżko z elektryczną regulacją wysokości w zakresie 450 – 850 mm?”

WYJAŚNIENIA

Nie.

PYTANIE NR 19: dotyczy zadania nr 2

„Czy Zamawiający dopuści łóżko z normą IP54 dla układu elektrycznego? Jest to norma wystarczająca dla tego typu łóżek.”

WYJAŚNIENIA

Zgodnie z SIWZ.

PYTANIE NR 20: dotyczy zadania nr 2

„Czy Zamawiający dopuści materac o parametrach równoważnych?”

WYJAŚNIENIA

Zgodnie z SIWZ.

PYTANIE NR 21: dotyczy zadania nr 2

„Czy Zamawiający dopuści materac ponacinany w pasy o równej szerokości?”

WYJAŚNIENIA

Tak.

PYTANIE NR 22: dotyczy zadania nr 2

„Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową dwustronnie otwieraną?”

WYJAŚNIENIA

Tak.

PYTANIE NR 23: dotyczy zadania nr 2

„Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową o głębokości 410 mm?”

WYJAŚNIENIA

Nie.

PYTANIE NR 24: dotyczy zadania nr 2

„Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową o wysokości 840 mm?”

WYJAŚNIENIA

Tak.

PYTANIE NR 25: dotyczy zadania nr 1, 2

„Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie łóżka posiadającego bariereki boczne chroniące pacjenta w 100% w każdej pozycji leża o wysokości 38 cm powyżej poziomu leża?”

WYJAŚNIENIA

Nie.

PYTANIE NR 26: dotyczy zadania nr 1, 2

„Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie szafki o szerokości całkowitej 500 mm?”

WYJAŚNIENIA

Nie.

PYTANIE NR 27: dotyczy zadania nr 1, 2

„Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie szafki o wysokości 880 mm?”

WYJAŚNIENIA

Nie.

PYTANIE NR 28: dotyczy zadania nr 1, 2

„Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie szafki bez dodatkowej półki z siatki na buty?”

WYJAŚNIENIA

Tak.

PYTANIE NR 29: dotyczy zadania nr 1, 2

„Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie szafki z blatem bocznym o wymiarach 600 x 350 mm?”

WYJAŚNIENIA

Tak.

PYTANIE NR 30: dotyczy zadania nr 1, 2

„Prosimy Zamawiającego o wydłużenie terminu realizacji zamówienia do 60 dni od daty podpisania Umowy lub podział realizacji na 2 etapy: po 30 dniach i po 60 dniach. Pragniemy zauważyć, iż wykonanie łóżek zaawansowanych technologicznie w tak krótkim czasie praktycznie nie jest możliwe.”

WYJAŚNIENIA

Zamawiający nie wyraża zgody na wydłużenie terminu dostawy.

PYTANIE NR 31: dotyczy zadania nr 1, 2

„Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko szpitalne o całkowitej długości 2140 mm? Parametr ten nieznacznie odbiega od wymaganego i nie powoduje pogorszenia właściwości użytkowych łóżka.”

WYJAŚNIENIA

Nie.

PYTANIE NR 32: dotyczy zadania nr 1, 2

„Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko szpitalne wykonane ze stali węglowej lakierowanej proszkowo, w którym leże 4-segmentowe (3 segmenty ruchome) wypełnione panelami z tworzywa ABS oparte jest na konstrukcji z płaskowników, podparte w 4 maksymalnie rozstawionych punktach, stabilne? Rozwiązanie to jest równie dobre jak wymagane.”

WYJAŚNIENIA

Zgodnie z SIWZ.

PYTANIE NR 33: dotyczy zadania nr 1, 2

„Czy Zamawiający oczekuje zaoferowania łóżka szpitalnego, ze szczytami z możliwością zablokowania? Rozwiązanie to zabezpiecza szczyty przed wyjęciem w czasie przetaczania łóżka.”

WYJAŚNIENIA

Nie.

PYTANIE NR 34: dotyczy zadania nr 1, 2

„Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko szpitalne, w którym podwójne, dzielone barierki boczne składane są poprzez zwolnienie blokady barierki oraz opuszczenie do dołu?”

WYJAŚNIENIA

Nie.

PYTANIE NR 35: dotyczy zadania nr 1, 2

„Czy Zamawiający oczekuje zaoferowania łóżka szpitalnego, w którym szczyt od strony głowy pacjenta jest szczytem nieruchomym? Rozwiązanie to zabezpiecza ścianę oraz łóżko przed uszkodzeniami w czasie regulacji funkcji Trendelenburga i anty-Trendelenburga.”

WYJAŚNIENIA

Nie.

PYTANIE NR 36: dotyczy zadania nr 1, 2

„Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko szpitalne, w którym regulacja funkcji sterowanych elektrycznie odbywa się z dwóch głównych paneli wbudowanych w barierki boczne po zewnętrznej stronie łóżka, oraz dwóch paneli bocznych, wewnętrznych wbudowanych w barierki boczne sekcji pleców po obu stronach łóżka? Rozwiązanie to jest znacznie lepsze od wymaganego.”

WYJAŚNIENIA

Nie.

PYTANIE NR 37: dotyczy zadania nr 1, 2

„Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko szpitalne z regulacją wysokości leża w zakresie 440 do 820 mm? Parametr ten nieznacznie różni się od wymaganego i nie powoduje pogorszenia właściwości użytkowych łóżka.”

WYJAŚNIENIA

Tak.

PYTANIE NR 38: dotyczy zadania nr 1, 2

„Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko szpitalne z funkcją autoregresji oparcia pleców realizowaną poprzez przemieszczanie dolnej krawędzi sekcji pleców w kierunku szczytu od strony głowy pacjenta? Rozwiązanie to nieznacznie różni się od wymaganego i nie powoduje pogorszenia właściwości użytkowych łóżka.”

WYJAŚNIENIA

Zgodnie z SIWZ.

PYTANIE NR 39: dotyczy zadania nr 1, 2

„Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko szpitalne z regulacją pozycji Trendelenburga i anty-Trendelenburga w zakresie 12°? Parametr ten nieznacznie odbiega od wymaganego i nie powoduje pogorszenia właściwości użytkowych łóżka.”

WYJAŚNIENIA

Nie.

PYTANIE NR 40: dotyczy zadania nr1, 2

„Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko szpitalne z centralną blokadą kół uruchamianą dźwigniami zamontowanymi po obu stronach, w podstawie łóżka od strony nóg pacjenta? Rozwiązanie to nieznacznie różni się od wymaganego i nie powoduje pogorszenia właściwości użytkowych łóżka.”

WYJAŚNIENIA

Nie.

PYTANIE NR 41: dotyczy zadania nr 1, 2

„Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko szpitalne bez półki do odkładania pościeli?”

WYJAŚNIENIA

Nie.

PYTANIE NR 42: dotyczy zadania nr 1, 2

„Czy Zamawiający oczekuje zaoferowania łóżka szpitalnego, w którym podstawa jest zabudowana osłoną z tworzywa ABS? Rozwiązanie to zapewnia wysoką estetykę i funkcjonalność łóżka.”

WYJAŚNIENIA

Tak.

PYTANIE NR 43: dotyczy zadania nr 1

„Czy Zamawiający dopuści leże łóżka czterosegmentowe (z czego trzy segmenty ruchome), wykonane z tworzywa ABS, ze zdejmowanymi panelami o konstrukcji opartej na pantografie podpierającym leże w czterech punktach?”

WYJAŚNIENIA

Zamawiający dopuszcza leże łóżka czterosegmentowe (z czego trzy segmenty ruchome), wykonane z tworzywa ABS, ze zdejmowanymi panelami o konstrukcji opartej na pantografie podpierającym leże w czterech punktach.

PYTANIE NR 44: dotyczy zadania nr 1, pkt 19

„Czy Zamawiający zrezygnuje z zapisu w punkcie 19?

Ze specyfikacji przetargowej wynika, iż Zamawiający wymaga do sterowania łóżkiem jedynie centralnego panelu dla personelu. W związku z powyższym nie będzie możliwa zmiana ustawień łóżka przez pacjenta. W związku z powyższym istnieje małe prawdopodobieństwo "przypadkowego" wciśnięcia guzika uruchamiającego funkcję elektryczne łóżka przez personel. Nawet gdyby do takiej sytuacji doszło funkcje łóżka są uruchamiane po niespełna sekundzie od momentu wciśnięcia przycisku oraz zostają przerwane natychmiast po jego puszczeniu. Oznacza to, że wykonanie jakiegokolwiek funkcji ruchowej mającej istotne wpływ na pacjenta trwałaby by kilka sekund i nie byłaby już nieświadomą lub przypadkową.

Jeżeli, brak zapisu o sterowaniu dla pacjenta jest przeoczeniem, i łóżko powinno być wyposażone w pilot sterujący, sytuacja wygląda dokładnie tak samo. Ponadto pilot sterujący dla pacjenta jest luźno zawieszony i byłoby to rzeczą niezwykle trudną przypadkowe jego uruchomienie. Ponadto jeżeli pacjent byłby w stanie niepełnej świadomości istnieje możliwość zablokowania funkcji jego pilota z centralnego panelu personelu medycznego.”

WYJAŚNIENIA

Zamawiający wykreśla zapis w punkcie 19.

PYTANIE NR 45: dotyczy zadania nr 1, pkt 21

„Czy Zamawiający dopuści zamiast euro szyny, cztery gniazda dokujące dla uchwytu kroplówki i/lub wysięgnika na ramię lub uchwyt na stojak infuzyjny zlokalizowane poniżej poziomu leża w każdym rogu łóżka oraz uchwyty na worki moczowe zlokalizowane na ramie leża.”

WYJAŚNIENIA

Tak.

PYTANIE NR 46: dotyczy zadania nr 1, pkt 38

„Czy Zamawiający dopuści materac jednoczęściowy wykonany z pianki poliuretanowej w pokrowcu nieprzemakalnym, zmywalnym, odpornym na działanie środków dezynfekujących, paroprzepuszczalny, zapinany na zamek błyskawiczny w formie "L", jednolity o gęstości co najmniej 36 oraz grubości 10 centymetrów?”

WYJAŚNIENIA

Tak.

Z UP. DYREKTORA
Szpitala Wojewódzkiego w Koszalinie
mgr Magdalena Sikora
1-czo Dyrektora ds. Techniczno-Administracyjnych