



# Szpital Wojewódzki Koszalin

**Kontakt:**

Centrala (094) 34 - 88 - 400  
Sekretariat (094) 34 - 88 - 151  
Dyrektor (094) 34 - 88 - 102  
Dział Jakości i Marketingu (094) 34 - 88 - 380  
Fax (094) 34 - 88 - 103  
e-mail: [ewelina@swk.med.pl](mailto:ewelina@swk.med.pl)  
http: [www.swk.med.pl](http://www.swk.med.pl)

Koszalin, 14.10.2011 r.

znak pisma: TP-231/3/PN/263/2011

**Do:**  
**Wykonawcy postępowania o udzielenie  
zamówienia publicznego**

<b>DOTYCZY:</b>	przetargu nieograniczonego nr TP-231/3/PN/263/2011 – łóżka szpitalne, szafki przyłóżkowe
-----------------	--

Działając w trybie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych (t.j. z 2010 r. Dz. U. Nr 113, poz. 759 ze zm.) niniejszym informuję o dokonaniu następującej modyfikacji treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w przedmiotowym postępowaniu.

Zamawiający w zadaniu nr 1 wykreśla poz. 19 (Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w załączeniu).

**UWAGA:**

W związku z modyfikacją Zamawiający przedłuża termin składania ofert do 20.10.2011 r. do godziny 10:00.

Otwarcie ofert odbędzie się o godzinie 10:30.

z up. DYREKTORA  
Szpitala Wojewódzkiego w Koszalinie  
mgr Magdalena Sikora  
I-ca Dyrektora ds. Techniczno-Administracyjnych

**ZADANIE NR 1**

<b>ŁÓŻKA SZPITALNE Z MATERACEM, SZAFKI PRZYŁÓŻKOWE</b>				
<b>Lp.</b>	<b>Opis przedmiotu zamówienia</b>	<b>Wymóg graniczny/Rozmiar</b>	<b>Potwierdzenie</b>	<b>Producent, typ, nr kat.</b>
1	Zasilanie 230 V, 50 Hz	TAK		
2	Długość całkowita łóżka – od 2150 do 2250 mm	TAK		
3	Szerokość całkowita łóżka – 900mm – 1030 mm	TAK		
4	Leże łóżka 4 – segmentowe (z czego trzy segmenty ruchome) wykonane z tworzywa ABS ze zdejmowanymi panelami, o konstrukcji opartej na dwóch kolumnach ułatwiających mycie i dezynfekcję	TAK		
5	Szczyty łóżka wyjmowane od strony nóg i głowy.	TAK		
6	Barierki boczne podwójne dzielone poruszające się wraz z segmentami leża z systemem łagodnego opuszczania-barierka nie opada bezwładnie po zwolnieniu blokady lub barierki na całej długości leża pojedyncze od szczytu do szczytu.	TAK		
7	Barierki boczne o wysokości 45 cm (+/- 3 cm) powyżej poziomu leża	TAK		
8	Sterowanie łóżka elektryczne przy pomocy centralnego panelu sterowniczego, montowanego na szczycie od strony nóg, z możliwością jego schowania w półce na pościel. Funkcje sterowane za pomocą panelu przy użyciu jednego przycisku: pozycja ZERO, pozycja krzesła kardiologicznego, CPR, pozycja Trendelenburga i anty - Trendelenburga	TAK		
9	Sterowanie panelem sterowniczym przez personel medyczny, z możliwością blokady poszczególnych funkcji.	TAK		
10	Regulacja wysokości leża elektryczna. Zakres regulacji od 400 mm do 800 mm (+/- 35 mm)	TAK		
11	Regulacja elektryczna segmentu pleców w zakresie 75° +/- 5°	TAK		
12	Regulacja elektryczna segmentu uda w zakresie od 30° do 45°	TAK		
13	Regulacja elektryczna lub ręczna segmentu podudzia w zakresie 20° +/- 5°	TAK		
14	Autoregresja segmentu pleców podczas unoszenia go do góry – Teleskopowy ruch wsteczny.	TAK		
15	Regulacja elektryczna pozycji Trendelenburga i anty-Trendelenburga 20° (+/- 5°).	TAK		

16	Mechaniczna funkcja CPR umożliwiająca szybkie poziomowanie oparcia pleców.	TAK		
17	Elektryczna funkcja CPR umożliwiająca wypoziomowanie całego leża za pomocą jednego przycisku.	TAK		
18	Elektryczna regulacja funkcji autokontur	TAK		
19	4 koła, zabezpieczone kołpakiem, z systemem jazdy kierunkowej oraz centralnym hamulcem uruchamianym dźwigniami na kołach od strony nóg.	TAK		
20	Eurolistwa na akcesoria za szczytem od strony głowy bądź z boku łóżka lub wyposażenie dodatkowe poniżej leża z obu jego stron	TAK		
21	Koła jezdne o średnicy od 125mm do 150mm	TAK		
22	Dopuszczalne obciążenie łóżka min. 220 kg	TAK		
23	Możliwość wyboru kolorystyki wkładek szczytów i barierek łóżka.	TAK		
24	W narożach łóżka cztery krążki odbojowe	TAK		
25	Otwory (tuleje) w narożach łóżka na wieszaki do kroplówek	TAK		
26	Wysuwana półka do odkładania pościeli	TAK		
27	Ograniczniki materaca zabezpieczające przed zsunięciem na boki	TAK		
28	Możliwość zamontowania statywu do pomp infuzyjnych	TAK		
29	Możliwość zamontowania wysięgnika ręki	TAK		
30	Szczelność przed wodą i pyłem dla układu elektrycznego łóżka wg normy IP 66	TAK		
<b>DODATKOWE WYPOSAŻENIE</b>				
31	Uchwyty na worki urologiczne po każdej, dłuższej stronie łóżka – min. 2 sztuki	TAK		
32	Kosz na pojemnik urologiczny (kaczkę) – po 1 sztuce	TAK		
33	Wieszak infuzyjny (4 haki)	TAK		
34	Wysięgnik z uchwytem ręki, posiadający mechanizm regulacji długości paska – 4 sztuki	TAK		
<b>MATERAC</b>				
35	Materac jednoczęściowy, wykonany z pianki poliuretanowej w pokrowcu nieprzemakalnym	TAK		
36	Pokrowiec zmywalny, odporny na działanie środków dezynfekcyjnych, paroprzepuszczalny, zapinany na	TAK		

	zamek błyskawiczny		
37	Materac ponacinany w pasy żebrowe o różnej szerokości.	TAK	
38	Rozmiar materaca dostosowany do rozmiaru łóżka	TAK	
39	Materac o grubości 12cm (+/- 2cm)	TAK	
<b>INNE WYMAGANIA</b>			
40	Rok produkcji - 2011	TAK	
41	Łóżko zastępcze, jeśli naprawa nastąpi w czasie dłuższym niż 48 godzin (w okresie gwarancyjnym)	TAK	
42	Łóżko fabrycznie nowe	TAK	
43	Gwarancja na łóżko - min. 24 miesiące	TAK	
44	Gwarancja na materac- min. 24 miesiące	TAK	
45	Nieodpłatny serwis gwarancyjny: pierwszy – po 12 miesiącach, drugi – po 24 miesiącach	TAK	
46	Kolor łóżka – do uzgodnienia	TAK	
<b>SZAFKA PRZYŁÓŻKOWA</b>			
1	Szafka jednostronna	TAK	
2	Metalowa konstrukcja, lakierowana proszkowo	TAK	
3	Szerokość korpusu: 450 mm (+/- 50 mm) Szerokość całkowita 600 mm (+/- 50mm) Głębokość: 450 mm (+30 mm) Wysokość : 800 mm (+30 mm)	TAK	
4	Wymiary blatu 450 x 450 (+/- 50mm)	TAK	
5	Szuflada na prowadnicach rolkowych	TAK	
6	Pomiędzy szufladą a dolną zamykaną szafką otwarta półka np. na czasopisma	TAK	
7	Pod częścią zamykaną szafki dodatkowa półka z siatki np. na buty	TAK	
8	Blat boczny składany do boku szafki z możliwością regulacji kąta pochylenia blatu o 30° lub 60°	TAK	
9	Szafka wyposażona w cztery koła skrętne, w tym 2 z blokadą indywidualną lub dodatkowo piąte koło stanowiące punkt podparcia blatu bocznego	TAK	
10	Gwarancja min. 24 miesiące	TAK	
11	Szafka fabrycznie nowa	TAK	
12	Kolor części czołowej szafki i blatu do wyboru	TAK	