



Szpital Wojewódzki Koszalin

Kontakt:

Centrala (94) 34 - 88 - 400
Sekretariat (94) 34 - 88 - 151
Dyrektor (94) 34 - 88 - 102
Dział Jakości i Marketingu (94) 34 - 88 - 380
Fax (94) 34 - 88 - 103
e-mail: ewelina@swk.med.pl
http: www.swk.med.pl

Koszalin, 17.10.2011 r.

znak pisma: TP-231/3/PN/263/2011

Do:
**Wykonawcy postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego**

DOTYCZY:	przetargu nieograniczonego nr TP-231/3/PN/263/2011 – łóżka szpitalne, szafki przyłóżkowe
-----------------	--

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (j.t. z 2010 r. Dz. U. Nr 113, poz. 759 ze zm.) udzielam wyjaśnień na zadane pytania:

PYTANIE NR 1: dotyczy zadania nr 1

„Czy Zamawiający dopuści łóżko z leżem 4 segmentowym (z czego 3 segmenty ruchome) wypełnionym lamelami, o konstrukcji opartej na dwóch kolumnach ułatwiających mycie i dezynfekcję?”

WYJAŚNIENIA

Tak.

PYTANIE NR 2: dotyczy zadania nr 1

„Czy Zamawiający wymaga kolumn o kształcie cylindrycznym, który jest najbardziej ergonomiczny, a więc ułatwiający skuteczną dezynfekcję?”

WYJAŚNIENIA

Zamawiający dopuszcza kolumny o kształcie cylindrycznym.

PYTANIE NR 3: dotyczy zadania nr 1

„Czy Zamawiający dopuści łóżko z jednoczęściowymi lakierowanymi barierkami na $\frac{3}{4}$ długości leża, które w wystarczającym stopniu zabezpieczają pacjenta?”

WYJAŚNIENIA

Tak.

PYTANIE NR 4: dotyczy zadania nr 1

„Czy Zamawiający dopuści łóżko z jednoczęściowymi chromowanymi barierkami na $\frac{3}{4}$ długości leża, które w wystarczającym stopniu zabezpieczają pacjenta?”

WYJAŚNIENIA

Tak.

PYTANIE NR 5: dotyczy zadania nr 1

„Czy Zamawiający dopuści łóżko z barierkami bocznymi o wysokości ok. 40 cm nad leżem? Parametr nieznacznie różni się od oczekiwanego i jest wystarczający dla zapewnienia bezpieczeństwa pacjentowi.”

WYJAŚNIENIA

Zamawiający dopuszcza łóżko z barierkami bocznymi o wysokości nie mniejszej niż 40 cm nad leżem.

PYTANIE NR 6: dotyczy zadania nr 1

„Czy Zamawiający dopuści łóżko z regulacją segmentu uda w zakresie od 0 ° do 45° co jest parametrem szerszym od opisanego?”

WYJAŚNIENIA

Tak.

PYTANIE NR 7: dotyczy zadania nr 1

„Czy Zamawiający dopuści łóżko z funkcją autoregresji, polegającą na odsuwaniu dolnej krawędzi segmentu oparcia pleców podczas unoszenia go do góry? Proponowane rozwiązanie jest rozwiązaniem standardowym oraz oferowanym przez wszystkich producentów łóżek szpitalnych.”

WYJAŚNIENIA

Tak.

PYTANIE NR 8: dotyczy zadania nr 1

„Czy Zamawiający dopuści łóżko wyposażone w 4 koła tworzywowe z bieżnikiem nie brudzącym podłóg bez konieczności stosowania dodatkowych kołpaków ?”

WYJAŚNIENIA

Tak.

PYTANIE NR 9: dotyczy zadania nr 1

„Czy Zamawiający dopuści łóżko z możliwością zamocowania wyposażenia dodatkowego poniżej leża z obu jego stron , jednakże bez tzw. eurolisty?”

WYJAŚNIENIA

Tak.

PYTANIE NR 10: dotyczy zadania nr 1

„Czy Zamawiający dopuści łóżko, spełniające wszystkie obowiązujące normy o szczelności przed wodą i pyłem na poziomie IPX4 zgodnie z normą DIN EN60529?”

WYJAŚNIENIA

Tak.

PYTANIE NR 11: dotyczy zadania nr 1

„Czy w rozumieniu pkt. 38 Zamawiający dopuści, dla lepszej dystrybucji nacisku, materac z nacięciami zarówno poprzecznymi jak i wzdłużnymi?”

WYJAŚNIENIA

Tak.

PYTANIE NR 12: dotyczy zadania nr 1

„Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową dwustronnego ustawienia co jest rozwiązaniem lepszym od opisanego , ponieważ pozwala na swobodne ustawienie szafki zarówno z lewej jak i z prawej strony łóżka?”

WYJAŚNIENIA

Tak.

PYTANIE NR 13: dotyczy zadania nr 1

„Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową o szerokości korpusu 510 mm?”

WYJAŚNIENIA

Tak.

PYTANIE NR 14: dotyczy zadania nr 1

„Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową o szerokości całkowitej 510 mm?”

WYJAŚNIENIA

Tak.

PYTANIE NR 15: dotyczy zadania nr 1

„Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową o głębokości 500 mm?”

WYJAŚNIENIA

Tak.

PYTANIE NR 16: dotyczy zadania nr 1

„Czy Zamawiający dopuści szafkę o wysokości 860 mm?”

WYJAŚNIENIA

Tak.

PYTANIE NR 17: dotyczy zadania nr 1

„Czy Zamawiający dopuści szafkę o wymiarach blatu 465 mmx 415 mm?”

WYJAŚNIENIA

Tak.

PYTANIE NR 18: dotyczy zadania nr 1

„Czy Zamawiający dopuści szafkę na prowadnicach ślizgowych?”

WYJAŚNIENIA

Tak.

PYTANIE NR 19: dotyczy zadania nr 1

„Czy Zamawiający dopuści szafkę bez dodatkowej półki na obuwie poniżej korpusu?”

WYJAŚNIENIA

Tak.

PYTANIE NR 20: dotyczy zadania nr 1

„Czy Zamawiający oczekuje szafki o konstrukcji kontenerowej co daje jej większą stabilność i nie stwarza ryzyka przewrócenia np. podczas rozkładania lub regulacji blatu bocznego?”

WYJAŚNIENIA

Tak.

PYTANIE NR 21: dotyczy zadania nr 2

„Czy Zamawiający dopuści łóżko z leżem 4 segmentowym (z czego 3 segmenty ruchome) wypełnionym lamelami, o konstrukcji opartej na dwóch kolumnach ułatwiających mycie i dezynfekcję?”

WYJAŚNIENIA

Tak.

PYTANIE NR 22: dotyczy zadania nr 2

„Czy Zamawiający wymaga kolumn o kształcie cylindrycznym, który jest najbardziej ergonomiczny, a więc ułatwiający skuteczną dezynfekcję?”

WYJAŚNIENIA

Zamawiający dopuszcza kolumny o kształcie cylindrycznym.

PYTANIE NR 23: dotyczy zadania nr 2

„Czy Zamawiający dopuści łóżko z jednoczęściowymi lakierowanymi barierkami na $\frac{3}{4}$ długości leża, które w wystarczającym stopniu zabezpieczają pacjenta?”

WYJAŚNIENIA

Tak.

PYTANIE NR 24: dotyczy zadania nr 2

„Czy Zamawiający dopuści łóżko z jednoczęściowymi chromowanymi barierkami na $\frac{3}{4}$ długości leża, które w wystarczającym stopniu zabezpieczają pacjenta?”

WYJAŚNIENIA

Tak.

PYTANIE NR 25: dotyczy zadania nr 2

„Czy Zamawiający dopuści łóżko z barierkami bocznymi o wysokości ok. 40 cm nad leżem? Parametr nieznacznie różni się od oczekiwanego i jest wystarczający dla zapewnienia bezpieczeństwa pacjentowi.”

WYJAŚNIENIA

Zamawiający dopuszcza łóżko z barierkami bocznymi o wysokości nie mniejszej niż 40 cm nad leżem.

PYTANIE NR 26: dotyczy zadania nr 2

„Czy Zamawiający dopuści łóżko z regulacją segmentu uda w zakresie od 0 °do 45° co jest parametrem szerszym opisanego?”

WYJAŚNIENIA

Tak.

PYTANIE NR 27: dotyczy zadania nr 2

„Czy Zamawiający dopuści łóżko z funkcją autoregresji, polegającą na odsuwaniu dolnej krawędzi segmentu oparcia pleców podczas unoszenia go do góry? Proponowane rozwiązanie jest rozwiązaniem standardowym oraz oferowanym przez wszystkich producentów łóżek szpitalnych.”

WYJAŚNIENIA

Tak.

PYTANIE NR 28: dotyczy zadania nr 2

„Czy Zamawiający dopuści łóżko wyposażone w 4 koła tworzywowe z bieżnikiem nie brudzącym podłóg bez konieczności stosowania dodatkowych kołpaków?”

WYJAŚNIENIA

Tak.

PYTANIE NR 29: dotyczy zadania nr 2

„Czy Zamawiający dopuści łóżko z możliwością zamocowania wyposażenia dodatkowego poniżej leża z obu jego stron , jednakże bez tzw. eurolistwy?”

WYJAŚNIENIA

Tak.

PYTANIE NR 30: dotyczy zadania nr 2

„Czy Zamawiający dopuści łóżko, spełniające wszystkie obowiązujące normy o szczelności przed wodą i pyłem na poziomie IPX4 zgodnie z normą DIN EN60529?”

WYJAŚNIENIA

Tak.

PYTANIE NR 31: dotyczy zadania nr 2

„Czy w rozumieniu pkt. 38 Zamawiający dopuści, dla lepszej dystrybucji nacisku, materac z nacięciami zarówno poprzecznymi jak i wzdłużnymi?”

WYJAŚNIENIA

Tak.

PYTANIE NR 32: dotyczy zadania nr 2

„Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową dwustronnego ustawienia co jest rozwiązaniem lepszym od opisanego , ponieważ pozwala na swobodne ustawienie szafki zarówno z lewej jak i z prawej strony łóżka?”

WYJAŚNIENIA

Tak.

PYTANIE NR 33: dotyczy zadania nr 2

„Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową o szerokości korpusu 510 mm?”

WYJAŚNIENIA

Tak.

PYTANIE NR 34: dotyczy zadania nr 2

„Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową o szerokości całkowitej 510 mm?”

WYJAŚNIENIA

Tak.

PYTANIE NR 35: dotyczy zadania nr 2

„Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową o głębokości 500 mm?”

WYJAŚNIENIA

Tak.

PYTANIE NR 36: dotyczy zadania nr 2

„Czy Zamawiający dopuści szafkę o wysokości 860 mm?”

WYJAŚNIENIA

Tak.

PYTANIE NR 37: dotyczy zadania nr 2

„Czy Zamawiający dopuści szafkę o wymiarach blatu 465 mm x 415 mm?”

WYJAŚNIENIA

Tak.

PYTANIE NR 38: dotyczy zadania nr 2

„Czy Zamawiający dopuści szafkę na prowadnicach ślizgowych?”

WYJAŚNIENIA

Tak.

PYTANIE NR 39: dotyczy zadania nr 2

„Czy Zamawiający dopuści szafkę bez dodatkowej półki na obuwie poniżej korpusu?”

WYJAŚNIENIA

Tak.

PYTANIE NR 40: dotyczy zadania nr 2

„Czy Zamawiający oczekuje szafki o konstrukcji kontenerowej co daje jej większą stabilność i nie stwarza ryzyka przewrócenia np. podczas rozkładania lub regulacji blatu bocznego?”

WYJAŚNIENIA

Tak.

PYTANIE NR 41: dotyczy zadania nr 1

„Prosimy o uściślenie czy Zamawiający wymaga barierek dwudzielnych wykonanych z tworzywa ABS takiego samego jak szczyty łóżka?

Barierki łagodnie opuszczane przy użyciu jednej ręki, wyposażone w niezależny wskaźnik kąta nachylenia oparcia pleców oraz kąta pochylenia ramy leża. Istnieje możliwość wyboru kolorystyki spośród 100 kolorów. Odstęp między barierkami nie przekracza 6 cm w celu zapewnienia bezpieczeństwa pacjentom.”

WYJAŚNIENIA

Zamawiający dopuszcza barierki dzielone dwudzielne wykonane z tworzywa ABS takiego samego jak szczyty łóżka.

PYTANIE NR 42: dotyczy zadania nr 1

„Czy Zamawiający dopuści łóżko 4 – segmentowe (z czego trzy segmenty ruchome), w którym segmenty leża wypełnione są zdejmowanymi panelami tworzywowymi ABS, o konstrukcji podpartej w czterech punktach zapewniającej pełną stabilność leża, łatwe w myciu i dezynfekcji? Pragniemy zwrócić Państwa uwagę, że podparcie łóżka w 4 punktach zapewnia lepszą stabilność leża niż oparte na dwóch kolumnach. Oferowane łóżko ma możliwość mycia i dezynfekcji również wysokociśnieniowymi systemami myjącymi w przeciwieństwie do rozwiązań kolumnowych.”

WYJAŚNIENIA

Tak.

PYTANIE NR 43: dotyczy zadania nr 1

„Czy Zamawiający dopuści łóżko z barierkami bocznymi posiadającymi wzornictwo pozbawione kolorowych wklejek ale z możliwością wyboru koloru elementów metalowych?”

WYJAŚNIENIA

Tak.

PYTANIE NR 44: dotyczy zadania nr 1

„Czy Zamawiający wymaga, aby łóżko posiadało możliwość przedłużenia leża od strony nóg pacjenta, co jest standardem w łóżkach wielopozycyjnych?”

WYJAŚNIENIA

Zamawiający dopuszcza, aby łóżko posiadało możliwość przedłużenia leża od strony nóg pacjenta.

PYTANIE NR 45: dotyczy zadania nr 1

„Czy Zamawiający dopuści łóżko z IP 54?”

WYJAŚNIENIA

Tak.

PYTANIE NR 46: dotyczy zadania nr 2

„Czy Zamawiający dopuści łóżko 4 – segmentowe (z czego trzy segmenty ruchome), w którym segmenty leża wypełnione są zdejmowanymi panelami tworzywowymi ABS, o konstrukcji podpartej w czterech punktach zapewniającej pełną stabilność leża, łatwe w myciu i dezynfekcji? Pragniemy zwrócić Państwa uwagę, że podparcie łóżka w 4 punktach zapewnia lepszą stabilność leża niż oparte na dwóch kolumnach. Oferowane łóżko ma możliwość mycia i dezynfekcji również wysokociśnieniowymi systemami myjącymi w przeciwieństwie do rozwiązań kolumnowych.”

WYJAŚNIENIA

Nie.

PYTANIE NR 47: dotyczy zadania nr 2

„Czy Zamawiający dopuści łóżko z barierkami bocznymi posiadającymi wzornictwo pozbawione kolorowych wklejek ale z możliwością wyboru koloru elementów metalowych?”

WYJAŚNIENIA

Nie.

PYTANIE NR 48: dotyczy zadania nr 2

„Czy Zamawiający wymaga, aby łóżko posiadało możliwość przedłużenia leża od strony nóg pacjenta, co jest standardem w łóżkach wielopozycyjnych.”

WYJAŚNIENIA

Zamawiający dopuszcza, aby łóżko posiadało możliwość przedłużenia leża od strony nóg pacjenta.

PYTANIE NR 49: dotyczy zadania nr 2

„Czy Zamawiający dopuści łóżko z IP 54?”

WYJAŚNIENIA

Tak.

PYTANIE NR 50: dotyczy zadania nr 1 i 2

„Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko posiadające barierki boczne spełniające wymagania obowiązujących przepisów zabezpieczające pacjenta na 75% długości leża?”

WYJAŚNIENIA

Tak.

PYTANIE NR 51: dotyczy SIWZ

„Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu realizacji zamówienia do 31.11.2011? Jeżeli nie, to na jakie maksymalne wydłużenie tego terminu Zamawiający wyrazi zgodę?”

WYJAŚNIENIA

Zamawiający wyraża zgodę na wydłużenie terminu realizacji zamówienia do 30.11.2011 roku.

PYTANIE NR 52: dotyczy SIWZ

„Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie kar umownych wynikających z tytułu zwłoki w wykonaniu lub należyтым wykonaniu zobowiązań wynikających z umowy z 0,2% na 0,1% wartości umownej brutto przedmiotu zamówienia, nie dostarczonego w terminie, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki?”

WYJAŚNIENIA

Zamawiający nie wyraża zgody na zmniejszenie kar umownych wynikających z tytułu zwłoki w wykonaniu lub należyтым wykonaniu zobowiązań wynikających z umowy z 0,2% na 0,1% wartości umownej brutto przedmiotu zamówienia, nie dostarczonego w terminie, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki.

PYTANIE NR 53: dotyczy zadania nr 1

„Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko o długości całkowitej 2280 mm?”

WYJAŚNIENIA

Tak.

PYTANIE NR 54: dotyczy zadania nr 1

„Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko wyposażone w bariery boczne pojedyncze, składane wzdłuż ramy leża, zabezpieczające pacjenta na 75% długości leża, chromowane, bez możliwości wyboru ich kolorystyki?”

WYJAŚNIENIA

Tak.

PYTANIE NR 55: dotyczy zadania nr 1

„Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko z regulacją wysokości w zakresie od 450 do 850 mm?”

WYJAŚNIENIA

Nie.

PYTANIE NR 56: dotyczy zadania nr 1

„Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko z systemem jazdy kierunkowej oraz centralnym hamulcem uruchamianym dźwigniami na wszystkich 4 kołach?”

WYJAŚNIENIA

Tak.

PYTANIE NR 57: dotyczy zadania nr 1

„Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko nie wyposażone w ograniczniki zabezpieczające materac?”

WYJAŚNIENIA

Nie.

PYTANIE NR 58: dotyczy zadania nr 1

„Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko ze szczelnością przed wodą i pyłem dla układu elektrycznego łóżka wg normy IP54?”

WYJAŚNIENIA

Tak.

PYTANIE NR 59: dotyczy zadania nr 1

„Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko z materacem wypełnionym pianką poliuretanową z nacięciami w kształcie siatki?”

WYJAŚNIENIA

Tak.

PYTANIE NR 60: dotyczy zadania nr 1

„Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania szafkę przyłóżkową o szerokości całkowitej 670 mm?”

WYJAŚNIENIA

Tak.

PYTANIE NR 61: dotyczy zadania nr 1

„Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania szafkę przyłóżkową z blatem bocznym z możliwością regulacji kąta pochylenia w zakresie $\pm 90^\circ$?”

WYJAŚNIENIA

Tak.

PYTANIE NR 62: dotyczy zadania nr 2

„Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko o długości całkowitej 2280 mm?”

WYJAŚNIENIA

Tak.

PYTANIE NR 63: dotyczy zadania nr 2

„Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko wyposażone w bariery boczne pojedyncze, składane wzdłuż ramy leża, zabezpieczające pacjenta na 75% długości leża, chromowane, bez możliwości wyboru ich kolorystyki?”

WYJAŚNIENIA

Nie.

PYTANIE NR 64: dotyczy zadania nr 2

„Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko z regulacją wysokości w zakresie od 450 do 850 mm?”

WYJAŚNIENIA

Nie.

PYTANIE NR 65: dotyczy zadania nr 2

„Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko z systemem jazdy kierunkowej oraz centralnym hamulcem uruchamianym dźwigniami na wszystkich 4 kołach?”

WYJAŚNIENIA

Tak.

PYTANIE NR 66: dotyczy zadania nr 2

„Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko nie wyposażone w ograniczniki zabezpieczające materac?”

WYJAŚNIENIA

Nie.

PYTANIE NR 67: dotyczy zadania nr 2

„Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko ze szczelnością przed wodą i pyłem dla układu elektrycznego łóżka wg normy IP54?”

WYJAŚNIENIA

Tak.

PYTANIE NR 68: dotyczy zadania nr 2

„Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko z materacem wypełnionym pianką poliuretanową z nacięciami w kształcie siatki?”

WYJAŚNIENIA

Tak.

PYTANIE NR 69: dotyczy zadania nr 2

„Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania szafkę przyłóżkową o całkowitej szerokości 670 mm?”

WYJAŚNIENIA

Tak.

PYTANIE NR 70: dotyczy zadania nr 2

„Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania szafkę przyłóżkową z blatem bocznym z możliwością regulacji kąta pochylenia w zakresie $\pm 90^\circ$?”

WYJAŚNIENIA

Tak.

PYTANIE NR 71: dotyczy zadania nr 1 i 2

„Z uwagi na to, iż Zamawiający określił bardzo krótki termin na dostarczenie łóżka zastępczego, prosimy chociaż o uwzględnienie dni roboczych w wymaganym terminie.”

WYJAŚNIENIA

Zamawiający uwzględni dni robocze w wymaganych terminach.

PYTANIE NR 72: dotyczy projektu umowy § 2 ust. 2

„Prosimy o uwzględnienie dni roboczych w wymaganym czasie reakcji, tj. uwzględnienie brzmienia „48 godziny w dni robocze od zgłoszenia.”

WYJAŚNIENIA

Zamawiający zmienia zapis w § 2 ust. 2 projektu umowy na następujący „Czas reakcji serwisu – 48 godzin w dni robocze od zgłoszenia.”

PYTANIE NR 73: dotyczy SIWZ, pkt II

„Z uwagi na to, iż nie mamy gwarancji szybkiego rozstrzygnięcia postępowania, a Zamawiający określił termin wykonania zamówienia do 21.11.2011r, prosimy o jego określenie do 6 tygodni od daty podpisania umowy.”

WYJAŚNIENIA

Zamawiający wyraża zgodę na wydłużenie terminu realizacji zamówienia do 30.11.2011 roku.

PYTANIE NR 74: dotyczy projektu umowy § 4 ust. 1

„Rozumiemy, iż w przypadku dostarczenia łóżka zastępczego, Zamawiający nie będzie naliczał kar umownych za opóźnienie w naprawie?”

WYJAŚNIENIA

Zamawiający w przypadku dostarczenia łóżka zastępczego nie będzie naliczał kar umownych za opóźnienie w naprawie.

PYTANIE NR 75: dotyczy projektu umowy § 4

„Mając na celu tzw. równe traktowanie obu Stron i zabezpieczenie interesów także Wykonawcy, prosimy o umieszczenie zapisu obciążającego karą umowną również Zamawiającego, (w wysokości jak dla Wykonawcy), w przypadku odstąpienia od umowy przez Strony z przyczyn zależnych od Zamawiającego.”

WYJAŚNIENIA

„Zamawiający w § 4 dopisuje ust. 5 o brzmieniu: Kupujący zapłaci Sprzedawcy kary umowne w przypadku odstąpienia od umowy przez Sprzedawcę z przyczyn określonych w § 6 - w wysokości 30% wartości brutto umowy.

PYTANIE NR 76: dotyczy projektu umowy § 4 ust. 1, pkt 3

„Zwracamy się z prośbą o obniżenie kary umownej w przypadku odstąpienia od umowy, powszechnie stosowaną wysokością kary jest stawka 10% wartości brutto umowy.”

WYJAŚNIENIA

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu § 4 ust. 1, pkt 3.

PYTANIE NR 77: dotyczy zadania nr 1, pkt 7

„Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania nowoczesnego łóżka, sprawdzonego na rynku polskim z barierkami bocznymi o wysokości 34 cm powyżej leża? Parametr ten nieznacznie odbiega od oczekiwanego w SIWZ.”

WYJAŚNIENIA

Nie.

PYTANIE NR 78: dotyczy zadania nr 1, pkt 8

„Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania nowoczesnego łóżka, ze sterowaniem elektrycznym przy pomocy panelu sterowniczego dla personelu, z możliwością jego zamontowania na szczycie od strony nóg lub zawieszenia na półce na pościel? Funkcje obsługiwane przez panel jak wymienione w SIWZ.”

WYJAŚNIENIA

Tak.

PYTANIE NR 79: dotyczy zadania nr 1, pkt 10

„Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania nowoczesnego łóżka, sprawdzonego na rynku polskim z regulacją wysokości leża w zakresie 440-840 mm? Jest to zakres większy niż Zamawiający wymaga. Taki zakres pozwala zarówno pacjentowi na wygodne korzystanie z łóżka, jak i przede wszystkim personelowi medycznemu na ergonomiczne podejście do pacjenta w celu codziennej opieki, badania itp.”

WYJAŚNIENIA

Tak.

PYTANIE NR 80: dotyczy zadania nr 1, pkt 19

„Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania nowoczesnego łóżka, sprawdzonego na rynku polskim ze sterowaniem panelem sterowniczym, wyposażonym w możliwość blokowania poszczególnych funkcji co jest równoznaczne z systemem zabezpieczającym przed niepożądanym użyciem?”

WYJAŚNIENIA

Tak.

PYTANIE NR 81: dotyczy zadania nr 1, pkt 31

„Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania nowoczesnego łóżka, sprawdzonego na rynku polskim, spełniającego normę IPX4 lub IPX6?”

WYJAŚNIENIA

Tak.

PYTANIE NR 82: dotyczy zadania nr 1, szafki przyłóżkowej, pkt 1-12

„Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania wysokiej jakości, nowoczesnej szafki przyłóżkowej o niżej wymienionych cechach jednostronnej o metalowej konstrukcji, lakierowanej proszkowo, o niżej wymienionych cechach?

Wymiary (85x46x47cm / wysokość x szerokość x głębokość), wymiary blatu w przewidzianym zakresie, szuflada na prowadnicach rolkowych, otwarta półka np. na czasopisma pomiędzy szufladą a dolną zamykaną szafką, bez dodatkowej półki pod częścią zamykaną, boki szafki w kolorze srebrnym, blat i fronty w kolorze jasnej okleiny drewnopodobnej.”

WYJAŚNIENIA

Zamawiający dopuszcza szafkę o opisie podanym jak wyżej, nie dopuszcza szafki o szerokości 46 cm i bez blatu bocznego składanego do boku szafki.

PYTANIE NR 83: dotyczy zadania nr 2, pkt 7

„Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania nowoczesnego łóżka, sprawdzonego na rynku polskim z barierkami bocznymi o wysokości 34 cm powyżej leża? Parametr ten nieznacznie odbiega od oczekiwanego w SIWZ.”

WYJAŚNIENIA

Nie.

PYTANIE NR 84: dotyczy zadania nr 2, pkt 8

„Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania nowoczesnego łóżka, ze sterowaniem elektrycznym przy pomocy panelu sterowniczego dla personelu, z możliwością jego zamontowania na szczycie od strony nóg lub zawieszenia na półce na pościel? Funkcje obsługiwane przez panel jak wymienione w SIWZ.”

WYJAŚNIENIA

Tak.

PYTANIE NR 85: dotyczy zadania nr 2, pkt 10

„Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania nowoczesnego łóżka, sprawdzonego na rynku polskim z regulacją wysokości leża w zakresie 440-840 mm?

Jest to zakres większy niż Zamawiający wymaga. Taki zakres pozwala zarówno pacjentowi na wygodne korzystanie z łóżka, jak i przede wszystkim personelowi medycznemu na ergonomiczne podejście do pacjenta w celu codziennej opieki, badania itp.”

WYJAŚNIENIA

Tak.

PYTANIE NR 86: dotyczy zadania nr 2, pkt 19

„Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania nowoczesnego łóżka, sprawdzonego na rynku polskim ze sterowaniem panelem sterowniczym, wyposażonym w możliwość blokowania poszczególnych funkcji co jest równoznaczne z systemem zabezpieczającym przed niepożądanym użyciem?”

WYJAŚNIENIA

Tak.

PYTANIE NR 87: dotyczy zadania nr 2, pkt 31

„Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania nowoczesnego łóżka, sprawdzonego na rynku polskim, spełniającego normę IPX4 lub IPX6?”

WYJAŚNIENIA

Tak.

PYTANIE NR 88: dotyczy zadania nr 2, szafki przyłóżkowej, pkt 1-12

„Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania wysokiej jakości, nowoczesnej szafki przyłóżkowej o niżej wymienionych cechach jednostronnej o metalowej konstrukcji, lakierowanej proszkowo, o niżej wymienionych cechach?

Wymiary (85x46x47cm / wysokość x szerokość x głębokość), wymiary blatu w przewidzianym zakresie, szuflada na prowadnicach rolkowych, otwarta półka np. na czasopisma pomiędzy szufladą a dolną zamykaną szafką, bez dodatkowej półki pod częścią zamykaną, boki szafki w kolorze srebrnym, blat i fronty w kolorze jasnej okleiny drewnopodobnej.”

WYJAŚNIENIA

Zamawiający dopuszcza szafkę o opisie podanym jak wyżej, nie dopuszcza szafki o szerokości 46 cm i bez blatu bocznego składanego do boku szafki.

UWAGA:

W związku z koniecznością udzielenia wyjaśnień w ustawowym terminie, Zamawiający zmienia termin składania ofert na dzień 21.10.2011 r do godziny 10:00. Otwarcie ofert odbędzie się o godzinie 10:30.

z up. DYREKTORA
Szpitala Wojewódzkiego w Koszalinie

mgr Magdalena Słonecka
I-ca Dyrektora ds. Techniczno-Administracyjnych