

Szpital Wojewódzki Koszalin

Kontakt:

Centrala (94) 34 - 88 - 400
Sekretariat (94) 34 - 88 - 151
Dyrektor (94) 34 - 88 - 102
Dział Jakości i Marketingu (94) 34 - 88 - 380
Fax (94) 34 - 88 - 103
e-mail: ewelina@swk.med.pl
http: www.swk.med.pl

Koszalin, 19.10.2011 r.

znak pisma: TP-231/3/PN/263/2011

Do:
**Wykonawcy postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego**

DOTYCZY:	przetargu nieograniczonego nr TP-231/3/PN/263/2011 – łóżka szpitalne, szafki przyłóżkowe
-----------------	--

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (j.t. z 2010 r. Dz. U. Nr 113, poz. 759 ze zm.) udzielam wyjaśnień na zadane pytania:

PYTANIE NR 1: dotyczy zadania nr 1, szafka przyłóżkowa pkt 3

„Czy Zamawiający dopuści szafkę o wysokości nie przekraczającej 95 cm?”

WYJAŚNIENIA

Nie.

PYTANIE NR 2: dotyczy zadania nr 1, szafka przyłóżkowa pkt 7

„Czy Zamawiający dopuści aby dodatkowa półka była wykonana z płyty?”

WYJAŚNIENIA

Tak.

PYTANIE NR 3: dotyczy zadania nr 1, szafka przyłóżkowa pkt 8

„Czy Zamawiający dopuści stół przechyłany płynnie do maksymalnego nachylenia 35 stopni?”

WYJAŚNIENIA

Tak.

PYTANIE NR 4: dotyczy zadania nr 1, pkt 10

„Czy Zamawiający dopuści regulację wysokości łóżka w zakresie od 450-850 mm – dla łóżka kolumnowego?”

Ze względu na oczekiwaną wysokość minimalną na poziomie 400 mm i tolerancję 35 mm była by to bardzo niewielka zmiana od oczekiwań Zamawiającego, jedyne 1 cm. Zmiana ta nie powinna być w żadnym stopniu odczuwalna przez personel medyczny i pensjonariuszy. Wręcz przeciwnie zaoferowane łóżko unosiło by się 5 cm wyżej niż oczekuje Zamawiający co sprzyjałoby wykonywaniu obowiązków przez personel medyczny.”

WYJAŚNIENIA

Nie.

PYTANIE NR 5: dotyczy zadania nr 1

„Czy Zamawiający dopuści leże łóżka czterosegmentowe (z czego trzy segmenty ruchome), wykonane z tworzywa ABS, ze zdejmowanymi panelami o konstrukcji opartej na pantografie podpierającym leże w czterech punktach?”

Jest to rozwiązanie tańsze od konstrukcji kolumnowej, niemalże nie ustępujące pod względem funkcjonalnym rozwiązaniu kolumnowemu. Ponadto łóżko o takiej budowie jest lżejsze co może mieć istotny wpływ na pracę personelu medycznego, przewożącego łóżka między salami.

Takie rozwiązanie pozwoli na zaoferowanie łóżek w budżecie na poziomie ustalonym w poprzednim postępowaniu przetargowym.

Dostawca wyraża daleko idące obawy, dotyczące dostarczenia przez niego lub innych dostawców łóżka zgodnego z parametrami przetargowymi, nie przekraczając budżetu z poprzedniego postępowania.

Jeżeli Zamawiający wyraziłby zgodę na zmianę zapisu w kwestii konstrukcyjnej łóżka, należy wziąć pod uwagę, że zmiana ta powoduje ograniczenie ruchu Trendelenburga o 3 stopnie, wzrost ruchu antyTrendelenburga o 1 stopień oraz zmianę zakresu ruchu pionowego łóżka na 490-890 mm. Wynika to ze zmian konstrukcyjnych łóżka.”

WYJAŚNIENIA

Tak.

PYTANIE NR 6: dotyczy zadania nr 2


„Czy Zamawiający dopuści łóżko z barierkami bocznymi aluminiowymi, jednoczęściowymi, opuszczanymi, chroniącymi pacjenta na całej długości łóżka?”

WYJAŚNIENIA

Tak.

UWAGA:

W związku z koniecznością udzielenia wyjaśnień w ustawowym terminie, Zamawiający zmienia termin składania ofert na dzień 24.10.2011r do godziny 10:00. Otwarcie ofert odbędzie się o godzinie 11:30.


z up. DYREKTORA
Szpitala Wojewódzkiego w Koszalinie
mgr Magdalena Sikora
Z-ca Dyrektora ds. Techniczno-Administracyjnych