



Szpital Wojewódzki Koszalin

Kontakt:
Centrala (094) 34 - 88 - 400
Sekretariat (094) 34 - 88 - 151
Dyrektor (094) 34 - 88 - 102
Dział Jakości i Marketingu (094) 34 - 88 - 380
Fax (094) 34 - 88 - 103
e-mail: zampub.swk@ko.home.pl
http: www.swk.med.pl

Koszalin, 27 października 2011 r.

znak pisma: TP-231/1/PN/279/2011

Do:
**Wykonawcy postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego**

DOTYCZY:	przetargu nieograniczonego nr TP-231/1/PN/279/2011 – sprzęt medyczny jednorazowego użytku do zabiegów neurochirurgicznych, implanty do stabilizacji kręgosłupa
-----------------	--

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych, (t.j. z 2010 r. Dz. U. Nr 113, poz. 759 ze zm.), udzielam wyjaśnień na zadane pytania:

PYTANIE NR 1 dotyczy zadania nr 1 proteza ubytków kości czaszki typu CODUBIX

„Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – Załącznik nr 2 – Zadanie nr 1 pkt 4

Czy nie zaszła oczywista omyłka pisarska i Zamawiający wymaga w tym zadaniu niesterylnej protezy ubytków kości czaszki? Proteza ubytków kości czaszki typu CODUBIX oferowana jest do sprzedaży w postaci niejałowej, w związku z powyższym wnosimy o zmianę wymogu granicznego w tym punkcie?”

ODPOWIEDŹ

Zamawiający dopuszcza protezę ubytków kości czaszki typu CODUBIX w postaci niejałowej.

z up. DYREKTORA
Szpitala Wojewódzkiego w Koszalinie
mgr Magdalena Sikora
Z-ca Dyrektora ds. Techniczno-Administracyjnych