



# Szpital Wojewódzki Koszalin

**Kontakt:**

Centrala (94) 34 - 88 - 400  
Sekretariat (94) 34 - 88 - 151  
Dyrektor (94) 34 - 88 - 102  
Dział Jakości i Marketingu (94) 34 - 88 - 380  
Fax (94) 34 - 88 - 103  
e-mail: [ewelina@swk.med.pl](mailto:ewelina@swk.med.pl)  
http: [www.swk.med.pl](http://www.swk.med.pl)

Koszalin, 18 kwietnia 2012 r.

znak pisma: TP-231/3/PN/65/2012

**Do:**  
**Wykonawcy postępowania o udzielenie  
zamówienia publicznego**

<b>DOTYCZY:</b>	przetargu nieograniczonego nr TP-231/3/PN/65/2012 – materiały szewne
-----------------	--

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (j.t. z 2010 r. Dz. U. Nr 113, poz. 759 ze zm.) udzielam wyjaśnień na zadane pytania:

**PYTANIE NR 1: dotyczy zadania nr 11**

„Czy Zamawiający wyrazi zgodę w Zadaniu 11 w każdej pozycji na igłę odwrotnie tnącą, pozostałe parametry bez zmian?”

**WYJAŚNIENIA**

Zamawiający dopuszcza igłę odwrotnie tnącą w pozycjach 5,6,7,8,9,10,11,12

**PYTANIE NR 2: dotyczy zadania nr 12, poz. 13**

„Czy Zamawiający wyrazi zgodę w Zadaniu 12 poz.13 również na długość nici 75cm, pozostałe parametry bez zmian?”

**WYJAŚNIENIA**

Nie.

**PYTANIE NR 3: dotyczy zadania nr 12, poz. 14**

„Czy Zamawiający wyrazi zgodę w Zadaniu 12 poz.14 również na długość igły 39mm, pozostałe parametry bez zmian?”

**WYJAŚNIENIA**

Tak.

**PYTANIE NR 4: dotyczy zadania nr 12, poz. 15**

„Czy Zamawiający wyrazi zgodę w Zadaniu 12 poz.15 również na długość igły 39mm, pozostałe parametry bez zmian?”

**WYJAŚNIENIA**

Tak.

**PYTANIE NR 5: dotyczy zadania nr 12, poz. 2**

„Czy Zamawiający wyrazi zgodę w Zadaniu 12 poz.2 również na igłę odwrotnie tnącą, pozostałe parametry bez zmian?”

**WYJAŚNIENIA**

Tak.

**PYTANIE NR 6: dotyczy zadania nr 12, poz. 4**

„Czy Zamawiający wyrazi zgodę w Zadaniu 12 poz.4 również na igłę odwrotnie tnącą, pozostałe parametry bez zmian?”

**WYJAŚNIENIA**

Tak.

**PYTANIE NR 7: dotyczy zadania nr 12, poz. 7**

„Czy Zamawiający wyrazi zgodę w Zadaniu 12 poz.7 również na igłę odwrotnie tnącą, pozostałe parametry bez zmian?”

## WYJAŚNIENIA

Tak.

### **PYTANIE NR 8: dotyczy zadania nr 12, poz. 18**

„Czy Zamawiający wyrazi zgodę w Zadaniu 12 poz.18 również na igłę odwrotnie tnącą, pozostałe parametry bez zmian?”

## WYJAŚNIENIA

Tak.

### **PYTANIE NR 9: dotyczy zadania nr 7, poz. 1-5**

„Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie w w/w pozycjach nici o **długości 75 cm** przy zachowaniu pozostałych parametrów materiału szewnego?”

## WYJAŚNIENIA

Nie.

### **PYTANIE NR 10: dotyczy zadania nr 7, poz. 5**

„Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie w w/w pozycji igły o **długości 30 mm** przy zachowaniu pozostałych parametrów materiału szewnego?”

## WYJAŚNIENIA

Tak.

### **PYTANIE NR 11: dotyczy zadania nr 8**

„Czy Zamawiający w trosce o ochronę uczciwej konkurencji w w/w zadaniu dopuści szwy syntetyczne, plecione, wytwarzane z kwasu glikolowego, powlekane polikaprolaktonem i stearynianem wapnia, o okresie wchłaniania ok. 42 dni i podtrzymywaniu tkankowym ok. 65% po 7 dniach, ok. 50% po 8-11 dniach od zaimplantowania?” Zapewniają one dokładnie te same właściwości i co najważniejsze to samo bezpieczeństwo.

## WYJAŚNIENIA

Nie.

### **PYTANIE NR 12: dotyczy zadania nr 8, poz. 3**

„Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie w w/w pozycji igły o **długości 37 mm** przy zachowaniu pozostałych parametrów materiału szewnego?”

## WYJAŚNIENIA

Tak.

### **PYTANIE NR 13: dotyczy zadania nr 15, poz. 1**

„Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie w w/w pozycji nici o **długości 60 cm** przy zachowaniu pozostałych parametrów materiału szewnego?”

## WYJAŚNIENIA

Nie.

### **PYTANIE NR 14: dotyczy zadania nr 15, poz. 9,10**

„Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie w w/w pozycjach nici o **długości 75 cm** przy zachowaniu pozostałych parametrów materiału szewnego?”

## WYJAŚNIENIA

Nie.

### **PYTANIE NR 15: dotyczy zadania nr 16**

„Czy Zamawiający w trosce o ochronę uczciwej konkurencji w w/w pakiecie **dopuszcza** szwy syntetyczne, plecione, wytwarzane z kwasu poliglikolowego, powlekane polikaprolaktonem i stearynianem wapnia, wchłaniające się w okresie 60-90 dni?” Zapewniają one dokładnie te same właściwości i co najważniejsze to samo bezpieczeństwo.

## WYJAŚNIENIA

Tak.

### **PYTANIE NR 16: dotyczy zadania nr 17**

„Czy Zamawiający w trosce o ochronę uczciwej konkurencji w w/w zadaniu dopuści szwy syntetyczne, monofilamentowe, wytwarzane z **pilidioksanonu**, wchłaniające się w okresie **180-210 dni**?”

## WYJAŚNIENIA

Nie.

### **PYTANIE NR 17: dotyczy zadania nr 17, poz. 12**

„Czy Zamawiający w w/w pozycji dopuści igłę 13 mm o krzywiznie **3/8 koła**, przy pozostałych parametrach bez zmian?”

## WYJAŚNIENIA

Tak.

**PYTANIE NR 18: dotyczy zadania nr 17, poz. 18-20**

„Czy Zamawiający dopuści w w/w pozycjach zamiast igły tnącej - **igłę odwrótnie tnącą**, przy zachowaniu pozostałych parametrów materiału szewnego?”

**WYJAŚNIENIA**

Tak.

**PYTANIE NR 19: dotyczy zadania nr 19, poz. 1**

„Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie w w/w pozycji nici o **grubości 2/0 USP** przy zachowaniu pozostałych parametrów materiału szewnego?”

**WYJAŚNIENIA**

Nie.

**PYTANIE NR 20: dotyczy zadania nr 21, poz. 3**

„Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie w w/w pozycji nici o **długości 75 cm** przy zachowaniu pozostałych parametrów materiału szewnego?”

**WYJAŚNIENIA**

Tak.

**PYTANIE NR 21: dotyczy zadania nr 21, poz. 3**

„Czy Zamawiający w trosce o ochronę uczciwej konkurencji w w/w pozycji dopuści **igłę okrągłą z tnącym końcem (przyostrzoną)**, przy zachowaniu pozostałych parametrów materiału szewnego?”

**WYJAŚNIENIA**

Tak.

**PYTANIE NR 22: dotyczy zadania nr 11, poz. 1**

„Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w **zadanie 11 pozycji 1** igły o długości **35 mm** lub **40 mm** przy zachowaniu pozostałych parametrów szwu bez zmian.”

**WYJAŚNIENIA**

Zamawiający dopuszcza igłę o długości 35 mm przy zachowaniu pozostałych parametrów szwu bez zmian.

**PYTANIE NR 23: dotyczy zadania nr 11, poz. 3,11**

„Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w **zadanie 11 pozycji 3, 11** igły o długości **26 mm** przy zachowaniu pozostałych parametrów szwu bez zmian.”

**WYJAŚNIENIA**

Tak.

**PYTANIE NR 24: dotyczy zadania nr 11, poz. 5-8**

„Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w **zadanie 11 pozycji 5 - 8** igły **odwrótnie tnącej** przy zachowaniu pozostałych parametrów szwu bez zmian.”

**WYJAŚNIENIA**

Tak.

**PYTANIE NR 25: dotyczy zadania nr 12, poz. 1,8**

„Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w **zadanie 12 pozycji 1, 8** igły o długości **26 mm** przy zachowaniu pozostałych parametrów szwu bez zmian.”

**WYJAŚNIENIA**

Tak.

**PYTANIE NR 26: dotyczy zadania nr 12, poz. 7**

„Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w **zadanie 12 pozycji 7** igły **30 mm** i nici **90 cm** lub igły o długości **35 mm** i nici o długości **75 cm** przy zachowaniu pozostałych parametrów szwu bez zmian.”

**WYJAŚNIENIA**

Nie.

**PYTANIE NR 27: dotyczy zadania nr 12, poz. 16**

„Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w **zadanie 12 pozycji 16** igły o długości **40 mm** przy zachowaniu pozostałych parametrów szwu bez zmian.”

**WYJAŚNIENIA**

Nie.

**PYTANIE NR 28: dotyczy zadania nr 1, poz. 28**

„Czy Zamawiający dopuści w Zadaniu nr 1, pozycji nr 28 długość igły 48 mm, pozostałe parametry bez zmian?”

## **WYJAŚNIENIA**

Tak.

### **PYTANIE NR 29: dotyczy zadania nr 2, poz. 6**

„Czy Zamawiający dopuści w Zadaniu nr 2, pozycji nr 6 igłę 2x 26 mm okrągłą z mikroostrzem typu CC. Pozostałe parametry bez zmian?”

## **WYJAŚNIENIA**

Tak.

### **PYTANIE NR 30: dotyczy zadania nr 2, poz. 33**

„Czy Zamawiający dopuści w Zadaniu nr 2, pozycji nr 33 igłę konwencjonalnie-tnącą typu Prime, pozostałe parametry bez zmian?”

## **WYJAŚNIENIA**

Tak.

### **PYTANIE NR 31: dotyczy zadania nr 3, poz. 1**

„Czy Zamawiający dopuści w Zadaniu nr 3, pozycji nr 1 grubość nici „2” oraz długość nici 75 cm. Pozostałe parametry bez zmian?”

## **WYJAŚNIENIA**

Nie.

### **PYTANIE NR 32: dotyczy zadania nr 4, poz. 32,33,48,49,50,51,52,54,58,63,67,93,96**

„Czy Zamawiający dopuści w Zadaniu nr 4, pozycji nr 32,33,48,49,50,51,52,54,58,63,67,93,96 Nić wchłaniana, pleciona, syntetyczna, wykonana z poliglaktyny, powlekana z mieszaniny kwasu glikolowego i mlekowego o czasie wchłaniania 56 do 70 dni, czas podtrzymywania tkankowego 75% po 14 dniach, 50% po 21 dniach, 25% po 28 dniach, bez środka antybakteryjnego, przy zachowaniu pozostałych parametrów, Firma J&J nie ma w swojej ofercie nici z powleczeniem antybakteryjnym w pozycjach mniejszych niż długość igły 13 mm.”

## **WYJAŚNIENIA**

Tak.

### **PYTANIE NR 33: dotyczy zadania nr 5, poz. 6**

„Czy Zamawiający dopuści w Zadaniu nr 5, pozycji nr 6 igłę okrągłą rozwarstwiającą, pozostałe parametry bez zmian?”

## **WYJAŚNIENIA**

Tak.

### **PYTANIE NR 34: dotyczy zadania nr 5, poz. 35**

„Czy Zamawiający dopuści w Zadaniu nr 5, pozycji 35, nić długości 2x70 cm, Nić, wchłanialna, syntetyczna, monofilamentowa, polidioksanone, o okresie wchłaniania 180-210 dni, podtrzymywanie tkankowe do 90 dni profil podtrzymywania tkankowego 60% po 14 dniach 4/0 i mniejsze, 75% po 14 dniach 3/0 i większe, 50% po 28 dniach 4/0 i mniejsze, 70% po 28 dniach 3/0 i większe, 35% po 42 dniach 4/0 i mniejsze, 50% po 42 dniach 3/0 i większe. bez czynnika antybakteryjnego, pozostałe parametry bez zmian. Firma J&J nie ma w swojej ofercie nici o z powleczeniem antybakteryjnym na niciach bez igłowych o długości 150 cm.”

## **WYJAŚNIENIA**

Tak.

### **PYTANIE NR 35**

„Czy Zamawiający wymaga złożenia dokumentów potwierdzających czynniki antybakteryjne do pakietów 4 oraz 5?”

## **WYJAŚNIENIA**

Zamawiający wymaga złożenia dokumentów potwierdzających czynniki antybakteryjne do pakietów 4 oraz 5.

### **PYTANIE NR 36: dotyczy zadania nr 11**

„Czy Zamawiający w zadaniu nr 11 dopuści igłę odwrotnie tnącą i wyrazi zgodę na tolerancję jej długości +/- 1mm?”

## **WYJAŚNIENIA**

Zamawiający dopuszcza igłę o tolerancji jej długości +/- 1mm, nie dopuszcza igły odwrotnie tnącej w pozycjach 1,2,3,4.

### **PYTANIE NR 37: dotyczy zadania nr 11, poz. 5,6,7,8**

„Czy Zamawiający w zadaniu nr 11 poz. 5,6,7 i 8 dopuści długość nici 50cm?”

## **WYJAŚNIENIA**

Tak.

### **PYTANIE NR 38: dotyczy zadania nr 11, poz. 9**

„Czy Zamawiający w zadaniu nr 11 poz. 9 dopuści nić 5 x 50cm?”

**WYJAŚNIENIA**

Nie.

**PYTANIE NR 39: dotyczy zadania nr 12**

„Czy Zamawiającym w zadaniu nr 12 dopuści tolerancję długości igły +/- 1mm?”

**WYJAŚNIENIA**

Tak.

**PYTANIE NR 40: dotyczy zadania nr 12, poz. 16**

„Czy Zamawiającym w zadaniu nr 12 poz. 16 dopuści igłę o długości 45mm?”

**WYJAŚNIENIA**

Nie.

**PYTANIE NR 41: dotyczy zadania nr 12, poz. 9,11**

„Czy Zamawiającym w zadaniu nr 12 poz. 9 i 11 dopuści nić o długości 50cm?”

**WYJAŚNIENIA**

Tak.

**PYTANIE NR 42: dotyczy zadania nr 12, poz. 13**

„Czy Zamawiającym w zadaniu nr 12 poz. 13 dopuści nić o długości 75cm?”

**WYJAŚNIENIA**

Nie.

**PYTANIE NR 43: dotyczy zadania nr 12, poz. 13**

„Czy Zamawiającym w zadaniu nr 12 poz. 13 dopuści nić o długości 100cm?”

**WYJAŚNIENIA**

Tak.

**PYTANIE NR 44: dotyczy zadania nr 12, poz. 2,4,7,18**

„Czy Zamawiającym w zadaniu nr 12 poz. 2,4,7 i 18 dopuści igłę odwrotnie tnącą?”

**WYJAŚNIENIA**

Tak.

**PYTANIE NR 45**

„Czy Zamawiający zawrze w projekcie umowy przybliżony harmonogram ilościowy dostaw? Uzasadnienie do pytania 1: Pytanie zasadne jest ze względu na to, że Wykonawca musi w kalkulować w cenę materiału koszty dostawy.”

**WYJAŚNIENIA**

Nie.

**PYTANIE NR 46: dotyczy zadania nr 20**

„Czy Zamawiający w **Zadaniu 20** dopuści długość igły 2x6,2mm zamiast 2x6,19mm? Pozostałe parametry bez zmian”

**WYJAŚNIENIA**

Nie.

**PYTANIE NR 47: dotyczy zadania nr 1**

„Czy Zamawiający w Zadaniu nr 1 dopuści syntetyczne, monofilamentowe, niewchłaniające szwy chirurgiczne wykonane z długołańcuchowych polimerów alifatycznych Nylon 6 i Nylon 6.6?”

**WYJAŚNIENIA**

Nie.

**PYTANIE NR 48: dotyczy zadania nr 1**

„Czy Zamawiający w trosce o zapewnienie uczciwej konkurencji wydzieli z Zadania nr 1 do osobnego Zadania pozycje 3-5; 14-16; 19-22; 32-35; 37-38?”

**WYJAŚNIENIA**

Nie.

**PYTANIE NR 49: dotyczy zadania nr 1, poz. 32,34,37**

„Czy Zamawiający w Zadaniu nr 1 dopuści: - poz.32, 34, 37 – długość igły 24mm?”

**WYJAŚNIENIA**

Nie.

**PYTANIE NR 50: dotyczy zadania nr 4**

„Czy Zamawiający w Zadaniu nr 4 dopuści Nić wchłaniająca, pleciona, syntetyczna, wykonana z syntetycznego poliestru glikolidu i laktidu – pochodnej kwasu glikolowego i mlekowego powlekane mieszkanką kopolimeru kaprolaktonu/glikolidu i

laktynu stearylowo-wapniowego wchłaniające się w okresie 56 do 70 dni, czas podtrzymywania tkankowego 80% po 14 dniach, 30% po 21 dniach, bez powleczenia środkiem antybakteryjnym?"

**WYJAŚNIENIA**

Nie.

**PYTANIE NR 51: dotyczy zadania nr 4**

„Czy Zamawiający w trosce o zapewnienie uczciwej konkurencji wydzieli z Zadania nr 4 do osobnego Zadania pozycje: 4-5; 15; 17-26; 36; 39-40; 61-68?"

**WYJAŚNIENIA**

Nie.

**PYTANIE NR 52: dotyczy zadania nr 4**

„Czy Zamawiający w Zadaniu nr 4 w miejscu pozycjach, gdzie wymaga igieł „okrągłych rozwarstwiających” dopuści igły typu V, CV, GS (Vascular; Cardio-Vascular; General Surgery) – są to igły równoważne jakościowo do igieł wymaganych w SIWZ, posiadające atraumatyczne połączenie z nitką i zapewniające atraumatyczne przejście igły przez tkankę dodatkowo powlekane formułą NuCoat™ w celu wzmocnienia igły oraz zwiększenia gładkości igły przy przechodzeniu przez tkankę?"

**WYJAŚNIENIA**

Nie.

**PYTANIE NR 53: dotyczy zadania nr 7**

„Czy Zamawiający w Zadaniu nr 7 dopuści nici monofilamentowe wykonane z glikomeru o czasie wchłaniania 90-110 dni, o czasie podtrzymywania tkankowego 40% po 21 dniach od implantacji, co jest mocniejszym materiałem od wymaganych przez Państwa?"

**WYJAŚNIENIA**

Nie.

**PYTANIE NR 54: dotyczy zadania nr 7, poz. 1,2,3,4,6**

„Czy Zamawiający dopuści w zadaniu nr 7, w pozycjach n : 1,2,3,4,6 nici o długości 75cm?"

**WYJAŚNIENIA**

Nie.

**PYTANIE NR 55: dotyczy zadania nr 7, poz. 5**

„Czy Zamawiający dopuści w zadaniu nr 7, w pozycji nr 5, nici o długości 90cm?"

**WYJAŚNIENIA**

Nie.

**PYTANIE NR 56: dotyczy zadania nr 7, poz. 4,5,6**

„Czy Zamawiający dopuści w zadaniu nr 7, w pozycjach nr 4,5,6, długości igły, odpowiednio : 24,30 i 37 mm?"

**WYJAŚNIENIA**

Nie.

**PYTANIE NR 57: dotyczy zadania nr 9**

„Czy Zamawiający dopuści w zadaniu nr 9 nici powlekane silikonem lub mieszaniną wosku?"

**WYJAŚNIENIA**

Tak.

**PYTANIE NR 58: dotyczy zadania nr 9, poz. 2**

„Czy Zamawiający dopuści w zadaniu nr 9, w pozycji nr 2 igłę odwrotnie tnącą, o długości 39mm z nicią 75 cm?"

**WYJAŚNIENIA**

Nie.

**PYTANIE NR 59: dotyczy zadania nr 9**

„Czy Zamawiający dopuści w zadaniu nr 9 szwy pakowane pojedynczo w saszetce, tj. jedna nitka?"

**WYJAŚNIENIA**

Tak.

**PYTANIE NR 60: dotyczy zadania nr 11**

„Czy Zamawiający dopuści w zadaniu nr 11 nici niebieskie i czarne, co nie zmienia charakteru przeznaczenia szwu?"

**WYJAŚNIENIA**

Tak.

**PYTANIE NR 61: dotyczy zadania nr 11, poz. 1**

„Czy Zamawiający dopuści w zadaniu nr 11, w pozycji nr 1 igłę odwrotnie tnącą o długości 39mm?"

## **WYJAŚNIENIA**

Zamawiający dopuszcza igłę o długości 39 mm, nie dopuszcza igły odwrotnie tnącej.

### **PYTANIE NR 62: dotyczy zadania nr 11, poz. 2**

„Czy Zamawiający dopuści w zadaniu nr 11, w pozycji nr 2 igłę odwrotnie tnącą?”

#### **WYJAŚNIENIA**

Nie.

### **PYTANIE NR 63: dotyczy zadania nr 11, poz. 4,5,6**

„Czy Zamawiający dopuści w zadaniu nr 11, w pozycjach nr : 4,5,6 igłę o długości 20 mm?”

#### **WYJAŚNIENIA**

Nie.

### **PYTANIE NR 64: dotyczy zadania nr 9**

„Czy Zamawiający wyłączy pozycję nr 9 do odrębnego pakietu, bądź dopuści w pozycji nr 9 nić 6x45cm o grubości 2?”

#### **WYJAŚNIENIA**

Nie.

### **PYTANIE NR 65**

„Czy Zamawiający określając igłę jako ostrą, ma na myśli igłę odwrotnie tnącą?”

#### **WYJAŚNIENIA**

Zamawiający określając igłę jako ostrą ma na myśli igłę odwrotnie tnącą z wyłączeniem zadania nr 11, poz. 1,2,3,4 i zadania nr 16 poz. 5.

### **PYTANIE NR 66: dotyczy zadania nr 12, poz. 7,11**

„Czy Zamawiający dopuści w zadaniu nr 12, w pozycjach 7 i 11 igłę o długości 25 mm?”

#### **WYJAŚNIENIA**

Tak.

### **PYTANIE NR 67: dotyczy zadania nr 12, poz. 7**

„Czy Zamawiający dopuści w zadaniu nr 12, w pozycji nr 7 igłę odwrotnie tnącą?”

#### **WYJAŚNIENIA**

Tak.

### **PYTANIE NR 68: dotyczy zadania nr 12, poz. 10**

„Czy Zamawiający dopuści w zadaniu nr 12, w pozycji nr 10 igłę o długości 30 mm?”

#### **WYJAŚNIENIA**

Nie.

### **PYTANIE NR 69: dotyczy zadania nr 12, poz. 14,15**

„Czy Zamawiający dopuści w zadaniu nr 12, w pozycjach 14 i 15 igłę o długości 39 mm?”

#### **WYJAŚNIENIA**

Tak.

### **PYTANIE NR 70: dotyczy zadania nr 12, poz. 15,16**

„Czy Zamawiający dopuści w zadaniu nr 12, w pozycjach 15 i 16 długość nici 90 cm?”

#### **WYJAŚNIENIA**

Tak.

### **PYTANIE NR 71: dotyczy zadania nr 13**

„Czy Zamawiający w zadaniu nr 13 rozumie opis igła ostra jako okrągła stożkowa lub odwrotnie tnącą?”

#### **WYJAŚNIENIA**

Zamawiający poprzez igła ostra rozumie jako odwrotnie tnącą.

### **PYTANIE NR 72: dotyczy zadania nr 13, poz. 1,2**

„Czy Zamawiający dopuści w zadaniu nr 13 w pozycjach 1 i 2 długość nici 75 cm?”

#### **WYJAŚNIENIA**

Tak.

### **PYTANIE NR 73: dotyczy zadania nr 13, poz. 3**

„Czy Zamawiający dopuści w zadaniu nr 13 w pozycji nr 3 igłę 37mm?”

#### **WYJAŚNIENIA**

Tak.

**PYTANIE NR 74: dotyczy zadania nr 13, poz. 4**

„Czy Zamawiający wyłączy do odrębnego zadania pozycję nr 4 z zadania nr 13?”

**WYJAŚNIENIA**

Tak.

**PYTANIE NR 75: dotyczy zadania nr 15, poz. 1,9,10**

„Czy Zamawiający dopuści w zadaniu nr 15, w pozycjach: 1,9,10 igłę o długości 16 mm i długość nici 75 cm?”

**WYJAŚNIENIA**

Zamawiający dopuszcza w poz. 1,9,10 długość igły 16 mm, nie dopuszcza długości nici 75 mm w poz. 1.

**PYTANIE NR 76: dotyczy zadania nr 15, poz. 3,4,5**

„Czy Zamawiający dopuści w zadaniu nr 15 w pozycjach: 3,4,5 igłę o długości 25mm?”

**WYJAŚNIENIA**

Nie.

**PYTANIE NR 77: dotyczy zadania nr 15, poz. 7**

„Czy Zamawiający dopuści w zadaniu nr 15 w pozycji nr 7 igły 2x20 mm?”

**WYJAŚNIENIA**

Tak.

**PYTANIE NR 78: dotyczy zadania nr 15, poz. 8**

„Czy Zamawiający dopuści w zadaniu nr 15 w pozycji nr 8 igłę o długości 27mm?”

**WYJAŚNIENIA**

Tak.

**PYTANIE NR 79: dotyczy zadania nr 15, poz. 12**

„Czy Zamawiający dopuści w zadaniu nr 15 w pozycji nr 12 igłę o długości 37 mm?”

**WYJAŚNIENIA**

Nie.

**PYTANIE NR 80: dotyczy zadania nr 17, poz. 12,13,15,16**

„Czy Zamawiający w zadaniu nr 17 w pozycjach: 12,13,15,16 poprzez zapis igła ostra ma na myśli igłę odwrotnie tnącą bądź okrągłą stożkową?”

**WYJAŚNIENIA**

Zamawiający w pozycjach 12,13,15,16 poprzez zapis igła ostra ma na myśli igłę odwrotnie tnącą.

**PYTANIE NR 81: dotyczy zadania nr 17, poz. 18,19**

„Czy Zamawiający dopuści w zadaniu nr 17 w pozycjach 18 i 19 igłę odwrotnie tnącą?”

**WYJAŚNIENIA**

Tak.

**PYTANIE NR 82: dotyczy zadania nr 17, poz. 12,13**

„Czy zamawiający w zadaniu nr 17 w pozycjach nr 12 i 13 dopuści igłę o krzywiznie 3/8 koła”

**WYJAŚNIENIA**

Nie.

**PYTANIE NR 83: dotyczy zadania nr 17, poz. 13**

„Czy Zamawiający w zadaniu nr 17 dopuści w pozycji nr 13 igłę o długości 19mm?”

**WYJAŚNIENIA**

Nie.

**PYTANIE NR 84: dotyczy zadania nr 17, poz. 9**

„Czy Zamawiający dopuści w zadaniu nr 17 w pozycji 9 igłę o długości 27mm?”

**WYJAŚNIENIA**

Nie.

**PYTANIE NR 85: dotyczy zadania nr 17, poz. 20**

„Czy Zamawiający dopuści w zadaniu nr 17 w pozycji 20 igłę o długości 24mm, odwrotnie tnącą o krzywiznie 3/8 koła?”

**WYJAŚNIENIA**

Nie.

**PYTANIE NR 86: dotyczy zadania nr 19, poz. 1**

„Czy Zamawiający w zadaniu nr 19 w pozycji nr 1 dopuści nić o długości 90 cm?”



**WYJAŚNIENIA**

Nie.

**PYTANIE NR 87: dotyczy zadania nr 20**

„Czy Zamawiający w zadaniu nr 20 dopuści nić wykonaną tylko z poliamidu?”

**WYJAŚNIENIA**

Nie.

**PYTANIE NR 88: dotyczy zadania nr 21, poz.1**

„Czy Zamawiający w zadaniu nr 21 w pozycji nr 1 dopuści mikroszpatułkę o długości 6,5 mm i średnicy 200 mikronów?”

**WYJAŚNIENIA**

Nie.

**PYTANIE NR 89: dotyczy zadania nr 7**

„Czy Zamawiający dopuści złożenie oferty w tym zadaniu na nić wykonaną z glikonatu (72% glikolid, 14% Trimetylenocarbonate, 14% Caprolakton), o okresie wchłaniania 60-90 dni, przy zachowaniu pozostałych parametrów opisu przedmiotu zamówienia bez zmian?”

**WYJAŚNIENIA**

Nie.

**PYTANIE NR 90: dotyczy zadania nr 7, poz. 3**

„Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w tej pozycji igły o długości 24 mm, przy zachowaniu pozostałych parametrów opisu przedmiotu zamówienia bez zmian?”

**WYJAŚNIENIA**

Nie.

**PYTANIE NR 91: dotyczy zadania nr 7, poz. 5**

„Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w tej pozycji igły o długości 30 mm, przy zachowaniu pozostałych parametrów opisu przedmiotu zamówienia bez zmian?”

**WYJAŚNIENIA**

Tak.

**PYTANIE NR 92: dotyczy zadania nr 7, poz. 6**

„Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w tej pozycji igły o długości 37 mm, przy zachowaniu pozostałych parametrów opisu przedmiotu zamówienia bez zmian?”

**WYJAŚNIENIA**

Tak.

**PYTANIE NR 93: dotyczy zadania nr 11, poz. 1**

„Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w tej pozycji igły z nicią o długości 90 cm, przy zachowaniu pozostałych parametrów opisu przedmiotu zamówienia bez zmian?”

**WYJAŚNIENIA**

Tak.

**PYTANIE NR 94: dotyczy zadania nr 12, poz. 11,12**

„Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w tych pozycjach igły o długości 24 mm, przy zachowaniu pozostałych parametrów opisu przedmiotu zamówienia bez zmian?”

**WYJAŚNIENIA**

Nie.

**PYTANIE NR 95: dotyczy zadania nr 12, poz. 14,15**

„Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w tych pozycjach igły o długości 24 mm, przy zachowaniu pozostałych parametrów opisu przedmiotu zamówienia bez zmian?”

**WYJAŚNIENIA**

Nie.

**PYTANIE NR 96: dotyczy zadania nr 15, poz. 1,9,10**

„Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w tych pozycjach igły z nicią o długości 75 cm, przy zachowaniu pozostałych parametrów opisu przedmiotu zamówienia bez zmian?”

**WYJAŚNIENIA**

Nie.

**PYTANIE NR 97: dotyczy zadania nr 16**

„Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w tym zadaniu nici powlekanej poliglikonatem, przy zachowaniu pozostałych parametrów opisu przedmiotu zamówienia bez zmian?”

**WYJAŚNIENIA**

Tak.

**PYTANIE NR 98: dotyczy zadania nr 16, poz. 5**

„Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w tej pozycji igły z nicią o długości 70 cm, przy zachowaniu pozostałych parametrów opisu przedmiotu zamówienia bez zmian?”

**WYJAŚNIENIA**

Tak.

**PYTANIE NR 99: dotyczy zadania nr 16**

„Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie szwów o długości nici 70 cm lub 90 cm w miejscach, gdzie wskazany jest zapis o długości nici 75 cm?”

**WYJAŚNIENIA**

Nie.

z up. DYREKTORA  
Szpitala Wojewódzkiego w Koszalinie  
  
mgr Magdalena Sikora  
Z-ca Dyrektora ds. Techniczno-Administracyjnych