

**Kontakt:**

Centrala 34 - 88 - 400
Sekretariat Dyrektora 34 - 88 - 151
Fax 34 - 88 - 103
e-mail: szpital@swk.med.pl
http: www.swk.med.pl

Koszalin, 15.10.2014 r.

znak pisma: TP.382.95.2014 EK

Do:
Wykonawcy postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego

dotyczy: przetarg nieograniczony nr TP.382.95.2014 EK - implanty i osprzęt do endoprotezoplastyki

1. INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

- 1) Na podstawie art. 92 ustawy Prawo zamówień publicznych zawiadamiam niniejszym, że w przedmiotowym postępowaniu, jako najkorzystniejsze wybrano oferty firm:

Nr Zadania	Wykonawca	Punkty w kryterium cena
1	Johnson & Johnson Poland Sp. z o.o., ul. Iżęcka 24, 02-135 Warszawa	100
2	Unieważnione na mocy art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp	
3	Smith&Nephew Sp. z o.o., ul. Marynarska 15, 02-674 Warszawa	100
4	Smith&Nephew Sp. z o.o., ul. Marynarska 15, 02-674 Warszawa	100
5	Smith&Nephew Sp. z o.o., ul. Marynarska 15, 02-674 Warszawa	100
6	Smith&Nephew Sp. z o.o., ul. Marynarska 15, 02-674 Warszawa	100
7	Smith&Nephew Sp. z o.o., ul. Marynarska 15, 02-674 Warszawa	100
8	Smith&Nephew Sp. z o.o., ul. Marynarska 15, 02-674 Warszawa	100
9	Biomet Polska Sp. z o.o., ul. Płowiecka 75, 04-501 Warszawa	100
10	Biomet Polska Sp. z o.o., ul. Płowiecka 75, 04-501 Warszawa	100
11	Biomet Polska Sp. z o.o., ul. Płowiecka 75, 04-501 Warszawa	100
12	Biomet Polska Sp. z o.o., ul. Płowiecka 75, 04-501 Warszawa	100
13	Biomet Polska Sp. z o.o., ul. Płowiecka 75, 04-501 Warszawa	100
14	Biomet Polska Sp. z o.o., ul. Płowiecka 75, 04-501 Warszawa	100
15	Globus Medical Poland Sp. z o.o., ul. Barkocińska 6, 03-543 Warszawa	100
16	Globus Medical Poland Sp. z o.o., ul. Barkocińska 6, 03-543 Warszawa	100
17	Globus Medical Poland Sp. z o.o., ul. Barkocińska 6, 03-543 Warszawa	100
18	Globus Medical Poland Sp. z o.o., ul. Barkocińska 6, 03-543 Warszawa	100
19	Globus Medical Poland Sp. z o.o., ul. Barkocińska 6, 03-543 Warszawa	100
20	Stryker Polska Sp. z o.o., ul. Poleczki 35, 02-822 Warszawa	100
21	Stryker Polska Sp. z o.o., ul. Poleczki 35, 02-822 Warszawa	100
22	Stryker Polska Sp. z o.o., ul. Poleczki 35, 02-822 Warszawa	100
23	Stryker Polska Sp. z o.o., ul. Poleczki 35, 02-822 Warszawa	100
24	Stryker Polska Sp. z o.o., ul. Poleczki 35, 02-822 Warszawa	100
25	Aesculap Chifa Sp. z o.o., ul. Tysiąclecia 14, Nowy Tomyśl	100
26	Aesculap Chifa Sp. z o.o., ul. Tysiąclecia 14, Nowy Tomyśl	100
27	Aesculap Chifa Sp. z o.o., ul. Tysiąclecia 14, Nowy Tomyśl	100
28	Heraeus Kulzer Poland Sp. z o.o., ul. Prusa 2, 00-493 Warszawa	100
29	Heraeus Kulzer Poland Sp. z o.o., ul. Prusa 2, 00-493 Warszawa	100

30	Heraeus Kulzer Poland Sp. z o.o., ul. Prusa 2, 00-493 Warszawa	100
31	Biomet Polska Sp. z o.o., ul. Płowiecka 75, 04-501 Warszawa	100
32	Stryker Polska Sp. z o.o., ul. Poleczki 35, 02-822 Warszawa	100
33	Implantcast Polska Sp. z o.o., ul. Postępu 21B, 02-676 Warszawa	100
34	Implantcast Polska Sp. z o.o., ul. Postępu 21B, 02-676 Warszawa	100
35	Implantcast Polska Sp. z o.o., ul. Postępu 21B, 02-676 Warszawa	100
36	Med.&Care Tomasz Witkowski, ul. Chwaszczyńska 170, 81-571 Gdynia	100
37	Ralf Medical Sp. z o.o., ul. Sieradzka 10 lokal 1, 60-163 Poznań	100

2) Uzasadnienie wyboru: oferty przedstawiały najkorzystniejszy bilans punktów – maksymalna liczba przyznanych punktów w oparciu o ustalone kryteria (cena 100%).

3) Pozostali Wykonawcy, którzy złożyli oferty:

Nr Zadania	Wykonawca	Punkty w kryterium cena
6	Biomet Polska Sp. z o.o., ul. Płowiecka 75, 04-501 Warszawa	Oferta odrzucona
34	Biomet Polska Sp. z o.o., ul. Płowiecka 75, 04-501 Warszawa	58,12

2. INFORMACJA O WYKLUCZENIU WYKONAWCÓW

Z postępowania nie wykluczono żadnego Wykonawcy.

3. INFORMACJA O ODRZUCENIU OFERT

1. OFERTA NR 9 na zadanie nr 6 - złożona przez firmę Biomet Polska Sp. z o.o., ul. Płowiecka 75, 04-501 Warszawa została odrzucona na mocy art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.

UZASADNIENIE:

Zamawiający wymagał płyt prostych tytanowych o długości 150 mm, 200 mm, 250 mm oraz płyt umożliwiających zespolenie złamań okołokrętarzowych o długości od 75 mm do 265 mm. Zaoferowane płyty proste są stalowe i kobaltowo-chromowe. Natomiast płyty umożliwiające zespolenie złamań okołokrętarzowych są o długości od 159 mm do 258 mm.

4. INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

Postępowanie na zadanie nr 2 zostało unieważnione zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych – nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.

5. INFORMACJA O TERMINIE ZAWARCIA UMÓW

Umowy zostaną zawarte w terminie: 27.10.2014 r. – 28.11.2014r.

z up. DYREKTORA
Szpitala Wojewódzkiego w Koszalinie
mgr Magdalena Sikora
Z-ca Dyrektora ds. Technicznych i Inżynierskich