



Szpital Wojewódzki Koszalin

Koszalin, 11.07.2017 r.

Kontakt:
Centrala 34 - 88 - 400
Sekretariat Dyrektora 34 - 88 - 151
Fax 34 - 88 - 103
e-mail: szpital@swk.med.pl
http: www.swk.med.pl
znak pisma: TP.382.49.2017 JK

Do:
Wykonawcy postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego

dotyczy: przetarg nieograniczony nr TP.382.49.2017 JK – zestawy specjalistyczne oraz akcesoria do leczenia ran metodą podciśnieniową

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.) udzielam wyjaśnień na zadane pytania:

PYTANIE NR 1

Dotyczy zadania nr 1 poz. 4:

„Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania jałowego zestawu do szycia po episiotomii zawierającego w swoim składzie nie 20, a 10 sztuk kompresów z gazy 7,5x7,5cm, 12w17n? Pozostały skład i parametry zestawu zgodne z wymaganiami SIWZ.”

ODPOWIEDŹ

Zamawiający dopuszcza.

PYTANIE NR 2

Dotyczy zadania nr 1 poz. 5:

„Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania jałowego zestawu do cięcia cesarskiego zgodnego z SIWZ, jednakże w którym ręczniki celulozowe mają rozmiar min. 30 x 33cm?”

ODPOWIEDŹ

Zamawiający dopuszcza.

PYTANIE NR 3

Dotyczy zadania nr 1 poz. 6:

„Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania jałowego zestawu porodowego zgodnego z SIWZ, jednakże w którym ręczniki celulozowe mają rozmiar min. 30 x 33cm oraz osłona na przedramię ma rozmiar 25 x 50cm?”

ODPOWIEDŹ

Zamawiający dopuszcza.

PYTANIE NR 4

Dotyczy zadania nr 2 poz. 5:

„Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania Zestawu opatrunkowego na płytke rany do podciśnieniowej terapii leczenia ran, w którym opatrunek piankowy ma rozmiar 25cm x 15cm x 1,6cm? Pozostały skład i parametry zestawu zgodne z wymaganiami SIWZ.”

ODPOWIEDŹ

Zamawiający dopuszcza.

75-581 Koszalin, ul. Chałubińskiego 7

z up. DYREKTORA
Szpitala Wojewódzkiego w Koszalinie
mgr Małgorzata Sikora
Z-ca Dyrektora ds. Zdziałano-Administracyjnych