



znak pisma: TP.382.168.2020 BS

Koszalin, 27.01.2021 r.

Do:
Wykonawcy postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego

dotyczy: Przetarg nieograniczony nr TP.382.168.2020 BS – wyposażenie i sprzęt medyczny dla Oddziałów Dziecięcych i Pracowni Endoskopii

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U.2019.1843) udzielam wyjaśnień na zadane pytania:

PYTANIE NR 1: dotyczy części nr 1, tabela 12 – lodówka medyczna
„Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lodówkę medyczną posiadającą wymiary zewnętrzne 520 mm x 635 mm x 835 mm (szer. x gł. x wys.)? Pozostałe parametry bez zmian, zgodnie z SIWZ.

ODPOWIEDŹ

Zamawiający nie dopuszcza lodówki o zaproponowanych wymiarach.

PYTANIE NR 2: dotyczy części nr 1, tabela 19 - Wózek transportowy hydrauliczny
„Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek o poniższych parametrach wózek opisana w SIWZ wskazuje na jednego producenta, co powoduje ograniczenie i brak możliwość złożenia konkurencyjnych ofert?

L.p.	PARAMETR / WARUNEK WYMAGANY
1.	wózek / stół zabiegowy przeznaczony do przeprowadzania badań i drobnych zabiegów
2.	Konstrukcja wykonana z profili stalowych pokrytych lakierem proszkowym w kolorze RAL 7035. Lakier odporny na mycie i dezynfekcję ogólnie dostępnymi na rynku środkami dezynfekcyjnymi
3.	Błat 2 segmentowy, posiadający regulację oparcia pleców
4.	Segment oparcia pleców regulowany przy pomocy sprężyny gazowej w zakresie min od 0° do 60°
5.	Segmenty blatu pokryte tapicerką wykonaną z pianki poliuretanowej z pokryciem ze skaju. Wybór kolorystyczny skaju z co najmniej 5 różnych kolorów
6.	Regulacja wysokości blatu uzyskiwana przy pomocy pompy hydraulicznej sterowanej pedałem nożnym, dostępnym z obu stron stołu
7.	Zakres regulacji wysokości min od 600 do 900 mm
8.	Regulacja przechyłów wzdłużnych tj. pozycji Trendelenburga oraz anti-Trendelenburga uzyskiwana za pomocą sprężyn gazowych z blokadą
9.	Zakres regulacji Trendelenburga co najmniej od 0° do 20°
10.	Zakres regulacji anti- Trendelenburga co najmniej od 0° do 12°
11.	Wymiary gabarytowe - długość całkowita blatu 2000 mm (+/- 50mm) - całkowita szerokość blatu min. 650 (+/- 50mm)
12.	4 koła posiadające układ centralnego blokowania oraz koło do jazdy kierunkowej
13.	Dopuszczalne obciążenie min. 180 kg
14.	Certyfikat ISO 9001 oraz ISO 13485 dla producenta
15.	Deklaracja zgodności CE wydana przez producenta

ODPOWIEDŹ

Zamawiający nie dopuszcza wózka o wyżej wymienionych parametrach.

PYTANIE NR 3: dotyczy części nr 1, tabela 51 - Szafka do badań niemowląt

„Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania szafkę do badania niemowląt wykonaną z płyty meblowej laminowanej, w kolorze białym, front, półki z płyty MDF lakierowanej na kolor wg palety RAL, szuflady z systemem cichego domykania, stolik wyposażony w nóżki z możliwością poziomowania?”

ODPOWIEDŹ

Zamawiający dopuszcza.

PYTANIE NR 4: dotyczy części nr 1, tabela 51 - Szafka do badań niemowląt

„Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania szafkę do badania niemowląt w następującej konfiguracji : od góry szuflada na całą szerokość szafki pod nią pionowy podział na dwie równe części, strona lewa 3 x szuflada, strona prawa pojedyncze prawe drzwi wewnątrz półka?”



rys. poglądowy

ODPOWIEDŹ

Zamawiający dopuszcza.

PYTANIE NR 5: dotyczy części nr 1, tabela 51 - Szafka do badań niemowląt

„Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania szafkę do badania niemowląt o wymiarach 1100x580x900 mm?”

ODPOWIEDŹ

Zamawiający dopuszcza.

PYTANIE NR 6: dotyczy części nr 1, tabela 51 - Szafka do badań niemowląt

„Czy Zamawiający odstąpi od wymogu alby wyrób (szafka do badań niemowląt) był skalsyfikowany jako wyrób medyczny? Wszystkie pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.”

ODPOWIEDŹ

Zamawiający dopuszcza wyrób niemedyczny. Informacje o wyrobie niemedycznym należy umieścić w formularzu ofertowym (ofercie).

z up. DYREKTORA
Szpitala Wojewódzkiego w Koszalinie

mgr Magdalena Sikora
Izba Dyrektora ds. Organizacji i Administracji