



znak pisma: TP.382.10.2021 JK

Koszalin, 04.02.2021 r.

Do:
Wykonawcy postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego

dotyczy: przetarg nieograniczony nr TP.382.10.2021 JK – dostawa środków ochrony indywidualnej

UZUPEŁNIENIE WYJAŚNIEŃ NA PYTANIA UDZIELONYCH W DNIU 03.02.2021 R.

Zamawiający dokonuje sprostowania wyjaśnień dotyczących treści SIWZ, udzielonych w dniu 03.02.2021 r. w pytaniu nr 3.

PYTANIE NR 3: dotyczy części nr 2

„Czy Zamawiający dopuści rękawice nitylowe, nie posiadające obustronnej polimeryzacji, wewnętrznie chlorowane, siła zrywu przed starzeniem min. 6N, mikrochropowate z dodatkową teksturą na końcach placów, o grubości na palcu 0,08mm+/-0,01, przebadane zgodnie z EN 16523-1 na min. 2 substancje chemiczne na min. 3 poziomie ochrony, posiadające opakowanie handlowe o rozmiarach 20x11x6cm (Wykonawca dostarczy w cenie rękawic podajniki w odpowiednim rozmiarze – prosimy Zamawiającego o podanie szacunkowej ilości wymaganych podajników)?”

ODPOWIEDŹ przed zmianą:

Zmawiający dopuszcza.

ODPOWIEDŹ po zmianie:

Zmawiający dopuszcza. Zamawiający nie wymaga podajników.

z up. DYREKTORA
Szpitala Wojewódzkiego w Koszalinie


mgr. Małgorzata Sikora
Zm. Działania Specjalnego i Lecznictwa-Adwizacyjnych