



**Szpital
Wojewódzki
Koszalin**



Kontakt:

Centrala (0-94) 34 - 88 - 400
Sekretariat (0-94) 34 - 88 - 151
Dyrektor (0-94) 34 - 88 - 102
Dział Jakości i Marketingu (0-94) 34 - 88 - 380
Fax (0-94) 34 - 88 - 299
e-mail marketing@swk.med.pl
http www.swk.med.pl

Koszalin, dnia 19 stycznia 2007 r.

znak pisma:

TZP-231/4/PN/1/2007

Do:

***Uczestnicy postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego***

DOTYCZY:	przetargu nieograniczonego nr TZP-231/4/PN/1/2007 – dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku dla potrzeb Oddziału Intensywnej Terapii Dorosłych i Dzieci oraz Oddziału Anestezjologii
-----------------	--

Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z dnia 9 lutego 2004 r. Nr 19, poz. 177) udzielam wyjaśnień na zadane pytania:

PYTANIE 1

Dotyczy Zadania 15, poz. 1-5:

„Czy zamawiający dopuści zestawy do kaniulacji dużych naczyń nie posiadających w składzie skalpela oraz ze strzykawką o poj. 5 ml?”

ODPOWIEDŹ

Zamawiający nie dopuszcza zestawu do kaniulacji dużych naczyń bez skalpela oraz dopuszcza zestaw ze strzykawką o pojemności od 5 ml do 10 ml.

PYTANIE 2

Dotyczy Zadania 15, poz. 1-5:

„Czy Zamawiający odstąpi od wymogu zaoferowania zestawu do kaniulacji dużych naczyń, w poz. 1 i 3, w rozmiarze 6F? Wyspecyfikowanie w/w rozmiaru wskazuje na konkretnego producenta – wykonawcę, co stoi w sprzeczności z zasadą zdrowej konkurencji ograniczając krąg dostawców.”

ODPOWIEDŹ

Zamawiający wymaga zaoferowania zestawu do kaniulacji dużych naczyń w rozmiarach opisanych w SIWZ.

PYTANIE 3

Dotyczy Zadania 15, poz. 1-5:

„Czy w dbałości o standard postępowania zgodnie z zasadami aseptyki Zamawiający wymaga, by zestawy pakowane były w podwójną tackę, co umożliwi jałową prezentację sprzętu w czasie wykonywania zabiegu. Rozwiązanie to umożliwi lekarzowi przełożenie

zestawu na sterylne pole zabiegowe bez narażania poszczególnych jego elementów na kontaminację.”

ODPOWIEDŹ

Zamawiający nie wymaga pakowania zestawów w podwójną tackę.

PYTANIE 4

Dotyczy Zadania 15, poz. 10:

„Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie strzykawki niskooporowej o poj. 7 ml?”

ODPOWIEDŹ

Zamawiający dopuszcza strzykawkę niskooporową o pojemności od 7 ml do 10 ml.


PYTANIE 5

Dotyczy Zadania 15, poz. 12-13:

„Prosimy o wyjaśnienie co Zamawiający rozumie pod opisem – rampa trój- i dwudrożna?”

ODPOWIEDŹ

Zamawiający pod pojęciem rampa trój- i dwudrożna rozumie: rampa 2-kranikowa i rampa 3-kranikowa.

Z-CA DYREKTORA
ds. Ekonomicznych
Szpitala Wojewódzkiego w Koszalinie

mgr Tomasz Walasek