

znak pisma: TP.382.112.2021 JK

Koszalin, 27.09.2021 r.

Do:
Wykonawcy postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego

dotyczy: tryb podstawowy nr TP.382.112.2021 JK – sprzęt medyczny jednorazowego użytku do Pracowni Hemodynamiki

Na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U.2019.2019) udzielam wyjaśnień na zadane pytania:

PYTANIE NR 1: dotyczy części nr 4

„Czy w części 4 Zamawiający dopuści system do protekcji dystalnej, do stosowania na niezależnym przewodniku 0,014 lub 0,018”; rozmiar filtra w zakresie 3-7 mm, do naczyń 2-7mm; długość filtra max 27 mm - w zależności od rozmiaru; reszta parametrów zgodnie z SWZ.”

ODPOWIEDŹ

Zamawiający dopuszcza.


DIREKTOR
Szpitala Wojewódzkiego w Koszalinie
lek. med. Andrzej Kondaszewski