

Do:
Wykonawcy postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego

dotyczy: Tryb podstawowy nr TP.382.102.2021 EK – leki onkologiczne, wspomagające oraz sprzęt pomocniczy

Na podstawie art. 135 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U.2019.2019) udzielam wyjaśnień na zadane pytania:

PYTANIE NR 1: dotyczy części nr 81

Czy Zamawiający w powyższym pakiecie dopuści: przenośny system infuzyjny wykorzystujący zbiornik elastomerowy z silikonu, obudowa kodowana kolorystycznie w zależności od prędkości przepływu, posiada filtr cząsteczkowy oraz filtr powietrza na przebiegu linii infuzyjnej, który zapewnia usuwanie powietrza podczas wlewu i zapobiega przedostawaniu się powietrza do pacjenta, podanie leku odbywa się w bezpiecznym dla pacjenta i personelu systemie zamkniętym, pompy wyposażone w zamknięty układ bezigłowy w części wypełnienia pompy, co zapobiega przenikaniu leku do otoczenia, w momencie odłączenia strzykawki system automatycznie się zamyka, bez konieczności zastosowania koreczka Luer Lock, co zabezpiecza przed rozproszeniem zarówno leku resztkowego, jak również jakichkolwiek oparów przez cały czas podawania leków, posiada badania stabilności leków w urządzeniu, obudowa blokująca promieniowanie UV, nie zawiera DEHP?

Oferujemy pompy o następujących parametrach:

- **Poz. nr 1**
Dla prędkości przepływu 2 ml/h, nominalny czas pracy 150h, objętość minimalna 180ml, nominalna 300ml, maksymalna 360ml, przy wypełnieniu pompy objętością 270 ml, czas pracy wynosi 135h.
- **Poz. nr 3**
dla prędkości przepływu 5 ml/h, nominalny czas pracy 60h, objętość minimalna 180ml, nominalna 300ml, maksymalna 360ml, przy wypełnieniu pompy objętością 270 ml, czas pracy wynosi 54h.
- **Poz. nr 5**
dla prędkości przepływu 2 ml/h, nominalny czas pracy 50h, objętość minimalna 70ml, nominalna 100ml, maksymalna 130ml.
- **Poz. nr 7**
dla prędkości przepływu 5 ml/h, nominalny czas pracy 20h, objętość minimalna 70ml, nominalna 100ml, maksymalna 130ml. Przy wypełnieniu pompy objętością 125 ml, czas pracy wynosi 25h;

Jednocześnie w pozycjach nr 2,4 i 6 oferujemy torebki jednorazowego użytku, wykonana z flizeliny.

ODPOWIEDŹ

Zamawiający nie dopuszcza.

Uwaga: Informuję, że Zamawiający udziela wyjaśnień na pytanie bez zachowania terminu określonego w art. 135 ust 2 ustawy Pzp, gdyż pytanie wpłynęło po upływie terminu składania wniosków o wyjaśnienie treści SWZ.

DYREKTOR
Szpitala Wojewódzkiego w Koszalinie
lek. med. Andrzej Kondaszewski