

Do:
Wykonawcy postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego

dotyczy: Tryb podstawowy nr TP.382.103.2021 EK – sprzęt medyczny jednorazowego użytku do zabiegów neurochirurgicznych

Na podstawie art. 135 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U.2019.2019) udzielam wyjaśnień na zadane pytania:

PYTANIE NR 1

„Czy w części 2 - klatki tytanowe do stabilizacji przestrzeni międzytrzonowej o randomizowanej strukturze porów, Zamawiający dopuszcza zaoferowanie przedmiotu zamówienia według następującego opisu:

- Klatki międzytrzonowe typu PLIF/TLIF o równoległych powierzchniach i wyoblonej części czołowej,
- Anatomiczny kształt aktywnie pobudzający właściwą równowagę w płaszczyźnie strzałkowej,
- Elastyczność pod względem wyboru dostępu - implanty można stosować z dostępu tylnobocznego oraz tylnego,
- Ząbkowanie na górnej i dolnej powierzchni poprawiające stabilność i wstępne mocowanie,
- Duża przestrzeń wewnętrzna zapewniająca maksymalne upakowanie wypełnienia i optymalny przerost kostny,
- Zewnętrzna powierzchnia implantów napyłana mikrokryształiczną powłoką hydroksyapatytową znacznie przyspieszającą proces wgajania,
- Rozmiary klatek PLIF/TLIF: długość 25 i 30mm, wysokość 7,0; 8,5; 10,0; 11,5 i 13,0mm.
- Wszystkie implanty wykonane ze stopu tytanowego i noszą stałe oznakowanie, zawierające gabaryt, nr katalogowy oraz nr serii,
- Implanty dostępne w formie sterylnej w fabrycznych opakowaniach,
- Instrumentarium dostarczane w specjalnej kasecie umożliwiającej jego sterylizację i przechowywanie.”

ODPOWIEDŹ

Zamawiający nie dopuszcza.

PYTANIE NR 2

„Czy Zamawiający w części nr 2 zamiast opisu przedmiotu zamówienia w wymogach granicznych i w formularzu oferty dopuści możliwość zaoferowania implantów wg własnych rozwiązań konstrukcyjnych producenta o następujących parametrach:

Dotyczy pkt. 1: Klatki zakładane z dostępu przedniego do kręgosłupa szyjnego na poziomie od C3 do C7, wykonane w technologii druku 3D (SLM) z wysoce biozgodnego stopu tytanu, posiadają przestrzenną strukturę umożliwiającą samoistny przerost tkanką kostną (brak potrzeby wypełnienia implantów substytutem kości lub materiałem autogenicznym). Ilość wolnej przestrzeni (struktura 3D) $\approx 70\%$, wielkość porów (struktura 3D): $700\div 1300\mu\text{m}$. Bardzo wysoka osteointegracja, ząbkowanie górnej i dolnej powierzchni zwiększa stabilność osadzenia implantów oraz zapobiega ich migracji. Dwie odmiany kształtowe w przekroju strzałkowym: kątowna oraz wypukła (anatomiczna) dla jak najlepszego dopasowania i ułożenia na powierzchniach granicznych trzonów kręgów szyjnych. Kształt klatek w płaszczyźnie poprzecznej trapezoidalny, dopasowany do geometrii powierzchni trzonów, trzy odmiany gabarytowe, odmiany z kolcami, dodatkowo zabezpieczającymi przed wysunięciem się implantu z przestrzeni międzykręgowej, dostępne w 7 rozmiarach wysokości (w zakresie od 4 do 10mm).

Dotyczy pkt. 2: Moduł sprężystości (Younga) dla klatki szyjnej 3D $\approx 110\text{GPa}$ (lity stop tytanu).”

ODPOWIEDŹ

Zamawiający nie dopuszcza.

PYTANIE NR 3

„Czy Zamawiający dookreśli w §8 ust. 9, iż termin załatwienia reklamacji będzie liczony od dnia przesłania pisma reklamacyjnego wraz z reklamowanym towarem? Reklamowany towar powinien zostać przesłany Wykonawcy w celu ustosunkowania się Wykonawcy do złożonej reklamacji. Proponowany przez Państwem zapis nakłada na Wykonawcę obowiązek wymiany towaru jedynie w oparciu o przesłane zgłoszenie bez możliwości ustosunkowania się do niego.”

ODPOWIEDŹ

Zamawiający zmienia zapis w §8 ust. 9 na następujący:

„W przypadku wystąpienia wad jakościowych i/lub ilościowych Wykonawca zobowiązany jest wymienić towar wadliwy na wolny od wad i/lub uzupełnić niedobór ilościowy w ciągu 5 dni roboczych od dnia uznania reklamacji. Czas na rozpatrzenie reklamacji nie może być dłuższy niż 5 dni i będzie liczony od dnia przesłania pisma reklamacyjnego wraz z reklamowanym towarem.”

z up. DYREKTORA
Szpitala Wojewódzkiego w Koszalinie

mgr Małgorzata Skóra
Zastępca Dyrektora ds. Reklamacyjnych

75-581 Koszalin
ul. Chalubińskiego 7

www.swk.med.pl
e-mail: szpital@swk.med.pl

centrala: 94 34 88 400

NIP 6691044410
REGON 330006292-00036

BDO 000008455

KRS 0000006505
Sąd Rejonowy w Koszalinie
IX Wydział Gospodarczy KRS