

Koszalin, 18.08.2021 r.

Do:

Wykonawcy postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego

dotyczy: Tryb podstawowy nr TP.382.095.2021 BS – sprzęt medyczny jednorazowego użytku

INFORMACJA O ZMIANIE SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Działając w trybie art. 286 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U.2019.2019) niniejszym informuję o dokonaniu zmiany treści Specyfikacji Warunków Zamówienia w przedmiotowym postępowaniu.

1. DZIAŁ X. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ
Wykonawca jest związany ofertą do dnia 22.09.2021 r.
2. DZIAŁ XII. SPOSÓB ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT – zmianie ulega ust. 2
Oferty należy przesłać do dnia 24.08.2021 r. do godz. 10:00.
3. DZIAŁ XIII. TERMIN OTWARCIA OFERT – zmianie ulega ust. 1
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 24.08.2021 r., o godz. 10:30.
4. Załącznik nr 2 do SWZ – „OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA”, część nr 7:
W punkcie 1, tiret 9 wykreśla się następujący tekst: „oraz foliowy mankiet zabezpieczający przed ryzykiem zachłapania na całej długości igły”.
- tabela z opisem przedmiotu zamówienia dla części nr 7 – w załączeniu.

M. Sikora
Z up. DYREKTORA
Szpitala Wojewódzkiego w Koszalinie
mgr Magdalena Sikora
Z-ca Dyrektora ds. Techniczno-Administracyjnych

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
(po zmianie 18.08.2021)

CZEŚĆ NR 7 - KANIULA DO ŻYŁ OBWODOWYCH BEZPIECZNA			
Lp.	Opis przedmiotu zamówienia	Wymóg graniczny	Potwierdzenie
1	<p>Kaniula typu bezpiecznego</p> <ul style="list-style-type: none"> - ze skrzydełkami, - z portem iniekcyjnym do podawania bolusów, - z samodomykalnym koreczkiem typu klik (nie wymagającym dociśnięcia do pełnego zamknięcia), - wykonana z poliuretanu, (bez lateksu, bez PVC), - kontrastująca w promieniach Rtg (min. 4 wtopione paski kontrastujące), - z zastawką antyzwrotną zapobiegającą wypływowi krwi podczas wklucia, - igła kaniuli zaopatrzona w specjalny automatyczny zatrzask zabezpieczający przed przypadkowym zakłuciem personelu, - zabezpieczenie w postaci osłonki o gładkich krawędziach wyposażonej w konstrukcję pomagającą wyeliminować przypadki nieprzewidzianej ekspozycji na krew po wycofaniu igły, - pozbawiona jakichkolwiek ostrych elementów wchodzących w skład mechanizmu zabezpieczającego kaniulę oraz foliowy mankiel zabezpieczający przed ryzykiem zachłapania na całej długości igły, - widoczna data ważności na opakowaniu jednostkowym - sterylna, - opakowanie zabezpieczające przed przypadkowym uszkodzeniem 	Tak	
2	Rozmiar: (wszystkie rozmiary w pozycji od jednego producenta)	14G x 45 mm 16G x 45 mm 17G x 45 mm 18G x 32 mm 20G x 32 mm 22G x 25 mm	
3	Każdy rozmiar kaniuli oznaczony innym kolorem	Tak	