

Do:  
Wykonawcy postępowania  
o udzielenie zamówienia publicznego

dotyczy: tryb podstawowy nr TP.382.042.2021 BS – fartuchy chirurgiczne barierowe

### 1. INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

- 1) Na podstawie art. 253 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych zawiadamiam niniejszym, że w przedmiotowym postępowaniu, jako najkorzystniejszą wybrano ofertę firmy:

Nr oferty	Wykonawca	Punkty w kryterium cena
2	Konsorcjum: CitoNet - Szczecin Sp. z o.o. ul. Rolna 4, 71-730 Szczecin; TZMO S.A. ul. Żółkiewskiego 20/26 87-100 Toruń	100,00

- 2) Uzasadnienie wyboru: oferty przedstawiały najkorzystniejszy bilans punktów – maksymalna liczba przyznanych punktów w oparciu o ustalone kryteria (cena 100 pkt.).

- 3) Pozostali Wykonawcy, którzy złożyli oferty:

Nr oferty	Wykonawca	Punkty w kryterium cena
1	Paul Hartmann Polska Sp. z o.o., ul. Partyzancka 133/151, 95-200 Pabianice	86,80
3	Skamex Sp. z o.o. Sp. K., ul. Częstochowska 38/52, 93-121 Łódź	79,28
4	EM Poland Sp. z o.o., Al. Piłsudskiego 63, 05-070 Sulejówek	Oferta odrzucona

### 2. INFORMACJA O ODRZUCENIU OFERTY

Oferta nr 4 złożona przez EM Poland Sp. z o.o., Al. Piłsudskiego 63, 05-070 Sulejówek została odrzucona na mocy art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych.

#### Uzasadnienie

- Z załączonej deklaracji zgodności wynika, że jednorazowy fartuch chirurgiczny jest przypisany do klasy I. Zamawiający wymagał zaoferowania fartuchów jałowych. Wyrób medyczny niesterylny i sterylny, w rozumieniu przepisów ustawy o wyrobach medycznych, to wyroby w różnych klasach wg klasyfikacji wyrobów medycznych (w przypadku fartuchów chirurgicznych, niesterylny należy do klasy I, sterylny natomiast do klasy I sterylnej).
- Zgodnie z Działem XI ust. 1 pkt 2 SWZ, Zamawiający wymagał, aby dokumenty sporządzone w języku obcym były składane wraz z tłumaczeniem na język polski. Wykonawca do wyjaśnień odnośnie odporności na przenikanie płynów złożył dokumenty w języku angielskim bez tłumaczenia.
- Wyrób na etykiecie nie posiada informacji (indeksu lub nr katalogowego lub rozmiaru) umożliwiającej rozróżnienie wyrobu między wymaganymi rozmiarami L, XL, XXL oraz nie posiada informacji jaką metodą została wysterylizowana. Wykonawca w ofercie podał nr katalogowy (FOJ06), nr ten nie widnieje na etykiecie wyrobu.

### 3. INFORMACJA O WYKLUCZENIU WYKONAWCÓW

Z postępowania nie wykluczono żadnego Wykonawcy.

### 4. INFORMACJA O TERMINIE ZAWARCIA UMOWY

Umowa zostanie zawarta w terminie: 28.04.2021 r.

z up. DYREKTORA  
Szpitala Wojewódzkiego w Koszalinie

mgr Magdalena Sikora  
Z-ca Dyrektora ds. Logistyki i Administracyjnych