



## SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SWZ)

TYTUŁ POSTĘPOWANIA:

### SPRZĘT MEDYCZNY JEDNORAZOWEGO UŻYTKU STOSOWANY W ODDZIAŁACH ANESTEZJOLOGII I INTENSYWNEJ TERAPII

NUMER POSTĘPOWANIA: TP.382.015.2021 EK

PODSTAWA PRAWNA: Ustawa z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U.2019.2019), zwana dalej ustawą Pzp

Zatwierdził, dnia 23.02.2021

Z up. DYREKTORA  
Szpitala Wojewódzkiego w Koszalinie  
*M. Sikora*  
mgr Magdalena Sikora  
Z-ca Dyrektora ds. Techniczno-Administracyjnych

**DZIAŁ I. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO**

1. Szpital Wojewódzki Im. Mikołaja Kopernika  
ul. Chałubińskiego 7, 75 – 581 Koszalin  
NIP: 669-10-44-410; REGON:330006292; BDO: 000008455
2. Osoba upoważniona ze strony Zamawiającego do kontaktowania się z wykonawcami:  
[Ewelina Kopaczewska](mailto:ewelina@swk.med.pl)  
tel.: 94 34-88-109; fax.: 94 34-88-103; e-mail: [ewelina@swk.med.pl](mailto:ewelina@swk.med.pl)

**UWAGA:**

Czas pracy Działu Zamówień Publicznych: od poniedziałku do piątku w godzinach 7.25-15.00

**DZIAŁ II. STRONA INTERNETOWA PROWADZONEGO POSTĘPOWANIA**

[www.swk.med.pl](http://www.swk.med.pl)  
[www.miniportal.gov.pl](http://www.miniportal.gov.pl)

**DZIAŁ III. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA**

Postępowanie prowadzone w trybie podstawowym z fakultatywnymi negocjacjami na podstawie art. 275 pkt 1 i 2 ustawy Pzp.

**DZIAŁ IV. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku do stosowania w Oddziałach Anestezjologii i Intensywnej Terapii
2. Nazwa i kody dotyczące przedmiotu zamówienia określone we Wspólnym Słowniku Zamówień publicznych (CPV):
  - Urządzenia medyczne - 33100000-1;
  - Igły do znieczuleń – 33141321-6;
  - Przyrządy do anestezji i resuscytacji - 33171000-9;
  - Kompresy - 33141119-7;
  - Igły medyczne – 33141320-9;
  - Torby do gromadzenia płynów ustrojowych - 33141610-9;
  - Zestawy medyczne – 33141620-2;
  - Dreny – 33141640-8;
  - Cewniki – 33141200-2;
  - Artykuły do infuzji - 33194120-3;
  - Jednorazowe, niechemiczne artykuły medyczne i hematologiczne - 33141000-0.
3. Zakres przedmiotu zamówienia opisujący potrzeby Zamawiającego został zawarty w [Załączniku nr 2 do SWZ](#).
4. Prawo opcji.  
Podane w formularzu ofertowym ilości służą tylko do celów porównania ofert. Ostateczna wartość przedmiotu umowy zostanie określona na podstawie faktycznej ilości zamówienia, wynikającej z faktycznego zapotrzebowania zamawiającego, pomnożonej przez cenę jednostkową z zastrzeżeniem, że minimalny poziom realizacji umowy nie będzie mniejszy niż 50% jej maksymalnej wartości.  
Jednocześnie Zamawiający, w ramach zastosowanego prawa opcji, zastrzega sobie prawo do zwiększenia lub zmniejszenia ilości poszczególnych pozycji, będących przedmiotem umowy o udzielenie zamówienia, pod warunkiem nie przekroczenia jej maksymalnej wartości.
5. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych:
  1. Część nr 1 – Igły do znieczulenia podpajęczyczego i neuroliz;
  2. Część nr 2 – Igły do blokad splotów nerwowych;
  3. Część nr 3 – Rurki intubacyjne;
  4. Część nr 4 – Okład ciepło / zimno;
  5. Część nr 5 – Prowadnice do rurek intubacyjnych;
  6. Część nr 6 – Rurki intubacyjne wstępnie uformowane;
  7. Część nr 7 – Rurki tracheostomijne;

8. Część nr 8 – Rurki ustno-gardłowe;
  9. Część nr 9 – Okularki do fototerapii noworodków;
  10. Część nr 10 – Cewniki do odsysania, zgłębniki;
  11. Część nr 11 – Worki do godzinowej zbiórki moczu;
  12. Część nr 12 – Sterylne filtry elektrostatyczne i mechaniczne dla dorosłych;
  13. Część nr 13 – Sterylne filtry elektrostatyczne pediatryczne;
  14. Część nr 14 – Sterylne filtry elektrostatyczne noworodkowe;
  15. Część nr 15 – Wymiennik ciepła i wilgoci do rurek tracheostomijnych i intubacyjnych;
  16. Część nr 16 – Przepływowy nawilżacz tlenu jednorazowego użytku;
  17. Część nr 17 – Aparaty do pompy firmy Braun;
  18. Część nr 18 – Regulator prędkości przepływu;
  19. Część nr 19 – Koczek dla dorosłych do aparatu Equator i Mistral;
  20. Część nr 20 – Linie do podgrzewacza Hotline;
  21. Część nr 21 – Zestawy do kaniulacji dużych naczyń;
  22. Część nr 22 – Maska anestetyczna;
  23. Część nr 23 – Zestawy do przezskórnego drenażu, rampy, dreny, katetery, kraniki;
  24. Część nr 24 – Zestawy do znieczuleń zewnątrzoponowych ciągłych oraz łączonych zewnątrzoponowych podpajęczych (CSE);
  25. Część nr 25 – Zestawy do pomiaru ciśnienia;
  26. Część nr 26 – Obwody pacjenta do respiratora Trilogy;
  27. Część nr 27 – Obwody do aparatu do znieczulenia;
  28. Część nr 28 – Obwody do respiratora dla potrzeb intensywnej terapii dorosłych;
  29. Część nr 29 – Elektrody do czasowej stymulacji serca;
  30. Część nr 30 – Przyrządy do żywienia dojelitowego;
  31. Część nr 31 – Przedłużacze anestezjologiczne;
  32. Część nr 32 – Dreny do pompy objętościowej Graseby 3000;
  33. Część nr 33 – Przedłużacze do pomp strzykawkowych.
  34. Część nr 34 - Zestawy do przeskrórnego tracheostomii metodą Griggsa;
  35. Część nr 35 - System zamknięty do odsysania dróg oddechowych;
  36. Część nr 36 - Zestaw do podaży diet dojelitowych przez pompę Amika.
6. Wykonawca może złożyć ofertę na jedną, kilka lub wszystkie części zamówienia.

#### DZIAŁ V. INFORMACJA O PRZEDMIOTOWYCH ŚRODKACH DOWODOWYCH

1. Zamawiający żąda złożenia, wraz z ofertą, przedmiotowych środków dowodowych – na potwierdzenie zgodności oferowanych dostaw z wymaganiami określonymi w opisie przedmiotu zamówienia takich jak:
  - 1) próbki dostawy zgodne ze złożoną ofertą w celu porównania ze opisem przedmiotu zamówienia;Część nr 1 – Igły do znieczulenia podpajęczyczego i neuroliz – po 1 sztuce z każdej pozycji formularza oferty z dowolnego rozmiaru;  
Część nr 2 – Igły do blokad splotów nerwowych – po jednej sztuce z każdej pozycji formularza oferty;  
Część nr 3 – Rurki intubacyjne – po jednej sztuce z każdej pozycji formularza oferty z dowolnego rozmiaru;  
Część nr 4 – Okład ciepło / zimno – 1 sztuka;  
Część nr 5 – Prowadnice do rurek intubacyjnych – po jednej sztuce z każdej pozycji formularza oferty;  
Część nr 6 – Rurki intubacyjne wstępnie uformowane – po jednej sztuce z każdej pozycji formularza oferty z dowolnego rozmiaru;  
Część nr 7 – Rurki tracheostomijne – po jednej sztuce z każdej pozycji formularza oferty z dowolnego rozmiaru;  
Część nr 8 – Rurki ustno-gardłowe – 1 sztuka z dowolnego rozmiaru;  
Część nr 9 – Okularki do fototerapii noworodków – po jednej sztuce z każdego rozmiaru;  
Część nr 10 – Cewniki do odsysania, zgłębniki – po jednej sztuce z każdej pozycji formularza oferty z dowolnego rozmiaru;  
Część nr 11 – Worki do godzinowej zbiórki moczu – 1 sztuka;  
Część nr 12 – Sterylne filtry elektrostatyczne i mechaniczne dla dorosłych – po jednej sztuce z każdej pozycji formularza oferty;  
Część nr 13 – Sterylne filtry elektrostatyczne pediatryczne – po jednej sztuce z każdej pozycji formularza oferty;  
Część nr 14 – Sterylne filtry elektrostatyczne noworodkowe – po jednej sztuce z każdej pozycji formularza oferty;  
Część nr 15 – Wymiennik ciepła i wilgoci do rurek tracheostomijnych i intubacyjnych – 1 sztuka;  
Część nr 16 – Przepływowy nawilżacz tlenu jednorazowego użytku – 1 sztuka;  
Część nr 17 – Aparaty do pompy firmy Braun – po jednej sztuce z każdej pozycji formularza oferty;  
Część nr 18 – Regulator prędkości przepływu – 1 sztuka;

Część nr 19 – Koczek dla dorosłych do aparatu Equator i Mistral – po 1 sztuce z każdej pozycji formularza oferty;  
Część nr 20 – Linie do podgrzewacza Hotline- 1 sztuka;  
Część nr 21 – Zestawy do kaniulacji dużych naczyń – po jednej sztuce z każdej pozycji formularza oferty;  
Część nr 22 – Maska anestetyczna – 1 sztuka;  
Część nr 23 – Zestawy do przezskórnego drenażu, rampy, dreny, katetery, kraniki – po jednej sztuce z każdej pozycji formularza oferty;  
Część nr 24 – Zestawy do znieczuleń zewnątrzoponowych ciągłych oraz łączonych zewnątrzoponowych podpajęczyczych (CSE) – po jednej sztuce z każdej pozycji formularza oferty;  
Część nr 25 – Zestawy do pomiaru ciśnienia – 1 sztuka;  
Część nr 26 – Kompatybilne obwody do respiratora Trilogy model 202 – 1 sztuka ;  
Część nr 27 – Obwody do aparatu do znieczulenia – 1 kpl.;  
Część nr 28 – Obwody do respiratora dla potrzeb intensywnej terapii dorosłych 1 kpl.;  
Część nr 29 – Elektrody do czasowej stymulacji serca – po jednej sztuce z każdej pozycji formularza oferty z dowolnego rozmiaru;  
Część nr 30 – Przyrządy do żywienia dojelitowego – po jednej sztuce z każdej pozycji formularza oferty;  
Część nr 31 – Przedłużacze anestezyjologiczne – po jednej sztuce z każdej pozycji formularza oferty;  
Część nr 32 – Dreny do pompy objętościowej Graseby 3000 - po jednej sztuce z każdej pozycji formularza oferty;  
Część nr 33 – Przedłużacze do pomp strzykawkowych – po jednej sztuce z każdej pozycji formularza oferty;  
Część nr 34 - Zestawy do przeskrórnej tracheostomii metodą Griggisa – po jednym zestawie z każdej pozycji formularza oferty;  
Część nr 35 - System zamknięty do odsysania dróg oddechowych – 1 kpl.;  
Część nr 36 - Zestaw do podaży diet dojelitowych przez pompę Amika – 1 sztuka.

- 2) poświadczony przez Wykonawcę opis przedmiotu zamówienia – [Załącznik nr 2 do SIWZ](#);
- 3) deklaracja zgodności z załącznikami;
- 4) potwierdzenie jednostki notyfikowanej – nie dotyczy wyrobów medycznych należących do klasy I niesterylne;
- 5) dokument potwierdzający testowanie regulatora prędkości przepływu na lipidach (dot. części nr 18).

2. Zamawiający akceptuje równoważne przedmiotowe środki dowodowe, jeżeli potwierdzają, że oferowane dostawy spełniają określone przez zamawiającego wymagania.
3. Jeżeli wykonawca nie złożył przedmiotowych środków dowodowych lub złożone przedmiotowe środki dowodowe są niekompletne, Zamawiający wzywa do ich złożenia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie.
4. Zamawiający nie wezwie do ich złożenia lub uzupełnienia, jeżeli przedmiotowy środek dowodowy służy potwierdzeniu zgodności z kryteriami określonymi w opisie kryteriów oceny ofert lub gdy mimo złożenia przedmiotowego środka dowodowego oferta podlega odrzuceniu albo zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania.
5. Zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści przedmiotowych środków dowodowych.

#### DZIAŁ VI. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Zamawiający wymaga wykonania zamówienia w terminie 12 miesięcy od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

#### DZIAŁ VII. PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

1. Zamawiający podpisze umowę z wykonawcą, który przedłoży najkorzystniejszą ofertę z punktu widzenia kryteriów przyjętych w niniejszej SWZ.
2. Umowa zawarta zostanie z uwzględnieniem postanowień wynikających z treści niniejszej SWZ oraz danych zawartych w ofercie.
3. Postanowienia umowy zawarto w projekcie umowy, który stanowi [Załącznik nr 3 do SWZ](#).

#### DZIAŁ VIII. INFORMACJE O ŚRODKACH KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ

1. Informacje ogólne

- 1) W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu ePUAPu <https://epuap.gov.pl/wps/portal> oraz poczty elektronicznej.
- 2) Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do formularzy: złożenia, zmiany, wycofania oferty oraz do formularza do komunikacji.
- 3) Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z miniPortalu oraz Regulaminie ePUAP.
- 4) Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: złożenia, zmiany, wycofania oferty oraz do komunikacji wynosi 150 MB.
- 5) Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP.

## 2. Sposób komunikowania się Zamawiającego z Wykonawcami (nie dotyczy składania ofert)

- 1) W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami w szczególności składanie oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz przekazywanie informacji odbywa się elektronicznie za pośrednictwem **dedykowanego formularza dostępnego na ePUAP oraz udostępnionego przez miniPortal (Formularz do komunikacji)**. We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Zamawiający i Wykonawcy posługują się numerem ogłoszenia BZP lub numerem referencyjnym postępowania.
- 2) Zamawiający może również komunikować się z Wykonawcami za pomocą poczty elektronicznej, email [ewelina@swk.med.pl](mailto:ewelina@swk.med.pl)
- 3) Dokumenty elektroniczne, oświadczenia lub elektroniczne kopie dokumentów lub oświadczeń składane są przez Wykonawcę za pośrednictwem *Formularza do komunikacji* jako załączniki. Zamawiający dopuszcza również możliwość składania dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń za pomocą poczty elektronicznej, na wskazany w pkt 2 adres email. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń musi być zgodny z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie użycia środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz udostępniania i przechowywania dokumentów elektronicznych oraz rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy.

## DZIAŁ IX. INFORMACJE O SPOSOBIE KOMUNIKOWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI W INNY SPOSÓB NIŻ PRZY UŻYCIU ŚRODKÓW KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ

1. W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy spełniają wymagania określone przez Zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia, na mocy art. 65 ust 1 pkt 4 ustawy Pzp, Wykonawca na wezwanie Zamawiającego przedstawi następujące próbki:
  - Część nr 1 – Igły do znieczulenia podpajęczęcego i neuroliz – po 1 sztuce z każdej pozycji formularza oferty z dowolnego rozmiaru;
  - Część nr 2 – Igły do blokad splotów nerwowych – po jednej sztuce z każdej pozycji formularza oferty;
  - Część nr 3 – Rurki intubacyjne – po jednej sztuce z każdej pozycji formularza oferty z dowolnego rozmiaru;
  - Część nr 4 – Okład ciepło / zimno – 1 sztuka;
  - Część nr 5 – Prowadnice do rurek intubacyjnych – po jednej sztuce z każdej pozycji formularza oferty;
  - Część nr 6 – Rurki intubacyjne wstępnie uformowane – po jednej sztuce z każdej pozycji formularza oferty z dowolnego rozmiaru;
  - Część nr 7 – Rurki tracheostomijne – po jednej sztuce z każdej pozycji formularza oferty z dowolnego rozmiaru;
  - Część nr 8 – Rurki ustno-gardłowe – 1 sztuka z dowolnego rozmiaru;
  - Część nr 9 – Okularki do fototerapii noworodków – po jednej sztuce z każdego rozmiaru;
  - Część nr 10 – Cewniki do odsysania, zgłębniki – po jednej sztuce z każdej pozycji formularza oferty z dowolnego rozmiaru;
  - Część nr 11 – Worki do godzinowej zbiórki moczu – 1 sztuka;
  - Część nr 12 – Sterylne filtry elektrostatyczne i mechaniczne dla dorosłych – po jednej sztuce z każdej pozycji formularza oferty;
  - Część nr 13 – Sterylne filtry elektrostatyczne pediatryczne – po jednej sztuce z każdej pozycji

- formularza oferty;
- Część nr 14 – Sterylne filtry elektrostatyczne noworodkowe – po jednej sztuce z każdej pozycji formularza oferty;
  - Część nr 15 – Wymiennik ciepła i wilgoci do rurek tracheostomijnych i intubacyjnych – 1 sztuka;
  - Część nr 16 – Przepływowy nawilżacz tlenu jednorazowego użytku – 1 sztuka;
  - Część nr 17 – Aparaty do pompy firmy Braun – po jednej sztuce z każdej pozycji formularza oferty;
  - Część nr 18 – Regulator prędkości przepływu – 1 sztuka;
  - Część nr 19 – Kocyk dla dorosłych do aparatu Equator i Mistral – po 1 sztuce z każdej pozycji formularza oferty;
  - Część nr 20 – Linie do podgrzewacza Hotline- 1 sztuka;
  - Część nr 21 – Zestawy do kaniulacji dużych naczyń – po jednej sztuce z każdej pozycji formularza oferty;
  - Część nr 22 – Maska anestetyczna – 1 sztuka;
  - Część nr 23 – Zestawy do przezskórnego drenażu, rampy, dreny, katetery, kraniki – po jednej sztuce z każdej pozycji formularza oferty;
  - Część nr 24 – Zestawy do znieczuleń zewnątrzoponowych ciągłych oraz łączonych zewnątrzoponowych podpajęczyczych (CSE) – po jednej sztuce z każdej pozycji formularza oferty;
  - Część nr 25 – Zestawy do pomiaru ciśnienia – 1 sztuka;
  - Część nr 26 – Kompatybilne obwody do respiratora Trilogy model 202 – 1 sztuka ;
  - Część nr 27 – Obwody do aparatu do znieczulenia – 1 kpl.;
  - Część nr 28 – Obwody do respiratora dla potrzeb intensywnej terapii dorosłych 1 kpl.;
  - Część nr 29 – Elektrody do czasowej stymulacji serca – po jednej sztuce z każdej pozycji formularza oferty z dowolnego rozmiaru;
  - Część nr 30 – Przyrządy do żywienia dojelitowego – po jednej sztuce z każdej pozycji formularza oferty;
  - Część nr 31 – Przedłużacze anestezjologiczne – po jednej sztuce z każdej pozycji formularza oferty;
  - Część nr 32 – Dreny do pompy objętościowej Graseby 3000 - po jednej sztuce z każdej pozycji formularza oferty;
  - Część nr 33 – Przedłużacze do pomp strzykawkowych – po jednej sztuce z każdej pozycji formularza oferty;
  - Część nr 34 - Zestawy do przeskrórnej tracheostomii metodą Griggsa – po jednym zestawie z każdej pozycji formularza oferty;
  - Część nr 35 - System zamknięty do odsysania dróg oddechowych – 1 kpl.;
  - Część nr 36 - Zestaw do podaży diet dojelitowych przez pompę Amika – 1 sztuka.

2. Próbkę wskazane w ust 1 należy przesłać na adres siedziby Zamawiającego:

Szpital Wojewódzki im. M. Kopernika  
ul. T. Chałubińskiego 7, 75-581 Koszalin  
Dział Zamówień Publicznych, Budynek G, pokój 3.4

**DZIAŁ X. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTA**

Wykonawca jest związany ofertą do dnia 01.04.2021 r.

**DZIAŁ XI. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY**

1. Przygotowanie oferty:

- 1) Wraz z ofertą, której wzór stanowi [załącznik nr 1 do SWZ](#), wykonawca składa:
  - oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu w zakresie wskazanym przez zamawiającego w SWZ;
  - próbki dostawy zgodne ze złożoną ofertą w celu porównania ze opisem przedmiotu zamówienia;
- Część nr 1 – Igły do znieczulenia podpajęczyczych i neuroliz – po 1 sztuce z każdej pozycji formularza oferty z dowolnego rozmiaru;
- Część nr 2 – Igły do blokad splotów nerwowych – po jednej sztuce z każdej pozycji formularza oferty;
- Część nr 3 – Rurki intubacyjne – po jednej sztuce z każdej pozycji formularza oferty z dowolnego rozmiaru;
- Część nr 4 – Okład ciepło / zimno – 1 sztuka;
- Część nr 5 – Prowadnice do rurek intubacyjnych – po jednej sztuce z każdej pozycji formularza oferty;
- Część nr 6 – Rurki intubacyjne wstępnie uformowane – po jednej sztuce z każdej pozycji formularza oferty z dowolnego rozmiaru;
- Część nr 7 – Rurki tracheostomijne – po jednej sztuce z każdej pozycji formularza oferty z dowolnego rozmiaru;
- Część nr 8 – Rurki ustno-gardłowe – 1 sztuka z dowolnego rozmiaru;

Część nr 9 – Okularki do fototerapii noworodków – po jednej sztuce z każdego rozmiaru;  
Część nr 10 – Cewniki do odsysania, zgłębniki – po jednej sztuce z każdej pozycji formularza oferty z dowolnego rozmiaru;  
Część nr 11 – Worki do godzinowej zbiórki moczu – 1 sztuka;  
Część nr 12 – Sterylne filtry elektrostatyczne i mechaniczne dla dorosłych – po jednej sztuce z każdej pozycji formularza oferty;  
Część nr 13 – Sterylne filtry elektrostatyczne pediatryczne – po jednej sztuce z każdej pozycji formularza oferty;  
Część nr 14 – Sterylne filtry elektrostatyczne noworodkowe – po jednej sztuce z każdej pozycji formularza oferty;  
Część nr 15 – Wymiennik ciepła i wilgoci do rurek tracheostomijnych i intubacyjnych – 1 sztuka;  
Część nr 16 – Przepływowy nawilżacz tlenu jednorazowego użytku – 1 sztuka;  
Część nr 17 – Aparaty do pompy firmy Braun – po jednej sztuce z każdej pozycji formularza oferty;  
Część nr 18 – Regulator prędkości przepływu – 1 sztuka;  
Część nr 19 – Kocyc dla dorosłych do aparatu Equator i Mistral – po 1 sztuce z każdej pozycji formularza oferty;  
Część nr 20 – Linie do podgrzewacza Hotline- 1 sztuka;  
Część nr 21 – Zestawy do kaniulacji dużych naczyń – po jednej sztuce z każdej pozycji formularza oferty;  
Część nr 22 – Maska anestetyczna – 1 sztuka;  
Część nr 23 – Zestawy do przezskórnego drenażu, rampy, dreny, katetery, kraniki – po jednej sztuce z każdej pozycji formularza oferty;  
Część nr 24 – Zestawy do znieczuleń zewnątrzoponowych ciągłych oraz łączonych zewnątrzoponowych podpajęczych (CSE) – po jednej sztuce z każdej pozycji formularza oferty;  
Część nr 25 – Zestawy do pomiaru ciśnienia – 1 sztuka;  
Część nr 26 – Kompatybilne obwody do respiratora Trilogy model 202 – 1 sztuka ;  
Część nr 27 – Obwody do aparatu do znieczulenia – 1 kpl.;  
Część nr 28 – Obwody do respiratora dla potrzeb intensywnej terapii dorosłych 1 kpl.;  
Część nr 29 – Elektrody do czasowej stymulacji serca – po jednej sztuce z każdej pozycji formularza oferty z dowolnego rozmiaru;  
Część nr 30 – Przyrządy do żywienia dojelitowego – po jednej sztuce z każdej pozycji formularza oferty;  
Część nr 31 – Przedłużacze anestezjologiczne – po jednej sztuce z każdej pozycji formularza oferty;  
Część nr 32 – Dreny do pompy objętościowej Graseby 3000 - po jednej sztuce z każdej pozycji formularza oferty;  
Część nr 33 – Przedłużacze do pomp strzykawkowych – po jednej sztuce z każdej pozycji formularza oferty;  
Część nr 34 - Zestawy do przeskrórnej tracheostomii metodą Griggsa – po jednym zestawie z każdej pozycji formularza oferty;  
Część nr 35 - System zamknięty do odsysania dróg oddechowych – 1 kpl.;  
Część nr 36 - Zestaw do podaży diet dojelitowych przez pompę Amika – 1 sztuka.

- poświadczony przez Wykonawcę opis przedmiotu zamówienia – [Załącznik nr 2 do SIWZ](#);
- deklaracja zgodności z załącznikami;
- potwierdzenie jednostki notyfikowanej – nie dotyczy wyrobów medycznych należących do klasy I niesterylne;
- dokument potwierdzający testowanie regulatora prędkości przepływu na lipidach (dot. części nr 18).

- 2) Oferta musi być sporządzona w języku polskim.
- 3) Dokumenty sporządzone w języku obcym należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez wykonawcę.
- 4) Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi Wykonawca.
- 5) Wykonawca może złożyć w prowadzonym postępowaniu wyłącznie jedną ofertę.
- 6) Ofertę oraz wszystkie załączniki składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, zgodnie z aktem rejestracyjnym, wymaganiami ustawowymi oraz innymi przepisami prawa.
- 7) Jeżeli oferta i załączniki zostaną podpisane przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy, należy dołączyć właściwe umocowanie prawne. Umocowanie prawne należy dołączyć w sposób określony w pkt 6.
- 8) Zamawiający nie jest podmiotem wykonującym zadania z zakresu administracji publicznej i nie wymaga dokonania opłaty skarbowej, związanej z udzielonym pełnomocnictwem osoby do reprezentowania Wykonawcy.
- 9) Dokumenty powinny być sporządzone zgodnie z zaleceniami oraz przedstawionymi przez Zamawiającego wzorcami - załącznikami, a w szczególności zawierać wszystkie informacje oraz dane.

2. Oferta wspólna. W przypadku, kiedy ofertę składa kilka podmiotów, oferta musi spełniać następujące warunki:
- 1) Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
  - 2) Oferta winna być podpisana przez ustanowionego pełnomocnika.
  - 3) Upoważnienie do pełnienia funkcji pełnomocnika wymaga podpisu prawnie upoważnionych przedstawicieli każdego z partnerów - należy załączyć je do oferty.
  - 4) oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu w zakresie wskazanym przez zamawiającego w SWZ składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
  - 5) Podmioty występujące wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań.

#### DZIAŁ XII. SPOSÓB ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

1. Sposób złożenia oferty:
- 1) Wykonawca składa ofertę, zgodnie ze wzorem stanowiącym [załącznik nr 1 do SWZ](#), za pośrednictwem **Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty** dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. W ofercie Wykonawca zobowiązany jest podać adres skrzynki ePUAP, na którym prowadzona będzie korespondencja związana z postępowaniem.
  - 2) Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, z zachowaniem postaci elektronicznej w formacie danych (pdf, doc, docx, rtf, odt, xls, xlsx) i złożona pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. Sposób złożenia oferty, w tym zaszyfrowania oferty opisany został w Regulaminie korzystania z miniPortalu (<https://miniportal.uzp.gov.pl/WarunkiUslugi.aspx>).
  - 3) Wszelkie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, które Wykonawca zastrzeże jako tajemnicę przedsiębiorstwa, powinny zostać złożone w osobnym pliku wraz z jednoczesnym zaznaczeniem polecenia „Załącznik stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa” a następnie wraz z plikami stanowiącymi jawną część skompresowane do jednego pliku archiwum (ZIP).
  - 4) Do oferty należy dołączyć oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, a następnie wraz z plikami stanowiącymi ofertę skompresować do jednego pliku archiwum (ZIP). W nazwie skompresowanego **pliku należy zawrzeć nazwę wykonawcy oraz nr referencyjny postępowania wg wzoru:**

**FIRMA\_TP.382.015.2021 EK.pdf**

- 5) Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub wycofać ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty dostępnego na ePUAP i udostępnionych również na miniPortalu. Sposób zmiany i wycofania oferty został opisany w Instrukcji użytkownika dostępnej na miniPortalu.
  - 6) Wykonawca po upływie terminu do składania ofert nie może skutecznie dokonać zmiany ani wycofać złożonej oferty.
2. Oferty należy przesłać do dnia 03.03.2021 r. do godz. 10:00

#### DZIAŁ XIII. TERMIN OTWARCIA OFERT

1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 03.03.2021 r., o godz. 11:00
2. Otwarcie ofert nie jest jawne. Zamawiający nie przewiduje uczestnictwa przedstawicieli wykonawcy oraz innych osób w sesji otwarcia ofert.
3. W przypadku awarii systemu, która powoduje brak możliwości otwarcia ofert w terminie określonym przez zamawiającego, otwarcie ofert następuje niezwłocznie po usunięciu awarii.
4. Zamawiający, najpóźniej przed otwarciem ofert, udostępni na stronie internetowej prowadzonego postępowania informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
5. Zamawiający, niezwłocznie po otwarciu ofert, udostępni na stronie internetowej prowadzonego postępowania informację o:
  - 1) nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej działalności gospodarczej albo miejscach zamieszkania wykonawców, których oferty zostały otwarte;
  - 2) cenach lub kosztach zawartych w ofertach.

#### DZIAŁ XIV. PODSTAWY WYKLUCZENIA, O KTÓRYCH MOWA W ART. 108 i 109 USATWY PZP

1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawcę na podstawie przesłanek, o których



mowa w art. 108 ustawy Pzp:

- 1) będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo:
    - a) udziału w zorganizowanej grupie przestępczej albo związku mającym na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego, o którym mowa w art. 258 Kodeksu karnego,
    - b) handlu ludźmi, o którym mowa w art. 189a Kodeksu karnego,
    - c) o którym mowa w art. 228-230a, art. 250a Kodeksu karnego lub w art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie,
    - d) finansowania przestępstwa o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 165a Kodeksu karnego, lub przestępstwo udaremniania lub utrudniania stwierdzenia przestępnego pochodzenia pieniędzy lub ukrywania ich pochodzenia, o którym mowa w art. 299 Kodeksu karnego,
    - e) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 Kodeksu karnego, lub mające na celu popełnienie tego przestępstwa,
    - f) powierzenia wykonywania pracy małoletniemu cudzoziemcowi, o którym mowa w art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769),
    - g) przeciwko obrotowi gospodarczemu, o których mowa w art. 296-307 Kodeksu karnego, przestępstwo oszustwa, o którym mowa w art. 286 Kodeksu karnego, przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów, o których mowa w art. 270-277d Kodeksu karnego, lub przestępstwo skarbowe,
    - h) o którym mowa w art. 9 ust. 1 i 3 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
  - lub za odpowiedni czyn zabroniony określony w przepisach prawa obcego;
  - 2) jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, współnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w pkt 1;
  - 3) wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, chyba że wykonawca odpowiednio przed upływem terminu składania ofert dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności;
  - 4) wobec którego prawomocnie orzeczono zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne;
  - 5) jeżeli zamawiający może stwierdzić, na podstawie wiarygodnych przesłanek, że wykonawca zawarł z innymi wykonawcami porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji, w szczególności jeżeli należąc do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, chyba że wykażą, że przygotowali te oferty lub wnioski niezależnie od siebie;
  - 6) jeżeli, w przypadkach, o których mowa w art. 85 ust. 1 ustawy Pzp, doszło do zakłócenia konkurencji wynikającego z wcześniejszego zaangażowania tego wykonawcy lub podmiotu, który należy z wykonawcą do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
2. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawcę na podstawie przesłanek, o których mowa w art. 109 ustawy Pzp:
    - 1) który, z przyczyn leżących po jego stronie, w znacznym stopniu lub zakresie nie wykonał lub nienależycie wykonał albo długotrwale nienależycie wykonywał istotne zobowiązanie wynikające z wcześniejszej umowy w sprawie zamówienia publicznego lub umowy koncesji, co doprowadziło do wypowiedzenia lub odstąpienia od umowy, odszkodowania, wykonania zastępczego lub realizacji uprawnień z tytułu rękojmi za wady.

#### DZIAŁ XV. SPOSOBU OBLICZENIA CENY

1. Cena oferty musi uwzględniać wszystkie zobowiązania, musi być podana w PLN, z wyodrębnieniem należnego podatku VAT, zgodnie ze wzorem formularza oferty, stanowiącego [załącznik nr 1 do SWZ](#).
2. Cena podana w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia.
3. Cena może być tylko jedna.
4. Cena (cena brutto/wartość brutto) = ilość x cena jednostkowa netto + wartość VAT.

#### DZIAŁ XVI. KRYTERIA OCENY OFERTY

1. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami:

LP	KRYTERIUM	PKT	SPOSÓB OBLICZANIA
1	Cena	100	Najniższa cena spośród ważnych ofert ----- X 100 Cena badanej oferty

## 2. Wynik:

Oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans (maksymalna liczba przyznanych punktów w oparciu o ustalone kryteria) zostanie uznana za najkorzystniejszą, pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów.

**DZIAŁ XVII. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE MUSZĄ ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO**

Przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, wykonawca zobowiązany będzie do:

- a) przedstawienia pełnomocnictwa osoby upoważnionej do zawarcia umowy;
- b) jeżeli została wybrana oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, do przedstawienia kopii umowy regulującej ich współpracę.

**DZIAŁ XVIII. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYŚLUGUJĄCYCH WYKONAWCY**

## 1. Odwołanie przysługuje na:

- 1) niezgodną z przepisami ustawy czynność zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, o zawarcie umowy ramowej, dynamicznym systemie zakupów, systemie kwalifikowania wykonawców lub konkursie, w tym na projektowane postanowienie umowy;
- 2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, o zawarcie umowy ramowej, dynamicznym systemie zakupów, systemie kwalifikowania wykonawców lub konkursie, do której zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy;
- 3) zaniechanie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia lub zorganizowania konkursu na podstawie ustawy, mimo że zamawiający był do tego obowiązany.

## 2. Postępowanie skargowe

- 1) Na orzeczenie Izby oraz postanowienie Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy Pzp, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.
- 2) W postępowaniu toczącym się wskutek wniesienia skargi stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego o apelacji, jeżeli przepisy niniejszego rozdziału nie stanowią inaczej.

## 3. Szczegółowe informacje na temat środków ochrony prawnej znajdują się w ustawie Prawo zamówień publicznych w Dziale IX.

**DZIAŁ XIX. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU**

Zamawiający nie określa warunków udziału w postępowaniu.

**DZIAŁ XX. WYKAZ PODMIOTOWYCH ŚRODKÓW DOWODOWYCH**

- 1.1. Do oferty wykonawca dołącza oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu w zakresie wskazanym przez zamawiającego w Dziale XIV SWZ.
- 1.2. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 1, Wykonawca składa na formularzu stanowiącym [załącznik nr 4 do SWZ](#).
- 1.3. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 1, stanowi dowód potwierdzający brak podstaw wykluczenia, odpowiednio na dzień składania ofert
- 1.4. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie, o którym mowa w ust. 1, składa każdy z wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia.
- 1.5. Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, przedstawia, wraz z oświadczeniem, o którym mowa w ust. 1, także oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, w jakim wykonawca powołuje się na jego zasoby.
2. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu, Wykonawca na wezwanie Zamawiającego przedstawi następujące dokumenty:
  - 1) oświadczenia wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, o braku przynależności do tej

- samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 i 1086), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty lub oferty częściowej niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej;
- 2) oświadczenia wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez zamawiającego, o których mowa w:
    - a) art. 108 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp,
    - b) art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, dotyczących zawarcia z innymi wykonawcami porozumienia mającego na celu zakłócenie konkurencji,
    - c) art. 109 ust. 1 pkt 8 ustawy Pzp.
  3. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego, Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
  4. Oświadczenia dotyczące wykonawcy i innych podmiotów, na których zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca na zasadach określonych w art. 118 ustawy Pzp oraz dotyczące podwykonawców, składane są w oryginale.

#### DZIAŁ XXI. WADIUM

Zamawiający nie wymaga wniesienie wadium.

#### DZIAŁ XXII. ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

Zamawiający nie wymaga wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

#### DZIAŁ XXIII. INFORMACJA I DOSTĘP DO DANYCH OSOBOWYCH

1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
  - 1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Szpital Wojewódzki im. Mikołaja Kopernika, ul. T. Chałubińskiego 7, 75 – 581 Koszalin;
  - 2) inspektorem ochrony danych osobowych w Szpitalu Wojewódzkim im. Mikołaja Kopernika jest Pani Anna Kobusińska, adres e-mail: [sekretariat@swk.med.pl](mailto:sekretariat@swk.med.pl), telefon: 94 34 88 545;
  - 3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę „sprzętu medycznego jednorazowego użytku do stosowania w Oddziałach Anestezjologii i Intensywnej Terapii”, prowadzonym w trybie podstawowym;
  - 4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy Pzp;
  - 5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, przez okres 5 lat kalendarzowych od dnia zakończenia realizacji umowy;
  - 6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
  - 7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
  - 8) posiada Pani/Pan:
    - a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
    - b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;
    - c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
    - d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
  - 9) nie przysługuje Pani/Panu:
    - a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
    - b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
    - c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

**DZIAŁ XXIV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE**

1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
2. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 i 8 ustawy Pzp.
3. Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia przez wykonawcę wizji lokalnej.
4. Rozliczenia między wykonawcą a zamawiającym prowadzone będą w PLN.
5. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
6. Zamawiający nie stawia wymagań w zakresie zatrudnienia przez Wykonawcę osób na podstawie stosunku pracy.
7. W przypadku skorzystania przez Zamawiającego z uprawnienia wynikającego z art. 275 pkt 2 ustawy Pzp, Zamawiający nie przewiduje ograniczenia liczby wykonawców, których zaprosi do negocjacji, stosując kryteria oceny ofert.

**DZIAŁ XXV. ZAŁĄCZNIKI**

1. Opis przedmiotu zamówienia.
2. Wzór formularza oferty.
3. Projekt umowy.
4. Wzór oświadczenia

## OFERTA

## 1. Dane Wykonawcy:

Nazwa Wykonawcy:	.....
Adres Wykonawcy:	.....
KRS lub inny organ rejestrowy:	.....
NIP, REGON	.....
Wielkość przedsiębiorstwa	1. mikroprzedsiębiorstwo; 2. małe przedsiębiorstwo; 3. średnie przedsiębiorstwo; 4. żadne z powyższych. (właściwe podkreślić)
Osoby upoważniona do kontaktu	Imię i nazwisko .....; Tel. .... Adres skrzynki ePUAP..... Adres e-mail:.....
Nr rachunku bankowego:	.....

## 2. Oferuję dostawę, zgodnie z wymogami zawartymi w Specyfikacji Warunków Zamówienia:

CZĘŚĆ NR 1 IGŁY DO ZNIECZULENIA PODPAJĘCZEGO											
Lp	Przedmiot zamówienia	Rozmiar	Producent, typ, nr kat.	Klasa wyrobu medycznego	Jednostka miary	Ilość	Cena jedn. netto	VAT w (%)	Cena jedn. brutto	Cena netto	Cena brutto
1	Igły do znieczulenia podpajęczego pencil-point	25G x 90 mm 26G x 90mm 27G x 90 mm			szt.	3500					
2	Igły do znieczulenia podpajęczego	25/26/27G x 120-130 mm			szt.	50					
3	Igła do neuroliz	18 G – 20 G x 150 mm; 20 G-22 G x 200 mm			szt.	10					
RAZEM											

CZĘŚĆ NR 2 IGŁY DO BLOKAD SPLOTÓW NERWOWYCH											
Lp	Przedmiot zamówienia	Rozmiar	Producent, typ, nr kat.	Klasa wyrobu medycznego	Jednostka miary	Ilość	Cena jedn. netto	VAT w (%)	Cena jedn. brutto	Cena netto	Cena brutto
1	Igły do blokad splotów nerwowych pod kontrolą USG	22G/50mm			szt.	200					
2	Igły do blokad splotów nerwowych pod kontrolą USG	22G/80mm			szt.	100					
3	Igły do blokad splotów nerwowych przy użyciu stymulatora	22G/50mm			szt.	100					
4	Igły do blokad TAP	21G/110mm			szt.	50					
RAZEM											

CZEŚĆ NR 3 RURKI INTUBACYJNE											
Lp	Przedmiot zamówienia	Rozmiar	Producent, typ, nr kat.	Klasa wyrobu medycznego	Jednostka miary	Ilość	Cena jedn. netto	VAT w (%)	Cena jedn. brutto	Cena netto	Cena brutto
1	Rurki intubacyjne z mankietem niskociśnieniowym	od nr 3,5 do nr 9,5 co 0,5			szt.	4000					
2	Rurki intubacyjne bez mankieta	od nr 4,0 do nr 6,5 co 0,5			szt.	200					
3	Rurki intubacyjne zbrojone z mankietem niskociśnieniowym	6.0, 7.0, 8.0, 9.0			szt.	400					
RAZEM											

CZEŚĆ NR 4 OKŁAD CIEPŁO / ZIMNO											
Lp	Przedmiot zamówienia	Rozmiar	Producent, typ, nr kat.	Klasa wyrobu medycznego	Jednostka miary	Ilość	Cena jedn. netto	VAT w (%)	Cena jedn. brutto	Cena netto	Cena brutto
1	okład ciepło / zimno	15 x 26 cm (+/- 1 cm)			szt.	900					

CZEŚĆ NR 5 PROWADNICE DO RUREK INTUBACYJNYCH											
Lp	Przedmiot zamówienia	Rozmiar	Producent, typ, nr kat.	Klasa wyrobu medycznego	Jednostka miary	Ilość	Cena jedn. netto	VAT w (%)	Cena jedn. brutto	Cena netto	Cena brutto
1	Prowadnice do rurek intubacyjnych	5.0			szt.	400					
2	Prowadnice do trudnych intubacji	5,0 mm x 800 mm			szt.	200					
3	Prowadnice do trudnych intubacji dla niemowląt do rurki 2.0, 2.5, 3.0	1,6 - 2,0			szt.	20					
RAZEM											

CZEŚĆ NR 6 RURKI INTUBACYJNE WSTĘPNIE UFORMOWANE											
Lp	Przedmiot zamówienia	Rozmiar	Producent, typ, nr kat.	Klasa wyrobu medycznego	Jednostka miary	Ilość	Cena jedn. netto	VAT w (%)	Cena jedn. brutto	Cena netto	Cena brutto
1	Rurka intubacyjna wersja północ	6.0, 6.5, 7.0, 7.5, 8.0			szt.	20					
2	Rurka intubacyjna wersja południe	6.0, 6.5, 7.0, 7.5, 8.0			szt.	20					
RAZEM											

CZEŚĆ NR 7 RURKI TRACHEOSTOMIJNE											
Lp	Przedmiot zamówienia	Rozmiar	Producent, typ, nr kat.	Klasa wyrobu medycznego	Jednostka miary	Ilość	Cena jedn. netto	VAT w (%)	Cena jedn. brutto	Cena netto	Cena brutto
1	Rurka tracheostomijna z regulowanym położeniem kołnierza	5.0, 6.0, 7.0, 8.0			szt.	70					
2	Rurka tracheostomijna z mankietem niskociśnieniowym	7.0, 7.5, 8.0			szt.	100					
3	Rurka tracheostomijna z odsysaniem z przestrzeni podgłośniaowej	7.0, 7.5, 8.0, 8.5, 9.0			szt.	20					
RAZEM											

CZEŚĆ NR 8 RURKI USTNO-GARDŁOWE											
Lp	Przedmiot zamówienia	Rozmiar	Producent, typ, nr kat	Klasa wyrobu medycznego	Jednostka miary	Ilość	Cena jedn. netto	VAT w (%)	Cena jedn. brutto	Cena netto	Cena brutto
1	Rurki ustno-gardłowe	0,1,2,3,4,5			szt.	3600					

CZEŚĆ NR 9 OKULARKI DO FOTOTERAPII DLA NOWORODKÓW											
Lp	Przedmiot zamówienia	Rozmiar	Producent, typ, nr kat.	Klasa wyrobu medycznego	Jednostka miary	Ilość	Cena jedn. netto	VAT w (%)	Cena jedn. brutto	Cena netto	Cena brutto
1	Okularki do fototerapii dla noworodków	małe, średnie, duże			szt.	900					

CZEŚĆ NR 10 CEWNIKI DO ODSYSANIA, PRZEDŁUŻACZE, ZGŁĘBNIKI											
Lp	Przedmiot zamówienia	Rozmiar	Producent, typ, nr kat.	Klasa wyrobu medycznego	Jednostka miary	Ilość	Cena jedn. netto	VAT w (%)	Cena jedn. brutto	Cena netto	Cena brutto
1	Cewnik do odsysania	Ch 4 dł. 500-600 mm			szt.	600					
2	Cewnik do odsysania	Ch6,Ch8,Ch10,Ch12 dł.500-600 mm Ch14,Ch16,Ch18 dł. min. 600 mm			szt.	100 000					
3	Cewnik do karmienia niemowląt z zatyczką	Ch 6, Ch 8 dł. od 400 mm do 600 mm			szt.	15 000					
4	Cewnik do podawania tlenu przez nos (wąsy)	-			szt.	10 000					
5	Zgłębnik żołądkowy sterylny	Ch 8, Ch 10, Ch 12, Ch 14, Ch 16 – dł. min. 800 mm Ch 18, Ch 20 – dł. min. 1000 mm			szt.	2 500					
6	Zgłębnik żołądkowy sterylny	Ch 28 – dł. min. 1000 mm			szt.	100					
RAZEM											

CZEŚĆ NR 11 WORKI DO GODZINOWEJ ZBIÓRKI MOCZU											
Lp	Przedmiot zamówienia	Rozmiar	Producent, typ, nr kat	Klasa wyrobu medycznego	Jednostka miary	Ilość	Cena jedn. netto	VAT w (%)	Cena jedn. brutto	Cena netto	Cena brutto
1	Worki do godzinowej zbiórki moczu	2000 ml			szt.	150					

CZEŚĆ NR 12 STERYLNE FILTRY ELEKTROSTATYCZNE I MECHANICZNE DLA DOROSŁYCH											
Lp	Przedmiot zamówienia	Producent, typ, nr kat.	Klasa wyrobu medycznego	Jednostka miary	Ilość	Cena jedn. netto	VAT w (%)	Cena jedn. brutto	Cena netto	Cena brutto	
1	Sterylny filtr elektrostatyczny z wymiennikiem ciepła i wilgoci dla dorosłych			szt.	10 000						
2	Sterylny filtr elektrostatyczny z wymiennikiem ciepła i wilgoci z wejściem bocznym dla dorosłych			szt.	200						
3	Sterylny filtr mechaniczny dla dorosłych			szt.	700						
RAZEM											

CZEŚĆ NR 13 STERYLNE FILTRY ELEKTROSTATYCZNE PEDIATRYCZNE										
Lp	Przedmiot zamówienia	Producent, typ, nr kat.	Klasa wyrobu medycznego	Jednostka miary	Ilość	Cena jedn. netto	VAT w (%)	Cena jedn. brutto	Cena netto	Cena brutto
1	Sterylny filtr elektrostatyczny z wymiennikiem ciepła i wilgoci			szt.	400					
2	Sterylny filtr elektrostatyczny z wymiennikiem ciepła i wilgoci z wejściem bocznym			szt.	200					
RAZEM										

CZEŚĆ NR 14 STERYLNE FILTRY ELEKTROSTATYCZNE NOWORODKOWE										
Lp	Przedmiot zamówienia	Producent, typ, nr kat.	Klasa wyrobu medycznego	Jednostka miary	Ilość	Cena jedn. netto	VAT w (%)	Cena jedn. brutto	Cena netto	Cena brutto
1	Sterylny filtr elektrostatyczny z wymiennikiem ciepła i wilgoci, noworodkowy			szt.	300					
2	Sterylny filtr elektrostatyczny z wymiennikiem ciepła i wilgoci dla niemowląt i dzieci			szt.	300					
RAZEM										

CZEŚĆ NR 15 WYMIENNIK CIEPŁA I WILGOCI DO RUREK TRACHEOSTOMIJNYCH I INTUBACYJNYCH										
Lp	Przedmiot zamówienia	Producent, typ, nr kat.	Klasa wyrobu medycznego	Jednostka miary	Ilość	Cena jedn. netto	VAT w (%)	Cena jedn. brutto	Cena netto	Cena brutto
1	Wymiennik ciepła i wilgoci do rurek tracheostomijnych i intubacyjnych			szt.	1 600					

CZEŚĆ NR 16 PRZEPIYWOWY NAWILŻACZ TLENU JEDNORAZOWEGO UŻYTKU										
Lp	Przedmiot zamówienia	Producent, typ, nr kat.	Klasa wyrobu medycznego	Jednostka miary	Ilość	Cena jedn. netto	VAT w (%)	Cena jedn. brutto	Cena netto	Cena brutto
1	Przeptywowy nawilżacz tlenu jednorazowego użytku			szt.	2 200					

CZEŚĆ NR 17 APARATY DO POMPY FIRMY BRAUN										
Lp	Przedmiot zamówienia	Producent, typ, nr kat.	Klasa wyrobu medycznego	Jednostka miary	Ilość	Cena jedn. netto	VAT w (%)	Cena jedn. brutto	Cena netto	Cena brutto
1	Aparaty do przetaczania płynów, do pompy infuzyjnej typu Infusomat			szt.	1 400					
2	Aparaty do przetaczania krwi i środków krwiopochodnych do pompy infuzyjnej typu Infusomat			szt.	400					
3	Dren bez PCV do pompy infuzyjnej Infusomat Space do podaży leków cytostatycznych			szt.	300					
4	Dren bez PCV do pompy infuzyjnej Infusomat Space do podaży leków cytostatycznych, filtr bakteryjny i cząsteczkowy 0,2 µm			szt.	300					
RAZEM										



CZEŚĆ NR 18 REGULATOR PRĘDKOŚCI PRZEPIYWU										
Lp	Przedmiot zamówienia	Producent, typ, nr kat.	Klasa wyrobu medycznego	Jednostka miary	Ilość	Cena jedn. netto	VAT w (%)	Cena jedn. brutto	Cena netto	Cena brutto
1	Regulator prędkości przepływu			szt.	2 500					

CZEŚĆ NR 19 KOCYK DLA DOROSŁYCH DO APARATU EQUATOR I MISTRAL										
Lp	Przedmiot zamówienia	Producent, typ, nr kat.	Klasa wyrobu medycznego	Jednostka miary	Ilość	Cena jedn. netto	VAT w (%)	Cena jedn. brutto	Cena netto	Cena brutto
1	Kocyk dla dorosłych na górną połowę ciała do ogrzewacza konwekcyjnego, jednorazowego użytku posiadający stabilny system łączenia			szt.	200					
2	Kocyk dla dorosłych na całe ciało do ogrzewacza konwekcyjnego, jednorazowego użytku			szt.	100					
RAZEM										

CZEŚĆ NR 20 LINIE DO PODGRZEWACZA HOTLINE										
Lp	Przedmiot zamówienia	Producent, typ, nr kat.	Klasa wyrobu medycznego	Jednostka miary	Ilość	Cena jedn. netto	VAT w (%)	Cena jedn. brutto	Cena netto	Cena brutto
1	Linie do przepływowego podgrzewacza płynów i krwi jednorazowego użytku			szt.	200					

CZEŚĆ NR 21 ZESTAWY DO KANIULACJI DUŻYCH NACZYŃ											
Lp	Przedmiot zamówienia	Rozmiar	Producent, typ, nr kat.	Klasa wyrobu medycznego	Jednostka miary	Ilość	Cena jedn. netto	VAT w (%)	Cena jedn. brutto	Cena netto	Cena brutto
1	Zestawy do kaniulacji dużych naczyń-dwukanałowe	6F/15G 7F/14G			szt.	50					
2	Zestawy do kaniulacji dużych naczyń-trzykanałowe	7F/14G			szt.	1 000					
RAZEM											

CZEŚĆ NR 22 MASKA ANESTETYCZNA										
Lp	Przedmiot zamówienia	Producent, typ, nr kat.	Klasa wyrobu medycznego	Jednostka miary	Ilość	Cena jedn. netto	VAT w (%)	Cena jedn. brutto	Cena netto	Cena brutto
1	Maska anestetyczna			szt.	2 000					

CZEŚĆ NR 23 ZESTAWY DO PRZEZSKÓRNEGO DRENAŻU, RAMPY, DRENY, KATETERY, KRANIKI											
Lp	Przedmiot zamówienia	Rozmiar	Producent, typ, nr kat.	Klasa wyrobu medycznego	Jednostka miary	Ilość	Cena jedn. netto	VAT w (%)	Cena jedn. brutto	Cena netto	Cena brutto
1	Zestaw do drenażu przezskórnego - rozszerzony	6F, 9F			szt.	100					
2	Zestaw do drenażu przezskórnego-jednostopniowy	9F			szt.	100					
3	Przedłużacz do drenażu przezskórnego	12F			szt.	400					

4	Rampa trójdrożna – jednorazowego użytku sterylna	-			szt.	500					
5	Rampa dwudrożna – jednorazowego użytku sterylna	-			szt.	1000					
6	Dren do klatki piersiowej	F18 – F36 dł. 50 cm			szt.	30					
7	Kateter do szynowania jelit	300 cm			szt.	5					
8	Kranik trójdrożny z przedłużeniem luer-loc	7 cm			szt.	1000					
RAZEM											

CZEŚĆ NR 24 ZESTAWY DO ZNIECZULEŃ ZEWNĄTRZOPONOWYCH CIĄGLYCH ORAZ ŁĄCZONYCH ZEWNĄTRZOPONOWYCH - PODPAJĘCZYCH (CSE)											
Lp	Przedmiot zamówienia	Producent, typ, nr kat.	Klasa wyrobu medycznego	Jednostka miary	Ilość	Cena jedn. netto	VAT w (%)	Cena jedn. brutto	Cena netto	Cena brutto	
1	Zestaw do znieczulenia zewnątrzoponowego ciągłego			szt.	300						
2	Dodatkowe wyposażenie zestawu -Filtry zewnątrzoponowe płaskie			szt.	20						
3	Igła Touhy			szt.	20						
4	Strzykawka niskooporowa			szt.	20						
RAZEM											

CZEŚĆ NR 25 ZESTAWY DO POMIARU CIŚNIENIA											
Lp	Przedmiot zamówienia	Producent, typ, nr kat.	Klasa wyrobu medycznego	Jednostka miary	Ilość	Cena jedn. netto	VAT w (%)	Cena jedn. brutto	Cena netto	Cena brutto	
1	Zestawy do pomiaru ciśnienia			szt.	650						

CZEŚĆ NR 26 KOMPATYBILNE OBWODY DO RESPIRATORA TRILOGY MODEL 202											
Lp	Przedmiot zamówienia	Rozmiar	Producent, typ, nr kat.	Klasa wyrobu medycznego	Jednostka miary	Ilość	Cena jedn. netto	VAT w (%)	Cena jedn. brutto	Cena netto	Cena brutto
1	Obwód pacjenta do respiratora, jednorazowego użytku, jednorurowy, jednozastawkowy, sterylny + wąż do tlenu. Obwód z drenem sterującym zastawką oraz drenem pomiarowym ciśnienia. W zestawie gotowe do użycia.	150 cm			szt.	500					

CZEŚĆ NR 27 OBWODY DO APARATU DO ZNIECZULENIA											
Lp	Przedmiot zamówienia	Rozmiar	Producent, typ, nr kat.	Klasa wyrobu medycznego	Jednostka miary	Ilość	Cena jedn. netto	VAT w (%)	Cena jedn. brutto	Cena netto	Cena brutto
1	Obwód oddechowy jednorazowy do znieczulania (dwie rury, dł min. 180 cm, jedna rura dł. 120 – 130 cm, łącznik Y – z wejściem dla drenu do pomiaru kapnometrii oraz kolankiem 90°, łącznik prosty, worek oddechowy 2-3 litrowy, z uchwytem do zawieszenia)	2 rury min 180 cm, 1 rura 120 – 130 cm			Kpl.	1 000					

CZEŚĆ NR 28 OBWODY DO RESPIRATORA DLA POTRZEB INTENSYWNEJ TERAPII DOROSŁYCH											
Lp	Przedmiot zamówienia	Rozmiar	Producent, typ, nr kat.	Klasa wyrobu medycznego	Jednostka miary	Ilość	Cena jedn. netto	VAT w (%)	Cena jedn. brutto	Cena netto	Cena brutto
1	Układ obwodów do respiratora, jednorazowego użytku (dwie rury elastyczne dł. 120-180 cm, łącznik Y – wyposażony w port zabezpieczony zatyczką, worek oddechowy 2-3 litrowy)	2 rury dł. 120-180 cm			Kpl.	1 000					

CZEŚĆ NR 29 ELEKTRODY DO CZASOWEJ STYMULACJI SERCA											
Lp	Przedmiot zamówienia	Rozmiar	Producent, typ, nr kat.	Klasa wyrobu medycznego	Jednostka miary	Ilość	Cena jedn. netto	VAT w (%)	Cena jedn. brutto	Cena netto	Cena brutto
1	Elektroda do czasowej stymulacji serca	6Fx125 cm, 7Fx125 cm			szt.	50					
2	Introduktor do wprowadzania elektrod	7Fx120mm, 8Fx120mm			szt.	50					
RAZEM											

CZEŚĆ NR 30 PRZYRZĄDY DO ŻYWIENIA DOJELITOWEGO											
Lp	Przedmiot zamówienia	Rozmiar	Producent, typ, nr kat.	Klasa wyrobu medycznego	Jednostka miary	Ilość	Cena jedn. netto	VAT w (%)	Cena jedn. brutto	Cena netto	Cena brutto
1	Aparaty do pompy flocare infinity	na butelkę i pack			szt.	2 200					
2	Zgłębnik gastrostomijny	14, 18, 20/23cm			szt.	30					
3	Conektor Enlock	-			szt.	1 500					
4	Conektor Oral-Luer	-			szt.	1 500					
5	Przyrządy do żywienia	pack			szt.	200					
6	Przyrządy do żywienia	na butelki			szt.	100					
7	Zgłębnik poliuretanowy	10/130 cm			szt.	20					
8	Zgłębnik poliuretanowy	12/110-130 cm			szt.	20					
RAZEM											

CZEŚĆ NR 31 PRZEDŁUŻACZE ANESTEZJOLOGICZNE											
Lp	Przedmiot zamówienia	.Rozmiar	Producent, typ, nr kat.	Klasa wyrobu medycznego	Jednostka miary	Ilość	Cena jedn. netto	VAT w (%)	Cena jedn. brutto	Cena netto	Cena brutto
1	Przedłużacze anestezjologiczne	dł. 12-15 cm + łącznik Ø 15 mmF/22mmF			szt.	3000					
2	Łącznik obrotowy	15 mm			szt.	100					
RAZEM											

CZEŚĆ NR 32 DRENY DO POMPY OBJĘTOŚCIOWEJ GRASEBY 3000											
Lp	Przedmiot zamówienia	Producent, typ, nr kat.	Klasa wyrobu medycznego	Jednostka miary	Ilość	Cena jedn. netto	VAT w (%)	Cena jedn. brutto	Cena netto	Cena brutto	
1	Zestaw infuzyjny do przetoczeń leków cytotoksycznych			szt.	700						
2	Zestaw infuzyjny do przetoczeń z portem - standard			szt.	50						
3	Filtr do płynów na 96 godzin dla noworodków			szt.	50						
4	Filtr do żywienia dojelitowego dla noworodków			szt.	50						
5	Zestaw infuzyjny do pomp CADD, 152cm z antysyfonem, zaciskiem, zaworem jednokierunkowym, kolcem do worka			szt.	100						
6	Zestaw infuzyjny do pomp CADD, 312cm z autosyfonem, zaciskiem, zaworem, kolcem do worka, kodowany na żółto			szt.	500						
RAZEM											

CZEŚĆ NR 33 PRZEDŁUŻACZE DO POMP STRZYKAWKOWYCH											
Lp	Przedmiot zamówienia	Rozmiar	Producent, typ, nr kat.	Klasa wyrobu medycznego	Jednostka miary	Ilość	Cena jedn. netto	VAT w (%)	Cena jedn. brutto	Cena netto	Cena brutto
1	Przedłużacz do pomp luer-lock	dł. 90 cm			szt.	100					
2	Przedłużacz do pomp luer-lock	dł. 120 cm			szt.	100					
3	Przedłużacz do pomp luer-lock	dł. 150 cm			szt.	20 000					
4	Przedłużacz do pomp luer-lock bursztynowy	dł. min.150 cm			szt.	4 000					
RAZEM											

CZEŚĆ NR 34 ZESTAWY DO PRZESKÓRNEJ TRACHEOSTOMII METODĄ GRIGGSA											
Lp	Przedmiot zamówienia	Rozmiar	Producent, typ, nr kat.	Klasa wyrobu medycznego	Jednostka miary	Ilość	Cena jedn. netto	VAT w (%)	Cena jedn. brutto	Cena netto	Cena brutto
1	Sterylny kompletny zestaw do przezskórnej tracheostomii metodą Griggsa				zestaw	35					
2	Sterylny uzupełniający zestaw do przezskórnej tracheostomii metodą Griggsa				zestaw	35					
RAZEM											

CZEŚĆ NR 35 SYSTEM ZAMKNIĘTY DO ODSYSANIA DRÓG ODDECHOWYCH											
Lp	Przedmiot zamówienia	Rozmiar	Producent, typ, nr kat.	Klasa wyrobu medycznego	Jednostka miary	Ilość	Cena jedn. netto	VAT w (%)	Cena jedn. brutto	Cena netto	Cena brutto
1	System zamknięty do odsysania dróg oddechowych CH 14				Szt.	150					
2	System zamknięty do odsysania dróg oddechowych CH 16				Szt.	500					
RAZEM											

CZEŚĆ NR 36 ZESTAW DO PODAŻY DIET DOJELITOWYCH PRZEZ POMPĘ AMIKA											
Lp	Przedmiot zamówienia	Rozmiar	Producent, typ, nr kat.	Klasa wyrobu medycznego	Jednostka miary	Ilość	Cena jedn. netto	VAT w (%)	Cena jedn. brutto	Cena netto	Cena brutto
1	Zestaw do podaży diet dojelitowych przez pompę amika				Szt.	1500					

### 3. Oświadczam, że:

- 1) Akceptuję w całości wszystkie warunki zawarte w SWZ;
- 2) Składam ofertę na wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie określonym w SWZ, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia i wzorem umowy;
- 3) cena zawiera wszystkie koszty, jakie ponosi Zamawiający w przypadku wyboru niniejszej oferty;
- 4) akceptuję warunki płatności określone przez Zamawiającego w SWZ przedmiotowego postępowania;
- 5) jestem związany/a niniejszą ofertą do terminu wskazanego w dziale X SWZ
- 6) przewiduję/nie przewiduję powierzenie podwykonawcom ..... realizacji zamówienia w części .....
- 7) zapoznałem/am się z postanowieniami umowy, określonymi w SWZ i zobowiązuję się, w przypadku wyboru mojej oferty, do zawarcia umowy zgodnej z niniejszą ofertą, na warunkach określonych w SWZ, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego;
- 8) że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO<sup>1)</sup> wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.\*

..... (miejscowość), dnia ..... r.

<sup>1)</sup> rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

\* W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).

## OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

CZEŚĆ NR 1 - IGLY DO ZNIECZULENIA PODPAJĘCZEGO				
Lp.	Opis przedmiotu zamówienia	Wymóg graniczny	Potwierdzenie	Producent, typ, nr kat.
<b>I. Sterylna igła typu pencil point w zestawie z igłą prowadzącą w pełni współpracującą</b>				
1	rozmiar:	25G x 90mm, 26G x 90mm, 27G x 90mm,		
2	bez oporów przesuwanie się względem siebie	tak		
3	pozwalające osiągnąć przestrzeń podpajeczą w odległości minimalnej 75mm	tak		
4	z systemem blokowania igły w igle	tak		
5	otwór w igle boczny, gładki	tak		
6	nasadka igły pencil point – przezierna, mandryn igły o odpowiedniej sprężystości umożliwiającej łatwą implantację w igle	tak		
<b>II. Sterylna igła typu pencil point w zestawie z igłą prowadzącą w pełni współpracującą</b>				
1	rozmiar:	25/26/27G x 120-130 mm		
2	bez oporów przesuwanie się względem siebie	tak		
3	pozwalające osiągnąć przestrzeń podpajeczą w odległości minimalnej 75mm	tak		
4	z systemem blokowania igły w igle	tak		
<b>III. Igła do neurolizy splotów nerwowych jednorazowego użytku</b>				
1	rozmiar:	18 G – 20 G x 150 mm; 20 G-22 G x 200 mm		
2	sterylna	tak		
3	nietoksyczna	tak		
4	apiroenna	tak		
5	z mandrynem	tak		
6	pakowane po 1 szt.	tak		

CZEŚĆ NR 2 - IGLY DO BLOKAD SPLOTÓW NERWOWYCH				
Lp.	Opis przedmiotu zamówienia	Wymóg graniczny	Potwierdzenie	Producent, typ, nr kat.
<b>I Igła do blokad splotów nerwowych pod kontrolą USG i przy użyciu stymulatora</b>				
1	igła typu facet tip	22G dł. 50mm 22G dł. 80 mm – pod kontrolą USG 22G dł. 50 mm – przy użyciu stymulatora		
2	igła pokryta powłoką polimerową wewnątrz i na zewnątrz na min. 90% długości roboczej	tak		
3	nieizolowana powierzchnia przewodząca stanowiąca max 10% powierzchni igły	tak		
4	gładkie przejście przewodzącego zakończenia igły w powłokę izolacyjną	tak		
5	igła z kablem ze złączem elektrycznym	dł. min. 50 cm		
6	adaptacyjna rurka iniekcyjna odłączana od igły	dł. min. 40cm		
7	widoczna pod kontrolą usg niezależnie od kąta nakłucia	tak		
8	wyposażona w oznaczenie głębokości widoczne w obrazie usg	tak		
9	skalowana co 1cm na całej długości	tak		
10	markery skali widoczne pod kontrolą usg	tak		
<b>II Igła do blokad TAP widoczna pod USG</b>				

1	igła z zakończeniem fasetowym wyposażona w adaptacyjną rurkę iniekcyjną dedykowaną do blokad TAP	tak		
2	igła widoczna pod USG w swoim odcinku dystalnym – min 20mm, z oznaczeniem głębokości co 1cm	21G dł. 110mm		
3	igła widoczna pod USG niezależnie od kąta nakłucia	tak		
4	igła kodowana kolorem	tak		

CZEŚĆ NR 3 - RURKI INTUBACYJNE				
Lp.	Opis przedmiotu zamówienia	Wymóg graniczny	Potwierdzenie	Producent, typ, nr kat.
<b>I Rurka intubacyjna z mankietem niskociśnieniowym</b>				
1	rozmiar	od nr 3.5 do nr 9,5 co 0,5		
2	sterylna	tak		
3	jednorazowa	tak		
4	przezroczysta	tak		
5	z czytelną skalą głębokości intubacji	tak		
6	z linią rtg na całej długości rurki	tak		
7	dostosowane do intubacji nosowo/ ustno-tchawiczej	tak		
8	pakowane pojedynczo	tak		
9	mankiet uszczelniający niskociśnieniowy	tak		
10	mankiet o kształcie stożka lub zwężający się ku dołowi o ograniczonej przenikalności N <sub>2</sub> O	tak		
11	stopień napełnienia balonu odzwierciedlający napełnienie mankieta	tak		
12	gładko zaoblone krawędzie (w tym otwór Murphyeego),	tak		
13	łącznik 15 mm	tak		
<b>II Rurka intubacyjna bez mankieta</b>				
1	rozmiar:	od nr 4,0 do nr 6,5 co 0,5		
2	sterylna	tak		
3	jednorazowa	tak		
4	przezroczysta	tak		
5	z czytelną skalą głębokości intubacji	tak		
6	z linią rtg na całej długości rurki	tak		
7	dostosowane do intubacji nosowo/ ustno-tchawiczej	tak		
8	pakowane pojedynczo	tak		
9	gładko zaoblone krawędzie (w tym otwór Murphyeego)	tak		
10	łącznik	15 mm		
<b>III Rurka intubacyjna zbrojona z mankietem niskociśnieniowym</b>				
1	rozmiar:	6.0, 7.0, 8.0, 9.0		
2	sterylna	tak		
3	jednorazowa	tak		
4	z czytelną co najmniej pojedynczą skalą głębokości intubacji	tak		
5	dostosowane do intubacji nosowo/ustno-tchawiczej	tak		
6	z linią rtg na całej długości rurki	tak		
7	pakowane pojedynczo	tak		
8	mankiet uszczelniający niskociśnieniowy	tak		
9	stopień napełnienia balonu odzwierciedlający napełnienie mankieta	tak		
10	gładko zaoblone krawędzie (w tym otwór Murphyeego)	tak		
11	łącznik	15 mm		

CZĘŚĆ NR 4 – OKŁAD CIEPŁO / ZIMNO				
Lp.	Opis przedmiotu zamówienia	Wymóg graniczny	Potwierdzenie	Producent, typ, nr kat.
1	Okład żelowy typu ciepło/ zimno z dodatkową flizelinową powłoką zewnętrzną zapobiegającą ewentualnemu oparzeniu/ odmrożeniu	15 cm x 26 cm (+/- 1 cm)		
2	produkt biodegradowalny - możliwość usuwania wraz ze zwykłymi odpadami	tak		
3	nie zawierający PCV i lateksu	tak		

CZĘŚĆ NR 5 – PROWADNICE DO RUREK INTUBACYJNYCH				
Lp.	Opis przedmiotu zamówienia	Wymóg graniczny	Potwierdzenie	Producent, typ, nr kat.
1	Prowadnica do rurek intubacyjnych: miękki koniec dystalny, bez lateksu, bez ftalanów. Jałowa, jednorazowego użytku.	5.0		
2	Prowadnica do trudnych intubacji wykonana z materiału o właściwościach poślizgowych. Elastyczna typu Bougie, wzmocniona na całej długości, skalowana co 1cm. Zagięty koniec ułatwiający wprowadzenie. Dostępna jednorazowa. Bez lateksu, bez ftalanów. Pakowana w sztywny futerał.	5,0mm x 800mm		
3	Prowadnica do trudnych intubacji dla niemowląt. Wykonana z materiału o właściwościach poślizgowych. Elastyczna, miękki koniec, znacznik głębokości wprowadzenia. Zastosowanie do rurek w rozmiarach 2,0; 2,5; 3,0. Bez lateksu, bez ftalanów, jałowa, jednorazowego użytku. Pakowana w sztywny futerał.	rozmiar 1,6 – 2,0		

CZĘŚĆ NR 6 – RURKI INTUBACYJNE WSTĘPNIE UFORMOWANE				
Lp.	Opis przedmiotu zamówienia	Wymóg graniczny	Potwierdzenie	Producent, typ, nr kat.
<b>I Wersja północ</b>				
1	rozmiar	6.0, 6.5, 7.0, 7.5, 8.0		
2	wstępnie uformowane rurki intubacyjne ustne i nosowe	tak		
3	sterylne	tak		
4	ze złączem	15mm		
5	jednorazowe	tak		
6	z mankietem o kształcie stożka lub zwężającym się ku dołowi, o dużej objętości i niskim ciśnieniu	tak		
7	linia radiocieniująca umożliwiająca lokalizację	tak		
8	z czytelną skalą głębokości intubacji	tak		
9	pakowane pojedynczo	tak		
10	wstępnie ukształtowana o mniejszym ryzyku załamania, ułatwiająca dostęp do pola operacyjnego	tak		
<b>II Wersja południe</b>				
1	rozmiar	6.0, 6.5, 7.0, 7.5, 8.0		
2	wstępnie uformowane rurki intubacyjne ustne i nosowe	tak		
3	sterylne	tak		
4	ze złączem	15mm		
5	jednorazowe	tak		
6	z mankietem o kształcie stożka lub zwężającym się ku dołowi, o dużej objętości i niskim ciśnieniu	tak		
7	linia radiocieniująca umożliwiająca lokalizację	tak		



8	z czytelną skalą głębokości intubacji	tak		
9	pakowane pojedynczo	tak		
10	wstępnie ukształtowana o mniejszym ryzyku załamania ułatwiająca dostęp do pola operacyjnego	tak		

CZĘŚĆ NR 7 – RURKI TRACHEOSTOMIJNE				
Lp.	Opis przedmiotu zamówienia	Wymóg graniczny	Potwierdzenie	Producent, typ, nr kat.
<b>I Rurki tracheostomijne z regulowanym położeniem kołnierza</b>				
1	rozmiar	5.0, 6.0, 7.0, 8.0		
2	posiadające mechanizm blokujący, umożliwiające przesuwanie kołnierza wzdłuż osi rurki oraz obracanie o kąt 360°	tak		
3	z miękkim cienkościennym mankietem niskociśnieniowym	tak		
4	z systemem ograniczenia wzrostu ciśnienia wewnątrz mankieta typu soft-seal	tak		
5	balonik kontrolny wskazujący na wypełnienie mankieta	tak		
6	balonik posiadający oznakowanie rozmiaru rurki oraz rodzaj i średnicę mankieta	tak		
7	wykonany z mieszaniny silikonu i PCV	tak		
8	półprzezroczysta	tak		
9	jednorazowe	tak		
10	jałowe	tak		
11	pojedynczo pakowane	tak		
<b>II Rurki tracheostomijne z mankiem niskociśnieniowym</b>				
1	rozmiar	7.0, 7.5, 8.0		
2	posiadające system ograniczania wzrostu ciśnienia wewnątrz mankieta typu soft-seal	tak		
3	balonik kontrolny wskazujący na wypełnienie mankieta	tak		
4	balonik posiadający oznakowanie rozmiaru rurki oraz rodzaj i średnicę mankieta	tak		
5	jednorazowe	tak		
6	jałowe	tak		
7	przezroczyste	tak		
8	pojedynczo pakowane	tak		
9	przezroczysty kołnierz z oznaczeniem rozmiaru i długości rurki	tak		
10	samoblokujący się mandryn z otworem na prowadnicę	tak		
<b>III Rurki tracheostomijne z odsysaniem z przestrzeni podgłośniaowej</b>				
1	rozmiar	7.0, 7.5, 8.0, 8.5, 9.0		
2	jednorazowe	tak		
3	jałowe	tak		
4	przezroczyste	tak		
5	pojedynczo pakowane	tak		
6	przezroczysty kołnierz z oznaczeniem rozmiaru i długości rurki	tak		
7	posiadający system ograniczenia wzrostu ciśnienia wewnątrz mankieta typu soft-seal	tak		
8	balonik kontrolny wskazujący na wypełnienie mankieta	tak		
9	balonik posiadający oznakowanie rozmiaru rurki oraz rodzaj i średnicę mankieta	tak		
10	samoblokujący się mandryn z otworem na prowadnicę	tak		

11	z dodatkowym światłem wbudowanym w ścianie rurki umożliwiającym odsysanie przestrzeni podgłośniewej	tak		
----	---	-----	--	--

## CZĘŚĆ NR 8 - RURKI USTNO-GARDŁOWE

Lp.	Opis przedmiotu zamówienia	Wymóg graniczny	Potwierdzenie	Producent, typ, nr kat.
1	rozmiar	0,1,2,3,4,5		
2	rozmiar oznakowany kolorem	tak		
3	miękkie	tak		
4	elastyczne	tak		
5	sterylne	tak		
6	pakowane pojedynczo	tak		
7	jednorazowe	tak		

## CZĘŚĆ NR 9 - OKULARKI DO FOTOTERAPII DLA NOWORODKÓW

Lp.	Opis przedmiotu zamówienia	Wymóg graniczny	Potwierdzenie	Producent, typ, nr kat.
1	Materiał nie zawierający lateksu zmniejszający ryzyko podrażnienia skóry	małe, średnie, duże		
2	Ośłona na oczy chroniąca je przed szkodliwym działaniem światła, podczas gdy opaska okularków na główkę dziecka przepuszcza lecznicze promienie			
3	Nie przemieszczające się na główce dziecka dzięki konstrukcji w kształcie litery Y			
4	Dopasowujące się do każdego kształtu głowy dzięki elastycznym mocowaniom na rzepy			

## CZĘŚĆ NR 10 - CEWNIKI DO ODSYSANIA, PRZEDŁUŻACZE, ZGŁĘBNIKI

Lp.	Opis przedmiotu zamówienia	Wymóg graniczny	Potwierdzenie	Producent, typ, nr kat.
1	Cewnik do odsysania, sterylny, przezroczysty, miękki z bocznymi owalnymi i głęboko wyprofilowanymi nie mniejszymi niż $\varnothing$ 3mm lekko zaokrąglonymi otworami do odsysania, bez dodatkowej redukcji ssania złączony na stałe z kołnierzem karbowanym wewnątrz, pakowane prosto.	Ch4, Ch6, Ch8, Ch10, Ch12 - długość. 500-600 mm; Ch14, Ch16, Ch18 - długość min. 600 mm		
2	Cewniki sterylne, przezroczyste, elastyczne do karmienia niemowląt z zatyczką jednorazowego użytku, pakowane prosto.	Ch6, Ch8 - długość od 400 mm do 600 mm		
3	Cewniki do podawania tlenu przez nos (wąsy) jednorazowego użytku, z końcówką do reduktora miękką stożkową dla dzieci i dorosłych	tak		
4	Zgłębniki żołądkowe sterylne, elastyczne, niezałamujące się przy wprowadzaniu, z zatyczką (dla rozmiaru Ch8 do Ch20), z atraumatyczną końcówką łatwo wprowadzającą. Rozmiar Ch28 bez zatyczki.	Ch8, Ch10, Ch12, Ch14, Ch16 - długość. min. 800mm; Ch18, Ch20, Ch28 - długość min. 1000mm		

## CZĘŚĆ NR 11 – WORKI DO GODZINOWEJ ZBIÓRKI MOCZU

Lp.	Opis przedmiotu zamówienia	Wymóg graniczny	Potwierdzenie	Producent, typ, nr kat.
1	pojemność worka	min. 2000ml		
2	pojemność komory pomiarowej z podziałką precyzyjną	min. 200ml		
3	port do pobierania próbek	tak		
4	odpowietrznik z filtrem	tak		
5	zastawka antyrefluksowa	tak		
6	uniwersalny wieszak - umożliwiający prawidłowy odczyt w trakcie użytkowania	tak		

7	nieprzywierające ścianki worka	tak		
8	dren odprowadzeniowy	min. 150cm		

**CZĘŚĆ NR 12 - STERYLNE FILTRY ELEKTROSTATYCZNE I MECHANICZNE DLA DOROSŁYCH**

Lp.	Opis przedmiotu zamówienia	Wymóg graniczny	Potwierdzenie	Producent, typ, nr kat.
<b>I</b>	<b>Sterylny filtr elektrostatyczny z wymiennikiem ciepła i wilgoci dla dorosłych</b>			
1	antybakteryjny, antywirusowy	tak		
2	wyposażony w port do kapnometrii typu luer	tak		
3	przestrzeń martwa wg normy typu ISO 9360 lub równoważnej	max. 45ml		
4	masa	max. 31g		
5	przezierne	tak		
6	czas pracy	min. 24h		
7	opór przepływu przy 60 l/min	max. 2,5cm H <sub>2</sub> O		
8	skuteczność filtracji	min. 99,99%		
9	skuteczność nawilżania przy VT 750ml	min. 30 mg/l		
10	temperatura zwrotna przy VT 750ml	min. 30° C		
11	złącza standardowe proste	tak		
12	pakowane sterylnie, pojedynczo	tak		
<b>II</b>	<b>Sterylny filtr elektrostatyczny z wymiennikiem ciepła i wilgoci z wejściem bocznym dla dorosłych</b>			
1	antybakteryjny, antywirusowy	tak		
2	wyposażony w port do kapnometrii typu luer	tak		
3	przestrzeń martwa wg normy typu ISO 9360 lub równoważnej	max. 45ml		
4	masa	max. 30g		
5	przezierne	tak		
6	czas pracy	min. 24h		
7	opór przepływu przy 60 l/min	max. 2,5cm H <sub>2</sub> O		
8	skuteczność filtracji	min. 99,99%		
9	skuteczność nawilżania przy VT 750ml	min. 30,2 mg/l		
10	temperatura zwrotna przy VT 750ml	min. 30° C		
11	złącze boczne	tak		
12	pakowane sterylnie, pojedynczo	tak		
<b>III</b>	<b>Sterylny filtr mechaniczny dla dorosłych</b>			
1	antybakteryjny, antywirusowy	tak		
2	wyposażony w port do kapnometrii typu luer	tak		
3	przestrzeń martwa wg normy typu ISO 9360 lub równoważnej	max. 92ml		
4	masa	max. 53g		
5	przezierne	tak		
6	czas pracy	min. 24h		
7	opór przepływu przy 60 l/min	max. 1,9cm H <sub>2</sub> O		
8	skuteczność filtracji	min. 99,99%		
9	skuteczność nawilżania	min. 31mg/l przy VT500		
10	temperatura zwrotna	min. 33,5° C		
11	złącza proste standardowe	tak		
12	pakowane sterylnie, pojedynczo	tak		

**CZĘŚĆ NR 13 - STERYLNE FILTRY ELEKTROSTATYCZNE PEDIATRYCZNE**

Lp.	Opis przedmiotu zamówienia	Wymóg graniczny	Potwierdzenie	Producent, typ, nr kat.
<b>I</b>	<b>Sterylny filtr elektrostatyczny z wymiennikiem ciepła i wilgoci</b>			
1	antybakteryjny, antywirusowy	tak		
2	wyposażony w port do kapnometrii typu Luer	tak		
3	przestrzeń martwa wg normy typu ISO 9360 lub równoważnej	max. 26ml		
4	masa	max. 21g		
5	przezierne	tak		
6	czas pracy	min. 24h		

7	opór przepływu przy 20 l/min	max. 1,4cm H <sub>2</sub> O		
8	skuteczność filtracji	min. 99,99%		
9	skuteczność nawilżania przy VT 100ml	min. 32 mg/l		
10	złącza standardowe proste	tak		
11	pakowane sterylnie, pojedynczo	tak		
12	zakres objętości oddechowej	150-600 ml		
<b>II</b>	<b>Sterylny filtr elektrostatyczny z wymiennikiem ciepła i wilgoci z wejściem bocznym</b>			
1	antybakteryjny, antywirusowy	tak		
2	wyposażony w port do kapnometrii typu Luer	tak		
3	przestrzeń martwa wg normy typu ISO 9360 lub równoważnej	max. 13ml		
4	masa	max. 12g		
5	przezierne	tak		
6	czas pracy min. 24h	tak		
7	opór przepływu przy 10 l/min	max. 0,7cm H <sub>2</sub> O		
8	skuteczność filtracji	min. 99,99%		
9	skuteczność nawilżania przy VT 70ml	min. 31 mg/l		
10	złącze boczne	tak		
11	pakowane sterylnie, pojedynczo	tak		
12	zakres objętości VT	50-250 ml		

CZĘŚĆ NR 14 - STERYLNE FILTRY ELEKTROSTATYCZNE NOWORODKOWE				
Lp.	Opis przedmiotu zamówienia	Wymóg graniczny	Potwierdzenie	Producent, typ, nr kat.
<b>I</b>	<b>Sterylny filtr elektrostatyczny z wymiennikiem ciepła i wilgoci, noworodkowy</b>			
1	antybakteryjny, antywirusowy HME	tak		
2	wyposażony w port do kapnometrii typu Luer	tak		
3	przestrzeń martwa wg normy typu ISO 9360 lub równoważnej	max. 10ml		
4	masa nie większa niż	max. 9g		
5	przezierne	tak		
6	czas pracy	min. 24h		
7	opór przepływu przy 10 l/min	max. 1,5cm H <sub>2</sub> O		
8	skuteczność filtracji	min. 99,99%		
9	skuteczność nawilżania przy VT 50ml	min. 28 H <sub>2</sub> O/l		
10	złącza standardowe proste	tak		
11	pakowane sterylnie, pojedynczo	tak		
12	zakres objętości	30-100 ml		
<b>II</b>	<b>Sterylny filtr elektrostatyczny z wymiennikiem ciepła i wilgoci dla niemowląt i dzieci</b>			
1	antybakteryjny, antywirusowy HME	tak		
2	wyposażony w port do kapnometrii typu Luer	tak		
3	przestrzeń martwa wg normy typu ISO 9360 lub równoważnej	max. 29ml		
4	masa nie większa niż	max. 21g		
5	przezierne	tak		
6	czas pracy	min. 24h		
7	opór przepływu przy 10 l/min	max. 1,4cm H <sub>2</sub> O		
8	skuteczność filtracji	min. 99,99%		
9	skuteczność nawilżania przy VT 250ml	min. 31 H <sub>2</sub> O/l		
10	złącza standardowe proste	tak		
11	pakowane sterylnie, pojedynczo	tak		
12	zakres objętości oddechowej	75-300 ml		

CZĘŚĆ NR 15 - WYMIENNIK CIEPŁA I WILGOCI DO RUREK TRACHEOSTOMIJNYCH I INTUBACYJNYCH				
Lp.	Opis przedmiotu zamówienia	Wymóg graniczny	Potwierdzenie	Producent, typ, nr kat.
1	membrana nawilżająca rozmieszczona satelitarnie wokół otworu do odsysania i bronchoskopii o powierzchni	min. 500cm <sup>2</sup>		

2	centralny otwór do odsysania i bronchoskopii	min. 6mm		
3	zintegrowany port do podawania tlenu	tak		
4	przeźródło martwa wg normy typu ISO 9360 lub równoważnej	max. 16ml		
5	masa	max. 9g		
6	przezierne	tak		
7	czas pracy	min. 24h		
8	opór przepływu przy 60 l/min	max. 1,9cm H <sub>2</sub> O		
9	skuteczność nawilżania przy VT 500ml	min. 28,5 mg/l		
10	temperatura zwrotna	min. 29 st. C		
11	złącza standardowe proste	tak		
12	pakowane sterylnie, pojedynczo	tak		

**CZĘŚĆ NR 16 - PRZEPŁYWOWY NAWILŻACZ TLENU JEDNORAZOWEGO UŻYTKU**

Lp.	Opis przedmiotu zamówienia	Wymóg graniczny	Potwierdzenie	Producent, typ, nr kat.
1	zamknięty system do nawilżania tlenu z adapterem do reduktora tlenowego.	500 ml		
2	uniwersalny do nebulizacji, aktywnego nawilżania, inhalacji.	tak		
3	butelka wyposażona w system mikrodyfuzorów umożliwiających przepływ tlenu przez całą objętość wody w boczne porty.	tak		
4	pojemnik z wodą + głowica, woda do tlenoterapii biernej, jałowa	tak		

**CZĘŚĆ NR 17 - APARATY DO POMPY FIRMY BRAUN**

Lp.	Opis przedmiotu zamówienia	Wymóg graniczny	Potwierdzenie	Producent, typ, nr kat.
1	Aparaty do przetaczania płynów do pompy infuzyjnej typu Infusomat,	średnica kołnierza na kroplomierzu 20 mm.		
2	Aparaty do przetaczania krwi i środków krwiopochodnych do pompy infuzyjnej typu Infusomat,			
3	Dren bez PCV do pompy infuzyjnej Infusomat Space do podaży leków cytostatycznych	długość 250 cm		
4	Dren bez PCV do pompy infuzyjnej Infusomat Space do podaży leków cytostatycznych, filtr bakteryjny i cząsteczkowy 0,2µm	długość 250 cm		

**CZĘŚĆ NR 18 - REGULATOR PRĘDKOŚCI PRZEPŁYWU**

Lp.	Opis przedmiotu zamówienia	Wymóg graniczny	Potwierdzenie	Producent, typ, nr kat.
1	aparat do precyzyjnego sterowania szybkością przepływu w grawitacyjnych infuzjach dożylnych.	min. zakres od 0 ml/h do 250ml/h		
2	zestaw kroplowy	tak		
3	dren z portem do iniekcji, od strony pacjenta zakończony łącznikiem luer-lock z obrotowym kołnierzem	tak		
4	posiadający bezzwrotną zastawkę	tak		
5	regulator prędkości przepływu testowany na lipidach (potwierdzenie testowania na lipidach)	tak		

**CZĘŚĆ NR 19 - KOCYK DLA DOROSŁYCH DO APARATU EQUATOR I MISTRAL**

Lp.	Opis przedmiotu zamówienia	Wymóg graniczny	Potwierdzenie	Producent, typ, nr kat.
1	<b>Kocyk dla dorosłych na górną połowę ciała do ogrzewacza konwekcyjnego, jednorazowego użytku posiadający stabilny system łączenia</b>			
1	wyposażony w port pozwalający na swobodne obracanie rury ogrzewacza względem portu kocyka z taśmą mocującą na brzegach	tak		

2	dopuszczone przez producenta urządzenia do stosowania z ogrzewaczem Equator i Mistral	tak		
<b>II</b>	<b>Koczek dla dorosłych na całe ciało do ogrzewacza konwekcyjnego, jednorazowego użytku</b>			
1	wyposażony w port pozwalający na swobodne obracanie rury ogrzewacza względem portu kocyka z taśmą mocująca na brzegach	tak		
2	dopuszczone przez producenta urządzenia do stosowania z ogrzewaczem Equator i Mistral	tak		

CZĘŚĆ NR 20 - LINIE DO PODGRZEWACZA HOTLINE				
Lp.	Opis przedmiotu zamówienia	Wymóg graniczny	Potwierdzenie	Producent, typ, nr kat.
1	Linie do przepływowego podgrzewacza płynów i krwi jednorazowego użytku, jałowe, kompatybilne z podgrzewaczem HOTLINE	tak		

CZĘŚĆ NR 21 - ZESTAWY DO KANIULACJI DUŻYCH NACZYŃ				
Lp.	Opis przedmiotu zamówienia	Wymóg graniczny	Potwierdzenie	Producent, typ, nr kat.
1	Zestaw do kaniulacji dużych naczyń – dwukanałowy: sterylny, kateter dwukanałowy, skrzydełka mocujące, igła, prowadnik typ „J”, rozszerzacz, skalpel, strzykawka niskooporowa 10ml.	6F/15G, 7F/14G Dł. 20 cm		
2	Zestaw do kaniulacji dużych naczyń – trzykanałowy: sterylny, kateter trzykanałowy, skrzydełka mocujące, igła, prowadnik typ „J”, rozszerzacz, skalpel, strzykawka niskooporowa 10ml.	7F/14G Dł. 20 cm		

CZĘŚĆ NR 22 –MASKA ANESTETYCZNA				
Lp.	Opis przedmiotu zamówienia	Wymóg graniczny	Potwierdzenie	Producent, typ, nr kat.
1	Mikrobiologicznie czysta maska anestetyczna w czterech rozmiarach pokrywająca standardowe 7 rozmiarów maski w rozmiarach podwójnych 0-1, 2-3, 3-4, 5-6, wyprofilowana anatomicznie, mankiet elastomerowy zawinięty z wewnętrznym obramowaniem w części dystalnej, kodowany kolorystycznie, na masce wytłoczony rozmiar, kopuła maski przezierna, maska wyposażona w pierścień mocujący, pakowane w opakowanie etykietowane zgodnie z wymogami UE – min. REF, LOT, pełna nazwa producenta, kod kreskowy, data produkcji i ważności, kraj pochodzenia, symbolika produktu jednorazowego			

CZĘŚĆ NR 23 - ZESTAWY DO PRZEZSKÓRNEGO DRENAŻU, RAMPY, DRENY, KATETERY, KRANIKI				
Lp.	Opis przedmiotu zamówienia	Wymóg graniczny	Potwierdzenie	Producent, typ, nr kat.
1	Zestaw do drenażu przezskórnego – rozszerzony, sterylny, kateter, igła krótka 18G x 7cm, igła długa, prowadnik 0,035" x 60cm, dialator, kranik jednodrożny, przedłużacz, opaska zaciskowa (kołnierz)	6F, 9F		
2	Zestaw do drenażu przezskórnego – jednostopniowy, sterylny, kateter, igła dwuczęściowa, opaska zaciskowa, kołnierz.	9F		
3	Przedłużacz do drenażu przezskórnego – sterylny	12F		
4	Rampa trójdrożna – jednorazowego użytku – sterylna. Pojedynczo pakowana.	tak		
5	Rampa dwudrożna – jednorazowego użytku – sterylna. Pojedynczo pakowana.	tak		
6	Dren do klatki piersiowej z metalowym mandrynem, silikonowy, z otworami bocznymi i znacznikiem widocznym w RTG	F18-F36 dł. 50 cm		
7	Kateter do szynowania jelit	300 cm		
8	Kranik trójdrożny z przedłużeniem luer- lock.	7 cm		

CZĘŚĆ NR 24 - ZESTAWY DO ZNIECZULEŃ ZEWNĄTRZOPONOWYCH CIĄGŁYCH ORAZ ŁĄCZONYCH ZEWNĄTRZOPONOWO-PODPAJĘCZYCH (CSE)				
Lp.	Opis przedmiotu zamówienia	Wymóg graniczny	Potwierdzenie	Producent, typ, nr kat.
<b>I Zestaw do znieczulenia zewnątrzoponowego ciągłego</b>				
1	sterylny	tak		
2	rozmiar	18G		
3	igły tuohy z dokładnie dopasowanym mandrynem i opcjonalnie zdejmowanymi „skrzydełkami”	tak		
4	cewnik przezroczysty, z otworami bocznymi, o dużej odporności na załamania, ze znacznikami długości	tak		
5	filtr zewnątrzoponowy płaski z możliwością pracy do 96 godz.	0,2 µm		
6	łącznik do cewnika uniemożliwiający przypadkowe rozłączenie	tak		
7	przewodnik i etykieta identyfikacyjna – cewnika zewnątrzoponowego	tak		
8	zatraskowy system mocowania do skóry pacjenta w sposób stabilny i w pełni zabezpieczający przed niekontrolowanym przemieszczaniem się cewnika, nie powodujący zamknięcia jego światła	tak		
9	strzykawka niskooporowa z widoczną, precyzyjną skalą	10 ml		
10	pakowany pojedynczo	tak		
<b>II Dodatkowe wyposażenie zestawu</b>				
11	osobno pakowane filtry zewnątrzoponowe płaskie, filtr zewnątrzoponowy płaski z możliwością pracy do 96 godz.	0,2 µm		
12	zatraskowy system mocowania do skóry pacjenta w sposób stabilny i w pełni zabezpieczający przed niekontrolowanym przemieszczaniem się cewnika, nie powodujące zamknięcia jego światła	tak		
<b>III Igła Touhy</b>				
1	rozmiar	18G, dł. 8cm		
2	jałowa	tak		
3	jednorazowego użytku	tak		
4	pojedynczo pakowana	tak		
<b>IV Strzykawka niskooporowa</b>				
1	rozmiar	10ml		
2	jałowa	tak		
3	jednorazowego użytku	tak		
4	z widoczną precyzyjną skalą	tak		
5	pojedynczo pakowana	tak		

CZĘŚĆ NR 25 - ZESTAWY DO POMIARU CIŚNIENIA				
Lp.	Opis przedmiotu zamówienia	Wymóg graniczny	Potwierdzenie	Producent, typ, nr kat.
1	zestawy do pomiaru inwazyjnego ciśnienia krwi z wtykami kompatybilnymi z przewodami interfejsowymi GE Medical Systems nr ref 2016 995-001 będącymi w posiadaniu zamawiającego	tak		
2	bez konieczności użycia dodatkowych elementów łączących	tak		
3	wyposażony w aparat kroplowy posiadający w zbiorniku wyrównawczym zakrzywioną igłę zapobiegającą zapowietrzaniu się układu pomiarowego i przedostawaniu się bąbelków powietrza do dalszej części zestawu eliminując tym samym powstanie zniekształceń fali ciśnienia na monitorze oraz ewentualne zagrożenie związane z powstaniem zatorowości powietrznej	tak		

CZĘŚĆ NR 26 - KOMPATYBILNE OBWODY DO RESPIRATORA TRILOGY MODEL 202				
Lp.	Opis przedmiotu zamówienia	Wymóg graniczny	Potwierdzenie	Producent, typ, nr kat.
1	Obwód pacjenta do respiratora, jednorazowego użytku, jednorurowy, jednozastawkowy, sterylny + wąż do tlenu. Obwód z drenem sterującym zastawką oraz drenem pomiarowym ciśnienia. W zestawie gotowe do użycia	150 cm		

CZĘŚĆ NR 27 - OBWODY DO APARATU DO ZNIECZULENIA				
Lp.	Opis przedmiotu zamówienia	Wymóg graniczny	Potwierdzenie	Producent, typ, nr kat.
1	dwie rury, elastyczne, niezałamujące się, wewnątrz gładkie	dł. min. 180 cm		
2	jedna rura	dł. 120-130 cm		
3	łącznik Y – z wejściem dla drenu do pomiaru kapnometrii oraz kolankiem 90°	tak		
4	łącznik prosty	tak		
5	worek oddechowy 2-3 litrowy, z uchwytem do zawieszenia	tak		
6	sterylne	tak		
7	pakowane pojedynczo	tak		

CZĘŚĆ NR 28 - OBWODY DO RESPIRATORA W ODDZIALE ANESTEZJOLOGII I INTENSYWNEJ TERAPII DOROSŁYCH				
Lp.	Opis przedmiotu zamówienia	Wymóg graniczny	Potwierdzenie	Producent, typ, nr kat.
1	dwie rury elastyczne, niezałamujące się z zakończeniem 22F od strony respiratora, wewnątrz gładkie	dł. 120-180 cm		
2	łącznik Y – wyposażony w port zabezpieczony zatyczką (kompatybilny ze wszystkimi typami respiratorów)	tak		
3	worek oddechowy	2-3 litrowy		
4	sterylne	tak		
5	pakowane pojedynczo	tak		

CZĘŚĆ NR 29 - ELEKTRODY DO CZASOWEJ STYMULACJI SERCA				
Lp.	Opis przedmiotu zamówienia	Wymóg graniczny	Potwierdzenie	Producent, typ, nr kat.
1	Elektroda do czasowej stymulacji serca drogą przeżylną poprzez venesekcję lub nakłucie naczynia – sterylna, jednorazowego użytku, apirogenna, nie toksyczna wykonana ze specjalnego materiału biokompatybilnego, dającego dobry kontrast w zobrazowaniu rentgenowskim	6F x 125cm, 7F x 125cm		
2	Introduktor z zastawką do wprowadzania elektrod endokawitarnych – sterylny (w skład zestawu wchodzi: igła prosta, osłonka igły, dilatator, koszulka z zastawką, przewodnik).	koszulka: 7F x 120mm, 8F x 120mm		

CZĘŚĆ NR 30 - PRZYRZĄDY DO ŻYWIENIA DOJELITOWEGO I				
Lp.	Opis przedmiotu zamówienia	Wymóg graniczny	Potwierdzenie	Producent, typ, nr kat.
1	Aparaty do pompy FLOCARE INFINITY na butelkę i PACK i pomp Fresenius, Amika	tak		
2	Zgłębniki gastrostomijne wolne od DEHP, przezroczyste	14, 18, 20/23cm		
3	Conektor Enlock, En Fit	tak		
4	Conektor Oral-Luer	tak		
	sterylne (dot. Lp. 1-6)	tak		
	pojedynczo pakowane (dot. Lp. 1-6)	tak		



5	Przyrządy do żywienia dojelitowego w wersji grawitacyjnej typu PACK, na butelkę	tak		
6	Zgłębnik typ FLOCARE lub równoważny, poliuretanowy z prowadnicą, przezroczysty	10/130cm, 12/110-130cm		

## CZĘŚĆ NR 31 - PRZEDŁUŻACZE ANESTEZJOLOGICZNE

Lp.	Opis przedmiotu zamówienia	Wymóg graniczny	Potwierdzenie	Producent, typ, nr kat.
1	elastyczny łącznik karbowany (martwa przestrzeń) zespolony z podwójnie obrotowym łącznikiem kątowym z portem do odsysania, sterylny, pakowany pojedynczo	długość 12-15 cm + łącznik, Ø 15 mmF/22mmF		
2	łącznik obrotowy, kątowny 15 mm z portem do odsysania, sterylny, jednorazowego użytku	tak		

## CZĘŚĆ NR 32 - DRENY DO POMPY OBJĘTOŚCIOWEJ GRASEBY 3000

Lp.	Opis przedmiotu zamówienia	Wymóg graniczny	Potwierdzenie	Producent, typ, nr kat.
1	Jednorazowy zestaw infuzyjny o niskiej absorpcji do pompy, do wlewów leków cytotoksycznych, linia pokryta polietylenem.	tak		
2	Jednorazowy zestaw infuzyjny do pompy, standardowy, wyposażony w komorę kroplową z odpowietrznikiem, zacisk rolkowy oraz port do dodatkowych wstrzyknięć	tak		
3	Filtr do płynów na 96 godzin dla noworodków 0,2µ, zatrzymujący bakterie, drożdże, grzyby i cząsteczki nieorganiczne, z samo-odpowietrzaniem, z linią o długości 3cm po obu stronach.	tak		
4	Filtr do żywienia dojelitowego dla noworodków 1,2µ, przeznaczony na 24 godziny zatrzymujący cząstki, pęcherzyki powietrza, grzyby, drożdże, przepuszczający lipidy, z samo-odpowietrzaniem, z linią o długości 3 cm po obu stronach	tak		
5	Zestaw infuzyjny do pomp CADD, 152 cm z antysyfonem, zaciskiem, zaworem jednokierunkowym, kolcem do worka	tak		
6	Zestaw infuzyjny do pomp CADD, 312 cm z antysyfonem, zaciskiem, zaworem jednokierunkowym, kolcem do worka, kodowany na żółto	tak		

## CZĘŚĆ NR 33 - PRZEDŁUŻACZE DO POMP STRZYKAWKOWYCH

Lp.	Opis przedmiotu zamówienia	Wymóg graniczny	Potwierdzenie	Producent, typ, nr kat.
1	Przedłużacze przezroczyste, jałowe, elastyczne do pomp, z końcówką luer-lock	długość 90cm, 120cm		
2	Przedłużacze przezroczyste, jałowe, elastyczne do pomp, z końcówką luer-lock	długość 150cm		
3	Przedłużacz przezroczysty, jałowy, elastyczny do pompy, z końcówką luer-lock, bursztynowy	długość min. 150cm		

## CZĘŚĆ NR 34 – ZESTAWY DO PRZESKÓRNEJ TRACHEOSTOMII METODĄ GRIGGSA

Lp.	Opis przedmiotu zamówienia	Wymóg graniczny	Potwierdzenie	Producent, typ, nr kat.
<b>I. Sterylny kompletny zestaw do przezskórnej tracheostomii metodą Griggsa</b>				
1	Rozmiar			
2	Rurka tracheostomijna z wbudowanym przewodem do odsysania z przestrzeni podgłośniowej z mankietem niskociśnieniowym	tak		
3	Sztwywne samoblokujący się mandryn z otworem na prowadnicę Seldingera	tak		
4	Wielorazowy pean	tak		
5	Skalpel	tak		

6	Kaniula z igłą i strzykawką do identyfikacji tchawicy, rozszerzało	tak		
7	Prowadnica Seldingera	tak		
8	Pakowany pojedynczo	tak		
<b>II. Sterylny uzupełniający zestaw do przezskórnej tracheostomii metodą Griggsa</b>				
1	Rozmiar	7.0, 8.0, 9.0		
2	Rurka tracheostomijna z wbudowanym przewodem do odsysania z przestrzeni podgłośniowej z mankietem niskociśnieniowym	tak		
3	Szttywne samoblokujący się mandryn z otworem na prowadnicę Seldingera	tak		
4	Skalpel	tak		
5	Kaniula z igłą i strzykawką do identyfikacji tchawicy, rozszerzało	tak		
6	Prowadnica Seldingera	tak		
7	Pakowany pojedynczo	tak		

<b>CZĘŚĆ NR 35 – SYSTEM ZAMKNIĘTY DO ODSYSANIA DRÓG ODDECHOWYCH</b>				
Lp.	Opis przedmiotu zamówienia	Wymóg graniczny	Potwierdzenie	Producent, typ, nr kat.
1	Rozmiar	CH 14, CH 16		
2	Zamknięty system do odsysania dróg oddechowych u dorosłych, do rurek intubacyjnych, długość cewnika min. 580 mm – rozmiar CH 14, CH 16 i tracheostomijnych, długość cewnika min. 360 mm – rozmiar CH 14, CH 16 - sterylne, pakowane w jednym integralnym opakowaniu wraz z martwą przestrzenią, obrotowe wieczko zastawki kontroli siły ssania działające jako mechanizm zamykający – przekręcane o 90 stopni w celu zabezpieczenia przed przypadkowym aktywowaniem siły ssania wraz z kodowaniem kolorami ISO oraz zatyczką na uwięzi zamykającą przyłączy drenu ssącego. Cewnik o zmniejszonej sztywności na końcu dystalnym, posiadający podziałkę głębokości w postaci wyskalowania w centymetrach oraz 4 otwory boczne i 1 centralny; oznaczenie rozmiaru na cewniku z także zawór jednokierunkowy portu płukania wraz z przymocowaną do niego zatyczką. Zestaw posiada obrotowy port pacjenta zapewniający odizolowanie jego dróg oddechowych, kiedy odsysanie nie jest potrzebne, a także bezpieczne przepłukiwanie systemu. Utrzymuje system zamknięty także podczas bronchoskopii i pobierania próbek. Zestaw umożliwia łatwy demontaż poprzez pierścień rozłączający system do odsysania z łącznikiem rurki. W zestawie znajdują się także jednorazowa nasadka samouszczelniająca do bronchoskopii oraz nasadka ochronna do cewnika do odsysania do wykonania bronchofiberoskopii. Okres użytkowania min. 72 h. Zestaw nie zawiera ftalanów.	tak		

<b>CZĘŚĆ NR 36 – ZESTAW DO PODAŻY DIET DOJELITOWYCH PRZEZ POMPE AMIKA</b>				
Lp.	Opis przedmiotu zamówienia	Wymóg graniczny	Potwierdzenie	Producent, typ, nr kat.

1	Zestaw do podawania diet dojelitowych, uniwersalny do opakowań typu worek lub butelka przez pompę Amika o długości 250 cm z komorą kroplową, zamykanym kranikiem do podawania leków, zakończony portem do zgłębników typu ENFit. Wolny od lateksu i DEHP.	tak		
---	---	-----	--	--

PROJEKT UMOWY NR ... TZ.RÓ.TP.382.015.2021 EK  
zamówienie w trybie podstawowym art. 275 ustawy Prawo zamówień publicznych

dotyczy: produkty lecznicze, część nr .....

Umowa zawarta w dniu ..... roku w Koszalinie, pomiędzy:  
Szpitalem Wojewódzkim im. Mikołaja Kopernika  
ul. T. Chałubińskiego 7, 75 – 581 Koszalin  
NIP: 669-10-44-410, REGON: 330006292, BDO: 000008455, KRS: 0000006505

reprezentowanym przez .....  
zwanym dalej *Zamawiającym, Stroną*  
a

.....

ul. ...., ..-.....

NIP: ....., REGON: ....., KRS: .....

reprezentowanym przez: .....  
zwanym dalej *Wykonawcą, Stroną*

Działając na podstawie ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2019, poz. 2019 ze zm.) (dalej: „Ustawa PZP”) po wyczerpaniu procedury przewidzianej dla trybu podstawowego zawarto umowę następującej treści:

#### § 1 PRZEDMIOT UMOWY

1. Przedmiotem Umowy jest dostawa do siedziby Zamawiającego..... (w dalszej części umowy zwanego „towarem”) na zasadach określonych w Umowie oraz ofercie, stanowiącej załącznik nr 1 do umowy i będący integralną częścią umowy.
2. Wykonawca oświadcza, że jest profesjonalnym podmiotem, który w ramach prowadzonej działalności spełnia warunki niezbędne do wykonania przedmiotu Umowy oraz posiada wystarczającą wiedzę, doświadczenie i kompetencje, a także dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania Umowy.
3. Strony zobowiązują się współdziałać przy wykonaniu Umowy w celu należytej realizacji zamówienia.

#### § 2 CENA I WARUNKI PŁATNOŚCI

1. Zamawiający zapłaci Wykonawcy następujące wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu Umowy:
  - a) Cena brutto: ....;
  - b) Cena netto: .....
2. Zamówienie realizowane jest według cen ryczałtowych zawartych w ofercie, stanowiącej załącznik nr 1 do umowy.
3. Ceny, o których mowa w ust. 2 nie mogą wzrosnąć w czasie trwania umowy, z zastrzeżeniem § 8 ust. 1 pkt 4 Umowy.
4. W przypadku zmiany stawki VAT na dzień wystawiania faktury, cena netto Umowy pozostaje bez zmian, natomiast cena brutto Umowy ulega automatycznej zmianie. Zmiana ta nie wymaga sporządzenia przez Strony aneksu do Umowy.
5. Faktura zostanie wystawiona przez Wykonawcę o treści i formie zgodnej z przepisami obowiązującymi na dzień wystawiania faktury.
6. Wykonawcy wystawia Zamawiającemu każdorazowo tylko jedną fakturę obejmującą całość złożonego przez Zamawiającego zamówienia, o którym mowa § 3 ust. 1 i 2.
7. Płatność nastąpi w terminie do 60 dni od dnia dostarczenia faktury Zamawiającemu w formie pisemnej na adres siedziby Zamawiającego lub w formie elektronicznej na adres poczty elektronicznej: .....
8. Wykonawca ma również możliwość przesłania drogą elektroniczną ustrukturyzowanej faktury elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. z 2018 poz. 2191). W przypadku wyboru możliwości przesłania ustrukturyzowanej faktury elektronicznej Wykonawca będzie korzystał z Platformy Elektronicznego Fakturowania dostępnej na stronie internetowej <https://efaktura.gov.pl>.
9. Płatność nastąpi przelewem bankowym na konto bankowe Wykonawcy wskazane na fakturze.
10. Zmiana wierzyciela dokonana bez zgody podmiotu tworzącego Zamawiającego jest nieważna.

### § 3 TERMIN WYKONANIA UMOWY

1. Przedmiot Umowy zostanie wykonany w terminie 12 miesięcy od zawarcia Umowy, z zastrzeżeniem § 8 ust. 1 pkt 2. Przez wykonanie przedmiotu Umowy Strony uznają dostawę towaru zgodnie z Umową, przepisami prawa i wymogami producenta.
2. Umowa wygasa po upływie terminu określonego w ust. 1 lub w przypadku wykorzystania maksymalnej kwoty zobowiązania umownego, określonego w § 2 ust. 1.

### § 4 WARUNKI DOSTAW

1. Dostawy będą realizowane wg zamówień składanych sukcesywnie w zależności od aktualnych potrzeb Zamawiającego.
2. Zamawiający określa wielkość dostawy przez złożenie u Wykonawcy zamówienia w postaci papierowej lub elektronicznej.
3. Realizacja dostawy następuje do 5 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia.
4. Koszt dostarczenia, rozładowania oraz rozlokowania towaru w miejscach wskazanych przez Zamawiającego pokrywa Wykonawca.
5. Zamawiający zastrzega sobie prawo niewykonania umowy w pełnym zakresie, jednak nie mniejszym niż 50%.
6. Zamawiającemu, bez ujemnych dla niego skutków, przysługuje prawo do zwiększenia lub zmniejszenia ilości poszczególnych towarów, będących przedmiotem niniejszej umowy, pod warunkiem nie przekroczenia ceny netto umowy, określonej w § 2 ust. 1 lit. b.
7. W przypadku braku możliwości wywiązania się z terminu dostawy, Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego powiadomienia o powyższym Zamawiającego.
8. Wykonawca ponosi w szczególności odpowiedzialność za szkodę Zamawiającego powstałą w wyniku konieczności zakupu od innego Wykonawcy towarów, będących przedmiotem niniejszej umowy lub równoważnych, w okresie, na który umowa ta została zawarta, po cenie wyższej niż określona w niniejszej umowie – w wysokości różnicy pomiędzy tymi cenami.
9. W przypadku realizacji zamówienia niezgodnego z ofertą, Zamawiającemu przysługuje prawo odmowy przyjęcia towaru. Wykonawca jest zobowiązany do odbioru towaru w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

### § 5 GWARANCJE

1. Wykonawca gwarantuje, że dostarczony towar jest fabrycznie nowy, kompletny oraz wolny od wad.
2. Wykonawca gwarantuje, że dostarczony towar posiada wszystkie wymagane dokumenty niezbędne do dopuszczenia towaru do obrotu i używania.
3. Na pisemne żądanie Zamawiającego Wykonawca dostarczy w terminie 2 dni roboczych wymagane prawem dokumenty właściwe dla przedmiotu zamówienia.
4. Wykonawca gwarantuje, że dostarczy towar o terminie przydatności do użytku nie krótszym niż 12 miesięcy, licząc od momentu dostawy. Produkty z krótszym terminem ważności mogą być dopuszczone w wyjątkowych sytuacjach i każdorazowo zgodę na nie musi wyrazić upoważniony przedstawiciel Zamawiającego.
5. Na każdej partii towaru muszą znajdować się etykiety umożliwiające oznaczenie towaru, co do tożsamości.
6. Strony umowy ustalają, że na opakowaniach zbiorczych będą znajdować się następujące informacje: nazwa producenta, nazwa asortymentu, termin przydatności do użycia.
7. Zamawiający zastrzega sobie prawo do złożenia reklamacji w przypadku dostaw towarów niezgodnych z ofertą na podstawie, której została zawarta umowa oraz w przypadku ujawnienia wad ukrytych towaru.
8. Reklamacja towaru wadliwego będzie składana telefonicznie lub faksem oraz potwierdzana pisemnie.
9. W przypadku wystąpienia wad jakościowych i/lub ilościowych Wykonawca zobowiązany jest wymienić towar wadliwy na wolny od wad i/lub uzupełnić niedobór ilościowy w ciągu 5 dni roboczych od dnia uznania reklamacji. Czas na rozpatrzenie reklamacji nie może być dłuższy niż 5 dni.
10. Wykonawca na własny koszt i ryzyko wymienia towar, w którym stwierdzono wadę jakościową i/lub ilościową.

### § 6 KARY UMOWNE

1. Zamawiający jest uprawniony do żądania od Wykonawcy kar umownych w następujących przypadkach i wysokości:
  - a) za przekroczenie terminu dostawy w wysokości 0,1% ceny brutto dostawy za każdy dzień zwłoki,
  - b) za przekroczenie terminu dostarczenia dokumentów o których mowa w § 5 ust. 3 w wysokości 0,1% ceny brutto niezrealizowanej części umowy,
  - c) za odstąpienie od Umowy którejkolwiek ze Stron z winy Wykonawcy w wysokości 10% ceny brutto Umowy.
2. Łączna wysokość kar umownych naliczonych zgodnie z ust. 1, ograniczona jest do 10% ceny brutto Umowy, o której mowa w § 2 ust. 1 lit. a.
3. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zgłoszenia Wykonawcy żądania odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonej kary umownej.
4. Zapłata kar umownych następuje na pisemne wezwanie Zamawiającego w terminie 10 dni od dnia otrzymania wezwania.

5. Zamawiający zastrzega sobie prawo potrącenia kar umownych z wynagrodzeń należnych Wykonawcy.

#### § 7 ODSTĄPIENIE OD UMOWY

1. Zamawiający może odstąpić od Umowy:
  - 1) w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o zaistnieniu istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, lub dalsze wykonywanie Umowy może zagrozić podstawowemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu;
  - 2) jeżeli zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności:
    - a) dokonano zmiany umowy z naruszeniem art. 454 i art. 455 Ustawy PZP,
    - b) Wykonawca w chwili zawarcia Umowy podlegał wykluczeniu na podstawie art. 108 ustawy PZP,
    - c) Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej stwierdził, w ramach procedury przewidzianej w art. 258 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, że Rzeczpospolita Polska uchybiła zobowiązaniom, które ciążyą na niej na mocy Traktatów, dyrektywy 2014/24/UE, dyrektywy 2014/25/UE i dyrektywy 2009/81/WE, z uwagi na to, że zamawiający udzielił zamówienia z naruszeniem prawa Unii Europejskiej.
2. Każda ze Stron może odstąpić od Umowy w przypadkach ustawowego prawa odstąpienia wynikających z przepisów Kodeksu cywilnego.
3. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od Umowy w przypadku istotnie nienależytego jej wykonywania przez Wykonawcę, po uprzednim pisemnym wezwaniu do zaprzestania naruszeń lub wykonania określonych działań pod rygorem odstąpienia od Umowy i wyznaczeniu dodatkowego, odpowiedniego terminu na usunięcie naruszeń lub podjęcie określonych działań.
4. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w każdym czasie jej obowiązywania w przypadku odstąpienia lub zmiany warunków finansowania leczenia towarami wymienionymi w § 1 przez NFZ, albo następcę prawnego lub podmiot wyznaczony zgodnie ze zmianą powszechnie obowiązującego prawa.
5. Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy powinno być złożone drugiej Stronie na piśmie, pod rygorem nieważności, z podaniem uzasadnienia, w terminie do 3 miesięcy od zaistnienia podstawy do odstąpienia od Umowy.

#### § 8 ZMIANA POSTANOWIEŃ UMOWY

1. Strony zgodnie z art. 455 Ustawy PZP dopuszczają możliwość wprowadzania istotnych zmian postanowień Umowy w następujących okolicznościach:
  - 1) w przypadku:
    - a) wycofania z produkcji towaru po terminie złożenia oferty Zamawiającemu,
    - b) wstrzymania produkcji towaru po terminie złożenia oferty Zamawiającemu;
    - c) wystąpienia incydentu medycznego związanego użytkowaniem towaru po terminie złożenia oferty Zamawiającemu,
      - poprzez zastąpienie go innym produktem o cechach co najmniej takich, jakie cechowały pierwotny produkt;
  - 2) w przypadku niezrealizowania przedmiotu umowy w umownym terminie z powodu zmniejszenia potrzeb własnych, poprzez wydłużenie okresu jej realizacji,
  - 3) w przypadku zmiany numeru katalogowego, kodu produktu,
2. Zmiana postanowień Umowy wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności, o ile postanowienia Umowy nie stanowią inaczej.

#### § 9 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Wszelkie zmiany do niniejszej umowy wymagają formy pisemnej w postaci aneksu do umowy pod rygorem nieważności.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz ustawy Prawo zamówień publicznych.
3. Spory wynikłe na tle wykonania niniejszej umowy, strony poddadzą rozstrzygnięciu właściwemu rzeczowo Sądowi w Koszalinie.
4. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla każdej ze stron.
5. Załącznikiem do umowy jest oferta Wykonawcy

#### Załączniki do umowy:

1. Oferta

KUPUJĄCY:

SPRZEDAWCA:

**Zamawiający:**

Szpital Wojewódzki im. M. Kopernika  
ul. T. Chałubińskiego 7  
75-581 Koszalin

**Wykonawca:**

.....

.....  
(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu:  
NIP/PESEL, KRS/CEiDG)  
reprezentowany przez:

.....  
(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

**Oświadczenie wykonawcy**

składane na podstawie art. 125 ustawy z dnia 11 września 2019 r.  
Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),

**DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA**

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Sprzęt medyczny jednorazowego użytku stosowany w Oddziałach Anestezjologii i Intensywnej Terapii, prowadzonego przez Szpital Wojewódzki im. M. Kopernika, ul. T. Chałubińskiego 7 w Koszalinie, oświadczam, co następuje:

**OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY:**

1. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 108 ust 1 ustawy Pzp.  
[UWAGA: zastosować tylko wtedy, gdy zamawiający przewidział wykluczenie wykonawcy z postępowania na podstawie ww. przepisu]
2. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 109 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp.

..... (miejscowość), dnia ..... r.

**OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:**

Oświadczam, że następujący/e podmiot/y, na którego/ych zasoby powołuję się w niniejszym postępowaniu, tj.:  
..... (podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) nie podlega/ją wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

..... (miejscowość), dnia ..... r.

**OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCY NIEBĘDĄCEGO PODMIOTEM, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:**

Oświadczam, że następujący/e podmiot/y, będący/e podwykonawca/ami:  
..... (podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG), nie podlega/ją wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

..... (miejscowość), dnia ..... r.

**OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:**

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

..... (miejscowość), dnia ..... r.